

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-HEJCU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

B05- UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 2MHZ A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO , CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 18MM -25 MM

CONSULTA:

LA LONGITUD TAN AMPLIA COMO LA SOLICITADA (18 A 25MM) DETERMINA EL TAMAÑO DEL TRANSDUCTOR Y EN ESPECIFICO DE LA ZONA QUE ESTA EN CONTACTO CON LA PIEL , EL TRANSDUCTOR SOLICITADO SE USA PARA EVALUACION DEL CORAZON EL CUAL SE UBICA EN VENTANAS INTERCOSTALES LAS CUALES SON ESPACIOS MUY PEQUEÑOS, AL SER EL TRANSDUCTOR DE MAYOR TAMAÑO DIFICULTARA EL ACCESO , RAZON POR LA QUE EL DISEÑO DEL TRANSDUCTOR OFERTADO EN MUCHO MENOR AL RANGO SOLICITADO EN B05 LO QUE BENEFICIA EL FACIL ACCESO EN LA REGIONES ANATOMICAS DE PEQUEÑO TAMAÑO COMO LAS VENTANAS INTERCOSTALES

A FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACION AL PRECENTE PROCESO SOLICITAMOS ACEPTEN

: B05 UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 2 A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 14 MM A 25MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICHA FORMULACION NO CONSTITUYE UNA CONSULTA, SINO UNA OBSERVACION. En atención a la observación Se acepta por lo que a fin de fomentar la mayor participación de postores se modificara de la siguiente manera: B05 UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 2 A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 14 MM A MAS HASTA 25MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B05 UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 1 MHZ A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO. CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 14MM COMO MINIMO HASTA 25MM ó ANGULO DE VISION DE 120°.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA:

B05 SOLICITAMOS SE PRECICE EL ANGULO DE APERTURA DEL TRANSDUCTOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta y en coordinación con el area usuaria se manifiesta que es indistinto definir el angulo de apertura del transductor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS

CONSULTA:

PARA FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTOTRES SOLICITAMOS INCLUIR A LAS BASES:

CARTAS DE FABRICANTE PARA AQUELLAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE NO SE PUEDAN SUSTENTARSE DE MANERA LITERAL CON LA DOCUMENTACION DEL EQUIPO OFERTADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICHA FORMULACION NO CONSTITUYE UNA CONSULTA, SINO UNA OBSERVACION. En atención a la observación y con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores Se acepta parcialmente, por lo que se agregará de la siguiente manera: CARTAS DE FABRICANTE O DECLARACIÓN JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA AQUELLAS CARACTERISTICAS QUE NO SE PUEDAN SUSTENTARSE DE MANERA LITERAL CON LA DOCUMENTACION DEL EQUIPO OFERTADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARTAS DE FABRICANTE O DECLARACIÓN JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA AQUELLAS CARACTERISTICAS QUE NO SE PUEDAN SUSTENTARSE DE MANERA LITERAL CON LA DOCUMENTACION DEL EQUIPO OFERTADO.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A.1.1. FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

Experiencia de personal clave1

01 profesional Ingeniero Electrónico y/o Biomédico (responsable de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación).

El cual deberá estar capacitado y contar con cinco (04) años o más de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de equipo de instalación y/o reparación de ecógrafos.

Contar con 80 horas de capacitación técnica en bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se considera Bienes Similares a los siguientes:

Ecógrafo, Ecocardiógrafo.

Experiencia de personal clave 2

Un (01) Aplicacionista (icenciado en enfermería,,édico o tecnologo). Deberá contar con experiencia minima de 02 años como aplicacionista en ecografías.

CONSULTA:

Presentamos consulta a la exigencia de personal profesional para que se considere la posibilidad de que los postores podamos presentar (1) un Ingeniero mecánico, o biomédico o electrónico, colegiado y habilitado, (2) con experiencia mínima de 3 años y (3) que se encuentren debidamente certificado por el fabricante. Esta precisión permitirá garantizar la mayor concurrencia de proveedores y la idoneidad de la prestación. En consecuencia, las Bases deberían quedar de la siguiente manera:

"01 profesional Ingeniero Electrónico y/o Biomédico y/o mecánico colegiado y habilitado (responsable de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación). El cual deberá estar capacitado y contar con tres (03) años o más de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de equipo de instalación y/o reparación de ecógrafos. Contar con 80 horas de capacitación técnica por EL FABRICANTE en bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICHA FORMULACION NO CONSTITUYE UNA CONSULTA, SINO UNA OBSERVACION. En atención a la observación Se acepta parcialmente, por lo que a fin de fomentar la mayor participación de postores se agregará de la siguiente manera: "01 profesional Ingeniero Electrónico y/o Biomédico y/o mecánico colegiado y habilitado (responsable de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación). El cual deberá estar capacitado y contar con cuatro (04) años o más de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de equipo de instalación y/o reparación de ecógrafos.

Contar con 80 horas de capacitación técnica en bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, lo cual deberá ser sustentado mediante certificados y constancias .

Se considera Bienes Similares a los siguientes:

Ecógrafo, Ecocardiógrafo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 profesional Ingeniero Electrónico y/o Biomédico y/o mecánico colegiado y habilitado (responsable de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación). El cual deberá estar capacitado y contar con cuatro (04) años o más de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de equipo de instalación y/o reparación de ecógrafos.

Contar con 80 horas de capacitación técnica en bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, lo cual deberá ser sustentado mediante certificados y constancias .

Se considera Bienes Similares a los siguientes: Ecógrafo, Ecocardiógrafo

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-HEJCU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

7.5. Reglamentos técnicos y normas metrológicas.-Los dispositivos medicos obligatoriamente deberán contar con sus registros sanitarios entregados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos, y dispositivos DIGEMID, indicando representante, fabricante, país de fabricación e indicar que se encuentre Activo. (...). En equipos que emitan radiación, el postor deberá acreditar la licencia del IPEN para la comercialización

CONSULTA:

Presentamos consulta para que se precise que el registro sanitario del equipo y de sus transductores se encuentren a nombre del postor; asimismo, se solicita ELIMINAR la frase ¿En equipos que emitan radiación, el postor deberá acreditar la licencia del IPEN para la comercialización¿ pues los equipos objeto de contratación no emiten radicación. Estas precisiones permitirán garantizar la claridad, confiabilidad e idoneidad de la prestación en el marco del Principio de Eficacia y Eficiencia (Art. 2 de la Ley). En consecuencia, sugerimos que el texto de las Bases quede redactado de la siguiente manera: "Los dispositivos medicos (equipo y transductores) obligatoriamente deberán contar con sus registros sanitarios a nombre del postor entregados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos, y dispositivos DIGEMID, indicando representante, fabricante, país de fabricación e indicar que se encuentre Activo."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la consulta, por lo que al ser un equipo que no emite radiación se retirará el siguiente texto: En equipos que emitan radiación, el postor deberá acreditar la licencia del IPEN para la comercialización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

9.1.PLAZO DE ENTREGA.-"El plazo de entrega del bien será contado a patir de la firma del contrato y orden de compra"

CONSULTA:

Presentamos consulta para que se aclare que el plazo de ejecución de la prestación se computará desde la NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA de la Orden de Compra correspondiente. En consecuencia, sugerimos que las BASES queden redactadas de la siguiente manera: "El plazo de entrega del bien será contado a partir de la emisión de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega, se contabilizara a partir de la firma del contrato, cuyo plazo de entrega es de 60 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

14. Confidencialidad

El proveedor del bien deberá mantener absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la información que tenga acceso y de la información que se genere o se encuentre relacionado con el objeto de la convocatoria.

CONSULTA:

Presentamos consulta para que se aclare que el deber de confidencialidad no es aplicable a los escenarios de solución de controversias ante el tribunal arbitral. En consecuencia, solicitamos que las Bases queden redactadas de la siguiente manera: "14. Confidencialidad

El proveedor del bien deberá mantener absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la información que tenga acceso y de la información que se genere o se encuentre relacionado con el objeto de la convocatoria, salvo que se requiere la revelación ante terceros en el marco de una controversia en etapa de arbitraje".

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 14 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor deberá mantener absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la información que tenga acceso y de la información que se genere o se encuentre relacionado con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO

CONSULTA:

SOLICITAMOS CONSIDERAR : CAPACITACION USUARIA DE 16 HORAS IMPARTIDO POR EL PROFESINAL ESPECIALISTA DIRIGIDO AL PERSONAL USUARIO DE HOSPITAL , LOS CUALES SERAN IMPARTIDOS EN EN TRES (03) DIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8.4.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICHA FORMULACION NO CONSTITUYE UNA CONSULTA, SINO UNA OBSERVACION. En atención a la observación No se acepta y se aclara que se desea garantizar el buen uso del equipo aprovechando todas las aplicaciones con las que cuenta, ello se logrará únicamente a través de las capacitaciones, por lo que para dicha ejecucion deberá ser coordinado directamente con el usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	17:29:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO

CONSULTA:

PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS CONSIDERAR :
LA CAPACITACION TECNICA DE 06 HORAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO
LOS CAUALES SERAN IMPARTIDOS EN (01) UN DIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8.4.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICHA FORMULACION NO CONSTITUYE UNA CONSULTA, SINO UNA OBSERVACION. En atención a la observación se acepta parcialmente por lo que a fin de garantizar la pluralidad de postores quedará de la siguiente manera: CAPACITACION TECNICA DE 10 HORAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO LOS CUALES SERAN IMPARTIDOS SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL BIOMÉDICO DEL HOSPITAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPACITACION TECNICA DE 10 HORAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO LOS CUALES SERAN IMPARTIDOS SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL BIOMÉDICO DEL HOSPITAL.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20601207193	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	Hora de envío :	19:15:44

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA
LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGARÁN EN EL PLAZO DE 60 DIAS EL CUAL INCLUYE LA PREINTALACION ENTRE OTROS LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.
SE OBSERVA que las bases determinan que los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. Sin embargo, al tratarse de un equipo que tiene una configuración específica, debe enviarse a fabricar y los tiempos en todas las líneas de producción no son iguales, incorporar una característica de difícil cumplimiento limita la participación y la libre concurrencia de ofertas, por lo expuesto solicitamos que en las bases integradas amplíen el plazo de entrega a por lo menos 70 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art 2 Literal b) y c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICHA FORMULACION NO CONSTITUYE UNA CONSULTA, SINO UNA OBSERVACION. En atención a la observación no se acoge, por lo que se requiere garantizar el ingreso e instlación del equipo en el presente año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20601207193	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	Hora de envío :	19:15:44

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

C. CAPACIDAD TECNICA

EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE 2

UN (1) APLICACIONISTA (LICENCIADO EN ENFERMERIA, MEDICO O TECNOLOGO) DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO APLICACIONISTA EN ECOGRAFIA.

En el contexto de la contratación pública, es fundamental que las entidades contratantes aseguren la calidad y eficiencia en la ejecución de proyectos, especialmente aquellos que requieren conocimientos técnicos avanzados. En este sentido, solicitamos a la entidad que integre a las bases:

UN (1) APLICACIONISTA (LICENCIADO EN ENFERMERIA, MEDICO, TECNOLOGO O TECNICO EN TECNOLOGIA CARDIOPULMONAR) DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO APLICACIONISTA EN ECOGRAFIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 R.CALF **Literal:** C.CAP. TEC **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art 2 Literal b) y c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación por lo que a fin de garantizar la pluralidad de postores, el ítem quedara de la siguiente manera : UN (1) APLICACIONISTA (LICENCIADO EN ENFERMERIA, MEDICO, TECNOLOGO , MEDICO RADIOLOGO O TECNICO ESPECIALISTA EN EL PROCEDIMIENTO) , sin embargo se requiere que el aplicacionista sea capacitado por fábrica, por lo que esto será verificado mediante certificados de entrenamiento. DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO APLICACIONISTA EN ECOGRAFIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (1) APLICACIONISTA (LICENCIADO EN ENFERMERIA, MEDICO, TECNOLOGO , MEDICO RADIOLOGO O TECNICO ESPECIALISTA EN EL PROCEDIMIENTO) , sin embargo se requiere que el aplicacionista sea capacitado por fábrica, por lo que esto será verificado mediante certificados de entrenamiento. DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO APLICACIONISTA EN ECOGRAFIA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20601207193	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	Hora de envío :	19:15:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

A04- MONITOR CON PANTALLA LCD O LED U OLED DE ALTA RESOLUCION DE 21 PULGADAS O MAS DE ALTURA REGULABLE.

Bajo el principio de mejora tecnológica y eficiencia, solicitamos que incorpore a la presente base la siguiente mejora tecnológica:

A04- MONITOR CON PANTALLA LCD O LED U OLED DE ALTA RESOLUCION DE 21 PULGADAS O MAS DE ALTURA REGULABLE CON GIRO DE 180°, el cual permite una mayor ergonomía y flexibilidad para el usuario, adaptándose a diferentes posturas y ángulos de trabajo. Esto reduce la fatiga y mejora la eficiencia operativa. Esta mejora podría ser valorada con 5 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEX 1 Literal: A. GENERAL Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación por lo que a fin de garantizar la pluralidad de postores, el ítem quedara de la siguiente manera , en atención a la observación Se acepta parcialmente la consulta, por lo que se agregará como mejora tecnológica: 1.- Giro del monitor de 180°, con opción a adaptarse a diferentes posturas y angulos de trabajo (3 puntos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.- Giro del monitor de 180°, con opción a adaptarse a diferentes posturas y angulos de trabajo (3 puntos).

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20601207193	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	Hora de envío :	19:15:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A.- GENERALES

A10- 20,000 o mas canales de procesamiento de señal

Bajo el principio de mejora tecnológica y eficiencia, solicitamos que incorpore a la presente base la siguiente mejora tecnológica:

A10- 4 millones de canales de procesamiento de señal, Esta mejora podría ser valorada con 5 PUNTOS

Esta mejora ofrece una resolución y detalle de imagen significativamente superiores, lo que permite diagnósticos más precisos y confiables en los equipos de ecografía. En comparación, los sistemas con solo 10,000 a 20,000 canales ofrecen menor resolución, lo que puede limitar la capacidad para detectar y analizar estructuras pequeñas o sutiles en el cuerpo humano. Esta mejora en la cantidad de canales es crucial para avanzar en la calidad de las imágenes médicas y, en última instancia, en la atención al paciente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEX 1 Literal: A. GENERAL Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta ya que se requiere garantizar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20601207193	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	Hora de envío :	19:15:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Dado que existen mejoras tecnológicas solicitamos que incorpore a la presente base la siguiente puntuación:

PRECIO: 90 PUNTOS
MEJORAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
MEJORA N°01
A04 ¿ MONITOR REGULABLE CON GIRO DE 180° 5 PUNTOS
A10- 4 MILLONES DE CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL 5 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la consulta, por lo que se agregarán la siguientes mejoras tecnológicas: 1.- Giro del monitor de 180°, con opción a adaptarse a diferentes posturas y angulos de trabajo (3 puntos). 2.- . Software de visualización de flujo micro vascular (tecnología Doppler) en modo color y monocromático disponible el transductor convexo y lineales ofertados.
Software para evaluación del grado de esteatosis hepática, mediante atenuación de imagen(3 puntos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.- Giro del monitor de 180°, con opción a adaptarse a diferentes posturas y angulos de trabajo (3 puntos). 2.- . Software de visualización de flujo micro vascular (tecnología Doppler) en modo color y monocromático disponible el transductor convexo y lineales ofertados.
Software para evaluación del grado de esteatosis hepática, mediante atenuación de imagen(3 puntos).

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20601905184	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA BIOMED MEDICAL E.I.R.L. - BIOMED MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:19:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SOLICITAN

A16-CAPACIDAD DE COMPARAR UN ESTUDIO DE ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA (CT) Y/O RESONANCIA (RM)

CON LA FINALIDAD DE NO GENERAR DUDAS CONSULTAMOS QUE ESPECIFIQUEN QUE SI REQUIERE QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA DEL EQUIPO QUE INDICAN COMO CAPACIDAD REQUIEREN QUE SE ENCUENTRE ACTIVA PERMANENTEMENTE O SOLO QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE PODER CONFIGURARSE EN UN FUTURO. PARA PODER PRESUPUESTAR ADECUADAMENTE EL PRODUCTO. POR CONSIGUIENTE SUGERIMOS:

A16 - CAPACIDAD DE COMPARAR UN ESTUDIO DE ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA (CT) Y/O RESONANCIA (RM) A FUTURO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A16

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, ya que lo que se requiere es que se encuentre activa la CAPACIDAD DE COMPARAR UN ESTUDIO DE ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA (CT) Y/O RESONANCIA (RM), ello facilita el diagnóstico del paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:01:14

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

EQUIPO ECOGRAFO A06. TECLADO ALFANUMERICO DIGITAL O INTEGRADO A LA CONSOLA Y PANTALLA TACTIL DE 10" COMO MINIMO.

Actualmente los equipos de ultrasonido de alta gama cuentan con un diseño ergonómico totalmente acoplado a las necesidades del especialista siendo de mucha utilidad para la evaluación ecográfica durante el examen. Contar con un panel de control flotante que le permita al usuario movilizar y/o ajustar a diferentes posiciones que muchas veces se tiene que optar por los diversos exámenes ecográficos que se presentan en la práctica diaria, además de contar con una pantalla táctil totalmente personalizada, que permita ingresar a diferentes funciones u herramientas mediante gestos, tales como realizar medidas, envío de imágenes, zoom, ingresar a los diferentes modos Doppler, reproducir en tiempo real lo que figura en el monitor principal brindara al operador trabajar cómodamente durante la evaluación ecográfica.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, solicitamos al comité especial considerar dentro de los requerimientos mínimos lo siguiente: A06. TECLADO ALFANUMERICO DIGITAL O INTEGRADO A LA CONSOLA, PANEL DE CONTROL FLOTANTE (REGULABLE EN ALTURA, GIRO Y AJUSTE DELANTERO Y ATRÁS) CON PANTALLA TACTIL MULTIGESTO DE 15" COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A06 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación , ya que se requiere garantizar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:01:14

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:
EQUIPO ECOGRAFO
MENOS CUATRO (04) PUNTOS FOCALES.

A08. SELECCIÓN DE AL

En el mercado actual las principales marcas de equipos médicos cuentan con múltiples características que le permite al usuario trabajar de manera óptima y rápida. Y esto depende muchas veces de la tecnología que brinda cada equipo de ultrasonido.

La tecnología de enfoque dinámico de pixeles no cuenta con número de focus específicos como los equipos convencionales, por lo que permite obtener uniformidad absoluta al nivel del pixel en todo el campo visual, logrando una mejor visibilidad por zonas.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, solicitamos al comité especial considerar dentro de los requerimientos mínimos lo siguiente:

A08. SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO (04) PUNTOS FOCALES O TECNOLOGIA EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A08 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion por lo que con el fin de fomentar mayor participación de los postores se modificará el item, por lo que quedará de la siguiente manera: A08. SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO (04) PUNTOS FOCALES O TECNOLOGIA EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE QUE GARANTICE EL TRABAJO OPTIMO Y RAPIDO DEL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08. SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO (04) PUNTOS FOCALES O TECNOLOGIA EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE QUE GARANTICE EL TRABAJO OPTIMO Y RAPIDO DEL EQUIPO.

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:01:14

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:
EQUIPO ECOGRAFO
CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.
En la actualidad los sistemas de ultrasonido de alta resolución cuentan con una gran cantidad de canales de procesamiento, ésto permitirá obtener una información adecuada, brindando una mayor resolución de imagen bidimensional y Doppler, favoreciendo además la adquisición de las imágenes tridimensionales.
Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, solicitamos al comité especial considerar dentro de los requerimientos mínimos lo siguiente:
A10. 8000000 O MÁS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.

A10. 20000 O MÁS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A10 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación se indica que la cantidad de canales de procesamiento requeridos brinda la información adecuada para el diagnóstico del paciente, por lo que con el fin de garantizar la pluralidad de postores No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:01:14

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:
EQUIPO ECOGRAFO A15.
OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN EN MODO BIDIMENSIONAL, DOPPLER PULSADO O DOPPLER COLOR COMO MINIMO.
En muchos casos clínicos comúnmente se observan lesiones pequeñas y complejas que a menudo son difíciles de identificar durante el escaneo, sin embargo existen herramientas que ayudaran a obtener una óptima visualización de dicha evaluación y esto dependerá de la tecnología del equipo de ultrasonido.
Contar con una herramienta que te permita reconocer éste tipo de lesiones en tiempo real, proporcionando mayor información de resolución y contraste de la región de interés, ayudara de manera significativa al especialista a obtener un mejor resultado de dicho examen, además de minimizar su flujo de trabajo.
Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, solicitamos al comité especial considerar dentro de los requerimientos mínimos lo siguiente:
A15. OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN EN MODO BIDIMENSIONAL, CON HERRAMIENTA QUE PERMITA MEJORAR LA RESOLUCION DE CONTRASTE, DOPPLER PULSADO O DOPPLER COLOR COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A15 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la observación la optimización automática de imagen en modo bidimensional, doppler pulsado o doppler color brinda la eficiencia requerida por el equipo durante el diagnostico del paciente, por lo que en busca de garantizar la pluralidad de postores No se acoge.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:01:14

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:
EQUIPO ECOGRAFO
TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 2MHZ A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 18MM-25MM. B05. UN (01)

El diseño de los transductores varían de acuerdo al fabricante. Observamos que solicitan un transductor sectorial con longitud de arreglo entre 18-25mm, sin embargo estas medidas no son lo suficiente, ya que la atención esta dedicada al público en general y lo que se busca es una atención oportuna, rápida y optima en imagen, ya que los accesos intercostales también influyen mucho al momento de la evaluación ecográfica, además de contar con la tecnología cristal único lo que permite obtener imágenes de buena resolución.

Entendiendo el espíritu del comité especial en fomentar la pluralidad de postores y no segmentar el proceso sólo a una marca específica, se solicita considerar dentro de los requerimientos técnicos mínimos lo siguiente:

B05. UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 2MHZ A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO, CON HUELLA FISICA ENTRE 18MM-25MM Y/O 38.2MM x 30.5MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B05 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación puesto que la solicitud del proveedor de agregar : con huella fisica, limita la participación de postores, por ser una característica propia de su marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En referencia a las bases administrativas del presente procedimiento de selección del bien a participar, no se establece el otorgamiento de adelantos.

Solicitamos al comité de selección que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°168-2020-EF, las entidades y contratistas se encuentran facultados para la entrega de adelantos hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

Así mismo en la LCE, artículo n°38.1 indica que la entidad puede entregar adelantos al contratista con la finalidad de otorgarle liquidez para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la logística, la inversión destinada para traer los equipos, los trabajos de preinstalación previos que se deben realizar a la llegada del equipamiento, a su vez con el fin de lograr que el contratista pueda obtener el capital de trabajo necesario para iniciar la ejecución de sus obligaciones.

Solicitamos al comité de selección ACOGER la observación formulada por lo cual a propósito de la integración de bases se otorgue el adelanto del 30% del monto del contrato original, para el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** **Literal:** **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART 38

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion, toda vez que lo solicitado no forma parte del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Del procedimiento de selección literal e), solicitan:

e) Los documentos solicitados en el numeral 7.5 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS, del requerimiento.

7.5 Reglamentos técnicos, normas metrológicas

(¿)

En equipos que emitan radiación, el postor deberá acreditar la licencia del IPEN para la comercialización.

Se formula OBSERVACION a lo establecido en las bases administrativas, debido a que la exigencia de una Licencia Vigente del IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear) para la venta, servicio o comercialización, no es aplicable al tipo de bien materia de adquisición, pues dicho control de calidad es relevante únicamente para aquellos bienes que emiten radiaciones ionizantes. Dado que el bien en cuestión no requiere de emisiones ionizantes, este requisito resulta innecesario y desproporcionado.

La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece en su Artículo 2, Principio de Competencia que: "Las Entidades deben asegurar la participación de la mayor cantidad de proveedores en condiciones que garanticen la máxima competencia." Este principio tiene como finalidad evitar la inclusión de requisitos innecesarios o desproporcionados que puedan restringir injustificadamente la participación de proveedores, contraviniendo así el principio de competencia.

Además, el Artículo 44 de la misma ley señala que las especificaciones técnicas deben ser "claras, precisas y no deben limitar la competencia". Por lo tanto, cualquier requerimiento o condición que se incluya en las bases debe ser estrictamente necesario para la correcta provisión del bien o servicio objeto de la contratación.

Que, sobre lo manifestado se puede identificar la vulneración de los siguientes principios:

Principio de Transparencia (Artículo 2, literal c): La inclusión de un requisito que no guarda relación con el objeto de la contratación puede llevar a la falta de transparencia, ya que podría interpretarse como una medida que favorece o excluye indebidamente a ciertos proveedores.

Principio de Eficiencia y Eficacia (Artículo 2, literal f): La solicitud de documentación no relevante para la calidad o idoneidad del bien podría retrasar el proceso de contratación y aumentar los costos sin aportar valor añadido.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que retire o elimine esta condición o característica de las bases administrativas, dado que no corresponde al tipo de bien materia de adquisición. Esto garantizará que el proceso de selección se ajuste a los principios de competencia, transparencia y proporcionalidad establecidos en la Ley N° 30225, permitiendo así una mayor participación de proveedores y la selección de la mejor oferta para la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, literal c), f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que al ser un equipo que no emite radiación se retirará el siguiente texto: En equipos que emitan radiación, el postor deberá acreditar la licencia del IPEN para la comercialización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el Capítulo II: Del Procedimiento de Selección, literal f) de las bases administrativas, se solicita lo siguiente:
f) FORMATO N° 02 ¿ Hoja de presentación del equipo / sustento de cumplimiento de las características técnicas ¿ en concordancia con el numeral 12 OTRAS OBLIGACIONES, del requerimiento.
Observamos que las bases administrativas no detallan cuáles son las características técnicas que los postores deberán acreditar en el mencionado formato. Esta falta de precisión contraviene lo dispuesto en la normativa vigente y puede generar un vicio de nulidad del procedimiento de selección.
De acuerdo con el numeral 7.3 de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, la entidad debe establecer de manera clara y precisa las características técnicas, requisitos funcionales o cualquier otra especificación que los postores deberán cumplir, a fin de garantizar la transparencia y objetividad en el proceso de selección. La ausencia de esta información en las bases administrativas vulnera el principio de claridad que debe regir los procesos de contratación pública.
Asimismo, el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que las entidades deben asegurar que los documentos del procedimiento de selección incluyan las especificaciones técnicas detalladas que permitan a los postores conocer con precisión los requisitos que se deben cumplir. La falta de este detalle genera incertidumbre sobre el alcance de las obligaciones que los postores deben acreditar, afectando así la correcta presentación de las propuestas.
Por lo tanto, solicitamos al Comité de Selección que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento y el numeral 7.3 de la Directiva N°001-2019-OSCE/CD, se precisen las características técnicas específicas que los proveedores deberán acreditar en el Formato N°02, a fin de asegurar la correcta evaluación de las propuestas y la transparencia del procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, literal c LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo requerido en el Formato N° 2 de las Bases Integradas, refiere que todas las Especificaciones Técnicas deben ser sustentadas conforme a lo indicado en el Anexo N° 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el Capítulo II: Del Procedimiento de Selección, literal f) de las bases administrativas, se solicita lo siguiente:

f) FORMATO N° 02 ¿ Hoja de presentación del equipo / sustento de cumplimiento de las características técnicas ¿ en concordancia con el numeral 12 OTRAS OBLIGACIONES, del requerimiento.

Observamos que las bases administrativas no establecen de manera precisa la clase de documentación que los postores deberán presentar para acreditar el cumplimiento de las características técnicas del equipo a ofertar. Esta falta de precisión vulnera varios principios fundamentales contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, tales como el principio de transparencia, el principio de libre concurrencia y competencia, y el principio de igualdad de trato.

Vulneración del Principio de Transparencia:

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 30225, el principio de transparencia implica que las actuaciones de la entidad y de los postores deben estar orientadas a permitir el acceso a la información de manera clara y comprensible. La falta de especificación en cuanto a la documentación que debe presentarse para acreditar las características técnicas del equipo genera incertidumbre y afecta la transparencia del procedimiento. Los postores no tienen acceso a información suficiente para conocer qué tipo de documentación es válida, lo que puede provocar discrepancias en la evaluación.

Vulneración del Principio de Libre Concurrencia y Competencia:

Conforme al artículo 2 de la Ley N° 30225, este principio garantiza que el proceso de contratación debe promover la mayor participación posible de postores. La ausencia de una clara definición de los documentos requeridos para acreditar las características técnicas podría desalentar la participación de postores que no estén seguros sobre los requisitos que deben cumplir, restringiendo así la libre competencia. Esto podría ocasionar una limitación en la concurrencia de postores, lo cual es contrario al objetivo de los procedimientos de selección.

Vulneración del Principio de Igualdad de Trato:

El mismo artículo 2 de la Ley N° 30225 también establece el principio de igualdad de trato, según el cual las entidades deben garantizar que todos los postores cuenten con las mismas oportunidades y condiciones para participar. La falta de claridad sobre los documentos necesarios para acreditar las características técnicas puede dar lugar a interpretaciones diferentes entre los postores y al tratamiento desigual en la evaluación de sus propuestas. Esto pone en riesgo la equidad del proceso de contratación, afectando la igualdad de condiciones entre los participantes.

Además, el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, exige que las especificaciones técnicas de los bienes y servicios sean precisas y detalladas para asegurar que los postores puedan cumplirlas de manera objetiva. Por tanto, resulta imperativo que, además del Formato N° 02 ¿ Hoja de presentación del equipo, se especifique que los postores deben acreditar el cumplimiento de las características técnicas mediante documentación del fabricante del equipo, como catálogos, manuales, folletos o cartas del fabricante.

En conclusión, solicitamos al Comité de Selección que, en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley N° 30225 y de lo dispuesto en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establezca de manera explícita que los postores deberán presentar, además del Formato N° 02, la siguiente documentación adicional del fabricante del equipo a ofertar: catálogos, manuales, folletos o cartas del fabricante (Máximo 2 cartas de fabricante para cada especificación técnica de forma independiente), con el fin de corroborar el cumplimiento estricto de dichas características técnicas.

Para el Item1: Ecografo, acreditar como mínimo el cumplimiento de las características de los numerales: A01 al A16; A17 al A24; A25 al A39: B02 al B05; C01 al C03.

Esto garantizará la transparencia, la igualdad de trato y la libre competencia en el proceso de selección.

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-HEJCU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f) **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que lo requerido en el Formato N° 2 de las Bases Integradas, refiere que todas las Especificaciones Tecnicas deben ser sustentadas conforme a lo indicado en el Anexo N° 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

En el Capítulo III, numeral 8.3 de las bases administrativas, se establece lo siguiente:

"El soporte presencial, el personal designado por el contratista deberá estar disponible y debe atender lo solicitado en un plazo no mayor a 24 horas durante el periodo de garantía."

Observamos que el plazo de 24 horas estipulado en las bases administrativas es un plazo excesivamente corto para que el personal designado pueda atender lo solicitado de manera efectiva. Este plazo no solo resulta difícil de cumplir para los contratistas, sino que también podría afectar la calidad del servicio, lo cual va en contra del interés de la entidad contratante.

Vulneración del Principio de Razonabilidad:

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 30225 (Ley de Contrataciones del Estado), el principio de competencia obliga a las entidades a establecer condiciones que sean proporcionales y adecuadas a las necesidades del objeto contractual. El plazo de 24 horas para brindar soporte técnico presencial no respeta este principio, ya que en muchos casos, dependiendo de la naturaleza del bien o servicio, el tiempo necesario para una adecuada atención puede ser mayor, especialmente si la ubicación geográfica o la complejidad del soporte lo requieren. Extender el plazo a 48 horas no compromete la operatividad del servicio y permite un margen de acción más razonable para el contratista.

El principio de eficacia y eficiencia, también recogido en el artículo 2 de la Ley N° 30225, implica que los procedimientos de contratación deben llevarse a cabo optimizando el uso de los recursos disponibles, tanto para la entidad como para los proveedores. Al establecer un plazo muy corto, como el de 24 horas, se podría generar una sobrecarga para el proveedor, afectando su capacidad de respuesta y comprometiendo la calidad del servicio. En este sentido, ampliar el plazo a 48 horas permitiría cumplir con el soporte técnico de manera adecuada, sin afectar la calidad del servicio.

Sustento en el Reglamento de la Ley N° 30225 (Decreto Supremo N° 344-2018-EF):

El artículo 47 del Reglamento establece que las especificaciones técnicas y condiciones del contrato deben ser proporcionales a la magnitud y complejidad de lo requerido. En este caso, el plazo de 24 horas podría considerarse desproporcionado frente a las posibles necesidades logísticas y técnicas del contratista para brindar un servicio de calidad, especialmente en áreas donde los recursos humanos o técnicos no se encuentren disponibles de inmediato.

Opiniones del OSCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado:

En diversas resoluciones, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado la importancia de establecer plazos y requisitos que respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad en los procedimientos de contratación. Por ejemplo, en la Resolución N° 0616-2019-TCE-S1, el Tribunal precisó que las entidades deben evitar imponer condiciones que no sean razonables o que limiten innecesariamente la participación de los proveedores, afectando la libre competencia.

Además, el OSCE, en su rol de órgano supervisor, ha indicado que las condiciones establecidas en las bases deben ajustarse a la realidad del mercado y a las posibilidades logísticas de los proveedores. En su Guía de Elaboración de Especificaciones Técnicas, el OSCE menciona que los plazos deben ser coherentes con la capacidad operativa de los postores y que la entidad debe considerar posibles contingencias, como la ubicación geográfica o la disponibilidad de recursos del proveedor.

Propuesta:

Por lo tanto, en virtud de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia, solicitamos al Comité de Selección que se amplíe el plazo para la atención del soporte técnico presencial a 48 horas, a fin de garantizar que el proveedor pueda cumplir con las condiciones establecidas sin comprometer la calidad del

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-HEJCU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

servicio. Esto permitirá una mejor operatividad y optimización de los recursos tanto para el contratista como para la entidad, alineándose con lo dispuesto en la Ley N° 30225 y su Reglamento, así como con los criterios establecidos por el OSCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 8.3	Literal:	Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Art 2 literal f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, puesto que se requiere garantizar la atención correctiva en tiempos viables para la institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III, 8.4.1Capacitacion para el personal usuario no se ha establecido la cantidad mínima de personal usuario a capacitarse.

Consultamos al comité de selección ¿Cuál va a ser la cantidad mínima de personal usuario que deberá capacitarse?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.4.1 Literal: Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la cantidad del personal usuario a capacitar es indistinto para el fiel cumplimiento de la prestación, puesto que la capacitación se debe limitar a la cantidad de horas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

En referencia a las bases administrativas del presente procedimiento de selección del bien a participar, solicitan:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregará en el plazo de 60 DÍAS, el cual incluye la preinstalación entre otros para la operatividad del equipo, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

10 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

9.1 PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del bien el cual incluye la preinstalación entre otros para la operatividad del equipo el cual se detalla.

Item: 1

Denominación del Bien: Equipo Ecografo

Plazo de Entrega: 60 Días

El Plazo de entrega del bien será contado a partir del día siguiente de la firma del contrato u orden de compra.

OBSERVAMOS lo establecido en las bases administrativas, debido a que los procesos de importación en este tipo de equipo al ser fabricado con la más alta tecnología existentes en el mercado, tal como su componente, son configurados y fabricados de acuerdo a la necesidad del cliente (Según especificación técnica)

Se debe considerar que los tiempos deben ser razonables y proporcionales a la naturaleza y complejidad al momento de entregar el equipo a importarse para el presente proceso de 01 equipo ecógrafo más el incluir la instalación y operatividad del bien antes señalado, es fabricado una vez suscrito el contrato, por lo que considerar 60 días como máximo en el plazo de entrega del bien, se estaría limitando la participación de postores en el proceso de selección, afectando la pluralidad.

Ello representa una DESPROPORCIONALIDAD, afectando la igualdad de trato de los proveedores pues es una exigencia ventajosa para algún proveedor en específico.

En ese contexto, de conformidad con el literal a) b), c) f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la indicación del plazo de reparación debe guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación, sino se estaría trasgrediendo el principio de libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo antes expuesto y con la finalidad de permitir la pluralidad de marcas y postores, solicitamos al comité de selección la modificación de las bases ampliando el plazo de entrega, modificando de esta forma que se detalla:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregará en el plazo de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS contados a partir de la emisión de la orden de compra.

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-HEJCU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 1.9	Literal: I	Página: 14
------------------------	---------------------	--------------	------------	------------

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) b), c) f) del artículo 2 del RLC

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega, se contabilizara a partir de la firma del contrato, cuyo plazo de entrega es de 60 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

7.3 Condiciones de Operación:

Los equipos, componentes y sus periféricos ofertados por los contratistas deberán ser nuevos (sin uso), cumpliendo con las características técnicas descritas en las especificaciones técnicas. Los equipos, componentes y sus periféricos propuestos no serán un prototipo, ni tampoco serán repotenciados (refurbished). El año de fabricación de los equipos deberán ser de doce (12) meses o menor, anterior a la fecha de presentación de las propuestas.

Por lo que solicitamos a la entidad que el Equipo Ecógrafo deberá ser de fabricación 2023, ya que importar un equipo a fines de año tiene demoras en la importación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la antigüedad del bien debe ser no mayor a 12 meses anterior a la fecha de la propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

7.5 Reglamentos técnicos, normas metrológicas

Los Equipos que utilicen energía eléctrica deben cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad.

La presente solicitud que realiza a la determinada a la especificación técnica que se señala de que los equipos que utilicen energía eléctrica deben cumplir con lo normado en el código nacional de electricidad, debiera también ser demostrada o sustentado en documentos como catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante; y al aceptarlo mediante esa demostración antes señalada NO se estaría limitando la participación de postores, ni vulnerando a lo establecido en el artículo 2°, literal c), e) y f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente:

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Solicitamos al Comité de selección se acepte ampliar en indicar a este punto que se detalla:

Los Equipos que utilicen energía eléctrica deben cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad y/o se sustente la presentación de documentación sea en catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.5 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b),e) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación puesto que la sustentación no puede guiarse de catálogos, manuales, folletos, se requiere documento tecnico legal que garantice que los equipos que utilicen energía eléctrica deben cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

7.5 Reglamentos técnicos, normas metroológicas

Los dispositivos médicos obligatoriamente deberán contar con sus registros sanitarios entregados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y dispositivos DIGEMID, indicando representante, fabricante, país de fabricación e indicar que se encuentra Activo.

Solo se aceptarán Dispositivos médicos sin registro sanitario cuando estos se encuentren en el Listado referido a la no sujeción a registro sanitario publicado por la DIGEMID ¿ Ultima Versión.

El registro sanitario es un documento emitido por DIGEMID para la comercialización y/o importación de equipos médicos. Las bases no hacen referencia a si se requiere el registro sanitario a nombre del postor o de un tercero.

La presente solicitud que realiza en referencia al registro sanitario debiera señalarse a nombre del postor del bien principal que vendría ser del equipo ecógrafo, cumpliéndose al artículo 2°, literal b) y f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo que observamos y solicitamos al comité de selección SE REQUIERA REGISTRO SANITARIO A NOMBRE DEL POSTOR al equipo ofertado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.5 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b),e) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación y se aclara que se mantiene lo solicitado en el documento lo cual es : los dispositivos médicos obligatoriamente deberán contar con sus registros sanitarios entregados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y dispositivos DIGEMID, indicando representante, fabricante, país de fabricación e indicar que se encuentra Activo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

9. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Experiencia del personal clave 2

Un (01) Aplicacionista (licenciado en enfermería, médico o tecnólogo). Deberá contar con experiencia mínima de 02 años como aplicacionista en ecografías.

Argumento:

De acuerdo con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, el Artículo 2 establece principios fundamentales que deben guiar los procesos de contratación pública. Estos principios son clave para asegurar que el proceso sea justo, transparente y eficiente.

Principio de Libertad de Concurrencia (Artículo 2, literal a): La Ley N° 30225 establece que las entidades deben promover la libre participación de proveedores, evitando exigencias que limiten esta participación. Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el principio de libertad de concurrencia implica que los requisitos de calificación no deben ser tan restrictivos que excluyan a proveedores cualificados. Es decir, las entidades deben evitar exigir características que no estén estrictamente relacionadas con la capacidad técnica y operativa del proveedor para cumplir con el contrato.

Principio de Eficiencia y Eficacia (Artículo 2, literal f): Este principio requiere que las decisiones en el proceso de contratación se orienten al cumplimiento de los fines y objetivos de la entidad, priorizando el cumplimiento de los requisitos del contrato sobre formalidades no esenciales. Según el Reglamento, la eficacia y eficiencia del proceso de contratación no solo buscan asegurar el cumplimiento del contrato de manera adecuada y oportuna, sino también fomentar la competencia para obtener las mejores condiciones posibles en términos de calidad y costo.

La inclusión de un contexto a corregirse donde se detalla que se deba contar con experiencia mínima de 02 años como aplicacionista en ecografías. Al NO modificarse a lo señalado; esto puede afectar negativamente la competencia y la calidad de las ofertas recibidas.

La Opinión N.º 071-2019/DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) destaca que las especificaciones técnicas deben ser claras pero no deben restringir innecesariamente la participación de proveedores. En este contexto, la exigencia de experiencia en equipos que abarcan solo una categoría específica puede excluir a proveedores que podrían ofrecer soluciones adecuadas y competitivas en base a su experiencia con equipos similares.

Asimismo, lo expresado en las bases administrativas vulnera los siguientes principios

Principio de Libertad de Concurrencia: Restringir los bienes similares a una lista específica sin considerar alternativas relacionadas puede limitar la participación de proveedores que podrían cumplir con los requisitos del contrato. Esto no solo va en contra del principio de libertad de concurrencia, sino que también puede resultar en una menor competencia y, por ende, en ofertas menos favorables para la entidad.

Principio de Eficiencia y Eficacia: La limitación de los bienes similares a una lista específica puede resultar en una competencia reducida, lo que podría traducirse en costos más altos o en una menor calidad de las ofertas. Una definición más amplia de bienes similares facilita la participación de una mayor cantidad de proveedores, lo que puede conducir a ofertas más competitivas y a una mejor satisfacción de los objetivos del contrato.

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-HEJCU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Por lo anterior expuesto solicitamos al comité aceptar también:

Un (01) aplicacionista u otro profesional (licenciado en enfermería ó médico ó tecnólogo ó Ingeniero electrónico o médico radiólogo) con experiencia mínima de 02 años como aplicacionista en ecografías ó 02 años como profesional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** A.1.1 **Literal:** III **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Literal a), f), Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación por lo que con el fin de garantizar la pluralidad de los postores, el ítem quedara de la siguiente manera : UN (1) APLICACIONISTA (LICENCIADO EN ENFERMERIA, MEDICO, TECNOLOGO , MEDICO RADIOLOGO O TECNICO ESPECIALISTA EN EL PROCEDIMIENTO) , sin embargo se requiere que el aplicacionista sea capacitado por fábrica, por lo que esto será verificado mediante certificados de entrenamiento. Deberá contar con experiencia mínima de 02 años como aplicacionista en ecografías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (1) APLICACIONISTA (LICENCIADO EN ENFERMERIA, MEDICO, TECNOLOGO , MEDICO RADIOLOGO O TECNICO ESPECIALISTA EN EL PROCEDIMIENTO) , sin embargo se requiere que el aplicacionista sea capacitado por fábrica, por lo que esto será verificado mediante certificados de entrenamiento. Deberá contar con experiencia mínima de 02 años como aplicacionista en ecografías.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

A02 ALGORITMO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Existen diferentes tipos de inteligencia artificial, siendo la actual consolidada para las evaluaciones clínicas y ayuda en mediciones la inteligencia artificial por Deep learning o aprendizaje profundo; por lo que a fin de PRECISAR el requerimiento solicitamos aclarar que lo requerido hace referencia al algoritmo por Deep learning.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para garantizar la pluralidad de postores no podemos definir el tipo de inteligencia artificial, por lo que el ALGORITMO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL debe garantizar el buen funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

A05 PROFUNDIDAD MAXIMA DE VISUALIZACION DE 30CM O MAS
Las especificaciones técnicas son ampliamente superadas en casi todas las especificaciones por diferentes marcas y modelos de equipo. Por ejemplo en los programas, transductores, herramientas de optimización de imagen, profundidad, etc. Hoy en día existen varias marca que le ofrece una alta calidad de imagen a una profundidad de hasta 40 cm lo que detalla rendimiento clínico sobresaliente en pacientes de gruesa contextura y/u obesos en los diferentes servicios clínicos. Por lo que a fin de garantizar la vigencia tecnológica solicitamos modificar la especificación de la siguiente manera:
A05 PROFUNDIDAD MAXIMA DE VISUALIZACION DE 40CM O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b),e) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la característica técnica solicitamos una profundidad de 30 cm o más, por lo que la profundidad solicitada por el proveedor se encuentra dentro de la característica técnica, por lo tanto, con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores, No se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

A16 CAPACIDAD DE COMPARAR UN ESTUDIO DE ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA (CT) Y/O RESONANCIA(RM)
Solicitamos aclarar si la comparación solicitada hace referencia a tener en una sola pantalla las dos imágenes, priorizando que la imagen de ultrasonido sea en tiempo real.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta lo que se requiere es tener en una sola pantalla las dos imágenes considerando que la imagen de ultrasonido sea en tiempo real.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

A30 SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA POR COMPARACION ENTRE DOS REGIONES Y SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA CON TECNOLOGIA SHEAR WAVE VISUALIZACION DE MAPA DE COLOR EN UNA REGION 2D DE INTERES, CON CAPACIDAD DE MEDIDA DE LA RIGIDEX EN KILOPASCALES (KPA) Y EN METROS POR SEGUNDO (M/S)

La aplicación de elastografia actualmente está disponible en todas las marcas y en más de un transductor, permitiendo al médico usuario tener una herramienta adicional de soporte diagnóstico para la evaluación de lesiones duras correspondientes a las aplicaciones de mama, tiroides, MSK, próstata, cuello uterino e hígado.

Por lo que a fin de aclarar el requerimiento solicitamos PRESISAR si se requiere como mínimo la elastografia semicuantitativa y la elastografia con shearwave en los transductores CONVEXO y lineal solicitados en B02 y B03.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta se requiere la elastografia semicuantitativa y la elastografia con shearwave en los transductores CONVEXO y lineal solicitados tal cual se encuentra detallado en los ítems B02 y B03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

A30 SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA POR COMPARACION ENTRE DOS REGIONES Y SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA CON TECNOLOGIA SHEAR WAVE VISUALZIACION DE MAPA DE COLOR EN UNA REGION 2D DE INTERES, CON CAPACIDAD DE MEDIDA DE LA RIGIDEX EN KILOPASCALES (KPA) Y EN METROS POR SEGUNDO (M/S)

La aplicación de elastografia actualmente está disponible en todas las marcas y en más de un transductor, permitiendo al médico usuario tener una herramienta adicional de soporte diagnóstico para la evaluación de lesiones duras correspondientes a las aplicaciones de mama, tiroides, MSK, próstata, cuello uterino e hígado.

Observamos al Comité de selección se acepte la elastografia semicuantitativa y la elastografia con shearwave en los transductores CONVEXO y lineal solicitados en B02 y B03.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b),e) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación se requiere la elastografia semicuantitativa y la elastografia con shearwave en los transductores CONVEXO y lineal solicitados tal cual se en cuenta detallado en los ítems B02 y B03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

B05 UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 1 MHZ A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO. CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 18MM-25

La longitud de arreglo es una característica física que corresponde a un transductor lineal, ya que determina el largo de la huella que hace contacto con la piel del paciente; en el transductor sectorial dentro de las características que tienen se encuentra el rango de frecuencia, el ángulo de visualización siendo este ultimo el que determina la imagen conica bidimensional a visualizar. Por lo que a fin de precisar el requerimiento solicitamos aceptar también:

B05 UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 1 MHZ A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO. CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 18MM-25MM ó ANGULO DE VISION DE 120°

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b),e) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación por lo que con el fin de fomentar la pluralidad de postores el item quedara definido de la siguiente manera: B05 UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 1 MHZ A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO. CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 18MM-25MM ó ANGULO DE VISION DE 120°.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B05 UN (01) TRANSDUCTOR SECTORIAL MULTIFRECUENCIAL DE 1 MHZ A 4MHZ O RANGO MAS AMPLIO. CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 14MM COMO MINIMO HASTA 25MM ó ANGULO DE VISION DE 120°.

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

CAPITULO IV:
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos

A. Precio.....100 puntos

Vemos que los factores de evaluación no contemplan mejoras tecnológicas, lo que hace que, la Entidad reciba un equipo con características técnicas mínimas.

A fin de permitir que la Entidad reciba mejoras tecnológicas sin que éstas alteren lo establecido en la indagación de mercado a la presente bases y no genere inversión adicional.

Observamos respetuosamente al Comité de Selección ADICIONAR y REPLANTEAR a esta condición llamada ¿otro factor de evaluación¿ a las bases administrativas. Esto permitirá que el proceso de selección se ajuste a los principios de proporcionalidad, eficiencia y transparencia establecidos en la Ley N°30225 y su reglamento, facilitando una contratación más justa y adecuada a las necesidades reales de la Entidad. Por lo que se solicita se determine de esta forma:

CAPITULO IV:
FACTORES DE EVALUACIÓN

A. PRECIO90 PUNTOS

OTRO FACTOR DE EVALUACIÓN

B. MEJORA TECNOLOGICA 10 PUNTOS

1. Software de visualización de flujo micro vascular (tecnología Doppler) en modo color y monocromático disponible el transductor convexo y lineales ofertados.

Software para evaluación del grado de esteatosis hepática, mediante atenuación de imagen

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Literal: IV Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 al literal a) b), c), f) y g) del Reglamento de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, por lo que el area usuaria ha definido las siguientes mejoras tecnológicas: 1.- Giro del monitor de 180°, con opción a adaptarse a diferentes posturas y angulos de trabajo (3 puntos). 2.- . Software de visualización de flujo micro vascular (tecnología Doppler) en modo color y monocromático disponible el transductor convexo y lineales ofertados.

Software para evaluación del grado de esteatosis hepática, mediante atenuación de imagen(3 puntos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.- Giro del monitor de 180°, con opción a adaptarse a diferentes posturas y angulos de trabajo (3 puntos). 2.- . Software de visualización de flujo micro vascular (tecnología Doppler) en modo color y monocromático disponible el transductor convexo y lineales ofertados.

Software para evaluación del grado de esteatosis hepática, mediante atenuación de imagen(3 puntos)

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	21:34:02

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

Vemos que los factores de evaluación no contemplan mejoras tecnológicas, lo que hace que, la Entidad reciba un equipo con características técnicas mínimas.

Por lo que a fin de permitir que la Entidad reciba mejoras tecnológicas sin que éstas alteren lo establecido en la indagación de mercado a la presente bases y no genere inversión adicional.

¿Permitirá el comité de selección adicionar y replantear a esta puntuación como se detalla:

A. PRECIO90 PUNTOS

B. MEJORA TECNOLÓGICA 10 PUNTOS

1. Software de visualización de flujo micro vascular (tecnología Doppler) en modo color y monocromático disponible el transductor convexo y lineales ofertados.

Software para evaluación del grado de esteatosis hepática, mediante atenuación de imagen; Ello no vulnera del artículo 2 al literal a) b), c), f) y g) del Reglamento de la Ley 30225?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: IV Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 al literal a) b), c), f) y g) del Reglamento de la Ley 30225?

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, por lo que el area usuaria ha definido las siguientes mejoras tecnológicas: 1.- Giro del monitor de 180°, con opción a adaptarse a diferentes posturas y angulos de trabajo (3 puntos). 2.- . Software de visualización de flujo micro vascular (tecnología Doppler) en modo color y monocromático disponible el transductor convexo y lineales ofertados.

Software para evaluación del grado de esteatosis hepática, mediante atenuación de imagen(3 puntos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.- Giro del monitor de 180°, con opción a adaptarse a diferentes posturas y angulos de trabajo (3 puntos). 2.- . Software de visualización de flujo micro vascular (tecnología Doppler) en modo color y monocromático disponible el transductor convexo y lineales ofertados.

Software para evaluación del grado de esteatosis hepática, mediante atenuación de imagen(3 puntos)

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:07:13

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:
ANEXO N° 1 - CARACTERISTICAS TECNICAS
SOLICITAN
A16: Capacidad de comparar un estudio de ultrasonido, Tomografía (CT) y/o Resonancia (RM) -

Se solicita al comité de selección para una mayor pluralidad y participación de postores sea considerada como opcional, quedando formulado de la siguiente manera.
A16: Capacidad de comparar un estudio de ultrasonido, Tomografía (CT) y/o Resonancia (RM) - (Opcional) ¿¿¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta la consulta, ya que lo que se requiere es que se encuentre activa la CAPACIDAD DE COMPARAR UN ESTUDIO DE ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA (CT) Y/O RESONANCIA (RM), ello facilita el diagnóstico del paciente.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO ECOGRAFO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU, CUI 2629284.

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:07:13

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
SOLICITAN

A30: SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA POR COMPARACIONES ENTRE DOS REGIONES Y SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA CON TECNOLOGIA SHEAR WAVE VISUALIZACION DE MAPA DE COLOR EN UNA REGION 2D DE INTERES, CON CAPACIDAD DE MEDIDA DE LA RIGIDEZ, EN KILOPASCALES (KPA) Y EN METROS POR SEGUNDOS (M/S).

Se solicita al comité de selección que aceptase incluir el siguiente cambio para mayor pluralidad de postores y participación, quedando reformulado de la siguiente manera:

A30: SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA POR COMPARACIONES ENTRE DOS REGIONES Y/O SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA CON TECNOLOGIA SHEAR WAVE VISUALIZACION DE MAPA DE COLOR EN UNA REGION 2D DE INTERES, CON CAPACIDAD DE MEDIDA DE LA RIGIDEZ, EN KILOPASCALES (KPA) Y EN METROS POR SEGUNDOS (M/S).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, se aclara que se requiere la elastografia semicuantitativa y la elastografia con shearwave en los transductores CONVEXO y lineal solicitados tal cual se en cuenta detallado en los ítems B02 y B03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null