


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) LP N° 1-2024-ESSALUD/RAMOY-1 (LP N° 2436L00011)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de Materiales e Insumos de Laboratorio - Ractivos de Bioquímica con equipos en cesión de uso para para la Red Asistencial de Moyobamba, por un período de 12 meses - Ítem paquete						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Atención de pacientes en el Servicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del Hospital I Alto Mayo						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1916-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	No aplica					
		Documento que declaró la viabilidad	No aplica					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° D00007-SADXYTTO-ESSALUD-2024		Fecha de recepción	1/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/09/2024	De oficio	Nota N° 65-LAB-AyDx/TTO-D-HIAM-RAMOY-ESSALUD-2024	Con motivo de observaciones	Modifica la cantidad de reactivos por entregas del sub ítem Reactivo de glucosa enzimática ya que la cantidad total de 25,500 pruebas no coincidía con la sumatoria de las 03 cantidades por entrega	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
		El mercado ha demostrado que el agrupamiento de los bienes no afecta la pluralidad de marcas y postores, Para la entidad resulta más eficiente, ejecutar una sola contratación que ejecutar contrataciones independientes, en términos de calidad, precio y tiempo que efectuar contrataciones por separado. La presente convocatoria incluye equipos en cesión en uso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	No plica		Fecha de aprobación	No aplica		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	No plica		Fecha de inicio de vigencia	No aplica		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0	0	No aplica	13/08/2024	2	Memorando N° 00062-UAIHyS-RAMOY-ESSALUD-2024	13/08/2024

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) LP N° 1-2024-ESSALUD/RAMOY-1 (LP N° 2436L00011)																																
	1	0	0	No aplica	23/08/2024	2	Memorando N° 00085- UAIHyS-RAMOY- ESSALUD-2024	23/08/2024																								
	1	0	0	No aplica	26/08/2024	1	Correo electronico del 26/08/2024	26/08/2024																								
2.8	<p>CONSULTA N°1 De acuerdo al presente requerimiento solicitan una serie de Reactivos, así como dos analizadores de diferente performance, por lo cual solicitamos amablemente en virtud a la pluralidad de postores, puedan aceptar reactivos que sean de diferente marca al Analizador ofertado, constatando mediante carta de fabricante su correcto funcionamiento en el analizador ofertado.</p> <p>CONSULTA N° 2 De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Magnesio y en el apartado de ESPECIFICACIONES TECNICAS, indican: Estabilidad en Uso no menor de 21 días. Teniendo en consideración que en el mercado existen distintas marcas que cuenta con presentaciones de kits compuestos de 2 o más frascos duplicados del mismo producto y estos conforman su kit completo. La presentación de nuestro fabricante incluye 6 frascos duplicados (conjunto de reactivos) en los que cada cual posee una estabilidad, una vez colocado en el instrumento, de 10 días. Teniendo de esta manera el kit completo en total una estabilidad de 60 días. Solicitamos amablemente al comité de selección lo requerido, toda vez que cumple lo requerido pues supera las Especificaciones técnicas dadas por IETSI y favorece la pluralidad de marcas y postores.</p> <p>Téngase en cuenta también que cuando se trata de reactivos de una presentación única (cartucho), la estabilidad del reactivo se inicia cuando se apertura el uso, es decir, cuando ingresa al instrumento/analizador. En el caso de los reactivos kits (conjunto de reactivos) y/o frascos que componen el kit, cada componente tiene una estabilidad y la apertura de los frascos es escalonada, debido a que no se abren todos los frascos al mismo tiempo para su uso. Por este motivo precisamos que para acreditar la estabilidad del Magnesio se podría realizar la suma de estabilidad de los componentes del kit o frascos del reactivo siempre y cuando se encuentre detallado en la folletería y/o brochure y/o catalogo y/o inserto y/o carta aclaratoria emitida por el fabricante que demuestre fehacientemente lo solicitado.</p> <p>CONSULTA 3. Indican que los equipos podrán ser de la misma marca del reactivo o compatibles que permitan la realización completa de la prueba para asegurar el procedimiento del control de calidad en el laboratorio, ante ello consideramos que tan solo una carta del fabricante o dueño de la marca no es suficiente para constatar esta compatibilidad, considerando que, vuestra entidad que tiene un amplio conocimiento en los procesos de validación de pruebas, para poder evidenciar que existe tal compatibilidad es necesario que los postores que presenten analizadores de diferente marca del reactivo, los reactivos deberán contar con protocolos de validación donde se verifique que los mismos han sido evaluados con el modelo y marca de equipo a ofertar.</p> <p>CONSULTA 4 Sobre la respuesta de la consulta donde solicitan considerar la estabilidad del reactivo de magnesio a la suma de los frascos que contiene un kit, entendemos que la estabilidad de uso es no menor a 21 días (especificación técnica establecida a nivel nacional por IETSI) del reactivo a bordo del equipo, sin considerar que la presentación del reactivo sea un kit o conjunto de reactivos por 06 u otra cantidad de frascos, por lo que no se contempla la sumatoria de los días de estabilidad de cada frasco, para acreditar esa característica</p> <p>CONSULTA 5. De acuerdo al presente requerimiento, solicitan TEST DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos amablemente puedan también aceptar la oferta de un Equipo en cesión de uso y reactivos que utilicen la metodología Gold estándar HPLC</p>																															
2.9	<p>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th> <th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No aplica</td> <td>No aplica</td> <td>2</td> <td>Nota N° 61-LAB-AyDx/TTOD-HIAM-RAMOY-ESSALUD-2024</td> <td>21/08/2024</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No aplica</td> <td>No aplica</td> <td>3</td> <td>Nota N° 62-LAB-AyDx/TTOD-HIAM-RAMOY-ESSALUD-2024</td> <td>26/08/2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>El usuario absuelve las consultas del proveedor y como resultado de ello adjunta nueva versión de las especificaciones técnicas y condiciones generales, el mismo que se reenvío a los proveedores para que nos hagan llegar el valor estimado para la contratación.</p>								N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	1	0	0	No aplica	No aplica	2	Nota N° 61-LAB-AyDx/TTOD-HIAM-RAMOY-ESSALUD-2024	21/08/2024	1	0	0	No aplica	No aplica	3	Nota N° 62-LAB-AyDx/TTOD-HIAM-RAMOY-ESSALUD-2024	26/08/2024
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																									
1	0	0	No aplica	No aplica	2	Nota N° 61-LAB-AyDx/TTOD-HIAM-RAMOY-ESSALUD-2024	21/08/2024																									
1	0	0	No aplica	No aplica	3	Nota N° 62-LAB-AyDx/TTOD-HIAM-RAMOY-ESSALUD-2024	26/08/2024																									
2.10	<p>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Ajustes realizados al requerimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Adjunta nueva versión de la Especificaciones tecnicas con las modificaciones respectivas.</td> </tr> </tbody> </table>								N° Item	Ajustes realizados al requerimiento	1	Adjunta nueva versión de la Especificaciones tecnicas con las modificaciones respectivas.																				
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																															
1	Adjunta nueva versión de la Especificaciones tecnicas con las modificaciones respectivas.																															

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) LP N° 1-2024-ESSALUD/RAMOY-1 (LP N° 2436L00011)				
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
En las indagaciones de mercado se advierte la existencia de pluralidad de potenciales postores que pueden participar en el presente procedimiento de selección (Fuentes: Cotizaciones, web y Precios Historicos)				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
Con la Fuente de precios historicos de la Entidad, precios web seace y la fuente Cotizaciones, se determina que se cuenta con la pluralidad de marcas proveedores que cumplen con el requerimiento.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div style="text-align: center;">  <p> Firmado digitalmente por SILVA NORIEGA Herbert FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 11.10.2024 10:25:35-0500 </p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				