

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
LICITACION PUBLICA N° 018-2023-HNDM-1
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE - CUI N° 2550532**

1	NÚMERO DE ACTA	004-2023-CS/LP N° 018-2023-HNDM-1
----------	-----------------------	--

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
<p>En, Lima, a los 04 días del mes de agosto del año 2023, en el local del Ambiente de Proceso de Selección - Oficina de Logística, a las 09:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Administrativa N° 154-2023/OEA/HNDM, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 018-2023-HNDM-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE - CUI N° 2550532, a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
<p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p>					
Presidente	GEORGE VEGA VIVAS	Titular	x	Dependencia:	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
		Suplente			
Primer Miembro	FREDDY CLEMENTE TASYCO AYALA	Titular	x	Dependencia:	OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA HOSPITALARIA
		Suplente			
Segundo Miembro	JULIO CESAR MAROCHO AGUIRRE	Titular	x	Dependencia:	OFICINA DE LOGISTICA
		Suplente			

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES	
<p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p>		
N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	DROGUERIA M Y M S.A.C.	20101120288
2	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	20110133091
3	CYMED MEDICAL SAC	20263368992
4	GAMEL S.R.L.	20333483395
5	SELEMED S.R.L.	20454261659
6	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	20505126069
7	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	20511122458
8	T H I MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20519023351
9	SOLUCIONES MEDICAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	20548839433
10	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	20600756011
11	SUNIX TECH S.A.C.	20602119557
12	X RAY MEDICAL SYSTEMS S.A.C	20603693290
13	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374
14	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123

5	DETALLE DE LOS POSTORES		
<p>En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del Se@ce de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:</p>			
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	21/07/2023	18:47:47
2	GAMEL S.R.L.	21/07/2023	20:24:11
3	CYMED MEDICAL SAC	21/07/2023	17:26:26




FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
LICITACION PUBLICA N° 018-2023-HNDM-1
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE - CUI N° 2550532**

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	<p>NO CUMPLE, PORQUE EN LA OFERTA DEL POSTOR EN LA CARACTERISTICA B10: CAPACIDAD CALORIFICA DEL ANODO: 300KHU O MAYOR; EN FOLIOS 130 SE PUEDE OBSERVAR QUE SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO, PARA EL MODELO TOPAZ 32D "<u>MAX. HU DEL AÑODO IGAL 140 KHU</u>", CONTRADIENDO LO SEÑALADO EN LAS FOJAS 148, 153 Y 157. CABE SEÑALAR QUE EN FOJA 153 Y 157, SE SUSTENTA LA PRESENTE CARACTERISTICA CON DOCUMENTACION EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, SIENDO QUE LO SOLICITADO ES QUE <u>DICHA ACREDITACIÓN DEBERÁ SER A TRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLLETOS, CARTA DEL FABRICANTE, CUAL QUIERA DE ELLOS EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CONCORDANCIA CON EL LITERAL M) DE LAS BASES INTEGRADAS.</u></p> <p>NO CUMPLE, PORQUE EN LA OFERTA DEL POSTOR EN LA CARACTERISTICA B10: CAPACIDAD DE CARGA 100 KG O MAYOR; SE OBSERVA QUE SE SUSTENTA LA PRESENTE CARACTERISTICA CON DOCUMENTACION EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, SIENDO QUE LO SOLICITADO ES QUE DICHA ACREDITACIÓN DEBERÁ SER A TRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLLETOS, CARTA DEL FABRICANTE, CUAL QUIERA DE ELLOS EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CONCORDANCIA CON EL LITERAL M) DE LAS BASES INTEGRADAS.</p>




FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
LICITACION PUBLICA N° 018-2023-HNDM-1
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE - CUI N° 2550532**

2	GAMEL S.R.L.	NO CUMPLE, PORQUE EN LA OFERTA DEL POSTOR EN FOJA 14 SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO DONDE SE DETALLAN LOS DATOS DEL PROFESIONAL ING. JUAN MANUEL LITANO VILCHEZ, ASI COMO OTRA INFORMACION A MANERA DE CURRILUCUM VITAE, ASI MISMO PRESENTA EN FOJA 23, 24 Y 25 CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO DE CAPACITACION, LAS CUALES NO SUMAN LOS TRES AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN EL LITERAL i); ASI MISMO, PRESENTA EN FOJAS 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO DE TRABAJO, NINGUNO DE ELLOS EMITIDO POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE CONTAR CON UNA EXPERIENCIA NO MENOR DE 03 AÑOS. POR ULTIMO, HAY QUE INDICAR QUE SE PRESENTA EN FOJA 32 LA CONSTANCIA DE TRABAJO DEL PROVEEDOR GAMEL SRL, SIN EMBARGO NO CUMPLE CON LOS 03 AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
		NO CUMPLE , PORQUE EN LA OFERTA DEL POSTOR, EN LA CARACTERISTICA B14: 35 CM O MENOR X 42 CM O MAYOR, SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS, EN FOLIO 82 SE OBSERVA LA PRESENTE CARACTERISTICA: CASETES INALAMBRICOS, DIMENSIONES (MM3) 460X460X15, LO CUAL ES EQUIVALENTE A 46CM X 46CM; SIN EMBARGO EN LAS BASES INTEGRADAS SE SOLICITA B14: 35 CM O MENOR X 42 CM O MAYOR; POR TAL MOTIVO NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CYMED MEDICAL SAC	1

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	CYMED MEDICAL SAC	478,000.00	60.00

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CYMED MEDICAL SAC	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		60 puntos
	PLAZO DE ENTREGA		20 puntos

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
LICITACION PUBLICA N° 018-2023-HNDM-1
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE - CUI N° 2550532**

	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	20 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CYMED MEDICAL SAC	100
<i>Nota.-</i> En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

12	CALIFICACIÓN		
Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:			
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CYMED MEDICAL SAC	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	A.1 FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:		
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
1	CYMED MEDICAL SAC	

14	ACUERDO ADOPTADO
El Comité de Selección, en concordancia con el Área Usuaria Especializada mediante INFORME N° 645-2023-OGTH-HNDM, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.	

 GEORGE VEGA VIVAS NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
 FREDDY CLEMENTE TASAYCO AYALA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO	 JULIO CESAR MAROCHO AGUIRRE NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

**INFORME N° 645-2023-OGTH-HNDM**

A : Eco. Javier Joel Diaz Carrillo.
Oficina de Logística.

ATENCIÓN : Julio César Morocho Aguirre.
**Segundo Miembro Titular del Comité de Selección.
LP-018-2023-HNDM.**

ASUNTO : Sobre Solicitud de Apoyo para la Verificación de Especificaciones Técnicas y Requisitos de Calificación de las Ofertas Presentadas Correspondiente a la LP N°018-2023-HNDM.

REFERENCIA : Registro N°15258-2023.

FECHA : Lima, 31 de julio del 2023.

Me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez informar de acuerdo con el registro de la referencia, donde mediante Memorando N°001-2023-OEC-LP N°018-2023-HNDM, donde el Segundo Miembro Titular del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Licitación Pública N°018-2023-HNDM, – "Adquisición de Equipo de Rayos X Digital Rodable – CUI N°2550532", solicita el apoyo técnico, para la verificación de las ofertas recibidas según el Capítulo II Del Procedimiento de Selección y Capítulo III Requerimiento de las bases definitivas del procedimiento de selección mencionado.

Al respecto, corresponde señalar que revisado el expediente se observa las siguientes propuestas según el Ítem correspondiente:

1. CYMED MEDICAL S.A.C.
2. X RAY SALES AND SERVICES S.A.C.
3. GAMEL S.R.L.

Así mismo, en mi calidad de área técnica corresponde indicar que, al realizarse la evaluación correspondiente a los Documentos para la Admisión de la Oferta y Requisitos de Calificación se concluye lo siguiente:

1. **CYMED MEDICAL S.A.C. CUMPLE** con la documentación para la admisión de la oferta, así como las especificaciones técnicas detalladas y requisitos de calificación respectivos.
2. **X RAY SALES AND SERVICES S.A.C. NO CUMPLE** con la documentación para la admisión de la oferta, según Capítulo II numeral 2.2 Contenido de las Ofertas, sub numeral 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria, sub numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, literal m) según siguiente detalle:

OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
Parque Historia de la Medicina Peruana s/n
Cercado de Lima
Tíf. 328-0028/ 3280035 Anexo 8244
www.hdosdemayo.gob.pe
Email: hdosdemayo@hdosdemayo.gob.pe
hdosde:navo@hotmail.com

**Siempre
con el pueblo**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- ✓ **Hoja de Presentación del Producto (Equipo) de forma detallada incluido los folios de cada característica del Equipo (Capítulo III de las Bases Administrativas), dicha acreditación deberá ser a través de catálogos, folletos, carta del fabricante, cual quiera de ellos en idioma español, con el fin de corroborar el cumplimiento estricto de dichas características técnicas, los cuales deben ajustarse a lo declarado y comprometido en la Declaración Jurada – Anexo N° 03 (ANEXO N° 19). Las características que deberá ser justificadas son las siguientes: De A01 hasta D01.**

El postor presenta el Anexo N°19: HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO, el cual indica el cumplimiento de lo solicitado en el literal m), sin embargo se observa lo siguiente:

- ✓ **B10 CAPACIDAD CALORIFICA DEL ANODO: 300KHU O MAYOR.**

Se observa que en foja N°123, que el proveedor presenta el Anexo N°19 Hojas de Presentación del Producto, donde se puede observar que se indica la marca y modelo del bien ofertado, el cual es "**DRGEM – TOPAZ 32D**", respectivamente, y en foja N°130 se puede observar que se indica las Especificaciones del equipo, para el modelo TOPAZ 32D "**Max. HU del Ánodo igual 140KHU**", contradiciendo lo señalado en las fojas 148, 153 y 157. Cabe señalar que en foja 153 y 157, se sustenta la presente característica con documentación en idioma diferente al español, siendo que lo solicitado es "**cual quiera de ellos** (referente a la documentación para acreditación de las especificaciones técnicas) **en idioma español**". Por tal no se estaría cumpliendo con lo solicitado.

- ✓ **B17 CAPACIDAD DE CARGA 100KG O MAYOR.**

Se observa que en foja N°159, se sustenta la presente característica con documentación en idioma diferente al español, siendo que lo solicitado es "**cual quiera de ellos** (referente a la documentación para acreditación de las especificaciones técnicas) **en idioma español**". Por tal no se estaría cumpliendo con lo solicitado.

Por tal motivo la presente oferta no estaría cumpliendo con la documentación para su admisión.

- 3. GAMEL S.R.L. NO CUMPLE** con la documentación para la admisión de la oferta, según Capítulo II numeral 2.2 Contenido de las Ofertas, sub numeral 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria, sub numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, literal i) según siguiente detalle:

- ✓ **Copia del Certificado del personal técnico de ser profesional titulado (Ingeniero Electrónico, Ingeniero Biomédico, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecatrónica) y colegiado y/o Bachiller en Ingeniero Electrónico, Ingeniero Biomédico, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecatrónica y/o Técnico en Electrónica debidamente acreditado a nombre de la nación y además de ser certificado por el fabricante y/o distribuidor autorizado de contar con una experiencia no menor de 03 años en el uso y mantenimiento de equipos médicos iguales y/o similares. (ANEXO N°13).**





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

El postor presenta el Anexo N°13: DECLARACIÓN JURADA DE RESPALDO TECNICO DE LA EMPRESA Y DE RECURSOS HUMANOS, el cual indica el cumplimiento de lo solicitado en el literal i), sin embargo se observa lo siguiente:

Que en foja 14 de la oferta se encuentra el documento donde se detallan los datos del profesional Ing. Juan Manuel Litano Vilchez, así como otra información a manera de Currículum Vitae, así mismo presenta en foja 23, 24 y 25 constancia y/o certificado de capacitación, las cuales no suman los tres años de experiencia solicitado en el literal i. Así mismo presenta en fojas 26, 27, 28, 29, 30 y 31 constancia y/o certificados de trabajo, ninguno de ellos emitido por el fabricante y/o distribuidor autorizado de contar con una experiencia no menor de 03 años. Por último, hay que indicar que se presenta en foja 32 la constancia de trabajo del proveedor GAMEL S.R.L.T. (distribuidor autorizado), la cual no cumple con los 03 años solicitados. Por tal motivo no se estaría cumpliendo con los 3 años de experiencia certificados por el fabricante y/o distribuidor autorizado, en la experiencia señalada en el literal i).

El postor presenta el Anexo N°19: HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO, el cual indica el cumplimiento de lo solicitado en el literal m), sin embargo se observa lo siguiente:

✓ **B14 35 cm O MENOR X 42 cm O MAYOR.**

Se observa que en foja N°82, se sustenta la presente característica, "**Casetes Inalámbricos**", "**Dimensiones (mm3) 460x460x15**", lo cual es equivalente a "**46cm x 46cm**", sin embargo la característica es clara y se solicita que las dimensiones sean de 35cm menor a ello hasta 42 cm o mayor, no se requiere en este caso que el componente requerido tengo un gran tamaño. Por tal no se estaría cumpliendo con lo solicitado.

Por tal motivo la presente oferta no estaría cumpliendo con la documentación para su admisión.

Se eleva el presente informe, para su conocimiento y realice las acciones correspondientes por el trámite regular. Sin otro particular me despido con un cordial saludo.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
Ing. SEBASTIÁN POLICARPO PERINDESAVALLOS
Jefe de la Oficina de Gestión
Hospitalaria
2021

CC.:
Archivo.

OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
Parque Historia de la Medicina Peruana s/n
Cercado de Lima
Tlf. 328-0028/ 3280035 Anexo 8244
www.hdosdemayo.gob.pe
Email: hdosdemayo@hdosdemayo.gob.pe
hdosdemayo@hotmail.com

 **Siempre
con el pueblo**