

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código : 20606289945

Nombre o Razón social : AQA STERIS E.I.R.L.

Fecha de envío : 13/09/2024

Hora de envío : 22:13:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA

C01 Doble puerta y sistema de seguridad

Sustento

El área de trabajo de residuos solidos de su hospital tiene un flujo unidireccional lo que hace difícil instalar una autoclave de 02 puertas

CONSULTA

El comité cambiara o ampliara el numero de puertas ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III

Literal: 5.2

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES CORRECTA SU APRECIACION, PERO EL POSTOR DEBERÁ ASEGURAR LA BARRERA SANITARIA, PARA EL TRABAJO CON RESIDUOS SÓLIDOS Y SE ACLARA LOS TERMINOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DOBLE PUERTA ASEGURANDO LA BARRERA SANITARIA, MÁS EL SISTEMA DE SEGURIDAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA

C04 Apertura de puerta deslizable verticalmente, con acción neumática o eléctrica motorizada

SUSTENTO

La puerta deslizable verticalmente limita el tamaño del esterilizador, al ser deslizable horizontalmente (como puerta de un ascensor) esto facilitaría la carga y descarga del material a procesar, por que al ser horizontal se ingresarían los coches con el material, al nivel del piso, reduciendo los esfuerzos y riesgos para los usuarios.

CONSULTA

Aceptara el comité una puerta horizontal en vez de la vertical?

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA SEÑIRSE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA

D01 Sistema de control que no permite apertura simultanea de la puerta de carga y la puerta de descarga

OBSERVACION

por favor aclarar este requerimiento

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 5.2 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA SEÑIRSE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA

D06 Pulsador de parada de emergencia eléctrico, tanto en el lado de carga como en el lado de descarga

OBSERVACION

Por favor aclarar este requerimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA SEÑIRSE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA
H02 Electrobomba de vacío monoblock de anillo líquido, caudal 90m3/h, presión de vacío 900mbar abs aprox.

SUSTENTO
Existen diferentes sistemas para generar vacío, con bombas para vacío, bombas de vacío, bombas secas entre otras, cada una es propia de cada fabricante y las curvas de eficiencia varían de acuerdo al diseño de cada fábrica.
CONSULTA
Aceptara el comité otros sistemas de vacío?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE A SU CONSULTA SEÑIRSE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

TRITURADOR
SE SOLICITA
A02 Capacidad de trituración 300kg/h a mas
SUSTENTO
las capacidades de trituración debe guardar relacion con la cantidad de material a procesar en la autoclave, teniendo en cuenta que han solicitado canastillas de 30x30x60cm y el material se vertira de canastilla en canastilla para mejor eficiencia del triturador, se recomienda considerar el rango de la capacidad de producción.

CONSULTA
Aceptara el comité un triturador con una capacidad de 200 a 300kg/h

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE A SU CONSULTA SEÑIRSE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE SOLICITA

A06 Velocidad de rotación variable dependiendo del programa seleccionado

SUSTENTO

Los equipos trituradores no cuentan con programas por que están diseñados para triturar residuos solidos hospitalarios y diseñados a las condiciones mas extremas posibles, motivo por el cual no requiere velocidad de rotación variable.

CONSULTA

Aceptara el comité con velocidad fija y/o variable

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU CONSULTA, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE MODIFICARA LOS TERMINOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A06 VELOCIDAD ROTACIÓN VARIABLE CON CAJA REDUCTORA DE ENGRANAJES.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

A03 CALDERA VERTICAL
SUSTENTO

En los TDR no se especifican los pases de gases de la caldera, al ser una caldera vertical es necesario considerar un equipo eficiente, los pases de gases tienen que ver con la temperatura final en la salida de gases de la caldera, las calderas de 04 pases de gases son las que consiguen estos parámetros de menor temperatura en chimenea y por lo tanto alta eficiencia de la caldera por arriba de lo solicitado de 84%.

CONSULTA

Indicar si se puede considerar caldera vertical de 04 pases de gases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SE ACEPTARA DIFERENTES TECNOLOGÍAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO QUE GARANTIZE EL NORMAL ABASTECIMIENTO PARA LA ESTERILIZADORA A ADQUIRIR ,MODIFICANDO LOS TERMINOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A03 CALDERA VERTICAL DE 04 PASES DE GASES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE SOLICITA
D04 al D13
Tipo multietapa
Caudal : 1,2 mt3 hr
Presión : 150 PSI
Velocidad : 3450 RPM
Voltaje : 220 volt/ 60 hz trifásica con toma a tierra
Succión : 1 ½ ½
Descarga : 1 ½ ½
Potencia mínima : 1 HP
Temperatura de bombeo : 90 °C
Contará con dos válvulas checks para vapor, de 1 ½ ½ x 200 PSI, marca UNITED BRASS AMERICANA con rosca y 01 válvula APOLLO de 1 ½ x 600 wog.

SUSTENTO

El consumo de agua a máxima carga de la caldera es de 1,38 GPM, las electrobombas de alimentación de agua para calderas se seleccionan con un factor de 2 y la presión es la presión máxima de trabajo de la caldera que en este caso es de 125 psig, de acuerdo a información de diferentes marcas reconocidas de electrobombas de agua, para un caudal de 2,8 GPM y una altura para 125 psig , corresponde una electrobomba de agua de 0,75 HP monofásica , para esta caldera es suficiente una electrobomba con impulsor tipo turbina de una etapa.

CONSULTA

Indicar si se puede considerar
Tipo turbina 01 etapa
Caudal : 2,8 GPM
Presión : 125 PSI
Velocidad : 3450 RPM
Voltaje : 220 volt/ 60 hz monofásica con toma a tierra
Succión : 1 ½ ½
Descarga : 1 ½ ½
Potencia mínima : 0,75 HP
Temperatura de bombeo : 90 °C
Contará con dos válvulas checks para vapor, de 1 ½ ½ x 200 PSI, marca UNITED BRASS AMERICANA con rosca y 01 válvula APOLLO de 1 ½ x 600 wog.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 5.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA SEÑIRSE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE SOLICITA
L01

Será protegido con aislamiento térmico de colchoneta FIBERGLASS de 2¿ de espesor mínimo,
con las siguientes características:
Conductividad térmica 0.24 btu/hr-pie³ °F/pulg
Densidad W-02-A 3 LBS/pie³ Tolerancia (± 10%)
CORROSION (HH-I-558 B) No crea corrosión sobre acero

SUSTENTO

Este tipo de aislamiento no es adecuado para calderas, además esta con marca FIBERGLASS,
se utiliza aislamiento térmico de colchoneta de lana mineral de 100 kg /mt3 , 2¿ de espesor
mínimo,

CONSULTA

Indicar si se puede considerar protección con aislamiento térmico de colchoneta de lana mineral
de 100 kg /mt3 de 2¿ de espesor mínimo,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA SEÑIRSE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Ruc/código :	20606289945	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	AQA STERIS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:16

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE SOLICITA

O 01

Instalado, entregado y pruebas operativas con petróleo Diesel y con gas

OBSERVACION

No se indican las especificaciones a lo que se refiere este TDR, no se indica si se requiere tanque de alimentación de agua, tanque de purgas, chimenea con altura, tanque de petróleo, plano para instalación, líneas de vapor y condensado, estación reductora de presión, si requiere mantenimiento durante periodo de garantía.

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARAR LA OBSERVACION, EL POSTOR GARANTIZARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS AL 100% IN SITU EL SISTEMA MODO DUAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null