

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 150 ML DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	11:38:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE REQUIERE QUE EL PRODUCTO CUENTE CON VÁLVULA DE SEGURIDAD,EL CUAL ES UN DISPOSITIVO IMPRESCINDIBLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA DEL PACIENTE PUES ESTA VÁLVULA ASEGURA QUE AL TERMINAR DE ADMINISTRARSE LA SOLUCIÓN INTRAVENOSA AUTOMATICAMENTE ESTA VÁLVULA BLOQUE EL SISTEMA Y LA CIERRA TOTALMENTE IMPIDIENDO EL INGRESO DE AIRE AL PACIENTE.POR LO EXPUESTO CONSULTAMOS¿SERÁN DESCALIFICADAS LAS OFERTAS QUE NO ACREDITEN QUE SU PRODUCTO CUENTA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: ESP. TEC. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA SE ACLARA QUE LOS PARTICIPANTES TIENEN QUE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 150 ML DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	11:38:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA BURETA FLEXIBLE DEBE CONTAR CON VÁLVULA DE SEGURIDAD,LO CUAL SE PUEDE ACREDITAR CON EL PROTOCOLO DE ANALISIS,COPIA DEL ROTULADO PRIMARIO ,COPIA DEL ROTULADO SECUNDARIO Y COPIA DEL REGISTRO SANITARIO.

CONSULTAMOS SI EN LA INTEGRACIÓN DE BASES DEL PRESENTE PROCESO SE PUEDE SEÑALAR QUE LOS POSTORES DEBEN ACREDITAR QUE SU PRODUCTO CUENTA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD PRESENTANDO COPIA DE LOS TRES DOCUMENTOS SEÑALADOS LINEAS ARRIBA EN EL CUAL SE DETALLE TEXTUALMENTE QUE EL PRODUCTO CUENTA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD PUES LA MAYORÍA DE MICROGOTEROS QUE SE COMERCIALIZAN EN NUESTRO PAÍS NO CUENTAN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD PUES ESTE ES UN NUEVO MODELO Y REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA DIGEMID VÍA REGISTRO SANITARIO PARA SER COMERCILIZADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** ESP. TEC. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO CON LA CONSULTA SE ACLARA CON LO QUE INDIQUE EN SU REGISTRO SANITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 150 ML DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	11:38:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SEGÚN EL NUMERAL 6.1.3.-EMBALAJE Y ROTULADO.-EL PRODUCTO OFERTADO DEBE PRESENTAR UN ENVASE MEDIATO O INMEDIATO CONFORME A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO;COMO SABEMOS EL EMPAQUE INMEDIATO DE ESTE PRODUCTO PUEDE SER BOLSA DE POLIETILENO O SOBRE DE PAPEL GRADO MÉDICO CON APERTURA PEEL OPEN,GENERALMENTE EL USUARIO SOLICITA ESTE PRODUCTO CON EMPAQUE EN PAPEL GRADO MÉDICO CON APERTURA PEEL OPEN PUES ESTE EMPAQUE LO PUEDE ABRIR FACILMENTE MANUALMENTE,LO CUAL NO SUCEDE CON EL EMPAQUE EN BOLSA DE POLIETILENO PUES PARA LA APERTURA DE LA BOLSA SE REQUIERE DE TIJERAS PARA ABRIR LA BOLSA.OBSERVAMOS ESTE EXTREMO DE LAS BASES PARA QUE EN LA INTEGRACIÓN DE BASES SE PRECISE CUAL ES EL TIPO DE ENVASE INMEDIATO QUE SE REQUIERE PARA EL EQUIPO DE MICROGOTERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.1.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA OBSERVACION QUE EL PRODUCTO OFERTADO DEBE PRESENTAR UN ENVASE MEDIATO O INMEDIATO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 150 ML DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	11:38:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SEGÚN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO NO SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN EL SUPUESTO QUE SI SE REQUIERA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FAVOR INDICAR CUANTAS MUESTRAS SE TIENEN QUE PRESENTAR, EN QUE HORARIO Y OFICINA Y ASIMISMO QUIEN SERA LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR LA MUESTRA SU CELULAR DEL ENCARGADO PUES LAS MUESTRAS SE ENVIÁN POR COURRIER.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAP II Literal: 2.2 **Página: 16**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La muestra constituye un medio práctico y objetivo para evaluar el producto ofertado.

La muestra será evaluada por el área Usuaria (profesional de Enfermería) del Departamento de Medicina

Que consiste en la Constatación directa de la funcionalidad del dispositivo médico en cuanto:

- A la utilización del dispositivo médico comprobando el microgoteo.
- Verificación de la referencia y funcionamiento de la válvula de seguridad
- verificación de las condiciones de protección estéril.
- Se emitirá el informe respectivo

La muestra será evaluada de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas del ítem 1 EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA (FOLIO 21).

La muestra a presentar en una unidad y podrán ser enviadas de acuerdo a su forma de presentación según su registro sanitario, debe presentarse con guía de remisión y etiqueta donde figure el nombre del postor y nomenclatura del procedimiento de selección, deberán de presentar la muestra en mesa de partes de la oficina de dirección, ubicada en la av. prolongación ayabaca s/n camino a la huacachina ica-ica-ica en el horario de 8:00 horas hasta 13:00 horas, el día que corresponda a la presentación de ofertas. la muestra no será devuelta debido a que será observada y usada, luego descartada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null