

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-UNCP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACTOR DE MUESTRAS DE SUELOS PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20374019865	Fecha de envío :	27/06/2024
Nombre o Razón social :	BIENES DE HUMBERTO VASQUEZ SA	Hora de envío :	16:01:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS BASES DEL PROCESO SOLICITAN KIT DE MUESTREOS DE SUELOS HETEROGENOS (EXTRACTOR DE MUESTRAS DE SUELO) solicitamos amablemente al comité especial aclarar las cantidad de barrenos, toma de muestras de pistón, extensiones y otros accesorios,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: XIII Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 37-2024-JGL-FCFA-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara que la cantidad de barrenas es siete (07)

- Barrena Edelman para arcilla
 - Barrena Edelman combinada:
 - Barrena Edelman para arena
 - Barrena Edelman para arena gruesa
 - Barrena para muestreo ribereño
 - Barrena para suelo pedregoso
 - Barrena en espiral
 - Barrena de gubia
 - Un muestreador de piston con diametro mayor a 3.5 cm y longitud hasta mas de 70 cm
 - Con mangos de acoplamiento y empuje
- El comité en pleno ACLARA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACTOR DE MUESTRAS DE SUELOS PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20374019865	Fecha de envío :	27/06/2024
Nombre o Razón social :	BIENES DE HUMBERTO VASQUEZ SA	Hora de envío :	16:01:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LAS ABSES DEL PROCESO SOLICITAN KIT PARA MUESTREO DE SUELOS HETEROGENEOS (EXTRACTOR DE MUESTRAS DE SUELO) SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITE ESPECIAL ACLAR EL MATERIAL Y ROSCA (3/4, 5/8)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: XIII Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 37-2024-JGL-FCFA-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara que el material es acero al carbono/acero inoxidable

Se aclara las barrenas tienen un diametro de 7cm (2-3/4")

El comité en pleno ACLARA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACTOR DE MUESTRAS DE SUELOS PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:35:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

XIII. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

Con barrenas de acero de alto grado

CONSULTA:

Las barrenas son de material de hierro específicamente a nivel estándar. Al indicar de "acero de alto grado" no identificamos exactamente a qué tipo de acero se hace referencia, notar que el acero es una aleación de hierro y carbono finalmente.

En ese sentido, para evitar confusiones, solicitamos al comité especial respetuosamente, pueda confirmar el material de hierro como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: XIII Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 37-2024-JGL-FCFA-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara que el material es acero al carbono/acero inoxidable

El comité en pleno ACLARA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACTOR DE MUESTRAS DE SUELOS PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:35:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

XIII. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

(...) un muestrario único de vacío de tipo pistón se incluye para la toma de muestras inalteradas.

CONSULTA:

La presente característica creemos que no corresponde para el set solicitado, sin embargo solicitamos al comité especial respetuosamente, pueda brindar mayor información sobre ello, a qué se hace referencia?

Caso contrario, se solicita que se pueda suprimir por no corresponder y evitar mayores confusiones.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: XIII Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 37-2024-JGL-FCFA-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara que se refiere a muestras inalteradas, cuando las muestras son extraídas con el pistón, en cualquier tipo de suelo, aseguren la calidad de la muestra, no sea alterada sus propiedades.

El comité en pleno ACLARA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACTOR DE MUESTRAS DE SUELOS PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:35:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

XIII. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

Toma de muestras de pistón 4cm (1-1 / 2¿) de diámetro

CONSULTA:

Se solicita al comité especial confirmar si el diámetro de 4cm se refiere al espiral del pistón ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: XIII Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 37-2024-JGL-FCFA-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara que se refiere al diámetro del piston

El comité en pleno ACLARA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null