

2590

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO MÉDICO, NUEVOS (OPTIMIZACIÓN) Y POR REPOSICIÓN – IOARR N° 2572635						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2572635					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07-C					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	N. I. N° 827-2024-OSG-OEA-INO N. I. N° 867-2024-OSG-OEA-INO N. I. N° 955-2024-OSG-OEA-INO N. I. N° 057-2025-OSG-OEA-INO N. I. N° 122-2025-OSG-OEA-INO	Fecha de recepción	11.11.2024 26.11.2024 19.12.2024 27.01.2025 13.02.2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	26/11/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	19/12/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	27/01/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	13/02/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	8	8	N.I. 2456-2024-OLOG-OEA-INO	15/11/2024	-	-	-
- Equipos monitores el área usuaria deberá de evaluar que fichas homologadas corresponde de acuerdo a las características técnicas del bien - En el numeral 4.1.8 sobre la modalidad de ejecución - En el numeral 4.5.2.1 sobre el plazo de entrega de la prestación principal - En el numeral 5.4 sobre el personal clave - En el numeral 6 sobre los formatos individuales - En el numeral II sobre los requisitos de calificación - Acápito B.1 Facturación, el área usuaria debe evaluar los montos a acreditar - Acápito B.2.1 calificaciones del personal clave								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
ITEMS VARIOS					-	N.I. N° 2727-2024-OLOG-OEA-INO	12/12/2024
<p>Relacionadas al:</p> <p>ITEM: DESFIBRILADOR</p> <p>B01 - Onda bifásica con tiempo de carga menor a 7 seg. a 200 j y menor de 10 seg. a máxima energía (con batería totalmente cargada) con 20 o más valores de selección.</p> <p>C01 - LCD a color, tamaño de 7" o más, con resolución de 800 x 480 pixeles o más.</p> <p>C04 - Visualización de 3, 6 y 12 derivadas de ECG en pantalla en simultáneo.</p> <p>I02 - Un (01) cable troncal de ECG de 05 ramales con un juego de 5 ramales y/o un cable completo de 05 ramales.</p> <p>ITEM 3: FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO</p> <p>C06 - Reflujo proporcional y continuo a nivel del mar.</p> <p>C07 - Con capacidad para programar independientemente valores mínimos de aspiración y vacío.</p> <p>D01 - Sub modos: Vitrectomía anterior. / Sonda con capacidad de corte de 0 a 2400 CPM como mínimo.</p> <p>ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO</p> <p>A03 - Panel de control digital, de control táctil, independiente para cada cuerpo luminoso y uno adicional instalado en la pared.</p> <p>B01 - Reducción de sombras creadas por el cirujano (Con compensación de sombras o similar para ambas cúpulas)</p> <p>B02 - Luz fría: Tecnología LED, 60 000 horas de vida o mayor</p> <p>B06 - Profundidad de iluminación de 105cm o más para el cuerpo de lámpara principal.</p> <p>B07 - Profundidad de iluminación de 105cm o más para el cuerpo de la lámpara satélite</p> <p>B10 - Índice de rendimiento cromático Ra mayor o igual a 98 Ra para ambos cuerpos luminosos</p> <p>B11 - Cada lámpara (principal y satélite) compuesto por Leds y tiempo de vida media mayor o igual a 60 000 horas</p> <p>B13 - Índice de representación de color rojo(R9) mayor o igual a 98% para ambos cuerpos luminosos</p> <p>ITEM 5: MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO</p> <p>B01 - Suministro de tres (03) gases: oxígeno, óxido nítrico y aire comprimido medicinal por red central y cilindro de emergencia para oxígeno.</p> <p>B20 - Modalidades de ventilación: control por volumen (VCV) y control por presión (PCV), mandatoria sincronizado intermitente (SIMV), presión soporte (PS) y PCV-VG (controlado por presión con volumen garantizado) y ventilación proporcional asistida que garantice el volumen programado a la mínima presión posible.</p> <p>B31 - Pulsioximetría (SPO2), con visualización de onda pletismográfica e indicador de potencia de señal o indicador numérico de perfusión, con tecnología masimo.</p> <p>B34 - Monitoreo del estado hipnótico bilateral, con visualización del espectrograma en la pantalla.</p>							
ITEMS VARIOS					-	N.I. N° 46-2025-OLOG-OEA-INO	9/01/2024
<p>Relacionadas al:</p> <p>ITEM 2: DESFIBRILADOR</p> <p>G01 - Tipo de registro por arreglo térmico de 3 canales o más.</p> <p>J02 - Baterías recargables incorporada, con capacidad hasta 100 choques a (máxima energía) como mínimo o 3 horas de monitoreo o mayor.</p> <p>K02 - Plazo de entrega 30 días calendario como máximo.</p> <p>ITEM 3: FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO</p> <p>C03 - Vacío rango: 0 a 600 mmHg como mínimo.</p> <p>C06 - Reflujo proporcional y continuo.</p> <p>ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO</p> <p>B14 - Cámara HD o superior, instalada en cúpula principal, zoom óptico de 10x o más y zoom digital de 4x a 40x o mayor rango, balance de blancos automático y/o manual, ganancia o exposición automática y/o manual</p>							
ITEMS VARIOS	1	1	N.I. 192-2025-OLOG-OEA-INO	12/02/2025	-	-	-
<p>Relacionadas al:</p> <p>Conforme a lo dispuesto a la Directiva N° 001-2024-Ef-50.0.01 "Directiva Para La ejecución Presupuestaria", la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico otorgó la Previsión Presupuestal por tres años para el Mantenimiento Preventivo - Prestación Accesorio para los ítem 3, ítem 4, ítem 5, consignado en el Numeral 6.4.2, el cual se había programado por el periodo de 48 meses, para ello, se solicitó al área usuaria revisar el requerimiento con relación a la previsión presupuestal otorgada según lo previsto en dicho numeral.</p>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
ITEMS VARIOS	8	8	N.I. N° 867-2024-OSG-OEA-INO	26.11.2024			
<p>El área usuaria evaluó las observaciones relacionadas al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Equipos monitores determinó las características técnicas de acuerdo a la ficha homologada</li><li>- En el numeral 6.3.6 determinó la modalidad de ejecución</li><li>- En el numeral 6.8.2.1 determinó el plazo de entrega de la prestación principal</li><li>- En el numeral 7.5 del personal clave ha evaluado según la profesión.</li><li>- En el numeral 6 sobre los formatos ha denominado la descripción y numeración</li><li>- En el numeral II sobre los requisitos de actualizado, la habilitación, facturación y la experiencia del personal clave</li></ul>							
ITEMS VARIOS					-	N.I. 955-2024-OSG-OEA-INO	19.12.2024



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

El área usuaria ajustó las especificaciones técnicas:

ITEM: DESFIBRILADOR

B01 - Onda bifásica con tiempo de carga menor a 7 seg a 200J (con batería totalmente cargada) con 14 o más valores de selección.

C01 - LCD a color, tamaño de 6.5" o más, con resolución de 640 x 480 pixeles o más.

C04 - Visualización de 1 derivada de ECG en pantalla como mínimo.

I02 - Un (01) cable troncal de ECG para 05 o 06 derivadas con un cable de 5 o 6 ramales.

ITEM: FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO

C06 - Reflujo proporcional y continuo.

C07 - Con capacidad para programar independientemente valores de aspiración y vacío.

D01 - Sub modos: Vitrectomía anterior. / Sonda con capacidad de corte de 1 a 2400 CPM como mínimo.

ITEM: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO

A03 - Panel de control digital o panel de control táctil, independiente para cada cuerpo luminoso y uno adicional instalado en la pared

B01 - Reducción de sombras creadas por el cirujano (con compensación de sombras o similar para ambas cúpulas) o mínima generación de sombras creadas por el cirujano

B02 - Luz fría: Tecnología LED, 50 000 horas de vida o mayor

B06 - Profundidad de iluminación L1 + L2 (20%) de 105 cm o más para el cuerpo de lámpara principal

B07 - Profundidad de iluminación L1 + L2 (20%) de 105cm o más para el cuerpo de la lámpara satélite

B10 - Índice de rendimiento cromático Ra mayor o igual a 95 Ra para ambos cuerpos luminosos

B11 - Cada lámpara (principal y satélite) compuesto por Leds y tiempo de vida media mayor o igual a 50 000 horas

B13 - Índice de representación de color rojo(R9) mayor o igual a 94% para ambos cuerpos luminosos

ITEM: MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO

B01 - Suministro de dos (02) gases como mínimo por red central: oxígeno, aire comprimido medicinal, opcional: óxido nitroso. Con un (01) cilindro de emergencia para oxígeno.

B20 - Modalidades de ventilación: control por volumen (VCV) y control por presión (PCV), mandatoria sincronizado intermitente (SIMV), presión soporte (PS) y PCV-VG (controlado por presión con volumen garantizado) o ventilación proporcional asistida que garantice el volumen programado a la mínima presión posible o autoflow.

B31 - Pulsioximetría (spo2), con visualización de onda plestimográfica e indicador de potencia de señal o indicador numérico de perfusión, con tecnología masimo o tecnología que cumpla las mismas características con capacidad de medición en pacientes pediátricos a pesar de baja perfusión y movimiento o superior acreditado con evidencia científica.

B34 - Monitoreo del estado hipnótico bilateral en paciente adulto y bilateral o unilateral en paciente pediátrico, con visualización del espectrograma en la pantalla de máquina o externa.

ITEMS VARIOS					-	N.I. 057-2025-OSG-OEA-INO	27/01/2025
--------------	--	--	--	--	---	---------------------------	------------

El área usuaria ajustó las especificaciones técnicas:

ITEM: DESFIBRILADOR

G01 - Tipo de registro por arreglo térmico de 2 canales o más.

J02 - Batería(s) recargable(s) incorporada, con capacidad hasta 100 choques a (máxima energía) como mínimo o 3 horas de monitoreo o mayor.

K02 - Plazo de entrega 65 días calendario como máximo.

ITEM: FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO

C03 - Vacío rango: 5 a 600 mmHg o rango mayor

C06 - Reflujo proporcional y continuo y/o limitable

ITEM: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO


B14 - Cámara HD o superior, instalada en cúpula principal, zoom óptico de 10x o más y zoom digital de 12X o más, balance de blancos automático y/o manual, ganancia o exposición automática y/o manual

-	1	1	N.I. N° 122-2025-OSG-OEA-INO	13/02/2025			
---	---	---	------------------------------	------------	--	--	--

El área usuaria ajustó las especificaciones técnicas:

Se realizó ajuste al complemento del requerimiento con relación al numeral 6.4.2 Mantenimiento Preventivo - Prestación Accesorio para los Ítem 3, Ítem 4, Ítem 5 por el periodo de 42 meses, de acuerdo a la previsión presupuestal otorgada por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO					
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento				
	Ítem varios	La Oficina de Servicios Generales juntamente con los usuarios finales del bien solicitado, actualizaron el requerimiento producto de las observaciones formuladas por la Oficina de Logística.				
	Ítem varios	La Oficina de Servicios Generales juntamente con los usuarios finales del bien solicitado, realiza ajuste al requerimiento actualizando las especificaciones				
	Ítem varios	La Oficina de Servicios Generales juntamente con los usuarios finales del bien solicitado, realiza ajuste al requerimiento actualizando las especificaciones				
	Ítem varios	El área usuaria realizó ajuste al complemento del requerimiento con relación al numeral 6.4.2 Mantenimiento Preventivo - Prestación Accesoría para los Ítem 3, Ítem 4, Ítem 5 por el período de 42 meses, de acuerdo a la previsión presupuestal otorgada por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.				
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/12/2024 - 12/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/01/2025 - 24/02/2025
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO
	De acuerdo a la información obtenida en la indagación de mercado, se ha determinado la existencia de pluralidad de proveedores del rubro para la presente contratación.					

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De acuerdo a la información obtenida en la indagación de mercado, se ha determinado la existencia de pluralidad de marcas, para la presente contratación.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	 C.P.C. AQUILA DE LA CRUZ SOTO Jefa de la Oficina de Logística			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				