

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 17:50:32

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CONSULTA 1.

NUMERAL E. pag17

En atención al principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, es posible, que, en los insertos, brochures, catálogos, documentos técnicos, etc. no consignen todas las especificaciones técnicas solicitadas.

En ese caso y, atendiendo al principio señalado, solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, permita la acreditación de las especificaciones técnicas con una carta del fabricante, en caso las EE.TT. no estuvieran en la documentación técnica del fabricante o dueño de marca. Con la finalidad de aumentar el número de postores que puedan acreditar lo solicitado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

**Literal:** e

**Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON BASICAS EL REQUERIMIENTO ES HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR HPLC Y CON EQUIPO AUTOMATIZADO COMO DATO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 17:50:32

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

CONSULTA 2 (Pag 21)

4.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN:

Vigencia y/o Fecha de vencimiento del producto.

Se solicita amablemente al comité en coordinación al área usuario que se acepte reactivo con un tiempo menor de expiración a 12 meses siempre y cuanta esta entrega se dé con carta de compromiso de canje.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

PRODUCTO SE RECEPCIONARA CON UN MÍNIMO DE 1 AÑO DE VIGENCIA Y CON CARTA DE GARANTÍA PARA CAMBIO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 17:50:32

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

CONSULTA 3 (PAG21)

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN:

ESPECIFICACIONES:

- Identificación Positiva De La Muestra

Se solicita amablemente al comité y al área usuario poder aclarar si esta especificación es correcta, o se quiso decir IDENTIFICACIÓN POR CÓDIGOS DE BARRA DE LA MUESTRA, por lo cual solicitamos se aclare.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CORRECCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 17:50:32

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

**V. PLAZO DE ENTREGA:**

Máximo 10 (10) días calendario, contabilizando a partir del día siguiente e la notificación de la orden de compra.

Solicitamos al comité especial el plazo de entrega de 20 días calendario a partir del día siguiente de notificada la orden de compra (incluyendo instalación de equipo y entrega de reactivos), teniendo en cuenta el tema de transporte en provincia y los últimos acontecimientos reportados por huelgas y movimientos sociales que directamente afectan la entrega de los productos a las instituciones. Solicitamos también aclarar se realizará en una única entrega, o en diferentes entregas y cual sería las fechas de estas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** V    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE AMPLIA PLAZO DE ENTREGA A 20 DÍAS DESPUES DE LA ORDEN EMITIDA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 17:50:32

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

CONSULTA 5 PAG 21

4.2 CARACTERISTICAS DEL BIEN

¿ ESPECIFICACIONES:

- Analizador automático de Hemoglobina glicosilada HbA1c y sus variantes por HPLC.

Actualmente en el mercado existen diversas metodológicas que son validadas por la NGSP, dentro de ellas la metodología de cromatografía líquida (HPLC) que pueden ser de Intercambio Iónico y/o Afinidad al boronato y/o Electroforesis Capilar.

Se solicita al comité en coordinación con el área usuaria pueda aclarar si nuestra apreciación es la correcta, se podría tomar como ejemplo la siguiente descripción como parte de las especificaciones:

- Cromatografía líquida (HPLC) que pueden ser de Intercambio Iónico y/o Afinidad al boronato y/o Electroforesis Capilar.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 4.2**

**Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL EQUIPO REQUERIDO ES AUTOMATIZADO POR HPLC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 17:50:32

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

**4.2 CARACTERISTICAS DEL BIEN**

**¿ ESPECIFICACIONES:**

- Método de Detección absorción de 2 ondas (Longitud de detección 415nm). Fotómetro de absorción LED.

Los métodos de detección son específicos y característicos de cada Analizador, que es determinado por el fabricante, establecer una característica específica como lo es una longitud de detección contradice al principio de pluralidad de postores.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, Se solicita que la longitud de onda utilizada en el analizador sea de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4.2    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LONGITUD DE ONDA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA EQUIPO DE FABRICANTE POR HPLC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:55:09

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases:

**1.9. PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de DIEZ (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o orden de compra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Teniendo en consideración que la firma de contrato y la notificación de la orden de compra, se llevan a cabo en 02 distintos momentos, por lo que no queda claro desde cuando inicia el inicio del plazo de entrega, solicitamos al comité de selección considerar el siguiente plazo de entrega:

Plazo de DIEZ (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE AMPLIA PLAZO DE ENTREGA A 20 DÍAS DESPUES DE LA ORDEN EMITIDA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:55:09

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases indican:

e. Documentación adicional que el postor debe presentar tales como folletos, instructivos, catálogos, manuales, certificaciones o similares para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien.

Solicitamos al comité de selección Aclarar si los postores debemos ACREDITAR el cumplimiento de las especificaciones señaladas dentro del numeral 4.2 características técnicas del bien, descritos en la página 21 de bases administrativas. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** e    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO AL NUMERAL 4.2 CARACTERISTICAS DEL BIEN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:55:09

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

\* Principio del ensayo cromatografía líquida de alto rendimiento del intercambio iónico

Entendemos que al solicitar la metodología GOLD ESTANDAR, para la prueba de Hemoglobina Glicosilada por HPLC, es necesario que el reactivo y analizador ofertado cuenten con la mas baja coeficiente de variación por lo que entendemos que el analizador ofertado debe cumplir con la siguiente característica:

Coeficiente de variación inter ensayo e intra ensayo menor o igual al 2%.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** 4.2

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL REQUERIMIENTO ES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, Y QUE SE A POR HPLC Y AGREGAR COEFICIENTE DE VARIACION MENOR O IGUAL DE 2%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:55:09

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

\* Principio del ensayo cromatografía líquida de alto rendimiento del intercambio iónico

Entendemos que al solicitar la metodología GOLD ESTANDAR, para la prueba de Hemoglobina Glicosilada por HPLC, es necesario que el reactivo y analizador procesen y reporten directamente la prueba de hemoglobina glicosilada, por lo que es necesario que el equipo ofertado reporte : SEPARACIÓN DE FRACCIONES REALES DE HbA1C, NO CÁLCULO DE ALGORITMOS MATEMÁTICOS, ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.2      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LO QUE SE REQUIERE ES PROCESO Y REPORTE DIRECTA DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1C, y no por fracción

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:55:09

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases:

B. Experiencia del postor en la especialidad

Se consideran como bienes similares a: Cama de metal hospitalaria.

Como se puede observar están considerando como bienes similares a un productos completamente diferente al objeto de convocatoria, por lo que solicitamos considerar lo siguiente como bienes similares: Reactivos bioquímicos con equipo en cesión de uso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** b    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE EN PARTE LOS SIMILARES SON EN EQUIPOS E INSUMOS DE BIOQUIMICA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 18:12:41

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

**CONSULTA 7**

En base a la RESOLUCION MINISTERIAL Nº 627 ¿ 2008/ MINSA, donde describe un mínimo de requisitos de Calidad, un hospital de alta complejidad nivel III- 1 como lo es el hospital Regional de Lambayeque debe contar con:

- Control interno de Calidad
- Un programa de evaluación externa de calidad.

En base a lo anterior expuesto, se solicita amablemente al comité en coordinación con el área usuaria que establezca como parte de las especificaciones del equipo ofertado un programa de control externo con un mínimo de grupo par (Mismo analizador y misma metodología analítica) de 10 participantes y que esto sea demostrado en la oferta con un reporte de evaluación del año actual 2023.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** III      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE INCLUYE LOS CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS, SI LA EMPRESA NOS BRINDA LOS EXTERNOS SE INCLUYEN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 18:12:41

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

MEJORAS TECNOLOGICAS  
MEJORA 1

Actualmente la NGSP (Programa de Estandarización Nacional de Hemoglobina Glicosilada) indica que el coeficiente de variación porcentual intralaboratorio (CV%) debe ser menor al 2,0%.

Se solicita amablemente al comité en conjunto con el área usuario que establezca como MEJORA TECNOLÓGICA QUE EL INSTRUMENTE TENGA UN CV < 2.0% EN 5/5, EL CUAL PODRÍA SER SUSTENTADO CON EL INFORME CAP (COLEGIO AMERICANO DE PATÓLOGOS).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** III    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE AGREGA EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN MENOR O IGUAL DE 2%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:12:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

MEJORA 2

De acuerdo a publicaciones de la NGSP existen factores que interfieren en la medición de la HbA1c: Las variantes genéticas (por ejemplo, el rasgo HbS, el rasgo HbC), la hemoglobina fetal elevada (HbF) y los derivados químicamente modificados de la hemoglobina (por ejemplo, la Hb carbamylada en pacientes con insuficiencia renal) pueden afectar a la precisión de las mediciones de HbA1c. Los efectos varían en función de la variante o derivado específico de la Hb y del método específico de HbA1c. Debido a ello la NGSP recopila datos sobre los Efectos de las variantes y derivados de la Hb más frecuentes en la medición de la HbA1c

Se solicita al centro que considere como MEJORA TECNOLÓGICA UNA METODOLOGÍA QUE NO REGISTRE INTERFERENCIAS ANTE LAS VARIANTES COMUNES DE HEMOGLOBINA DOCUMENTADA POR LA NGSP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se agrega que la hemoglobina glicosilada HbA1C, que su metodologia que no se registre interferencias ante las variantes comunes de hemoglobina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 18:25:35

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

En la página 14 de las Bases el nombre de la Entidad indicado es el siguiente:

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Sin embargo, según lo indicado en consulta RUC (SUNAT) es:

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Por ello, solicitamos al OEC ACLARAR cuál es el nombre correcto de la Entidad, esto con el fin de que, en caso seamos adjudicados con la Buena Pro, podamos solicitar la Garantía de Fiel Cumplimiento a nombre de la Entidad de manera correcta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.1.      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 18:25:35

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

En la página 17 de las bases solicitan:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

e) Documentación adicional que el postor debe presentar tales como folletos, instructivos, catálogos, manuales, certificaciones o similares para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien.  
[...]

Sabiendo que, no todas las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REACTIVO Y DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO indicadas se pueden acreditar mediante folletos, instructivos, catálogos, manuales y certificaciones.

Solicitamos al OEC considerar tambien como documento sustentatorio: Carta del Fabricante y/u declaración jurada des postor, para aquellas características y/o especificaciones técnicas que no se encuentren contemplados en los documentos solicitados en el literal e)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1.**

**Literal: e**

**Página: 17**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA VERIFICACIÓN SE REALIZARA MEDIANTE INSERTO O FOLLETO DE EQUIPO E INSUMO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 18:25:35

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

En la página 17 de las bases solicitan:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

e) Documentación adicional que el postor debe presentar tales como folletos, instructivos, catálogos, manuales, certificaciones o similares para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien.  
[...]

Al respecto, cabe señalar que la Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido lo siguiente: ""(...) no es posible acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad"".

Por lo que, solicitamos al OEC especificar con claridad qué aspectos de las características y/o especificaciones técnicas se deberán acreditar con la documentación requerida para los reactivos y equipo en cesión de uso.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1.      Literal: e      **Página: 17**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESPECIFICACIONES REQUERIDA QUE EL EQUIPO SEA AUTOMATIZADO Y LA METODOLOGÍA PARA HEMOGLOBINA SEA HPLC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 18:25:35

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas con respecto al perfeccionamiento del contrato se indica:

#### 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Salaverry N° 1610 Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al OEC nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área debe ir dirigida la carta con los requisitos para la suscripción del contrato?
- ¿Cual es el horario de atención de la Mesa de Partes de la Entidad?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.5.    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

AV SALAVERRY 1610 POR MESA DE PARTES / GERENCIA CON ATENCIÓN LOGÍSTICA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 18:25:35

**Consulta: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

En la página 24 de las bases solicitan:

2.2.1.1. Documentación para la admisión de la oferta

1.5. Copia simple de Certificado de análisis o protocolo de Análisis del bien ofertado.

Entendemos que el Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) del producto ofertado que se presentará en el oferta es referencial y NO acredita la vigencia solicitada en las especificaciones técnicas de los reactivos NI corresponde al LOTE que se ingresará al almacén en caso seamos adjudicados.

Solicitamos al OEC indique si nuestra apreciación es correcta.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.5. Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EXACTO TODO INSUMO O EQUIPO TIENE UN PROTOCOLO UNICO YA ESTABLECIDO QUE NO NECESARIAMENTE TIENE QUE TENER FECHA DE VENCIMIENTO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	18:25:35

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la página 25 de las bases indican:  
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
Requisitos:  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000 (DOCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
[...]  
Se consideran bienes similares a los siguientes CAMA DE METAL HOSPITALARIA.

Solicitamos al Comite de Selección considere como bienes similares tambien a los REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL, esto con el fin de promover una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERARA A BIENES SIMILARES A REACTIVOS Y EQUIPOS DE BIOQUIMICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 23:14:53

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

En el numeral 3.1 pagina 21, EN CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN, con respecto a la seccion de Especificaciones mencionan: "Mantenimiento automatico", Segun lo indicado, tener en cuenta que un programa de mantenimiento conlleva a la limpieza externa del analizador y esto necesariamente lo tiene que realizar el usuario. Es por ello, que solicitamos amablemente a la entidad que se aclare que no involucre el mantenimiento limpieza o verificacion externa del analizador.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NOS REFERIMOS A QUE EL EQUIPO DIARIAMENTE REALIZE UN MANTENIMIENTO AUTOMATICAMENTE Y EL USUARIO NECESITA AGREGAR ALGUN INSUMO COMO WASH EXTERNO SE REALIZARA EL USUARIO, EN CUESTION AL MANTENIMIENTO EXTERNO ESO LO PROGRAMARA LA EMPRESA CADA 6 MESES O EN CASO DE AVERIA DEBE APERSONARSE A LA REPARACION DEL EQUIPO YA QUE ES COMO DATA Y PERTENECERIA A LA EMPRESA GANADORA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA-1 DET PARA LAS IPRESS DE LA GERESA LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 23:14:53

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

En el numeral 3.1 pagina 21, EN CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN, con respecto a la seccion de Especificaciones mencionan: "Incluir en calidad de cesion de uso: Analizador Automatico de hemoglobina Glicosilada HbA1c y sus variantes por HPLC" es este aspecto, entendemos que por el reactivo solicitado por la entidad, seria detecccion de hemoglobina glicosilada HbA1c y no detecccion de variantes. Es por ello, que solicitamos amablemente a la entidad que se nos aclare la necesidad de teccion de variantes en el insumo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA NECESIDA ES HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c por HPLC, COMO MINIMO SI DETECTA LAS VARIANES DE IGUAL MANERA IGRESA AL LIBRE CONCURSO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null