

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HRC/UL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	15:35:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el capítulo III, Numeral 2.2, literal 2.2.1.1 inciso h). sobre la declaración Jurada de Compromiso de canje y/o reposición del bien por defectos, fecha de vencimiento y/o vicios ocultos.

solicitamos al comité aclarar si dicha declaración será presentada en la etapa de presentación de ofertas, ya que en sus anexos de las bases no está adjunto el modelo a seguir como los otros anexos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: La declaración Jurada de Compromiso de canje y/o reposición del bien por defectos, fecha de vencimiento y/o vicios ocultos, sera presentada para la admision de ofertas, es decir en la etapa de presentacion de ofertas en formato propio de cada postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HRC/UL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	16:50:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el inciso B) EXPERIENCIA DEL POSTOR indica se consideran bienes similares a los siguientes dispositivos de acceso vascular, dispositivos de acceso vascular, materiales de infusión, insumos para terapia intravenosa.

Solicitamos al comité de selección y con el fin de darle mayor pluralidad a los postores acepten como experiencia DISPOSITIVOS MEDICOS EN GENERAL, ya que lo solicitado por la entidad estaría limitando la participación de los postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE AGOGE: Se considerará como experiencia a todo dispositivo médico en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a todo los dispositivos médicos en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HRC/UL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:31:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Del control de calidad

NOta 8: En el caso..., esta podrá ser eximida.

solicitamos indicar si para este proceso se esta eximiendo el control de calidad realizado por laboratorio de la red del MINSA, ya que los productos cuentan con el protocolo de análisis elaborado por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: II.2.3 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Para este proceso el area usuaria exime el control de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HRC/UL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:31:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Del Control de calidad

Para la ..., y según el cronograma establecido por la entidad.

Siendo que no se ha establecido cronograma , agradeceremos confirmar si se realizará control de calidad por laboratorio de la red.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: II.2.3 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Para este proceso el area usuaria exime el control de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HRC/UL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:31:40

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Del control de calidad

Siendo que no se ha presentado cronograma para el control de calidad por laboratorio de la red y de confirmar que se realizará dicho control, solicitamos indicar en que entrega se deberá realizar, ya que se necesita aproximadamente 30 días para cumplir con la entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: II.2.3 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Para este proceso el area usuaria exime el control de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null