

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO DE ASPIRACIÓN NO CONDUCTIVO ESTERIL 3 mm X 7 mm X 3 m PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	11/04/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:04:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las características de la especificación técnica del producto requerido, solicitan que cuente con dimensiones: 7 mm x 3 mm x 3 m.

En aras de que exista una mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al area usuaria ampliar las dimensiones a: 7 mm x 3 mm x 3.1 m

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observacion, el area usuaria, AGOGE lo solicitado, ya que la longitud del tubo al incrementarse no afecta el uso del dispositivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

DICE:

DIMENSIONES: 7 mm x 3 mm x 3 m.

DEBE DECIR:

DIMENSIONES: 7 mm x 3 mm x 3 m. a 7 mm x 3 mm x 3.1 m.