

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 18/07/2024

Hora de envío : 16:55:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicitan ficha técnica del producto , solicitamos al comité de selección que esta sea emitida por el fabricante o postor en la cual verifique que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. y asi permitir una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada, quedando en ficha tecnica del producto emitida por el fabricante o el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha tecnica del producto emitida por el fabricante o el postor

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

"En el CAPITULO II: DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, observamos que no están solicitando el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte-BPDTA, el cual en base a la Resolución Ministerial N° 833-2018/MINSA, y sus modificatorias según la Resolución Ministerial N° 1000-2016/MINSA; que se encuentra en vigencia desde el 02 de enero del presente año, donde señala lo siguiente:

""Como conjunto de norma mínima obligatoria que establecen los requisitos y procedimiento operativos que deben cumplir los establecimientos que se dedican a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de la calidad, integridad, características y condiciones óptimas de los mismos durante el trasnporte de un lugar a otro.""

Según indican en la bases dichos productos van a ser usados en personas, en la cual el área usuaria debe velar por la integridad de las mismas, garantizando de esta manera que los productos lleguen desde los almacenes del postor hasta el almacén de la Entidad convocante, en óptimas condiciones conservando la calidad, integridad, características y condiciones del producto.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos al digno COMITE DE SELECCION, integrar como documento obligatorio el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE emitido por DIGEMID a nombre del postor, y en caso de consorcio al menos uno de los consorciados debe presentar a su nombre dicha certificación."

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225, Art.28 numeral 28.2 Literal a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta no es aceptada, por motivos de que los bienes no requieren traslado especial ni de refrigeracion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al Digno Comite de selección puedan solicitar la CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO ¿ CPBA, (copia simple) Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas, extendido por DIGEMID. Deberá estar a nombre de la empresa que se hará cargo del Almacenamiento de los productos (verificable durante inspecciones). En el caso de que se haya contratado los servicios de almacenaje a terceros, deberá presentarse el CBPA a nombre del postor y el CBPA de la empresa contratada acompañado del Contrato del Servicio de Almacenaje que acredite el vínculo contractual entre ambas partes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada, quedando BPA a nombre del postor y BPA de la empresa de almacenamiento (de corresponder) vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BPA a nombre del postor y BPA de la empresa de almacenamiento (de corresponder) vigente

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:51:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el punto 1.9 - PLAZO DE ENTREGA
Indica plazo de diez (10) calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, pero es de conocimiento que el plazo a contabilizar no coincide con la emisión de la orden de compra, por lo que la demora impide la entrega de los bienes a vuestros almacenes, por lo que solicitamos al comité de selección el plazo pueda ser contabilizado a partir de la emisión de la Orden de Compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, ya que con el contrato se puede realizar la entrega de los bienes en el almacén

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:51:35

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la pagina 25 punto 21 - Requisitos de calificación
Certificado de buenas practicas de manufactura (BPM) vigente
Se observa que solo se esta requiriendo BPM, de acuerdo a la norma de DIGEMID, este certificado es valido para fabricantes nacionales, al ser un producto en su mayoría de importación proveniente del extranjero es permitido bajo DS N° 16-2011-SA, que para productos de fabricación internacional se acepten los documentos equivalentes como son ISO 13485: 2016,CLV, FDA etc.
Solicitamos al comité pueda aceptar dichos documentos equivalentes autorizados por DIGEMID.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART: 2 LCE, en literal A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada esta es aceptada, quedando Certificado BPM,ISO 13485, FDA,CE, CLV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificado BPM,ISO 13485, FDA,CE, CLV

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:51:35

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Ítem- Paquete N ° 01
Estetoscopio Clínico Neonatal
Estetoscopio Clínico pediátrico
Linterna para examen medico tipo lapicero

Verificando la EETT (Página 20 y página 23) de este ítem paquete Estetoscopio neonatal y pediátrico mencionan color Gris. azul marino donde el color, para ello precisamos que el color del bien a adquirir restringe la participación de varias marcas y postores a solo exigir dos colores, asimismo el color del equipo no dificulta en la funcionabilidad de operatividad del equipo, por lo que solicitamos puedan ampliar a color varios: Blanco y/o rojo y/o verde

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART: 2 LCE, en literal A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, es aceptada, agregando los colores blanco, rojo, verde

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

blanco, rojo, verde

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:51:35

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Ítem Paquete N ° 01
Estetoscopio Clínico Neonatal
Estetoscopio Clínico pediátrico
Linterna para examen medico tipo lapicero

De la revisión de las condiciones, se visualiza que la entidad requiere de una Garantía: 05 años para el bien a adquirir al ser un equipo complementario de baja complejidad no es usual otorgar una garantía superior, y de ser así el costo del producto se elevaría por tener que considerar un tiempo extenso. Así mismo, en la página 24 punto 16 Periodo de Garantía comercial del bien indica: Mínimo de doce meses observando una incongruencia de lo que requiere la entidad, por lo que solicitamos al comité pueda precisar cual de las garantías va hacer necesaria si las de 05 años o 12 meses.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART: 2 LCE, en literal A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada, indicando una garantia de 24 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Garantia 24 meses

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:51:35

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Ítem N ° 02 - Estetoscopio Clínico Adulto

Verificando la EETT de este ítem esta dirigida a una marca especifica LITTMAN - 3M dificultando la participación de otros marcas se agrega el link del producto de 3M

https://www.littmann.3m.com.pe/3M/es_PE/p/d/b00037556/

De acuerdo a diversos pronunciamientos del OSCE, el direccionamiento a una marca especifica restringe la participación de diversas marcas, lo cual vulnera la igualdad de trato a los participantes, por lo que solicitamos al comité de selección ampliar la EETT

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 3.1Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART: 2 LCE, en literal A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion, esta es aceptada, ampliando la especificacion tecnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:51:35

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM N ° 02 - ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO

Verificando la EETT de este item esta dirigida a una marca LITTMAN - 3M dificultando la participacion de otros proveedores de acuerdo a diversos pronunciamientos del OSCE, el direccionamiento a una marca especifica restringe la participación de diversas marcas, lo cual vulnera la igualdad de trato a los participantes, por lo que solicitamos al comité de selección ampliar la EETT como sigue

Instrumento acustico usado para un examen de auscultacion con la finalidad de amplificar los ruidos corporales y mejorar la percepción de estos en pacientes. Equipo basado en el principio de transmisión de sonido a través de un tubo con ambos externos cerrados. A través de una membrana o campana capta y amplifica las señales del paciente, luego estas viajan a través de los tubos llenos de aire y llegan hasta los oídos del médico. La campana transmite los sonidos de baja frecuencia, por lo cual es ideal para escuchar los sonidos generados por los pulmones, la membrana en cambio detecta las altas frecuencias y permite escuchar los sonidos generados por el corazón

Longitud: 74cm
Peso:151gr
Un (01) cabezal para paciente adulto
Dos (02) diafragmas planos. Uno (01) principal y uno (01) de repuesto
Dos (02) pares de anillos. Uno (01) principal y uno (01) de repuesto
Un (01) tubuladora
Un (01) auricular
Tres (03) pares de olivas Uno (01) principal y dos (02) de repuesto

Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos de tamaño adulto: uno plano para diafragma y otro de forma de campana
Ambos receptáculos con sus bordes recubiertos con anillos de jebe
Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia
Tubuladura para conexión entre cabezal y los auriculares, libre de látex
Auricular metálico con dos (02) olivas suaves, adaptables a la apertura del pabellón auricular

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART: 2 LCE, en literal A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion, esta es aceptada, ampliando la especificacion tecnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Instrumento acustico usado para un examen de auscultacion con la finalidad de amplificar los ruidos corporales y mejorar la percepción de estos en pacientes. Equipo basado en el principio de transmisión de sonido a través de un tubo con ambos externos cerrados. A través de una membrana o campana capta y amplifica las señales del paciente, luego estas viajan a través de los tubos llenos de aire y llegan hasta los oídos del médico. La campana transmite los sonidos de baja frecuencia, por lo cual es ideal para escuchar los sonidos generados por los pulmones, la membrana en cambio detecta las altas frecuencias y permite escuchar los sonidos generados por el corazón

Longitud: 69 a 74cm como minimo
Peso:150 a 151gr. como minimo
Campana doble cara, adulto y pediátrico
Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos de tamaño adulto, uno plano para diafragma y otro de forma de campana o pediátrico.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura :	AS-SM-34-2024-RPSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Diametro del diafragma: Adulto 4.3cm o mayor, Pediatrico o forma de campana de 3.3 cm o mayor

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO
Solicitar que un equipo tenga un color en específico limita la participación de marcas y postores, orientando la compra para una determinada marca.
En aras de promover la mayor pluralidad de proveedores solicitamos se considere lo siguiente:
COLOR: GRIS, AZUL MARINO O COLORES SEGUN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, retirando los colores del estetoscopio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL

Solicitar que un equipo tenga un color en específico limita la participación de marcas y postores, orientando la compra para una determinada marca.

En aras de promover la mayor pluralidad de proveedores solicitamos se considere lo siguiente:

COLOR: GRIS, AZUL MARINO O COLORES SEGUN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, retirando los colores del estetoscopio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

PAQUETE II
ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO
Solicitar que un equipo tenga un color en específico limita la participación de marcas y postores, orientando la compra para una determinada marca.
En aras de promover la mayor pluralidad de proveedores solicitamos se considere lo siguiente:
COLOR: GRIS, AZUL MARINO O COLORES SEGUN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, retirando los colores del estetoscopio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

PAQUETE II

LONGITUD: 69CM

Existen estetoscopios con mejor longitud, esto mejora la distancia de trabajo de los médicos
En aras de mejorar las especificaciones técnicas con equipos de actualidad, amparados en la vigencia tecnológica, solicitamos se considere lo siguiente:
LONGITUD: 74 CM COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, es aceptada, quedando con longitud de 69 a 74 cm como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud: 69 a 74cm como minimo

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PAQUETE II

PESO: 150 G

Solicitar pesos exactos sin margen o rango de peso limita la participación de marcas y postores, orientando la compra para una determinada marca.

En aras de promover la mayor pluralidad de proveedores solicitamos se considere lo siguiente:

PESO: 150 G COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, es aceptada, quedando con peso de 150 a 151 gr como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso:150 a 151gr. Como minimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

PAQUETE II

Solicitar características técnicas exclusivas de un solo fabricante limita la participación de marcas y postores, orientando la compra para una determinada marca.

En aras de promover la mayor pluralidad de proveedores solicitamos se considere lo siguiente:

DESEMPEÑO ACUSTICO: 7-8 (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta y se retirara el desempeño acustico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

PAQUETE II

Lo solicitado es característica técnica es exclusiva de una marca en particular y eso limita la participación de marcas y postores al presente proceso de selección, en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores, solicitamos se considere lo siguiente:

CONSTRUCCION: CON DOS RECEPTACULOS TAMAÑO ADULTO: UNO PLANO PARA DIAFRAGMA Y OTRA DE FORMA DE CAMPANA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es acaptada, ampliando lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos de tamaño adulto, uno plano para diafragma y otro de forma de campana

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

PAQUETE II
TECNOLOGIA DE PIEZA TORAXICA: DOBLE FAZ
Solicitamos al comité aclarar a que se refiere con doble faz, ya que lo solicitado no es característica técnica de un estetoscopio, de lo contrario a fin de dar mayor pluralidad de postores, solicitamos se considere la especificación técnica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta y se retirará la tecnología de la pieza

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

PAQUETE II

MATERIAL: EPOXI/FIBRA DE VIDRIO

Entendemos que el material hace referencia al diafragma por tal, se informa que cada fabricante diseña sus equipos bajo criterios y estudios particulares, cada uno con su mejor tecnología y materiales.

En aras de fomentar la mayor pluralidad de postores solicitamos se considere lo siguiente:

MATERIAL: EPOXI/FIBRA DE VIDRIO O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta y se retirara el material epoxi/fibra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

PAQUETE II

DIAMETRO DEL DIAFRAGAMA: ADULTO 4.3CM, PEDIATRICO 3.3 CM

Solicitar valores exactos sin margen o rango de diámetro del diafragma limita la participación de marcas y postores, orientando la compra para una determinada marca.

En aras de promover la mayor pluralidad de proveedores solicitamos se considere lo siguiente:

DIAMETRO DEL DIAFRAGAMA: ADULTO 4.3CM O MAYOR, PEDIATRICO O FORMA DE CAMPANA DE 3.3 CM O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta y quedara Diametro del diafragma: Adulto 4.3cm o mayor, Pediatrico o forma de campana de 3.3 cm o mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diametro del diafragma: Adulto 4.3cm o mayor, Pediatrico o forma de campana de 3.3 cm o mayor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

ALUMINIO ANODIZADO

Solicitamos se suprima esta característica de las especificaciones técnicas debido que es contradictorio con lo solicitado en varios numerales líneas arriba donde detallan que el material acero inoxidable, también cabe precisar que el material usado en los estetoscopios de acero inoxidable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta y se retirara el aluminio onodizado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SUPER BLANDAS

Solicitamos se suprima esta característica de las especificaciones técnicas ya que no es objetiva ni entendible.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta y se retirara dicho afirmacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
VALIDACION FOTOBIOLOGICA PARA USO OFTALMOLOGICO SEGÚN EN 62471:2008
Para mayor pluralidad de postores solicitamos se acepte una validación actualizada.
VALIDACION FOTOBIOLOGICA PARA USO OFTALMOLOGICO SEGÚN EN 62471:2008 O 62471:2009-03

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, agregando el 62471:2009-03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Validacion Fotobiologica para uso oftalmologico según en 62471:2008 o 62471:2009-03

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:32

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

3V LED (5.300 KELVIN / 40,000 LUX MAXIMO)
Lo solicitado es característica técnica exclusiva de una marca en particular y eso limita la participación de marcas y postores al presente proceso de selección, algunas marcas realizan sus estudios en diferentes unidades de medidas pero tienen la misma funcionabilidad, también cabe precisar que no están considerando la vida útil de los leds el cual si es una característica técnica importante, en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores y a su vez mejorar las especificaciones técnicas, solicitamos se considere lo siguiente:
3V LED (5.300 KELVIN O MAS, 40,000 LUX O 18,000 MCD O MAYOR) CON VIDA UTIL DE LED 100,000 HORAS COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, incluyendo 3V LED (5.300 KELVIN O MAS, 40,000 LUX O 18,000 MCD O MAYOR) CON VIDA UTIL DE LED 100,000 HORAS COMO MINIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3V LED (5.300 KELVIN O MAS, 40,000 LUX O 18,000 MCD O MAYOR) CON VIDA UTIL DE LED 100,000 HORAS COMO MINIMO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Nuestra representada cuenta con la distribución de una marca americana de estetoscopios pediátricos con ventajas en beneficio de los EESS de destino.

Por lo antes mencionado y para promover la pluralidad de postores solicitamos al comité de selección aceptar separar del paquete y volver un ítem independiente el estetoscopio pediátrico, contenido en el ítem paquete 01.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: cap. I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta no puede ser atendida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:
Solicitamos al Comité de Selección, que, con la finalidad de promover la pluralidad de postores, acepten ampliar el plazo 25 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP. I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con respecto a la observacion efectuada, esta no es aceptada, pero si se ampliara a 15 dias calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Plazo de entrega 15 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripcion del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO CLÍNICO PEDIÁTRICO

- Una (01) tabuladora

Solicitamos al comité aceptar la siguiente modificación a las EETT, ya que cumplen la misma función

- Un (01) tubo, o una (01) tabuladora.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada quedando, Tubo o Tubuladura para conexión entre cabezal y los auriculares, libre de látex

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tubo o Tubuladura para conexión entre cabezal y los auriculares, libre de látex

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO CLÍNICO PEDIATRICO

- Un (01) auricular

Solicitamos al Comité aceptar lo siguiente:

- Un (01) auricular o Un (01) Binaural ajustable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada quedando, Un (01) auricular o Un (01) Binaural ajustable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un (01) auricular o Un (01) Binaural ajustable.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 28
Consulta/Observación:
ESTETOSCOPIO CLÍNICO PEDIATRICO

- Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos tamaño pediátrico: uno plano para diafragma y otro de forma de campana.

Solicitamos al Comité de Selección que, con la finalidad de promover la pluralidad de postores se acepte lo siguiente:

- Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos tamaño pediátrico: uno plano para diafragma y otro de forma de campana o cabezal doble, pieza pectoral de acero inoxidable.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP. IIILiteral: 5Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con respecto a la observacion efectuada, por aceptada, quedando Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos tamaño pediátrico: uno plano para diafragma y otro de forma de campana o cabezal doble, pieza pectoral de acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos tamaño pediátrico: uno plano para diafragma y otro de forma de campana o cabezal doble, pieza pectoral de acero inoxidable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 29
Consulta/Observación:
ESTETOSCOPIO CLÍNICO PEDIATRICO

- Tabuladora, para conexión entre el cabezal y los auriculares, libre de látex.

Solicitamos al Comité de Selección que se acepte la siguiente modificación:

- Tabuladora, para conexión entre el cabezal y los auriculares, libre de látex o tubo sencillo, libre de látex.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada quedando, Tubo o Tubuladura para conexión entre cabezal y los auriculares, libre de látex

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Tubo o Tubuladura para conexión entre cabezal y los auriculares, libre de látex

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO

- Auricular metálico con dos (02) olivas suaves, adaptables a la apertura del pabellón auricular.

Solicitamos al Comité que, con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se acepte la siguiente modificación a la especificación técnica.

- Auricular metálico con dos (02) olivas suaves, adaptables a la apertura del pabellón auricular o auriculares de acero inoxidable.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada quedando, Auricular metálico con dos (02) olivas suaves, adaptables a la apertura del pabellón auricular o auriculares de acero inoxidable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Auricular metálico con dos (02) olivas suaves, adaptables a la apertura del pabellón auricular o auriculares de acero inoxidable

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 31
Consulta/Observación:
ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO

- Longitud: 69cm

Dado a que la longitud es un factor importante para obtener una buena calidad de sonido durante la auscultación. Para promover la pluralidad de postores, solicitamos se modifique la EETT de la siguiente manera:

- Longitud: 69cm hasta 71cm.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP. IIILiteral: 9Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con respecto a la observacion efectuada, es aceptada, quedando con longitud de 69 a 74 cm como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Longitud de 69 a 74 cm como minimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 32
Consulta/Observación:
ESTETOSCOPIO CLÍNICO ADULTO

- Construcción: doble cara, adultos y pediátrico.

Solicitamos al Comité de Selección, que con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se modifique la EETT, de la siguiente manera:

- Construcción: doble cara, adultos y pediátrico o cabezal doble.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 9 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada, retirando de la especificacion la construccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO CLÍNCIO ADULLTO

- Material: epoxi/fibra de vidrio

Solicitamos al comité que, con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se acepte, la siguiente adición:

- Material: epoxi/fibra de vidrio o policarbonato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 9 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada, retirando de la especificacion material epoxi/fibra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO CLÍNICO ADULTO

- Diámetro del diafragma: Adulto 4.3cm, pediátrico 3.3cm.

Solicitamos al Comité de Selección, aceptar la siguiente modificación a la EETT.

Diámetro del diafragma: Adulto 4.3cm 0 4.5cm , pediátrico 3.3cm o 3,8cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 9 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta se acepta y quedara Diametro del diafragma: Adulto 4.3cm o mayor, Pediatrico o forma de campana de 3.3 cm o mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diametro del diafragma: Adulto 4.3cm o mayor, Pediatrico o forma de campana de 3.3 cm o mayor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO

- Material: aleación aeroespacial de amplio diámetro

Nuestros estetoscopios tienen material de acero inoxidable, el cual es altamente resistente a la oxidación y a la acción de agentes químicos. Esto lo convierte en una opción duradera y de larga vida útil. Para promover la pluralidad de postores, solicitamos se modifique la EETT de la siguiente manera:

- Material: aleación aeroespacial de amplio diámetro o acero inoxidable.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 9 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada, retirando de la especificacion material aleacion aeroespacial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

ESTETOSCOPIO CLÍNICO ADULTO

- Súper Blandas

Nuestros estetoscopios son suaves están hechas de silicona y son cómodas de usar siendo estas más duraderas es por ello que para promover la pluralidad de postores, solicitamos se modifique la EETT de la siguiente manera:

- Súper blandas o Suave.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 9 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada, quedando como suave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:01:08

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

La finalidad de este proceso es distribuir los productos farmacéuticos a los diferentes establecimientos de salud, con la finalidad de garantizar un stock optimo de los productos solicitados en los EESS de la Red de Salud Arequipa para atención oportuna a los pacientes.
Con la finalidad de garantizar la calidad de los productos solicitados, se solicita al comité agregar en los requisitos de calificación lo siguiente:

- CERTIFICADO ISO 9001-2015 - Sistema de Gestión de Calidad a nombre del postor. Ya que esto garantiza la calidad de los bienes ofertados.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IVLiteral: BPágina: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:01:08

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

La ISO 37001 se publicó en 2016 y es la norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno. La norma está diseñada para ayudar a las organizaciones a implantar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la organización y sus actividades.

Por lo que se solicita agregar en las bases integradas como factores de evaluación lo siguiente:

- CERTIFICADO ISO 37001:2016 ¿ SISTEMA DE GESION ANTISOBORNO A NOMBRE DEL POSTOR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:01:08

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se observa en el capitulo III REQUISITOS DE CALIFICACION de los bienes solicitados nos estan solicitando los siguiente:
- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) VIGENTE

Siendo algunos productos importados, se solicita al comité y área usuaria que se solicite lo siguiente:
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura), y/o ISO 90001 y/o 13485 ya que algunos por ser de otra procedencia no cuentan con BPM solo ISOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando Certificado BPM, ISO 9001 y/o 13485, FDA. CE. CLV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificado BPM,ISO 13485, FDA,CE, CLV

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:01:08

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las características técnicas de los siguientes ítems:

- Estetoscopio clínico pediátrico
- Estetoscopio clínico adulto
- Estetoscopio clínico neonatal

Se observa que estan solicitando lo siguientes colores: Gris, azul marino

Para una mayor pluralidad de participación de postores, se solicita a comité y área usuaria agregar los siguientes colores: Gris, azul marino, rojo, negro y verde.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se suprimira el color

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO Y LINTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:01:08

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En el bien requerido LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LINTERNA, se esta solicitando como requisitos de calificación la presentación de Registro Sanitario, dicho bien no requiere registro sanitario, por lo que se solicita suprimir dicho requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta retirando para este bien el registro sanitario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null