

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-29-2024-HRA/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PONCHO DESCARTABLE ESTÉRIL 1.50mX2.00m, PARA LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	16:00:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EMPAQUE
Doble empaque individual

Aclarar a que se refiere con doble empaque debe contar cada poncho.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principios de transparencia y competencia de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE, EL DOBLE EMPAQUE INDIVIDUAL SE REFIERE A CADA PONCHO DEBE CONTENER, ES DECIR EL ENVASE PEEL OPEN Y EL PAPEL CREPADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PONCHO DESCARTABLE ESTÉRIL 1.50mX2.00m, PARA LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	16:00:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CARACTERISTICA
Con cinta adhesiva en fenestro

Aclarar cuál es la medida de la fenestra, dimensiones debe contar la cinta adhesiva y el fenestro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios de transparencia y competencia de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE, CON CINTA ADHESIVA EN FENESTRO SE REFIERE A LA MEDIDA ESTANDAR EL CUAL DEBE ESTAR EN TODO EL CONTORNO DEL FENESTROQUE CADA PONCHO DEBE CONTENER

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PONCHO DESCARTABLE ESTÉRIL 1.50mX2.00m, PARA LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	16:00:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

No están solicitando certificación de filtración bacteriana (BFE).

Recomendable igual o mayor a 95%, acreditado por un laboratorio, para mejor protección del personal de salud.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios de vigencia tecnológica y, eficacia y eficiencia de la Ley LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE,LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LOS PONCHOS YA CUMPLEN CON CERTIFICACIONES ISOS INTERNACIONALES PARA SU PRODUCCION Y A FIN DE GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO DE ADQUSICION DECIDE NO ACOGER LA CONSUTA POR LO QUE LA PRESENTACION DE LA CERTIFICACION DE FILTACION BACTERIANA (BFE) SERA OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null