

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

1	NÚMERO DE ACTA	001-AS N°19-2025-GERESA/LL- PRIMERA CONVOCATORIA																																							
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>El órgano a cargo del procedimiento de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-SM-19-2025-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2604589 ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD- ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL Y UNIDAD DENTAL", sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de acuerdo a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ETAPAS</th> <th colspan="2">FECHAS DE LAS SESIONES</th> <th colspan="2">HORA DE LAS SESIONES</th> </tr> <tr> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Para la admisión:</td> <td>19/05/2025</td> <td>19/05/2025</td> <td>08:30 am</td> <td>14:35 am</td> </tr> <tr> <td>- Para la calificación:</td> <td>20/05/2025</td> <td>20/05/2025</td> <td>7:15 a. m.</td> <td>9:00 a. m.</td> </tr> <tr> <td>- Para el otorgamiento de la buena pro:</td> <td>20/05/2025</td> <td>20/05/2025</td> <td>9:10 a. m.</td> <td>09:35am</td> </tr> </tbody> </table>					ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	- Para la admisión:	19/05/2025	19/05/2025	08:30 am	14:35 am	- Para la calificación:	20/05/2025	20/05/2025	7:15 a. m.	9:00 a. m.	- Para el otorgamiento de la buena pro:	20/05/2025	20/05/2025	9:10 a. m.	09:35am												
ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES																																						
	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:																																					
- Para la admisión:	19/05/2025	19/05/2025	08:30 am	14:35 am																																					
- Para la calificación:	20/05/2025	20/05/2025	7:15 a. m.	9:00 a. m.																																					
- Para el otorgamiento de la buena pro:	20/05/2025	20/05/2025	9:10 a. m.	09:35am																																					
3	SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Condición</th> <th>LOCACION DE SERVICIOS</th> <th>Titular</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presidente</td> <td>ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">CPC.KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR</td> <td rowspan="2">Condición</td> <td rowspan="2">LOCACION DE SERVICIOS</td> <td>Titular</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ</td> <td rowspan="2">Condición</td> <td rowspan="2">LOCACION DE SERVICIOS</td> <td>Titular</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular		Presidente	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ				X	Primer Miembro	CPC.KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular	X	Suplente		Segundo Miembro	ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular	X	Suplente									
		Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular																																					
Presidente	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ				X																																				
Primer Miembro	CPC.KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular	X																																				
				Suplente																																					
Segundo Miembro	ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular	X																																				
				Suplente																																					
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES <p>De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>DENT IMPORT S A</td></tr> <tr><td>2</td><td>TECNI - MED.SYSTEM. S.A.</td></tr> <tr><td>3</td><td>RICAF MEDICAL E.I.R.L</td></tr> <tr><td>4</td><td>SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td></tr> <tr><td>5</td><td>X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.</td></tr> <tr><td>6</td><td>MEGA ODONTHO E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>7</td><td>R & M ELECTROMEDICA S.R.L.</td></tr> <tr><td>8</td><td>LATIN DENT S.A.C.</td></tr> <tr><td>9</td><td>DEXTRUM GROUP E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>10</td><td>ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>11</td><td>SAINT INDUSTRY E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>12</td><td>CF DISMED S.A.C.</td></tr> <tr><td>13</td><td>ECO HOSPITAL TECH S.A.C.</td></tr> <tr><td>14</td><td>TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>15</td><td>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.</td></tr> <tr><td>16</td><td>BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.</td></tr> <tr><td>17</td><td>CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>18</td><td>COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.</td></tr> </tbody> </table>					1	DENT IMPORT S A	2	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	3	RICAF MEDICAL E.I.R.L	4	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	6	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	7	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	8	LATIN DENT S.A.C.	9	DEXTRUM GROUP E.I.R.L.	10	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	11	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	12	CF DISMED S.A.C.	13	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	14	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	15	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	16	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	17	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.	18	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.
1	DENT IMPORT S A																																								
2	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.																																								
3	RICAF MEDICAL E.I.R.L																																								
4	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA																																								
5	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.																																								
6	MEGA ODONTHO E.I.R.L.																																								
7	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.																																								
8	LATIN DENT S.A.C.																																								
9	DEXTRUM GROUP E.I.R.L.																																								
10	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.																																								
11	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.																																								
12	CF DISMED S.A.C.																																								
13	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.																																								
14	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.																																								
15	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.																																								
16	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.																																								
17	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.																																								
18	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.																																								
5	DETALLE DE LOS POSTORES <p>En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ITEM 1:UNIDAD DE RAYOS X DENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NO SE PRESENTARON PROPUESTAS.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">ITEM 2: UNIDAD DENTAL COMPLETA</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI- MED.SYSTEM S.A.</td> </tr> </tbody> </table>					ITEM 1:UNIDAD DE RAYOS X DENTAL		1	NO SE PRESENTARON PROPUESTAS.	ITEM 2: UNIDAD DENTAL COMPLETA		1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI- MED.SYSTEM S.A.																												
ITEM 1:UNIDAD DE RAYOS X DENTAL																																									
1	NO SE PRESENTARON PROPUESTAS.																																								
ITEM 2: UNIDAD DENTAL COMPLETA																																									
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI- MED.SYSTEM S.A.																																								
6	ADMISIÓN DE LAS OFERTAS																																								

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda.

6.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	XXX	XXX

6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
ITEM 2: UNIDAD DENTAL COMPLETA		
CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI- MED.SYSTEM S.A.	ITEM 2: UNIDAD DENTAL	

7

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

ITEM 2: UNIDAD DENTAL COMPLETA		
1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI- MED.SYSTEM S.A.
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
	BONIFICACION (ANEXO Nº10)	5.00 puntos
	TOTAL	105.00 puntos

7.2 ORDEN DE PRELACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
ITEM 2: UNIDAD DENTAL COMPLETA		
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI- MED.SYSTEM S.A.	105.00
IMPORTANTE:		
En caso de empate la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo el orden previsto en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 y el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento, según corresponda.		

8

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

COMPLETAR EL DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE CADA POSTOR, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN, HASTA OBTENER DOS (2) OFERTAS CALIFICADAS, SALVO QUE DE LA REVISIÓN SOLO SE PUEDA OBTENER UNA OFERTA CALIFICADA.
(Numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases").

8.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó a los postores que cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases:

ITEM 2: UNIDAD DENTAL COMPLETA				
2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°2		CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI- MED.SYSTEM S.A.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
		HABILITACION	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA
De ser el caso, si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el órgano a cargo del procedimiento de selección verifica los requisitos de calificación de los demás postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, en caso hubiere.				

8.2 DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó que los siguientes postores fueron descalificados al no cumplir los requisitos de calificación especificados en las Bases, por las razones expuestas a continuación:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
	XXXXXX	XXXXXXXXXX

11 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente postor obtiene la buena pro:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO
ITEM 2: UNIDAD DENTAL COMPLETA		
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI- MED.SYSTEM S.A.	S/ 148,000.00

12 ACUERDO ADOPTADO

El COMITÉ DE SELECCIÓN da por aprobado los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro. El acuerdo fue adoptado por:				
Unanimidad	X	Mayoría	Fundamento del voto discrepante	

13


Presidente del comite


Primer Miembro del comite


Segundo Miembro del Comite

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

CUADRO N°1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS AS 19-2025-GERESA/LL-ITEM 2

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	CONSORCIO R&M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED.SYSTEM S.A,
	Documentación de presentación obligatoria	
	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA ANEXO N° 2
d)	<p>Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</p> <p>El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N° 01 "Hoja de presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas"</p> <p>Asimismo, el postor adjuntará copia de catálogos, manual de uso y operación, manuales de servicio técnico, folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes u otro documento del fabricante o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas y suscritos por el representante legal.</p> <p>La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el Formato N° 01, indicando claramente el número de folio(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.</p>	PRESENTA ANEXO N° 3
e)	<p>Las características técnicas que deberán acreditarse con los documentos adicionales mencionados son:</p> <p>A01, A02, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12,</p>	PRESENTA DOCUMENTACION

f)	<p>REGISTRO SANITARIO: de los bienes que por normatividad correspondan, presentar una Copia simple de la certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o Resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios).</p> <p>Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. Los datos expresados en la oferta presentan deben coincidir en los datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado.</p> <p>Cuando se trata de productos importados, se deben presentar el Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario que permita la comercialización en territorio nacional. (Conforme Oficio N°1494-2011-DIGEMID –DG-DAS/ATAG/MINSA) del 24/05/2011.</p> <p>En la entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción verificará la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.</p> <p>Los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACIÓN JURADA Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).</p>	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	<p>SERVICIO POST VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el periodo de vida útil recomendada por el fabricante; debiendo adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa, asumiendo las responsabilidades contractuales de existir.</p>	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE

j)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6
ITEM 2		
UNIDAD DENTAL COMPLETA		
1	GENERALES	
A01	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO DE ESTRUCTURA RESISTENTE CON PERFILES METÁLICOS, MODULOS DE CONTROL, LAMPARA DENTAL, ESCUPIDERA, DISPENSADOR DE AGUA, PEDAL DE CONTROL, EN UN SISTEMA INTEGRADO Y TABURETE, COMPRESORA Y ACCESORIOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	PROGRAMACION PARA TRES (3) POSICIONES DE TRABAJO COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	MODULO DE CONTROL	
B01	BANDEJA DE TRABAJO (PORTA INSTRUMENTAL) INCORPORADO CON MEDIDAS DE 40 CM DE LARGO O MAYOR Y 25 CM DE ANCHO O MENOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	CINCO (05) ADAPTADORES DE SALIDA CON VÁLVULA DE CIERRE COMO MÍNIMO PARA ALTA VELOCIDAD, MICROMOTOR Y JERINGA TRIPLE COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	MANGUERAS DE POLIURETANO U OTRO MATERIAL SIN UNIONES TOTALMENTE ASEPTICAS QUE PERMITAN EL USO DE DESINFECTANTES. NEGATOSCOPIO INCORPORADO O EXTERNO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B04	NEGATOSCOPIO INCORPORADO O EXTERNO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	CON MANOMETRO Y REGULADOR DE AIRE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B06	BRAZO NEUMATICO MOVIL, (ASCENSO Y DESCENSO, DERECHA E IZQUIERDA) Y AJUSTABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

B07	UN (1) PEDAL DE ACTIVACION COMO MINIMO QUE PERMITA CONTROLARLA PIEZA DE MANO-COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B08	SISTEMA DE SUMINTRO DE AGUA Y DESINFECTANTE A TRAVES DE DOS (02) RECIPIENTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	LAMPARA DENTAL	
B09	BRAZO COMPEADO MOVIL Y AJUSTABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B10	CABEZAL CON MANIJAS O ASAS QUE FACILITEN LA ROTACION TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL DEL MISMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B11	LUZ LED DE INTENSIDAD VARIABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B12	CON SISTEMA DE REDUCCIÓN DE SOMBRAS O TECNOLOGÍA SIMILAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B13	MICRA PROTECTORAPARA PANTALLA, COMPLETA O SISTEMA SIMILAR DE PROTECCION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B14	INTENSIDAD DE LUZENTRE 1800 Y 25000 LUX	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B15	PINTURA ELECTROESTATICA O DE ACUERDO A CADA MARCA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ESCUPIDERA Y SISTEMA DE SUCCION	
B16	ESCUPIDERA DE PORCELANA OPALINA O CERAMICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B17	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE AGUA REGULABLE PARA ESCUPIDERA (LLAVE U OTRO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

B18	SISTEMA DE SUCCION PARA SALIVA, DOS CONECTORES COMO MINIMO DE ALTA Y BAJA PRESION DE SUCCION CON VALVULA DE CIERRE AUTOMATICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B19	SISTEMA DE SUCCION PARA CUAGULOS U OTROS RESIDUOS BIOLOGICOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B20	ESCUPIDERA PROVISTA DE TRAMPA DE RESIDUOS SOLIDOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B21	CON PINTURA ELECTROSTATICAO SIMILAR RESISTENTE A LA CORROSION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	SURTIDOR DE AGUA Y SOPORTE PARA VASO	
B22	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE AGUA AUTOMATICO o MANUAL (SENSOR DE PROXIMIDAD, LLAVE DE TIPO DIGITAL u OTRO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B23	CAÑERIA PARA LLENADO DE VASO, Y LAVADO DE ESCUPIDERA-RESISTENTE A LA CORROSION.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	SILLON DENTAL	
B24	ELECTROMECHANICO ACTIVADO POR MOTOR DE BAJA TENSION CON 24 VOLTIOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B25	BASE CON DISEÑO ERGIONOMICO Y ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO, CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO CON DISEÑO QUE PERMITA INTEGRAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS AL BLOQUE SILLON Y/O TORRE HIDRAULICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B26	MOVIMIENTO DE ASCENSO Y DESCENSO DEL ASIENITO: SUBIDA Y DESCENSO DEL RESPALDO; VUELTA A LA POSICIÓN CERO; INTERRUPTOR DE MOVIMIENTOS DEL SILLÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO INTEGRADO Y DE BAJA VOLTAJE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B27	MOVIMIENTOS DE RECLINACION DEL RESPALDAR O SEGÚN CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B28	APOYO DE CABEZA ANATOMICO, ARTICULADO Y MOVIBLE CON DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA, ABAJO, ADELANTE Y ATRÁS PARA AMBIDIESTROS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B29	DESCANSABRAZOS INTEGRADOS DESPLAZABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

B30	RESPALDAR CON ANCHO NO MENOR DE 530mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B31	CAPACIDAD DE PESO NO MENOR DE 230 Kg.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B32	MANDOS DE CONTROL ELECTRONICOS Y A TRAVEZ DEL CONTROL DE PIE (PEDAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B33	RETORNO A POSICIÓN CERO (DE ACUERDO A CADA FABRICANTE). ALTURA Y RECLINACIÓN ACCIONADO POR BOTONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B34	TAPIZADO CON O SIN COSTURAS, DE FÁCIL LAVADO, IGNÍFUGO Y RESISTENTE A DESINFECTANTES. DISPONIBLE EN CUALQUIER COLOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	COMPRESORA	
B35	LIBRE DE ACEITE CON SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO AUTOMATICO, SISTEMA DE PURGA, CONTROL Y MANTENIMIENTO, ACCESIBLES AL USUARIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B36	CAPACIDAD DEL TANQUE MINIMO 30 LTS A MAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B37	MANOMETRO DE CONTROL DE PRESION DEL TANQUE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B38	PRESION MAXIMA NO MENOR A 100 PSI.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

B39	FLUJO DE AIRE MINIMO 150 LTS/MIN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B40	POTENCIA: 1HP COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B41	ACCESORIOS: FILTROS DE AIRE ENTREGADO, REGULADOR DE PRESION DE SALIDAD, PRESOSTATO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B42	VALVULA DE PURGA, VALVULA DE SEGURIDAD PARA ALTA PRESION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B43	CASETA O GABINETE PARA INSONORIZACION DE LA COMPRESORA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B44	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE LA COMPRESORA EN ZONA REMOTA Y SEGURA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C	ACCESORIOS	
C01	DOS (02) PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE 300,000 RPM O MÁS, CON SISTEMA PUSH BUTTON O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

C02	UN (01) MICROMOTOR CON PIEZA DE MANO Y CONTRANGULO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C03	UNA (01) JERINGA TRIPLE ASEPTICA-DE ACUERDO A CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C04	UNA (01) LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN (FOTOTERAPIA) INCORPORADA O EXTERNA AL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C05	UNA (01) PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDO INCORPORADA AL EQUIPO CON TRES (03) PUNTAS PARA TRATAMIENTO DE DIFERENTES FORMAS COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C06	DOS (02) FRASCOS DE SPRAY LUBRICANTE DE PIEZA DE MANO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500ml.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C07	DOS (02) RECIPIENTES ADICIONALES PARA SUMINISTRO DE AGUA DESTILADA Y DESINFECTANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C08	DOS (02) REPUESTOS PARA LAMPARA DENTAL (FUENTE DE ILUMINACION)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C09	UN(01)TABURETE ERGONOMICO RODABLE Y DE ALTURA REGULABLE NEUMATICO EN COLOR INSTITUCIONAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

C10	VINILO PROTECTOR PARA SILLON DENTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C11	FILTRO DE AGUA EN CAJA DE CONEXIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C12	LLAVES DE PASO DE AGUA Y AIRE EN CAJA DE CONEXIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C13	REGULADOR DE PRESION DE AIRE COMPRIMIDO EN CAJA DE CONEXIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C14	UN (01) MANOMETRO PARA CONECTAR ENTRE LA PIEZA DE MANO Y EL CONECTOR DEL MODULO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	LAMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN (FOTOCURADO)	
D01	PANTALLA DIGITAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D02	LUZ LED DE POTENCIA ALTA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

D03	CON FUNCION DE ACCELERACION A LA RESTAURACION DEL DIENTE Y A LA SOLIDIFICACION DEL MATERIAL PARA EL BLANQUEAMIENTO DENTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D04	CON LONGITUD DE ONDA DE 350 nm A 500 nm o SEGÚN CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D05	INTENSIDAD DE LUZ VARIABLE 750mV/cm2 – 1000mW/cm2 O RANGO DE INTENSIDAD MENOR Y RANGO MAYOR AL SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D06	SISTEMA DE ALIMENTACION CON BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D07	CON PAUSA DE FUNCIONAMIENTO NO CONTINUO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D08	FIBRA OPTICA ESTERILIZABLE POR AUTOCLAVADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E	CAMARA INTRAORAL	
E01	CÁMARA INTRAORAL CON PANTALLA EXTERNA DE 5" O MÁS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

E02	RESOLUCION DE 152 X 582 O MAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E03	TRANSMISIÓN DE IMÁGENES INALAMBICA O ALAMBICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E04	ILUMINACION LED	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E05	LA PANTALLA PUEDE MOSTRAR 1, 4 O 9 IMÁGENES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E06	MECANISMOS DE AJUSTE DE LA FOTO FIJOS O VARIABLES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E07	ZOOM HASTA 10X O SEGÚN CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E08	ANGULO DE TOMA DESDE 0 A 90° O SEGÚN CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E09	COMPATIBLE CON UNA PANTALLA DE VIDEO Y/O UN EQUIPO EXTERNO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

E10	ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN MEMORIA INTERNA Y/O EXTERNA.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E11	SOFTWARE DEDICADO PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E12	DISPARO DESDE LA CÁMARA O DISPOSITIVO EXTERNO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
ADMISION DE OFERTAS			ADMITIDO
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
A	CAPACIDAD LEGAL		
	HABILITACION: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.		PRESENTA DOCUMENTACION
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 301,800.00 (Trescientos un mil ochocientos con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. PARA MYPE S/. 18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 soles)		ACREDITA MYPE: S/ 144,000.00
2	BIENES SIMILARES: EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO EN GENERAL		CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	PARA LA INSTALACION, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACION PARA EQUIPOS MÉDICOS (En relación a lo expuesto en la Ficha Técnica del Equipo) Dos(02) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados y experiencia en servicio técnico especializado en mantenimiento del equipo ofertado		CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE

	<p>RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <p>Dos (02) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos, se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso del bachiller en ingeniería, fecha de grado de bachiller en adelante.</p>	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	<p>FACTORES DE EVALUACION</p> <p>FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 2</p>	
	<p>A. PRECIO</p> <p>Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>	S/ 148,000.00 : 100 PUNTOS
	<p>BONIFICACION MYPE (5%)</p>	5 PUNTOS
	<p>TOTAL DE PUNTOS</p>	105 PUNTOS