

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 11/08/2023

Hora de envío : 20:46:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERAR ESTE PUNTO OPCIONAL DEBIDO A QUE LA CARGA COLOCADA EN LA PLATAFORMA SE HACE ANTES DE PONER EN MARCHA EL EQUIPO, ADEMAS QUE PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECIFICO POR LO CUAL ESTARIA DIRIGIDO INCUMPLIENDO LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito en opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A04 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR AMPLIAR ESTE PUNTO DEBIDO A QUE LO BASICO QUE SE NECESITA EN VISUALIZAR EN LA PANTALLA DEL ROTADOR ES EL TIEMPO Y LA VELOCIDAD POR LO CUAL EL AMPLIARLO FOMENTARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, QUEDANDO LA ESPECIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: " PANEL LCD DIGITAL QUE LOS SIGUIENTES DATOS COMO MÍNIMO: TIEMPO Y VELOCIDAD"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho punto, permitiendo que se visualiza en la pantalla DIGITAL tiempo y velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A05 PANTALLA DIGITAL : TIEMPO Y VELOCIDAD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR ACLARAR PARA QUE TIPO DE LABORATORIO SE SOLICITA ESTE ROTADOR YA QUE DE ACUERDO AL LABORATORIO DONDE IRA UBICADO EL TIPO DE MOVIMIENTO ES DISTINTO POR LO CUAL AL PEDIR QUE UN SOLO ROTADOR CUENTE CON LOS 3 TIPOS DE MOVIMIENTOS ES PROPIO DE UNA MARCA, ESTANDO DIRIGIDO INCUMPLIENDO CON LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica , SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito considerandolo opcional. Asi mismo, se indica que el destino es un Laboratorio de un EESS de primer nivel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR AMPLIAR ESTE PUNTO YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSOS TAMAÑOS DE ORBITA MENORES A LOS SOLICITADOS PERO CUMPLIENDO CON EL FIN DEL MISMO, POR LO CUAL LA ESPECIFICACION QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: TAMAÑO DE LA ORBITA DE 10MM COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es contar con una orbita de 19mm que garantiza la rotacion de muestras colocadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR AMPLIAR ESTE PUNTO DEBIDO A QUE EL USO DEL EQUIPO POR 95 HORAS ES UN USO POCO USUAL POR LO CUAL EL SOLICITAR UNA CANTIDAD MENOR DE TIEMPO PROGRAMABLE CUMPLIRIA CON LA FINALIDAD DE USO QUE SE LE QUIERE DAR, DE MANERA QUE SE FOMENTARIA LA PLURALIDAD DE POSTORES, QUEDANDO LA ESPECIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: RANGO DE TEMPORIZADOR REGULABLE : DE DE 1 MIN A 18 HORAS O RANGO MAYOR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es contar con un equipo programable hasta 95 horas o rango mayor, el cual permitira realizar todo tipo de procedimiento clinico en modo temporizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR AMPLIAR ESTE PUNTO DEBIDO A QUE EL USO TAN PROLONGADO DEL EQUIPO ES UN USO POCO USUAL, EXISTIENDO EN EL MERCADO DISTINTOS TIEMPOS DE USO CONTINUO SIN AFECTAR EL FIN CON EL CUAL SE ESTA ADQUIRIENDO EL EQUIPO, DE MANERA QUE FOMENTARIA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, QUEDANDO LA ESPECIFICACION DE LA SIGUIENTE MANERA: " TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito, considerando que podra ser sustentado el funcionamiento continuo según diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
B05 FUNCIONAMIENTO CONTINUO SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR AMPLIAR ESTE PUNTO O ACLARARLO DEBIDO A QUE LAS CENTRIFUGAS TIENEN DISTINTOS RANGOS DE VELOCIDAD DE ACUERDO A CADA TIPO DE ROTOR, PERO SI SE REFIERE A LA VELOCIDAD CON EL ROTOR SOLICITADO, SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR AMPLIAR ESTE PUNTO DEBIDO A QUE EQUIPOS OFRECEN UNA MAYOR CAPACIDAD DE TUBOS PERO REDUCIENDO LA VELOCIDAD POR LO CUAL EL AMPLIAR ESTE PUNTO FOMENTARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, QUEDANDO LA ESPECIFIACION DE ESTA MANERA: "VELOCIDAD MAXIMA: 4000RPM O MAYOR "

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que A FIN DE GARANTIZAR el funcionamiento del equipo se ampliara dicho requisito a un minimo de 4500rpm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
B03 VELOCIDAD MAXIMA 4500RPM O MAYOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERAR OPCIONAL ESTE PUNTO, YA QUE AL SOLICITAR QUE EL EQUIPO SEA DE TIEMPO PROGRAMABLE ESTE PUEDE TENER UNA CONFIGURACION DE TIEMPO CORTA CUMPLIENDO SIN NIGUN PROBLEMA LO SOLICITADO, ADEMAS QUE LA TECLA DE CENTRIFUGACIONES CORTAS NO DEBE SOLTARSE AL MOMENTO DE USARLA SIENDO ESTO POCO PRACTICO TENIENDO UN EQUIPO EL CUAL SE PUEDE PROGRAMAR Y DEJAR EN FUNCIONAMIENTO MIENTRAS SE REALIZA OTRAS ACTIVIDADES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es contar con una tecla de centrifugaciones cortas que permita facilitar el trabajo del tecnologo cuando desea realizar procedimientos pre establecidos de corto tiempo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR UN PERSONAL CLAVE ADICIONAL, A UN TECNOLOGO MEDICO, EL CUAL SERIA RESPONSABLE DE LA CAPACITACION DEL AREA USUARIA POR SU MAYOR FACILIDAD DE COMUNICACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que siendo equipos de mediana complejidad bastara con un solo personal clave del rubro de ingenieria quien puede capacitar al area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE REQUIEREN DE PERSONAL CLAVE, PERO NO INDICAN DE QUE PROFESION, POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR COMO TAL A UN ING. BIOMEDIO O ELECTRONICO CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MINIMO EN IMPLEMENTACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO O BIOMEDICO EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA ENTREGA Y CAPACITACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge, se indica que se ampliara dicho requisito solicitando un ingeniero biomedico o electronico con lo cual se garantize la instalacion, capacitacion y postventa de los equipos adquiridos. Asi mismo, se solicitara un minimo de 5 años de experiencia c, para garantizar la experticie de dicho personal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero biomedico o electronico con minimo 05 años de experiencia en implementacion y/o mantenimiento y/o especialista en equipamiento medico o biomedico del personal clave requerido como responsable de la entrega y capacitacion de los bienes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 11/08/2023

Hora de envío : 20:46:37

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ REQUERIR QUE EL PERSONAL CLAVE CUENTE CON CAPACITACIONES DE FABRICA, EL CUAL PERMITE QUE DICHO PROFESIONAL BRINDE UNA MEJOR CAPACITACION SOBRE EL CORRECTO MANEJO, OPERACIÓN FUNCIONAL, CUIDADO Y CONSERVACION BASICA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, tratandose de equipos de mediana complejidad, se solicitada que el personal se encuentre capacitado en al menos 6 equipos ofertados, por el fabricante o por el distribuidor autorizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Personal clave capacitado en al menos 6 equipos ofertados, por el fabricante o por el distribuidor autorizado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	20:46:37

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

"RESPECTO AL CONTENIDO DE LAS OFERTAS, SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR LA PRESENTACION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA COMO OPCIONAL, YA QUE EL MISMO ES SOLICITADO AL MOMENTO DE LA RECEPCION PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS. PERMITIENDO ELLO LA PLURABILIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP II **Literal:** G **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito en opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

G) OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A04 solicita que el baño maría pueda mostrar el tiempo restante del proceso. Sin embargo, esta característica es propia de pocas marcas lo cual restringe la participación de otras marcas lo cual transgrede la ley de contrataciones del estado. Además, la características solicitada inicialmente no brinda una ventaja clínica para el usuario durante el uso del equipo.

Por tanto, se solicita al comité evaluador considerar la especificación A04 de caracter opcional.

""Indicador digital de la temperatura y tiempo restante (opcional)""

Acoger esta observación permitira una mayor pluralidad de postores lo cual ofrecerá una mayor oferta para la Entidad."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento , solicitandolo como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A04 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B02 pide que el rango de tempetura sea de 10 °C a 90°C. Sin embargo, es importante indicar que la menor temperatura a utilizar durante el proceso del baño maría es mayor a la temperatura ambiente (TA) del lugar. Además, en los laboratorios la temperatura en la cual trabajan para el procesamiento de muestras va desde la temperatura ambiente y los 60 °C.

Por consiguiente, se solicita al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación B02 de las siguiente manera:

""Rango de programación de la temperatura de trabajo: TA +5° - 90°C o rango mayor""

Realizar este cambio permitirá una mayor concurrencia de proveedor ya que el rango solicitado es acorde al uso del baño maría"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito , solicitando que la temperatura se programe desde la temperatura ambiente, lo cual garantiza poder trabajar en todo tipo de ambiente climatico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02 TEMPERATURA DE TRABAJO : TA+5°C -90°C O RANGO MAYOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité Evaluador aclarar si el término "precisión de ajuste de temperatura" se refiere a la resolución de la temperatura a la cual se podrá programar la temperatura de trabajo. Se hace la consulta debido a que el termino usado es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito permitiendo una precision de ajuste de temperatura o una resolucion de temperatura de al menos 0.1°C, lo que garantiza la visualizacion y trabajo adecuado para calentar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B04 precision de visualizacion de temperatura o Homogenidad de temperatura de 0.5°C o menor.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

"Se observa que el punto B04 solicita que la precisión sea de 0.1 °C. Sin embargo, este valor solicitado es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de otros postores. Además, para el caso del baño maría la precisión aceptada va de 0.5 °C o menos. Por consiguiente, se solicita al Comité considerar la ampliación del punto B04 de la siguiente manera:
""Presición de visualización de temperatura: 0.5 °C o menor""
Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores debido a que la solicitud restringe la participación de varias marcas. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito permitiendo sustentar la precision de visualizacion de temperatura o la homogenidad de temperatura lo cual no debera excederse de 0.5°C, garantizando la adecuada calefaccion.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
B04 precision de visualizacion de temperatura o Homogenidad de temperatura de 0.5°C o menor.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B05 solicita un rango de tiempo solicitado es demasiado extenso y no es acorde al uso del baño maría. Solicitar un rango de 99 horas no brinda ninguna ventaja tecnológica ya que el baño trabaja con rangos de tiempo mucho menores al solicitado. Otro punto es que solicitar el rango de tiempo tan alto restringe la participación de otros postores lo cual atenta el principio de pluralidad de la Ley de Contrataciones del Estado. Por consiguiente, se solicita al Comité ampliar la especificación B05 de la siguiente manera:
""Rango de temporizador de acuerdo a la tecnología del fabricante"" "

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que se ampliara dicho requisito a fin de brindar mayor pluralidad de postores, por lo que se solicitara tener un rango temporizador hasta 99 horas y 59 min, lo cual garantiza realizar todo tipo de procedimiento de calefacción de muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B05 RANGO DE TEMPORIZADOR DESDE 1 MIN HASTA 99 HORAS Y 59 MIN O RANGO MAYOR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

La especificación B06 solicita una característica que es propia de pocas marcas lo cual restringe la participación de otras marcas y atenta contra el principio de pluralidad de la Ley de Contrataciones del Estado. Por consiguiente, se solicita al Comité Evaluador considerar la especificación B06 de caracter opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que dicho requisito es necesario para realizar programaciones con tiempo de desfase lo cual permitira manipular las muestras a calentar antes del inicio del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B03 solicita un área de trabajo removible. Es importante mencionar que existen otras marcas que presentan área de trabajo de acero inoxidable pero no son removibles lo cual no significa una desventaja para el usuario durante el funcionamiento del equipo.
Por tanto, se solicita al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación B03 de la siguiente manera:
""Superficie de trabajo de acero inoxidable""
Esta ampliación incentivará una mayor participación de postores ofreciendo una mayor oferta para la Entidad.
"

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar una mayor participación de postores, se ampliará dicho requisito, solicitando que como mínimo la superficie sea de acero inoxidable, lo cual garantiza la asepsia en el trabajo clínico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
B03 SUPERFICIE DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

"Se observa que la Entidad solicita que la pared trasera y lateral sean de acero inoxidable. Sin embargo, existen una gran cantidad de marcas que trabajan con otro tipo de acero los cuales brindan las misma ventajas que el acero inoxidable. Además, al no tratarse del área de trabajo, no es obligatorio que el material sea de acero inoxidable. Por consiguiente, para promover una mayor participación de postores, se solicita al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación B04 de la siguiente manera:
""Pared trasera y lateral de acero inoxidable u otra material resistente""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, permitiendo que la pared de acero y lateral sean según diseño de cada fabricante siempre y cuando garanticen resistencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
B04 PARED TRASERA Y LATERAL SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE, RESISTENTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

"La especificación B05 solicita un ruido menor a 63 dB sin embargo la norma NSF (la cual es solicitada en el punto A02) considera un nivel de ruido aceptable a las cabinas con nivel de ruido menor igual a 67 dB. Por consiguiente, se solicita al Comité Evaluador ampliar la especificación B05 de acuerdo al requerimiento de la NSF49. La especificación B05 debería indicar lo siguiente:

""Ruido: ¿ 67 dB""

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, en cumplimiento de la normativa NSF49, se ampliara dicho requisito a un ruido menor o igual a 67DB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B05 RUIDO MENOR O IGUAL A 67DB

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

"En el mercado actual existe distintas marcas que trabajan con alarmas provenientes de falla del motor tales como velocidad de flujo y no presentan una alarma de falla de motor como tal. Por tanto, se solicita al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación B09 de la siguiente manera:
""Alarma de motor o velocidad de flujo de aire""
Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual beneficiará a la Entidad al tener una mayor oferta de equipos."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito, solicitando una alarma ante la falla del motor o una alarma por falla de velocidad de flujo de aire, con lo que se avisara al usuario ante una falla relativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B09 ALARMA DE MOTOR O ALARMA DE VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se pide a la Entidad aclarar las dimensiones aproximadas del equipo debido a que la cabina necesita considerar condiciones de preinstalación por lo cual es necesario que la Entidad indique las medidas aproximadas de la cabina a adquirir

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica SE ACOGE, se indica que las medidas externas maximas seran: 1390mm de ancho x 780mm de profundidad x 2280mm de altura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08 MEDIDAS EXTERNAS MAXIMAS : 1390mm de ancho x 780mm de profundidad x 2280mm de altura.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

"En el mercado actual existen diversas marcas los cuales ofrecen incubadoras con puertas hechas de un material distinto al acero inoxidable (debido a que la incubadora ya cuenta con una puerta interna de vidrio el cual protegerá a la muestra) los cuales ofrecen ventajas similares al acero inoxidable. Por consiguiente y para promover la pluralidad de postores de solicita al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación A05 de la siguiente manera:
""Puerta externa de acuerdo a la tecnología de cada fabricante"""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que es necesario contar con el interior y exterior de acero inoxidable, lo cual garantiza un equipo robusto y la asepsia del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A10 solicita un indicador digital de tiempo restante y posicion de trampilla. Esta característica es propia de la marca Memmert lo cual restringe la participación de otras marcas y está sancionado por la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, se pide al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación A10 de la siguiente manera:

""Indicador digital de tiempo y alarmas""

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual significa una mayor oferta para la Entidad."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor participacion de postores se ampliara dicho requisito a ser considerado opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

"En el mercado actual existen varias marcas los cuales trabajan con una pantalla y botonera tipo membrana brindando la misma funcionabilidad que la pantalla táctil.
Por tanto, se pide al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación A08 de la siguiente manera:
""Pantalla táctil o pantalla con botones táctil o tipo membrana"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor participacion de postores se ampliara dicho requisito, pantalla según el diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08 PANTALLA SEGÚN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A11 solicita parámetros ajustables para la trampilla de extracción. La tecnología de la trampilla de extracción es una tecnología propia de la marca Memmert lo cual restringe la participación otros postores. Por consiguiente, se solicita al Comité considerar la modificación de la especificación A11 bajo los siguientes términos:
""Parámetros ajustables de forma electrónica de: Temperatura (Celsius o Fahrenheit) y tiempo de funcionamiento"" "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor participacion de postores se ampliara dicho requisito a ser considerado opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

"Se solicita al Comité Evaluador se sirva aclarar si el término ""Exactitud en la programación de temperatura"" se refiere a la resolución de la temperatura a programar. De ser cierto, se solicita al Comité considerar la ampliación del valor ya que el valor estándar de la resolución de 0.3 o menos.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, permitiendo se sustente con exactitud o resolucion de 0.1°C o mejor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03 EXACTITUD O RESOLUCION DE 0.1°C O MEJOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

"Se observa que la Entidad solicita una incubadora con rango de tiempo excesivamente alto. Esta solicitud no ofrece ninguna ventaja clínica ya que lo procedimientos de incubación no sobrepasan los seis días.
Por tanto, para incentivar la pluralidad de postores se solicita al Comité Evaluador considerar la modificación de la especificación B04 de la siguiente manera:
""Rango de trabajo del reloj digital desde 1 minutos hasta 8000 minutos o rango mayor"""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que el rango de tiempo de trabajo de reloj es lo minimo requerido para garantizar un trabajo constante en el laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Para que la entidad cuente con una analizador con una pantalla con el tamaño optimo para que pueda realizar un manejo mas cómodo y eficiente del equipo, se recomienda definir el tamaño y tipo de pantalla que debe tener el analizador semiautomático.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de garantizar la visibilidad de los parametros se solicitara una pantalla minimo tactil de al menos 6.5°

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01 PANTALLA DIGITAL TACTIL DE 6.5" COMO MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B01 solicita el modo absorbancia. Sin embargo la absorbancia no es un modo de analisis sino un tipo de programación que todo analizador puede calcular de manera manual o automática. Por tanto, se pide al Comité considerar el modo Absorbancia de caracter opcional. "

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, no se acoge, se indica que para el analisis de muestras es necesario como minimo conocer la absorvancia para apoyar al diagnostico clinico del medico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

"Se pide a la Entidad aclarar si el termino ""Estándar Unico"" se refiere al modo ""Estándar"" el cual es utilizado en varias marcas solo con la denominación ""Estándar""

Se hace la consulta debido a que nuestro analizador trabaja con el modo ""Estándar"" el cual te permite hallar el valor del factor"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, Se acoge PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se procedera a ampliar dicho requisito pudiendo ser sustentado con estandar según cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03 ESTANDAR SEGÚN CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

"Se observa que el punto B05 solicita el modo regresión. Sin embargo, este modo es propio de pocas marcas que lo trabajan con dicha denominación logrando así restringir la participación de postores. Por consiguiente, se pide al Comité considerar el modo regresión de caracter opcional. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito en opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
B05 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se observa que el modo Punto a Punto es un modo de calibración manual o directa mas no un modo de analisis. Por tanto, solicitamos al Comité considerar el punto de carácter opcional ya que hay una confusión con los términos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito en opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B04 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:36

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

"En el mercado actual, muchos analizadores ofrecen seis filtros cómo mínimo dejando solo dos posiciones de filtros libres en caso se le quiera añadir más filtros.
Por tanto, se solicita al comité considerar la ampliación del punto B09 de la siguiente manera:
""Dos posiciones libres para filtro opcionales cómo mínimo"""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge parcialmente, a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito a minimo dos posiciones libres con lo cual se garantizara poder ampliar nuestro estandar de filtro según necesidad del usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B09 DOS POSICIONES LIBRES PARA FILTROS OPCIONALES COMO MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:22:30

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

A08 Se solicita (CENTRÍFUGA PARA 24 TUBOS): VIDRIO O ELEMENTO TRANSPARENTE EN LA TAPA. A FIN DE COLOCAR UN TACÓMETRO Y COMPROBAR LAS VELOCIDADES

Nuestro modelo cuenta con un visor para calibración y comprobación del funcionamiento y una pantalla TFR táctil que permite ver la velocidad y fuerza centrífuga, por lo que, no es necesario colocar un tacómetro.

CONSULTAMOS amablemente al comité si, por ser MEJORA TECNOLÓGICA y para beneficio del área usuaria, aceptarían un equipo con las siguiente especificación: Visor para calibración y comprobación del funcionamiento. Pantalla TFT táctil a color donde aparece la velocidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge parcialmente, se indica que se ampliara dicho requisito solicitando una pantalla digital tactil de al menos 4.2° para visualizar los parametros del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11 PANTALLA DE 4.2 PULGADAS MINIMO, A COLOR TACTIL.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:22:30

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

C02 Se solicita (CENTRÍFUGA PARA 24 TUBOS): LLAVE PARA CAMBIO DE ROTOR

Nuestro modelo cuenta con un sistema REI (Rotor Easy to Install), donde se instala el rotor de forma segura sin necesidad de herramientas, y se desbloquean con solo retirarlos de su posición.

Por ser una MEJORA TECNOLÓGICA ya que no se necesita llave para recambio de motor, CONSULTAMOS si podrán aceptar un equipo con la siguiente especificación: que la centrifuga cuente con sistema de fácil instalación o REI (Rotor Easy to Install)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que todos los equipos tienen diferentes maneras de cambiar su rotor, por tanto sera considerada dicha especificacion como opcional a fin de brindar mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:22:30

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

A07 Se solicita (CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO): LA TAPA DEL ROTOR CON DISCO DE EVALUACIÓN Y CUBIERTA.

CONSULTAMOS si con disco de evaluación se podría referir a visor para comprobación de funcionamiento y con respecto a cubierta se podría entender como tapa revestida de acero inoxidable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que se ampliara dicho requisito, explicando que la tapa del rotor debe permitir la visualizacion de RPM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07 TAPA DEL ROTOR QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE ROTOR PARA MEDICION DE RPM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:22:30

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

B01 Se solicita (CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO): NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 56 DB(A)

Al respecto, según el ANEXO F de la NSF49-2019, F.1. Condiciones previas e intervalos de certificación en campo F.11 Test de nivel de ruido, la aceptación es que no exceda los 70 dba, Asimismo, la exposición al personal de trabajo debe ser menor a 80 dB de ruido laboral y se encuentra sustentada en la NTP 270 (Evaluación al personal de trabajo de la exposición al ruido) y acorde al DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido).

Por ello y para no restringir la participación de postores que cumplimos con normativas tanto nacionales como internacionales nombradas, OBSERVAMOS esta especificación y solicitamos se modifique quedando de la siguiente manera: Emisión de ruido según NSF49/EN12469, NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 60 DB(A)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es que el equipo tenga 56DB lo cual garantiza que no existira la contaminacion sonora para el usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:22:30

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se solicita. Plazo de entrega: 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Como es de conocimiento público, debido a la coyuntura actual y factores geopolíticos que afectan gran parte de Europa, las cadenas de suministro, producción y distribución están siendo afectadas. Esto se traduce en una demora tanto en los plazos de fabricación de los equipos como en el envío a los lugares de destino.

Es por ello que OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos amablemente al comité modificar las bases, ampliando el plazo de entrega, quedando de la siguiente manera:

Plazo de entrega: 100 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

De este modo la entidad no solo fomentara la pluralidad y mayor participación de postores, sino abriría la posibilidad a que fabricantes europeos de prestigio participen en este proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.9 Página: 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es un plazo de 60 dias con lo cual puede importarse equipos de ultima tecnologia, asimismo cabe resaltar que los equipos son de suma urgencia para la atencion de pacientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:29:08

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A02 solicita un modo de funcionamiento tipo celda de flujo y cubeta. Sin embargo, existen otras marcas los cuales utilizan otros tipos de funcionamiento los cuales brinda la misma funcionabilidad ya que permiten el procesamiento de muestras.

Por tanto, se solicita a la Entidad considerar la inclusión de otras tecnologías para promover la pluralidad de postores. "

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge parcialmente, a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito permitiendo tener un modo celda de flujo con cubeta, con lo que se garantiza que a travez de la cubeta pase el flujo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02 MODO CELDA DE FLUJO CON CUBETA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:29:41

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad aclarar si la incubadora debe ser interna o externa. Así también, se recomienda definir las temperatura de trabajo de la incubadora para un mejor procesamiento de muestras

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que la incubadora debe ser interna y debe tener al menos 06 posiciones con control de temperatura 37°,30°C y 25°C, con lo que se garantiza obtener un analisis de tipo tipo de muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A04 INCUBADORA INTERNA, CON AL MENOS 06 POSICIONES , CON CONTROL DE TEMPERATURA EN 37°C,30°C Y 25°C.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:30:08

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A05 solicita un valor mínimo de muestra. Sin embargo, existen otras marcas los cuales ofrecen un valor mínimo de muestra superior al solicitado en las especificación A05 sin embargo, esta característica no afecta la capacidad para procesar las muestras por lo que se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación A05 de la siguiente manera:
""Volumen de muestras mínimo, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante"""

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es una muestra de 250uL o menor, ya que con ese volumen no sera necesario sacar tantas muestras al paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:57

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se observa que el modo Factor es un modo de análisis propio de una marca lo cual atenta contra el principio de Pluralidad de Postores. Para promover la Pluralidad de Postores, se solicita a la Entidad definir las características de los modos de análisis para así evitar el direccionamiento de las especificaciones para una marca.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores , se ampliara dicho requisito considerandolo opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:36:31

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se observa que el modo Cinético, es un modo de análisis propio de una marca lo cual atenta contra el principio de Pluralidad de Postores. Para promover la Pluralidad de Postores, se solicita a la Entidad definir las características de los modos de análisis para así evitar el direccionamiento de las especificaciones para una marca.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que el modo cinetico es un metodo comun en el analisis de muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:55

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

"Se aprecia que la especificación B07 solicita un rango fijo de longitudes de ondas sin embargo existen otras marcas los cuales trabajan con longitudes de onda menores a 700 nm y permiten un procesamiento adecuado de las muestras. Por tanto, se solicita a la Entidad ampliar la especificación B07 de la siguiente manera:
Longitudes de onda: 340 nm - 600nm o rango mayor.
Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores promoviendo la Pluralidad de Postores de la Ley de Contrataciones del Estado."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho punto, permitiendo longitudes de onda hasta 630nm o mayor, ya que con dicha longitud puedo trabajar todo tipo de muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B07 LONGITUD DE ONDA : 340-630NM O MAYOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:45

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Para que la Entidad pueda adquirir un analizador bioquímico que tenga una mayor capacidad de procesamiento de muestras se recomienda a la Entidad considerar un mayor número de filtros del sistema para un procesamiento adecuado al tipo de muestra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de poder tener mayor capacidad de procesar muestras se requerirar un minimo de 06 filtros estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08 MINIMO SEIS FILTROS ESTANDAR : 340,405,505,546,578,630nm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:12

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

"Para que la Entidad permita una mayor participación de postores, se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación B10. Esta ampliación debería indicar lo siguiente:
""Presición fotométrica: +/- 1% o menor de 0 a 1.5 ABS y de +/- 2% o menor para medidas mayores a 1.5 ABS""
Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores promoviendo la pluralidad avalada por la Ley de Contrataciones del Estado."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, solicitandolo como opcional, ya que cada fabricante maneja datos diversos de precision, exactitud o lineabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
B11 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:41

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se pide al Comité Evaluador aclarar si el término solicitado en el punto B11 se refiere a la "Presición" o a la "exactitud". Se hace la consulta ya que nuestro analizador bioquímico ofrece una medición con gran exactitud lo cual es una característica básica para los equipos de laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se aclara que el punto B11 sera considerado como opcional, ya que cada fabricante tiene su propio dato diversos de precision, exactitud, lineabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B11 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:41:05

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación B13 solicita una valor de estabilidad de no mas de 0.006ABS sin embargo, existen otras marcas los cuales trabajan con un valor de estabilidad diferente a la solicitada con la especificación B13. Por tanto, para permitir una mayor participación de postores se solicita a la Entidad considerar la especificación B13 de caracter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento a opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B13 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:41:28

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

"Se recomienda a la Entidad considerar la mejora de la especificación B14 ya que la capacidad de memoria solicitada en el punto B14 es demasiado bajo para un equipo de gran uso.
Por consiguiente, se recomienda a la Entidad solicitar una mejor capacidad de memoria para así brindar mayor capacidad de almacenamiento al analizador"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que se ampliara dicho requisito solicitando un minimo de 5 mil muestras de memoria, con lo que se podra tener almacenado los datos de los pacientes ante cualquier emergencia o necesidad de auditoria clinica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B14 ALMACENA 5000 PRUEBAS COMO MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:00

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B16 solicita solo un puerto USB sin embargo, el analizador puede utilizar varios periféricos tales como lector de código de barras, impresoras, conexión a PC, etc.
Por tanto, se recomienda mejorar la especificación B16 de la siguiente manera:
""02 puertos USB cómo mínimo, puerto RJ-45 cómo mínimo"""

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de contar con interconexiones para codigo de barras impresoras, PC y poder tener un eficiente trabajo del equipo, se ampliara dicho requisito solicitando un minimo de 02 puertos de USB y un puerto de RJ45

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B16 02 PUERTOS DE USB COMO MINIMO, 01 PUERTO DE RJ 45 COMO MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:31

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Una de las características importantes para lo equipos que trabajan en laboratorio es la capacidad por pder conectarse al LIS. Por consiguiente, se recomienda a la Entidad considerar dentro de sus especificaciones la capacidad del analizador para conectarse al LIS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que se solicitara dicho requisito de capacidad de conectarse a LIS, ya que los equipos son para laboratorio clinico de un establecimiento de salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A06 CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA CONECTARSE AL LIS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:57

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Se recomienda a la Entidad considerar la inclusión de una UPS para proteger el analizador frente a un corte imprevisto de energía

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de garantizar la proteccion electrica del equipo ante sobrecargas o inestabilidad de tension, se requerira minimo un ups

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02 01 UPS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:43:35

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Se pide al Comité Evaluador aclarar si el término solicitado en el punto B04 se refiere a la "Presición" o a la "exactitud". Se hace la consulta ya que nuestro equipo ofrece una medición con gran exactitud lo cual es una característica básica para los equipos de laboratorio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, Se aclara que lo solicitado es precision de visualizacion o homogeniedad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:44:37

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

"Para garantizar una mejor visualización de los parámetros se recomienda a la Entidad incluir las características de la pantalla que utilizará el equipo.

Esta mejora permitirá un mejor monitoreo de los parámetros del equipo así como tambien un mejor manejo para la programación"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, no se acoge, se indica que lorequerido es un indicador o pantalla digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:48:50

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Debido a que existen muestras que requieren un gran volumen, se recomienda a la Entidad mejorar la capacidad solicitada en el punto B01 para así permitir que la Entidad adquiera un equipo con mayor capacidad

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, no se acoge, se indica que 10 litros es lo mínimo requerido para atender la demanda de atención clínica en laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:49:15

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

"Para el caso de los equipos que trabajan con un control de temperatura, es importante considerar el material de aislamiento ya que mientras mejor sea el material, mucho mejor será el control de la temperatura del equipo. Se recomienda a la Entidad definir el material de aislamiento del equipo para así garantizar un buen control de temperatura lo cual beneficiará al usuario para un mejor procesamiento de muestras"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, no se acoge, se indica que el aislamiento puede ser según diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:50:16

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Para que la Entidad adquiera un equipo con un buen panel de control para poder programar y visualizar los parámetros de funcionamiento de la cabina, se recomienda a la Entidad definir las características técnicas del panel de control de la cabina de flujo laminar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se ampliara un requisito de panel de control el cual debera tener un minimo de 7 pulgadas, a colores, para visualizacion de minimo : presion del filtro, indicador de vida del filtro, inflow, downflow, alarmas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07 PANEL DE CONTROL , MINIMO 7 PULGADAS, COLOR, para visualizacion de minimo: PRESION DE FILTRO, INDICADOR DE VIDA DE FILTRO, INFLOW, DOWNFLOW, ALARMAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:51:12

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

"Se recomienda a la Entidad definir el tamaño de la pantalla digital para una mejor visualización de los parámetros programados así como la monitorización del mismo.

Ser hace la recomendación ya que una pantalla de buen tamaño mejora la funcionabilidad de la especificación"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge parcialmente, se indica que se ampliara dicho requisito solicitando una pantalla digital tactil de al menos 4.2° para visualizar los parametros del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11 PANTALLA DE 4.2 PULGADAS MINIMO, A COLOR TACTIL.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:51:36

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad aclarar si el término "Desconexión" se refiere al apagado o solo a la para del equipo frente a un desbalance del motor. Se hace la consulta debido a que nuestra centrifuga de procedencia americana detiene el funcionamiento del motor frente al desbalance del motor lo cual protege las muestras frente a este problema

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge parcialmente, se indica que a fin de brindar una mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A09 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:52:01

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

"El nivel de ruido es un parámetro importante para los equipos que trabajan con motor. Por consiguiente, para evitar la contaminación sonora en el laboratorio, se recomienda considerar la mejora de la especificación B01 de la siguiente manera:

""Nivel de ruido no mayor a 55 dBA""

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge parcialmente, se indica que a fin de prevenir la contaminacion sonora, se ampliara dicho requisito a un valor menor a 50db a 01 metro de distancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 50DB a 01 metro de distancia.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:52:23

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

"Para permitir una mayor participación de postores, se recomienda a la Entidad considerar la ampliación de la especificación B04 de la siguiente manera:

""Incrementos de velocidad de 10RPM o menor""

Esta ampliación permitirá una selección de velocidad más exacta de acuerdo al requerimiento del técnico de laboratorio"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, a fin de tener programaciones con mayor precision, que permitan darle un centrifugado adecuado a las muestras se ampliara dicho requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AB04 INCREMENTOS DE VELOCIDAD DE 10RPM O MENOR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:53:04

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

"Algunas marcas de centrifugas presentan un sistema de liberación de los rotores los cuales no trabajan con una llave sino otro tipo de tecnologías. Por tanto, se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación C02 de la siguiente manera:

""Llave para cambio de roto (opcional)""

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que todos los equipos tienen diferentes maneras de cambiar su rotor, por tanto sera considerada dicha especificacion como opcional a fin de brindar mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:04:58

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

"Es importante mencionar que existen algun tipo de muestras los cuales necesitan un cantidad de revoluciones mayor a lo solicitado en el punto B03. Para que la Entidad adquiera una centrífuga con un mayor rango de revoluciones se recomienda considerar la mejora de la especificación B03 de la siguiente manera:

""Velocidad máxima: 7000 RPM cómo mínimo""

Esta mejora permitirá que la Entidad adquiera un equipo con una mayor capacidad de procesamiento de muestras lo cual significa una mejora tecnológica"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que A FIN DE GARANTIZAR el funcionamiento del equipo se ampliara dicho requisito a un minimo de 4500rpm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

b03 VELOCIDAD MAXIMA 4500RPM O MAYOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:05:28

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A10 solicita que la centrífuga reconozca automáticamente el rotor, sin embargo existen modelos de centrífugas los cuales solo trabajan con un solo tipo de Rotor por lo cual la especificación A10 restringe la participación de este tipo de centrífugas.
Por tanto, se solicita la Entidad ampliar la especificación A10 de la siguiente manera:
""Reconocimiento automático del rotor (opcional)"" "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito en opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:06:44

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar si el término "dispositivos" se refiere a componentes electrónicos tales como microprocesador o microcontrolador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito, pudiendo presentar el equipo con microprocesador o microcontrolador o PID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A09 INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:07:15

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A09 solicita la visualización de la temperatura nominal y real en simultaneo. Sin embargo, la visualización de las dos temperaturas en simultaneo no significa ninguna ventaja relevante en el funcionamiento de la incubadora por lo que se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación A09 de la siguiente manera:

""Indicador digital de la temperatura real y nominal (programado)""

Esta mejora permitirá una mayor participación de postores promoviendo la pluralidad de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito, permitiendo indicador digital de temperatura según el diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A09 INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:07:42

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

"Para que la Entidad pueda adquirir una incubadora con un mejor rango de temperatura, se recomienda a la Entidad considerar la mejora de la especificación B02 de la siguiente forma:

""Rango de operación de 40°C o menos a 90°C o rango más amplio""

Esta mejora permitirá que la Entidad adquiera una incubadora con la capacidad de incubar mas tipos de muestra lo cual significa una mejora tecnológica"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito, colocando un rango minimo desde la temperatura ambiente, con lo que se adaptara el equipo a cualquier medio climatico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02 RANGO DE TEMPERATURA : 5°c sobre la temperatura ambiente hasta 70°C o rango mayor

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:08:13

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

"Se recomienda a la Entidad definir el tamaño de la pantalla digital para una mejor visualización de los parámetros programados así como la monitorización del mismo.

Ser hace la recomendación ya que una pantalla de buen tamaño mejora la funcionabilidad de la incubadora"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor participacion de postores se ampliara dicho requisito, pantalla según el diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08 PANTALLA SEGÚN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:08:44

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Se recomienda a la Entidad, especificar las características técnicas del termómetro externo con el cual se realizará el control de calidad de la incubadora.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, no se acoge, se indica que el termometro externo sera según diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:12

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

"Para que la Entidad permita una mayor participación de postores, se solicita ampliar la especificación B03 de la siguiente manera:

""Exactitud en la programación de la temperatura de 1 °C o menos""

Esta ampliación permitirá una mayor presentación de ofertas promoviendo así la pluralidad de postores."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es 0.1°C que brinda una exactitud o una resolucion , adecuada para el trabajo de medios de cultivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:39

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Para que la incubadora pueda ser usado de una manera más eficiente, se recomienda a la Entidad solicitar mobiliario certificado o aprobado por el fabricante del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que en las especificaciones tecnicas del equipo no se esta solicitando mobiliario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:15

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Aparte de la velocidad de centrifugado, es importante considerar el RCF por lo que se recomienda a la Entidad definir un rango de valor de RCF acorde a la necesidad del área usuaria

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se acoge, se indica que lo mínimo requerido es tener un RCF DE 3600, lo cual garantiza el decantado de la muestra centrifugada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B06 RCF DE 3600 O MAYOR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:42:04

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación B01 solicita tipos de movimiento propios de una sola marca lo cual restringe la participación de otros postores. Para promover la participación de otras marcas se solicita a la Entidad definir los tipos de movimientos a utilizar para así evitar el direccionamiento de las especificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica , SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito considerandolo opcional. Asi mismo, se indica que el destino es un Laboratorio de un EESS de primer nivel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:42:33

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación B06 solicita un valor de movimiento orbital, sin embargo esta característica depende directamente del tamaño de órbita. Por tanto, para promover una mayor participación de postores se solicita a la Entidad considerar la especificación B06 de caracter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es tener una orbita de 19mm lo que garantiza un movimiento orbital de 19mm o mas, lo cual permitira poder realizar procedimientos de rotacion eficientes para el usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:42:56

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

"El tamaño de plataforma es una característica que depende de cada marca. Se observa que la especificación C01 solicita un valor específico cómo tamaño de plataforma lo cual restringe la participación de otras marca que presentan un valor cercano al solicitado.

Por tanto, se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación C01 de la siguiente forma:

""Plataforma de acuerdo a la tecnología de cada fabricante""

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que la plataforma solicitada es la minima requerida para el trabajo continuo de la carga del usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:20

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

"Se recomienda a la Entidad considerar la inclusión de una pantalla digital y luego definir el tamaño de la pantalla digital para una mejor visualización de los parámetros programados así como la monitorización del mismo.
Ser hace la recomendación ya que una pantalla de buen tamaño mejora la funcionabilidad de la especificación"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que la pantalla digital podra ser según el diseño de cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:44:21

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

"Se observa que la Entidad solicita una cámara de metal. Sin embargo, para garantizar una mejor y facilidad de limpieza se solicita a la Entidad mejorar la especificación A06 de la siguiente manera:

""Cámara de acero inoxidable""

Esta mejora permitira a la Entidad adquirir una centrífuga con una cámara resistente al óxido y que permita una limpieza fácil"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOG PARCIALMENTEE, se indica que a fin de prolongar la vida util del equipo y una esterilizacion eficiente, se ampliara dicho requisito a camara de aluminio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A06 CAMARA DE ALUMINIO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:44:48

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad aclarar si el término "Desconexión" se refiere al apagado o solo a la para del equipo frente a un desbalance del motor. Se hace la consulta debido a que nuestra centrífuga de procedencia americana detiene el funcionamiento del motor frente al desbalance del motor lo cual protege las muestras frente a este problema

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que se ampliara dicho requisito a fin de brindar mayor pluralidad de postores, considerando dicho requisito opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A09 OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:30

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

"El nivel de ruido es un parámetro importante para los equipos que trabajan con motor. Por consiguiente, para evitar la contaminación sonora en el laboratorio, se recomienda considerar la mejora de la especificación B01 de la siguiente manera:

""Nivel de ruido no mayor a 50 dBA""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, a fin de tener un bajo nivel sonoro que garantice brindando mayor comodidad al usuario, se ampliara dicho requisito a un minimo de 50DB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 50DB a 01 metro de distancia.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:09

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

"Es importante mencionar que existen algun tipo de muestras los cuales necesitan un cantidad de revoluciones mayor a lo solicitado en el punto B03. Para que la Entidad adquiera una centrífuga con un mayor rango de revoluciones se recomienda considerar la mejora de la especificación B03 de la siguiente manera:
""Velocidad máxima: 13500 RPM cómo mínimo""

Esta mejora permitirá que la Entidad adquiera un equipo con una mayor capacidad de procesamiento de muestras lo cual significa una mejora tecnológica"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento a velocidad maxima según diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03 VELOCIDAD MAXIMA SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:42

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Aparte de la velocidad de centrifugado, es importante considerar el RCF por lo que se recomienda a la Entidad definir un rango de valor de RCF acorde a la necesidad del área usuaria

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge, se indica que lo minimo requerido es tener un RCF DE 13600, lo cual garantiza el decantado de la muestra centrifugada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B06 RCF DE 13600 O MAYOR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:59

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

"Para permitir una mayor participación de postores, se recomienda a la Entidad considerar la ampliación de la especificación B04 de la siguiente manera:

""Incrementos de velocidad de 10RPM o menor""

Esta ampliación permitirá una selección de velocidad más exacta de acuerdo al requerimiento del técnico de laboratorio"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, a fin de tener programaciones con mayor precision, que permitan darle un centrifugado adecuado a las muestras se ampliara dicho requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AB04 INCREMENTOS DE VELOCIDAD DE 10RPM O MENOR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:47:47

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad aclarar si el termino "tapa de evaluación del rotor" se refiere al visor para medir la cantidad de revoluciones con un tacómetro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que se ampliara dicho requisito, explicando que la tapa del rotor debe permitir la visualizacion de RPM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07 TAPA DEL ROTOR QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE ROTOR PARA MEDICION DE RPM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:48:23

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

"En el mercado actual existen algunas marcas de espectrofotómetros los cuales trabajan con una resolución diferente a la solicitada pero que no afecta la funcionabilidad del equipo.
Por tanto, para permitir una mayor pluralidad de postores, se solicita a la Entidad ampliar la especificación A02 de la siguiente manera:
""Resolución de 0.005 o menor""
Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promueve la Pluralidad de Postores"
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, a una resolucion de 0.005 o menor con lo cual se podra seleccionar cualquier el rango adecuado para el procesamiento.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A02 RESOLUCION DE 0.005 O MENOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:48:51

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

"Se aprecia que la especificación A03 solicita un rango de longitud de onda propio de una marca. Para poder promover la pluralidad de postores se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación A03 de la siguiente manera: de:500 nm a 800 nm o rango mayor"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que el rango minimo solicitado es de 320 a 1000, con lo cual se garantiza el trabajo del usuario clinico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:50:00

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

"La especificación A06 solicita unos modos de medición los cuales son propios de una sola marca. Esto restringe la participación de otras marcas los cuales ofrecen modos de medición con la misma funcionabilidad. Por tanto, se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación A06 de la siguiente manera: ""Modos de medición de acuerdo a la tecnología de cada fabricante"" Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promueve la Pluralidad de Postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, por lo que como minimo se debe solicitar, fotometria, cineticos y longitud de onda multiple, con lo que se asegura el adecuado trabajo del usuario clinico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A06 MODOS DE MEDICION MINIMA: FOTOMETRIA, CINECITO, LONGITUD DE ONDA MULTIPLE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:50:32

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Se recomienda a la Entidad definir la capacidad de memoria solicitada en la especificación A07. Definir la capacidad de memoria permitirá que la Entidad adquiera un equipo con una memoria con capacidad para almacenar gran cantidad de datos y resultados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que minimo debe tener memoria para 240 tipos de curvas o test, con lo que se asegura tener la informacion de pacientes en un tiempo adecuado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07 MEMORIA PARA 240 TIPOS DE CURVAS O TEST.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:50:49

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A10 y la especificación A02 se contradicen ya que ambos solicitan un valor de resolución de absorvancia. Se solicita a la Entidad aclarar este punto ya que generar contradicción

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, a una resolucion de 0.005 o menor con lo cual se podra seleccionar cualquier el rango adecuado para el procesamiento. Asi mismo se indica que se suprimira A10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02 RESOLUCION DE 0.005 O MENOR

A10 SUPRIMIR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:51:11

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A11 solicita una valor fijo de volumen mínimo lo cual restringe la participación de postores. Para permitir una mayor pluralidad de postores se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación A11 de la siguiente manera:
""Volumen de muestra menor 0.5 ml""

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promueve la Pluralidad de Postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, permitiendo que se tenga un volumen según el diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11 VOLUMEN SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:51:35

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

"Se recomienda a la Entidad definir el tipo de puerto periférico para comunicación con otros dispositivos que requiera el espectrofotómetro.

Se hace la consulta para ofertar la mejor opción a la Entidad"

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE, se indica que lo mínimo requerido son dos puertos USB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 SALIDA PARA COMUNICACIÓN DE PERIFERICOS: MINIMO 02 PUERTOS USB

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:51:59

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A13 solicita un sistema de aspiración y menciona sus componente. Es importante mencionar que otras marcas cuentan con sistema de aspiración pero trabajan con otros componentes si que esto signifique una desventaja para el funcionamiento del espectrofotómetro.

Para promover una mayor participación de postores se solicita a la Entidad considerar la ampliación de la especificación de la siguiente manera:

""Sistema de aspiración de muestra de acuerdo a la tecnología de cada fabricante""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, permitiendo que se tenga un sistema de aspiracion según el diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A13 SISTEMA DE ASPIRACION SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:52:39

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

"Para que la Entidad permita una mayor participación de postores se solicita la ampliación de la especificación B01 de la siguiente manera:

""Rango fotométrico de absorbancia: De 0 a 1.4 o rango mayor""

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promueve la Pluralidad de Postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo necesario para el optimo trabajo es tener un rango fotometrico de absorbancia solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B02 solicita una estabilidad de linea base que es propia de una sola marca. Esto va en contra del Principio de Pluralidad de Postores lo cual transgrede la Ley de Contrataciones del Estado. Para permitir una mayor pluralidad de postores se recomienda a la Entidad considerar la ampliación de la especificación B02 de la siguiente manera:
""Estabilidad de linea base de acuerdo a la tecnología del fabricante""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requerimiento, permitiendo que se tenga una estabilidad de linea según el diseño de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02 ESTABILIDAD DE LINEA SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:53:19

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B03 solicita un rango de transmitancia que es propia de pocas marcas. Esto va en contra del Principio de Pluralidad de Postores lo cual transgrede la Ley de Contrataciones del Estado. Para permitir una mayor pluralidad de postores se recomienda a la Entidad considerar la ampliación de la especificación B03 de la siguiente manera:
""Rango de transmitancia: de 0 a 160% o rango mayor""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo minimo requerido es tener un rango de transmitancia de 0 a 199.9% lo cual garantiza un optimo trabajo del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:53:41

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B04 solicita una exactitud de transmitancia que es propia de pocas marcas. Esto va en contra del Principio de Pluralidad de Postores lo cual transgrede la Ley de Contrataciones del Estado. Para permitir una mayor pluralidad de postores se recomienda a la Entidad considerar la ampliación de la especificación B03 de la siguiente manera:
""Exactitud de transmitancia: 0.5% o menor""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo solicitado por el postor es tal cual el requerimiento de B04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:03

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B05 solicita una exactitud de longitud de onda que es propia de pocas marcas. Esto va en contra del Principio de Pluralidad de Postores lo cual transgrede la Ley de Contrataciones del Estado.

Para permitir una mayor pluralidad de postores se recomienda a la Entidad considerar la ampliación de la especificación B03 de la siguiente manera:

""Exactitud de longitud de onda: +/- 1 nm o menor""

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, se indica que lo solicitado por el postor es tal cual el requerimiento de B05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-91-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIO CUSCO. Sec. Func. 0348 CUI N 226240

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:58

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

"Se recomienda a la Entidad definir el tamaño de la pantalla digital para una mejor visualización de los parámetros programados así como la monitorización del mismo.

Ser hace la recomendación ya que una pantalla de buen tamaño mejora la funcionabilidad de la especificación"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge, se indica que el tamaño minimo requerido es 4.2 pulgadas, pantalla color tactil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11 PANTALLA DE 4.2 PULGADAS MINIMO, A COLOR TACTIL