

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-COV2 (COVID-19)  
INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO 01 DETERMINACION UNIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE LOS  
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20601224250

Nombre o Razón social : SIGMALAB S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2024

Hora de envío : 21:16:23

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Consulta 1:

Considerar plazo de entrega de 15 días una vez emitida la orden de compra, ya que siempre hay retrasos o algún inconveniente con los proveedores al brindar una fecha exacta, es por ello consideramos correcto ampliar los días para permitir atender sin ocasionar inconvenientes.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 8      **Literal:** 8.2      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA, se modificara las especificaciones técnicas en lo siguiente el plazo de entrega es hasta los 15 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra. En cumplimiento del artículo 2° literal a) Libertad de concurrencia. Las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas E INNECESARIAS. SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCIÓN DE PRACTICAS QUE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE CONCURRENCIA DE PROVEEDORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUEDANDO ASÍ - El plazo de entrega es hasta 15 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-COV2 (COVID-19)  
INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO 01 DETERMINACION UNIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE LOS  
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:25:29

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

respecto a la presentación del producto , solicitamos al comité de selección aceptar también de la siguiente manera:  
CAJA X 20 DETERMINACIONES el cual contiene  
-20 casetes en empaque individual de aluminio o placa en sobre laminado o dispositivo de prueba en sobre laminado sellado herméticamente  
-20 tubos de muestras con extracción de muestras precargadas (desecante en tubos individuales)  
-20 hisopos estériles para la obtención de muestras nasofaríngea  
-sistema para extraer la muestra y dispensación en el cassett

Puesto que es lo mas comercializado en el mercado y asi permitir una mayor pluralidad de postores

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** -    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACIÓN QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO SE INDICA UN RANGO ESPECIFICO DEL KIT CON LA FINALIDAD DE TENER PLURALIDAD DE POSTORES POR ENDE SE CONSIDERA LAS PRESENTACIONES EXISTENTES EN EL MERCADO QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y SIN PERJUCIO EN LA PRESENTACIÓN DEL KIT CON LAS CANTIDADES REQUERIDAS EN EL CAPITULO I

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

,

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-COV2 (COVID-19)  
INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO 01 DETERMINACION UNIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE LOS  
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:25:29

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
solicitamos al comite de seleccion aclarar si requieren caja x 1 determinacion con todos los componentes indicados en las EETT o caja x 20 determinaciones con caracteristica de acuerdo a las EETT.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** -    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA OBSERVACIÓN QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO SE INDICA UN RANGO ESPECIFICO DEL KIT CON LA FINALIDAD DE TENER PLURALIDAD DE POSTORES POR ENDE SE CONSIDERA LAS PRESENTACIONES EXISTENTES EN EL MERCADO QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y SIN PERJUCIO EN LA PRESENTACIÓN DEL KIT CON LAS CANTIDADES REQUERIDAS EN EL CAPITULO I 1.2

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR
Nomenclatura :	AS-SM-7-2024-DIRIS LS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-COV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO 01 DETERMINACION UNIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:25:48

**Observación: Nro. 4**  
**Consulta/Observación:**  
en las especificaciones técnicas indican tiempo máximo de resultados: 10 a 30 minutos , solicitamos al comité de selección aclarar si el tiempo de 15 a 20 minutos esta dentro del rango solicitado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** -    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA OBSERVACIÓN, SE PRECISA QUE SU APRECIACIÓN ES CORRECTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR
Nomenclatura :	AS-SM-7-2024-DIRIS LS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-COV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO 01 DETERMINACION UNIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:25:48

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**  
en caso de que no todas las características indiquen en la ficha técnica, solicitamos al comité de selección aceptar como cumplimiento de las especificaciones técnicas una carta emitida por el fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA OBSERVACIÓN , EN EL CAPITULO III (PAG 21), SE ENCUENTRA ESTIPULADO "EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA, CATALOGO, MANUALES, FOLLETOS, BROCHURE O DOCUMENTO SIMILAR DEL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS QUE ACREDITEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADJUNTAS EN EL ANEXO N° 5

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-COV2 (COVID-19)  
INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO 01 DETERMINACION UNIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE LOS  
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20138563201	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	LA ENSENADA S.R.L.	Hora de envío :	18:31:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Plazo de entrega  
Con la finalidad de que la institución pueda contar con una vigencia más extensa y con lotes nuevos de productos, solicitamos al comité evaluador ampliar los plazos de entrega a 10 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, se modificara las especificaciones técnicas en lo siguiente el plazo de entrega es hasta los 15 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra. En cumplimiento del articulo 2° literal a) Libertad de concurrencia. Las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosAS E INNECESARIAS. SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCIÓN DE PRACTICAS QUE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE CONCURRENCIA DE PROVEEDORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUEDANDO ASÍ - El plazo de entrega es hasta 15 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.