

"ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE VIDEO ENDOSCOPIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES INVERSIONES EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL - 2 EQUIPOS (ÍTEM 1-EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, ÍTEM 2-URETERO RENOSCOPIO)"

N° DE ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA								RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)	
						ANEXO N° 01	CERTIFICADO DE VIGENCIA (SUNARP)	ANEXO N° 02	ANEXO N°03	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	ANEXO N°6	ANEXO N° 10		EVAL. TECNICA
						a) Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	d) Declaración jurada de cumplimiento de llas Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignelos tegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. Así como el monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)	FACULTATIVA a) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa.		h) Requisitos Obligatorios para la Admisibilidad de Propuestas; - REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO. - CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (Cumplimiento de cualquiera de los siguientes estándares): UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA. - HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO: - Para el ítem N° 01 - EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, deberá acreditar como mínimo el cumplimiento de las características de los numerales: de A01, de B01 a B31, C01, y de D01 a D09.  - Para el ítem N° 02 - URETERO RENOSCOPIO, deberá acreditar como mínimo el cumplimiento de las características de los numerales: de A01 A A05, de B01 a B03, y D01.
ÍTEM N° 1:EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA															
1	EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	2	1	20101337261	ROCA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			2	20110133091	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE(*)	NO ADMITIDA
			3	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE(**)	NO ADMITIDA
ÍTEM N° 2: URETERO RENOSCOPIO															
2	URETERO RENOSCOPIO	3	1	20515949241	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ACREDITADO	CUMPLE	ADMITIDA
			2	20210456831	PREMIUM MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE(***)	NO APLICA	CUMPLE	NO ACREDITADO	CUMPLE	NO ADMITIDA

OBSERVACIONES - ÍTEM N° 1: EQUIPO DE CIRUGIA LAPARASCOPICA

(\*) El Postor TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A., No cumple con la Hoja de Presentación del Prodcuto - ÍTEM N° 1, de acuerdo al siguiente detalle:  
- Para B01, B02 y B03. No acredita que los Telescopios ofertados sean ESTERIZABLES EN ALTA Y BAJA TEMPERATURA.  
- Para B04 hay Incongruencia en la información de sustento, en el folio 65, menciona que el Cabezal de Cámara cuenta con 01 Sensor CMOS, sin embargo en el Folio 70 refiere que el Cabezal de la Cámara cuenta con 03 Sensores CMOS.  
- Para B11.No acredita que el ZOOM PARA MAGNIFICACIÓN DE IMAGEN (ÓPTIMO Y/O DIGITAL) sea CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL.  
- Para el B21 No Acredita que el Equipo tenga la CAPACIDAD PARA TRANSMITIR IMAGEN EN TIEMPO REAL A AMBIENTES FUERA DE CENTRO QUIRURGICO.  
- Para D01. No acredita que el cable ofertado sea de fibra óptica.  
- Para D02. No especifica la capacidad del balón de CO2 ofertado.  
- Para D04 No especifica que los cinco (05) Set Completos de mangueras sean DE SILICONA APTA PARA USO CON CO2.

(\*\*) El Postor A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A., No cumple con la Hoja de Presentación del Prodcuto - ÍTEM N° 1, de acuerdo al siguiente detalle:  
- Para B01, B02 y B03. No acredita que los Telescopios ofertados sean ESTERILIZABLES EN BAJA TEMPERATURA.  
- Para D02 No especifica la capacidad del Balon de CO2 ofertado.  
- Para D04 No especifica que los cinco (05) Set Completos de mangueras sean DE SILICONA APTA PARA USO CON CO2.

OBSERVACIONES - ÍTEM N° 2: URETERO RENOSCOPIO

(\*\*\*) El Postor PREMIUM MEDICAL EIRL, No cumple con el Plazo de Entrega solicitado de 90 días calendario; sin embargo en su oferta acredita el plazo de entrega a ciento veinte (120) días calendario.

EDUARDO JESÚS VIRRUETA GÓMEZ  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN  
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

JORGE FERNANDO QUISPE YUPANQUI  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ÍTEM N° 1: EQUIPO DE CIRUGIA LAPARASCOPICA


N° de ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	VALOR ESTIMADO	Factores de Evaluación				PUNTAJE TOTAL	ETAPA DE CALIFICACIÓN	Orden de Prelación
								PRESTACIÓN PRINCIPAL	PRESTACIÓN ACCESORIA	TOTAL PRECIO OFERTADO	PUNTAJE MAXIMO PROPUESTA ECONOMICA			
1	EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	2	1	20101337261	ROCA S.A.C.	ADMITIDA	1,390,000.00	1,194,537.00	3,595.00	1,198,132.00	100.00	100.00	CALIFICADA	1

ÍTEM N° 2: URETERO RENOSCOPIO

N° de ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	VALOR ESTIMADO	Factores de Evaluación				PUNTAJE TOTAL	ETAPA DE CALIFICACIÓN	Orden de Prelación
								PRESTACIÓN PRINCIPAL	PRESTACIÓN ACCESORIA	TOTAL PRECIO OFERTADO	PUNTAJE MAXIMO PROPUESTA ECONOMICA			
1	URETERO RENOSCOPIO	3	1	20515949241	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	ADMITIDA	297,000.00	189,600.00	9,600.00	199,200.00	100.00	100.00	CALIFICADA	1

  
EDUARDO JESÚS VIRRUETA GÓMEZ  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

  
GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN  
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


  
JORGE FERNANDO QUISPE YUPANQUI  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

"ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE VIDEO ENDOSCOPIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES INVERSIONES EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL - 2 EQUIPOS (ÍTEM 1-EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, ÍTEM 2-URETERO RENOSCOPIO)"

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	Requisitos de Calificación		Etapa de calificación	Orden de Prelación	Condición de la Oferta
							CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN Copia simple de la Resolución de AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (Vigente) emitido por DIGEMID vigente.	Experiencia en la Especialidad (según Anexo 8)			
1	EQUIPO DE CIRUGIA LAPARASCOPIA	2	1	20101337261	ROCA S.A.C.	ADMITIDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA	1	ADJUDICADA
2	URETERO RENOSCOPIO	3	1	20515949241	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	ADMITIDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA	1	ADJUDICADA

  
EDUARDO JESÚS VIRRUETA GÓMEZ  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

  
GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN  
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

  
JORGE FERNANDO QUISPE YUPANQUI  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR