

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL III PUNO DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 25/07/2024

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:13:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Anexo 3

Especificaciones Técnicas:

Pag 26/39 -27/39 De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en las presentes bases se logra observar dos especificaciones técnicas del EQUIPO DE BANCO DE SANGRE Analizador de quimioluminiscencia grande para Banco de Sangre, Analizador de quimioluminiscencia pequeño para Banco de Sangre. Considerando que en las bases solicitan 1500 pruebas significa que diariamente tienen un aproximado de 5 muestras, asimismo los equipos actualmente en el mercado tienen la capacidad de procesar varias pruebas en simultaneo y de manera continua. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptar un equipo de quimioluminiscencia pequeño a fin de promover la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: A

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se puede ofertar analizador de quimioluminiscencia pequeño y/o equipo analizador de quimioluminiscencia grande para Banco de Sangre, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas homologadas por IETSI para equipos de Banco de Sangre, descritos en las paginas 46 y 47 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL III PUNO DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:13:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Anexo 3

Especificaciones técnicas.

Pag 26 /39 Especificaciones Técnicas en "EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE" se menciona: "Analizador Pequeño de Quimioluminiscencia de Acceso Continuo completamente Automatizado". Al respecto solicitamos al Comité Especial se sirva aclarar a que se refiere el término "acceso continuo".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: "Acceso continuo", hace referencia a la capacidad que tiene el equipo para procesar simultaneamente 7 ó más reactivos y muestras diferentes en forma simultanea, de igual manera los controles y calibradores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL III PUNO DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:13:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Anexo 3
Especificaciones técnicas.
Pag 26 /39 "Especificaciones Técnicas en "EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE" se menciona: "Analizador Pequeño de Quimioluminiscencia de Acceso Continuo completamente Automatizado". Al respecto solicitamos al Comité Especial se sirva aclarar a que se refiere el término "completamente automatizado".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: "Completamente automatizado" hace referencia a la capacidad que tiene el equipo para procesar varias pruebas en simultaneo en el menor tiempo posible, disminuye la variabilidad de resultados, disminuye los errores de análisis, a fin de mejorar la reproducibilidad obtenida, mejorar la calidad, mejorar el rendimiento y eficiencia de las pruebas realizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL III PUNO DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:13:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pag 10/39 ítem 9

EN CONTROL DE CALIDAD control de calidad externo solicitan el proveedor deberá proporcionar material de control para un programa de control externo anual debe tener una duración de (1) un año. Dentro del Programa de Evaluación Externa, hay puntos claves a considerar para una certera interpretación. Entre ellos, la cantidad de participantes del grupo par, pues a mayor sea esta, el valor asignado refleja con mayor exactitud al valor verdadero de la muestra evaluada. Asimismo, es importante considerar la estadística que se debe de llevar, ya que para tamizaje son ensayos de naturaleza cualitativa de respuesta continua. En ese sentido, y rigiéndonos de manera estricta a la ISO 13528 y a la guía de la IUPAC ¿Guide: Selection and use of proficiency testing schemes for a limited number of participants¿, se solicita que el programa de evaluación externa evidencie, a través de informes de no mayor de 4 meses de antigüedad, tener un grupo par mínimo de 20 participantes para los 7 marcadores del equipo ofertado. Es por ello que solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria considerar un control externo con un grupo par como mínimo de 20 participantes como punto crucial para una correcta evaluación del sistema analítico, la presentación de estos documentos dentro de la etapa de presentación de propuesta y no durante el perfeccionamiento de contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: A Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: El control de calidad externo ofertado en la etapa de PRESENTACION DE OFERTAS, debe determinar la exactitud y la confiabilidad de los resultados de las pruebas realizadas. En la etapa de EJECUCION CONTRACTUAL, dichos resultados se revisarán conjuntamente con el area usuaria, y si no se obtienen los resultados esperados se implementarán las medidas correctivas pertinentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL III PUNO DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:13:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pag 8/39 ítem 7.1

VIGENCIA MINIMA DEL PRODUCTO solicitan vigencia mínima del dispositivo medico deberá ser no menos a 6 meses a partir de la fecha de entrega en los almacenes de la entidad adquiriente Considerando que los productos solicitados son reactivos de fuente biológica se solicita amablemente al comité especial que se acepten fechas de expira no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega con carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: A Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Las Especificaciones Técnicas son homologadas y estandarizadas por IETSI para reactivos de Banco de Sangre, y la vigencia de los reactivos no pueden ser menores a seis (6) meses a partir de la fecha de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL III PUNO DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:13:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Pag 12/39 Item 11

Plazos de entrega e Instalación de los Equipos en cesión de uso.
Solicitamos amablemente al comité especial ,que pueda aclarar los plazos de entrega para la instalación y puesta en marcha de los equipos en cesión, ya que existe una incongruencia en las bases; indicando un plazo de 20 días de entrega como máximo para la instalación de los equipos en cesión de uso, al día siguiente de recepción de la Orden de compra y en la misma página 12/39 también indican un plazo de 10 días calendarios como máximo para la Entrega e instalación de los equipos en cesión de uso después de la recepción de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: El plazo de entrega e instalación de Equipos en Cesión en Uso se detalla en la página 32, donde se estructura el cronograma de: Entrega e Instalación de Equipos 10 (diez) días, Puesta en funcionamiento del Equipo 02 (dos) días, Capacitación al área usuaria 03 (tres) días; Instalación de Sotware de interface y sistema de código de barras 05 (cinco) días; los cuales hacen un total de 20 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null