

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN AUDIOMETRO DE DOS CANALES CON CABINA AUDIOMETRICA PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código : 20605243321

Fecha de envío : 04/04/2023

Nombre o Razón social : CLOE ASOCIADOS E.I.R.L.

Hora de envío : 14:57:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Siendo que la denominación de la contratación es el servicio de alquiler de 01 CABINA AUDIOMETRICA por el periodo de 730 días calendario, los proveedores postulantes deberían demostrar experiencia y soporte inmediato en la atención del servicio de ALQUILER de dichos equipos , siendo este completamente diferente al procedimiento de VENTA de equipos médicos en general .

Se solicita al comité que se amplíe la definición de similares a lo siguiente:

SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIOMETROS Y/O CABINAS AUDIOMETRICAS DE USO MEDICO

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: 16-c

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade: Se consideran servicios similares a los siguientes: alquiler de equipamiento biomédico y/o y/o alquiler de audiómetros y/o cabinas audiométricas de uso médico.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN AUDIOMETRO DE DOS CANALES CON CABINA AUDIOMETRICA PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código :	20605243321	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	CLOE ASOCIADOS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:57:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Siendo que el servicio solicitado es ALQUILER de AUDIMETRO Y CABINA AUDIOMETRICA , el proveedor ganador debería proporcionar todos los insumos (consumibles) y/o accesorios requeridos para el correcto funcionamiento del equipo de manera permanente e ininterrumpida durante el periodo del servicio solicitado (730 días calendario). Se solicita al comité se solicite la declaración Jurada del Proveedor en la cual se comprometa a entregar todos los accesorios y/o consumibles a solicitud del Usuario (accesorios y/o repuestos) con el fin de garantizar un funcionamiento optimo y permanente de los equipos durante todo el periodo de servicio a contratar (730 días calendario) .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que por el Sistema de Contratación SUMA ALZADA que rige el presente procedimiento de selección, todos los consumibles y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos durante el periodo del servicio deben estar incluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN AUDIOMETRO DE DOS CANALES CON CABINA AUDIOMETRICA PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código : 20605243321

Fecha de envío : 04/04/2023

Nombre o Razón social : CLOE ASOCIADOS E.I.R.L.

Hora de envío : 14:57:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Siendo el equipo requerido en condición de alquiler un equipo médico que necesita autorización de DIGEMID para su importación y distribución, se solicita al comité incluir la presentación del REGISTRO SANITARIO vigente emitido por DIGEMID del equipo a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2

Literal: 2.2.1.1

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que se acoge la observación, se agrega en los documentos para perfeccionar el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agrega literal ¿k) Registro Sanitario vigente emitido por DIGEMID del equipo a ofertar y/o listado de la página de DIGEMID que indique que no requiere registro sanitario¿ en los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN AUDIOMETRO DE DOS CANALES CON CABINA AUDIOMETRICA PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código : 20605243321

Fecha de envío : 04/04/2023

Nombre o Razón social : CLOE ASOCIADOS E.I.R.L.

Hora de envío : 14:57:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

En las bases se indica claramente el plazo de contratación del servicio :730 días calendario.

Siendo que la finalidad del servicio de alquiler es brindar una solución inmediata ante la necesidad de equipos médicos en perjuicio de la entidad y los pacientes , sería conveniente solicitar también un plazo de entrega máximo de los equipos solicitados, los cuales serían contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Se sugiere, un plazo máximo de CINCO (05)días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1.8

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que acepta la consulta, se modifica en bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica: Plazo máximo de cinco (5) días para la entrega de equipos, contabilizados desde el día siguiente de la suscripción de contrato.

El Plazo del servicio es de 730 días calendarios, el cual tendrá vigencia a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de entrega de equipos

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN AUDIOMETRO DE DOS CANALES CON CABINA AUDIOMETRICA PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código :	20605243321	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	CLOE ASOCIADOS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:57:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

2.2.1 Documentos de presentación obligatoria

Siendo el equipo requerido en condición de alquiler un equipo médico que necesita autorización de DIGEMID para su importación y distribución, se solicita al comité incluir la presentación obligatoria del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) así como autorización del proveedor como Droguería de Dispositivos Médicos , de esta manera, se presentaran empresas que cumplen con la regularización vigente de DIGEMID.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que no se acepta lo solicitado ya que esto limitaría la pluralidad y participación de postores, como clínicas o centros hospitalarios que alquilen estos equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null