

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTAS
Y BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0027-2024-SEDAPAL
"ADQUISICIÓN DE KT DE DQO Y SOLUCIONES"

En Lima, en el Edificio del Centro Operativo Principal La Atarjea, en las instalaciones de Equipo Gestión del Abastecimiento, siendo las 09:00 horas del 19 de julio de 2024, se inicia la reunión del Órgano de encargado de las Contrataciones, representado por el Sr. Cesar Murillo Benavides, Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento (e) y la asistencia técnica de la señora Claudia Quea Vásquez, con la finalidad de informar lo siguiente:

ADMISIÓN:

Mediante Memorando N° 644-2024-EGAb (03.07.2024), el Equipo Gestión del Abastecimiento, solicitó al Equipo Gestión de PTAR, evaluar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las ofertas presentadas por los postores en la Adjudicación Simplificada N° 0027-2024-SEDAPAL "Adquisición de Kit de DQO y Soluciones".

Mediante Memorando N° 1165-2024-EGPTAR (10.07.2024), el Equipo Gestión de PTAR, en su calidad de área usuaria, hace llegar la evaluación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas de EQ CORPORACION S.A.C. y BIOSIX IMPORT S.A.C., de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección.

Asimismo, la Oferta Económica presentada por el postor BIOSIX IMPORT S.A.C., super el valor estimado, por lo que en cumplimiento del Artículo 68. rechazo de ofertas:

(...)

68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor.

Por lo señalado, con fecha 16.07.2024 mediante Carta N° 108-2024-EGAb, se solicitó a la empresa BIOSIX IMPORT S.A.C., la reducción de su oferta económica. El postor BIOSIX IMPORT S.A.C con fecha 18.07.2024, mediante Carta N° 0717, remite el Anexo N° 6, reduciendo su oferta de S/ 128 761,60 soles a S/ 118 153,40 soles.

En consecuencia, el resultado de cumplimiento de las especificaciones técnicas y de la documentación presentada es el siguiente:

✓ BIOSIX IMPORT S.A.C., cumple con la presentación de los documentos obligatorios y cumple con las especificaciones técnicas requeridas en las bases integradas del procedimiento de selección, en consecuencia, la Oferta es Admitida.

EQ CORPORACION S.A.C., cumple con la presentación de los documentos obligatorios, pero no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en las bases integradas del procedimiento de selección, en consecuencia, la Oferta No es Admitida.

EVALUACION DE LA OFERTA

De acuerdo al artículo 74° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a evaluar la oferta admitida, siendo el siguiente resultado:



POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN					
	Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO
				Monto	Puntaje				
BIOSIX IMPORT S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/ 118,153.40	100.00	100.00	5.00	105.00	1°
EQ CORPORACION S.A.C.	CUMPLE	NO CUMPLE	OFERTA NO ADMITIDA	-					

CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

De acuerdo al artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de culminada la evaluación, se procedió a verificar los requisitos de calificación, dando el siguiente resultado:

- ✓ BIOSIX IMPORT S.A.C., cumple con la presentación de los requisitos de calificación señalados en las bases integradas, por lo que se considera como **POSTOR CALIFICADO** en el presente procedimiento de selección.

BUENA PRO:

En aplicación al artículo 76° de Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, luego de la calificación, el Equipo Gestión del Abastecimiento (OEC), procede a otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 0027-2024-SEDAPAL "Adquisición de Kit de DQO y Soluciones" al postor BIOSIX IMPORT S.A.C., por el importe de S/ 118 153,40 (Ciento Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Tres con 40/100 soles), incluido IGV.

Siendo las 12:30 horas, culmina la presente evaluación sin observaciones, firmando el encargado de las Contrataciones en señal de conformidad.

César Murillo Benavides
Jefe Equipo Gestión del

Equipo Gestión del Abastecimiento (e)

Clara Quea V.



Equipo Gestión de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales



TIZNADO BANDA
Carlos Enrique FA
20100152356 soft
Fecha: 2024.07.10
21:00:02

Memorando N° 1165 - 2024-EG-PTAR

A : Cesar Murillo Benavides
Jefe de Equipo Gestión de Abastecimiento (e).

Asunto : Evaluación Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
AS N° 0027-2024-SEDAPAL "Adquisición de KIT de DQO y Soluciones"

Referencia : Memorando N° 644-2024-EGAb DEL 03.07.2024

Fecha : Lima, 10 de julio del 2024

Reg. 33010-2024

En atención al documento de la referencia a), adjunto se formaliza la evaluación de cumplimiento técnico, de cumplimiento de especificaciones técnicas del procedimiento de selección "Adquisición de KIT de DQO y Soluciones" del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 0027-2024-SEDAPAL.

- EQ. CORPORACION SOCIEDAD ANONAMIA CERRADA - NO CUMPLE
- BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – BIOSIX IMPORT - CUMPLE

Atentamente,

Carlos Enrique Tiznado Banda
Jefe Equipo Gestión de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales (e)

zrch

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - ADS - 0027-2024-SEDAPAL


CARACTERISTICAS TECNICAS	EQ CORPORACION	BIOSIX IMPORT SAC
* Reactivo para determinación de DQO en aguas residuales	OK	OK
* Certificado de USEPA	NO CUMPLE (Fue denegada en la etapa de consultas)	OK
* Certificado de aprobación por la EPA	NO CUMPLE (Fue denegada en la etapa de consultas)	OK
* Rango: 20 - 1500mg/l.	NO CUMPLE, el certificado ISO 15705:2002, Calidad del agua-Determinacion del indice de la demanda química de oxígeno, dice:". El método es aplicable a muestras no diluidas que tiene ST-DQOP valores hasta 1 000 mg/L y una concentración de cloruro no superior a 1000 mg/L. Las muestras con valores superiores ST-DQO requieren dilucion previa. Para muestras con un bajo DQO, la precision de la medición se reduce y el límite de deteccion será mas pobre.	OK
* Método: sistema de reacción por digestión cerrada	OK	OK
* Contiene: dicromato de potasio, ácido sulfúrico, cloruro de mercurio y cloruro de plata.	NO CUMPLE	OK
* Tiempo de digestión: 2 Horas	OK	OK
* Vigencia expiración desde la entrega del producto en las instalaciones, mayor a un año	OK	OK
* Empacados en viales para el análisis colorimétrico utilizando colorímetro o espectrofotómetro.	OK	OK
* Presentación en Cajas de 150 viales.	OK	OK
	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	SI CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.



Firmado digitalmente por:
 BASILIO ASCANIO Sofia Del
 Pilar FAU 20100152356 soft
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 04/07/2024 12:08:42-0500



Firmado digitalmente por:
 TIZNADO BANDA Carlos
 Enrique FAU 20100152356 soft
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 08/07/2024 13:11:59-05

[Standards](#)[Sectors](#)[About ISO](#)[News](#)[Taking part](#)[Store](#)[Read sample](#)

ISO 15705:2002

Water quality — Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) — Small-scale sealed-tube method

Published (Edition 1, 2002)

This standard was last reviewed and confirmed in 2021. Therefore this version remains current.

ISO 15705:2002

Language

English

Format

☒ PDF☐ Paper

CHE 96

[Add to cart](#)[Download Sample frames \(PDF\) to your computer](#)

Abstract

ISO 15705:2002 specifies a method for the determination of the chemical oxygen demand (ST-COD) using the sealed tube method. The test is empirical and is applicable to any aqueous sample, which includes all sewage and waste waters.

The method is applicable to undiluted samples having ST-COD values up to 1 000 mg/l and a chloride concentration not exceeding 1 000 mg/l. Samples with higher ST-COD values require predilution. For samples with a low COD, the precision of the measurement will be reduced and the detection limit will be poorer.

The method oxidizes almost all types of organic compounds and most inorganic reducing agents. It has a detection limit (4,65 times the within-batch standard deviation of a blank or very low standard) of 6 mg/l for photometric detection at 600 nm, and 15 mg/l for titrimetric detection as reported by one laboratory comparing the photometric and titrimetric techniques using a commercial test kit with a range up to 1 000 mg/l.

The titrimetric part of this method is applicable to samples exhibiting an atypical colour or turbidity after the digestion stage.

General information

Status : Published

Publication date : 2002-11

Stage : International Standard confirmed [90.93]

Edition : 1

Number of pages : 18

Technical Committee : ISO/TC 147/SC 2

ICS : 13.060.50

RSS updates

**ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y REVISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0027-2024-SEDAPAL
"ADQUISICIÓN DE KIT DE DQO Y SOLUCIONES"**

En Lima, en el Edificio del Centro Operativo Principal La Atarjea, en las instalaciones de Equipo Gestión del Abastecimiento, siendo las 09:00 horas del 03 de julio de 2024, se inicia la reunión del Órgano de encargado de las Contrataciones, representado por el Sr. Cesar Murillo Benavides, Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento (e) y la asistencia técnica de la señora Claudia Quea Vásquez, con la finalidad de realizar la apertura de las ofertas presentadas a través del SEACE por los postores registrados electrónicamente, en el presente procedimiento de selección.

INFORME:

1. De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección el día 02.07.2024 desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas, los participantes podrían presentar sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE.
2. El Equipo Gestión del Abastecimiento informa que, habiendo revisado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado se ha verificado que en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 0027-2024-SEDAPAL "Adquisición de Kit de DQO y Soluciones", se han registrado cuatro (4) participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20517072495	EQ CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13/06/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20145038384	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	13/06/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	16/06/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20554258094	BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIOSIX IMPORT S.A.C.	20/06/2024	Válido

4 registros encontrados, mostrando 4 registros, de 1 a 4. Página 1/1.

3. De los participantes registrados en el SEACE, se presentó dos (2) ofertas, siendo los siguientes:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nomenclatura : AS-SM-27-2024-SEDAPAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT DE DQO Y SOLUCIONES

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	KIT DE DQO 20 - 1500 MG/L - CAJ X 150			
20517072495	EQ CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/07/2024	14:50:11	Electronico
20554258094	BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIOSIX IMPORT S.A.C.	02/07/2024	16:39:17	Electronico

VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

En cumplimiento del Artículo 73° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 73.2, para la admisión de las ofertas, el Comité de Selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52° y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificados en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, a fin de determinar si la oferta, responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas señaladas en las bases, se solicitará al Equipo Gestión de PTAR, como área usuaria del requerimiento la evaluación de cumplimiento de especificaciones técnicas de la Oferta presentada.

Siendo las 10:00 horas, sin otro particular, y sin alguna observación se da por concluido el presente acto.

Cesar Murillo Benavides

Jefe Equipo Gestión del Abastecimiento (e)



Claudia Quea Vásquez