

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE NEGATOSCOPIO 01 PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLLOMA

Ruc/código : 20498674098

Nombre o Razón social : MEDICORP PERU S.A.C.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 17:28:35

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

La entidad está solicitando como Requisito de Calificación el CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA); Siendo éste un procedimiento de selección para la adquisición de NEGATOSCOPIOS, estos productos no están considerados como dispositivos médicos y no necesitan registro sanitario ni la presentación del BPA y con el fin de incentivar la mayor participación de postores;

Solicitamos al comité que elimine de las bases y de los requisitos de habilitación la presentación obligatoria de éste documento al no estar considerado como un dispositivo médico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.3    **Literal:** A    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA EFECTUADA, ESTA SE ACOGE RETIRANDO LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE NEGATOSCOPIO 01 PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLLOMA

Ruc/código : 20498674098

Nombre o Razón social : MEDICORP PERU S.A.C.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 17:28:35

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

La entidad está solicitando como Requisito de Calificación el CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE (BPDT), el mismo que es para el transporte de insumos de temperatura controlada y/o refrigerada.

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de NEGATOSCOPIOS, Debemos indicar que es un equipo considerado como MOBILIARIO MEDICO, no requiere transporte de temperatura controlada para hacer llegar el bien a los almacenes de la entidad.

Solicitamos al comité que nos aclare y elimine de las bases y de los requisitos de habilitación éste documento, por estar adquiriendo un mobiliario médico y no un insumo que necesita control de temperatura.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1

**Literal:** B

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA EFECTUADA, ESTA SE ACOGE RETIRANDO LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE (BPDT)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE NEGATOSCOPIO 01 PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLLOMA

Ruc/código :	20606328029	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	ALS MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:28:10

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:  
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION  
A. CAPACIDAD LEGAL  
HABILITACION  
REQUISITOS:

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)  
Certificado de Análisis del producto terminado (Protocolo de Análisis)

Observación:  
Por lo expuesto, en aras de incrementar la pluralidad de postores solicitamos al comité omitir de los requisitos de calificación dichos documentos, ya que por ser un producto de fabricación nacional no requiere documentos en mención.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE OBSERVACION EFECTUADA, ESTA SE ACOGE RETIRANDO LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (CBPM) Y EL CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE NEGATOSCOPIO 01 PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	19:44:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

5.3. Requisitos de calificación

¿ certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA).

¿ Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM).

¿ Certificado de Análisis del producto terminado (Protocolo de Análisis)

De la revisión del producto NEGATOSCOPIO de 01 cuerpo, este se encuentra en el listado de productos que no Requieren Registro Sanitario, asimismo dichos documentos son de obligación para droguerías, que comercialicen dispositivos médicos o farmacéuticos, que se obligan a contar con CBPA y CBPM, y que además sus productos pasen por control de calidad y por ende una emisión de protocolo de análisis.

Por lo que solicitamos amablemente al comité pueda aceptar dichos documentos de corresponder de manera opcional, y presentar el listado de DIGEMID que acredita que no requiere registro.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART: 2 LIT A, B y C

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA EFECTUADA, ESTA SE ACOGE RETIRANDO LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE NEGATOSCOPIO 01 PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	19:44:26

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5.3. Requisitos de calificación

¿ Folletería o manual de instrucciones de uso o inserto (original o copia simple)

Al comité se solicita si pudieran aceptar folletería, manual de instrucciones de uso o inserto, carta de fabricante, datasheet u cualquier otro documento emitido por el fabricante o distribuidor autorizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA EFECTUADA, ESTA NO SE ACOGE QUEDANDO DE ACUERDO A LO INDICADO EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE NEGATOSCOPIO 01 PARA LAS 28 MICRONEDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	19:44:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. CAPACIDAD LEGAL

HABILITACIÓN

Requisitos:

El postor debe contar con:

-Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)

-Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)

-Certificado de Análisis del producto terminado (Protocolo de Análisis)

De conformidad con la primera consulta, se solicita se puede solicitar dichos documentos de corresponder o manera opcional para postores que tengan la condición de droguerías, mas no a postores que se dedican a la comercialización de mobiliario medico y que no están sujetos a fiscalización de DIGEMID, y que no estamos obligados a dichos certificados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2. Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA EFECTUADA, ESTA SE ACOGE RETIRANDO LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO