

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS - CHOTA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HJHSC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMPIMETRO PARA EL HOSPITAL JOSÉ HERNAN SOTO CADENILLAS DE CHOTA AÑO 2023

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:39:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN: SISTEMA DE EXAMENES ESTADISTICOS Y CINETICOS COMPLETOS.

SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR UN EQUIPO CON SISTEMA DE EXAMANES ESTATICOS COMPLETOS, PARA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación, autorización y aprobación del Área Usuaria, ACLARA y PRECISA que, se acepta la presentación del equipo con la capacidad para realizar exámenes estáticos completos, propiciando una mayor participación de postores, para lo cual se hará las acotaciones pertinentes como motivo de la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

,estáticos completos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS - CHOTA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HJHSC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMPIMETRO PARA EL HOSPITAL JOSÉ HERNAN SOTO CADENILLAS DE CHOTA AÑO 2023

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:39:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ESTANDARES DE GOLDMAN: TAMAÑO I, II, III, IV Y V, CON NIVELES DE INTENSIDAD DE ESTIMA MENOS DESDE 1A HASTA AE.

SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR UN EQUIPO CON ESTANDARES DE GOLDMAN : TAMAÑO III CON NIVELES DE INTENSIDAD DE ESTIMULOS DESDE 1A HASTA 4E, PARA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación, autorización y aprobación del Área Usuaría, ACLARA y PRECISA que, se acepta la presentación del equipo con el tamaño III con niveles de intensidad de estímulos desde 1A hasta 4E, para lo cual se hará las acotaciones pertinentes como motivo de la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

y/o tamaño III con niveles de Intensidad de Estímulos desde 1A hasta 4E