

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN y BUENA PRO

### ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1

#### “ADQUISICIÓN DE EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”

En la fecha 20 de noviembre del 2024, sito en la Jr. Puno N°279, el Órgano Encargado de las Contrataciones encargado de conducir el procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1**, para la “**ADQUISICIÓN DE EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**”, inicio la verificación de los eventos producidos en el presente procedimiento de selección y proceder con la Admisibilidad, Evaluación, Calificación de Ofertas y Buena Pro, de corresponder.

De acuerdo con el cronograma establecido, se registraron a través del SE@CE como participante los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20100329205	H.W.KESSEL S.A.C.	29/10/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	30/10/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20160056062	BELOMED S.R.L.	29/10/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20501262260	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	29/10/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20516809524	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	29/10/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20607850799	C Y R COMPANY MEDICAL E.I.R.L.	08/11/2024	Válido

En la fecha establecida en el cronograma de la plataforma del SEACE, el siguiente postor presento su oferta:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación
1	20516809524	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	18/11/2024	19:25:38	20516809524	18/11/2024
2	20160056062	BELOMED S.R.L.	18/11/2024	18:49:51	20160056062	18/11/2024
3	20501262260	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	18/11/2024	23:21:58	20501262260	18/11/2024

#### Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nro. ítem	Descripción del ítem		Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social				
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES				
20160056062	BELOMED S.R.L.		18/11/2024	18:51:59	Electronico
20516809524	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C		18/11/2024	19:27:37	Electronico
20501262260	GEN LAB DEL PERU S.A.C.		18/11/2024	23:22:17	Electronico

## ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

Acto seguido, se procede con la descarga de las ofertas de los mencionados, asimismo se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a los requisitos y condiciones de los términos de referencia previstos en las bases, procediendo a detallar en el siguiente cuadro:

Documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta	20160056062  BELOMED S.R.L.	20516809524  MASED REPRESENTACIONES S.A.C	20501262260  GEN LAB DEL PERU S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e) Hoja de presentación del bien ofertado, ajustado al cumplimiento de las especificaciones técnicas, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4.1, en el que además deberá indicar obligatoriamente marca y procedencia del bien. (No se aceptan simples pegados de las especificaciones técnicas)	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
f) El postor debe presentar: catalogo y/o brochure y/o folleto u otros documentos técnicos proporcionados por el fabricante o propietario de la marca que correspondan al modelo y marca del equipo ofertado numeral 4 y formato 1: ficha técnica de cumplimiento de especificaciones técnicas) ; como información complementaria que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en la hoja de presentación del bien ofertado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g) Carta de compromiso de canje de los productos por defectos de fabrica o vicios ocultos. (De conformidad con el numeral 14 de la especificaciones tecnicas)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
j) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>RESULTADO</b>	<b>ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>

\*conforme a la evaluación del área usuaria INFORME N° 00004-2024-MP-FN-UP-IMLCF-CBQR

## **FACTORES DE EVALUACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, a la oferta presentada fueron admitidas, por lo que se procederá con su **EVALUACIÓN**:

FACTOR DE EVALUACIÓN	20160056062
	BELOMED S.R.L.
<b>A. PRECIO</b>  $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p> <i>i= Oferta</i>  <i>Pi= Puntaje de la oferta a evaluar</i>  <i>Oi=Precio i</i>  <i>Om= Precio de la oferta más baja</i>  <i>PMP=Puntaje máximo del precio</i> </p>	<b>S/ 199,900.00</b> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ $Pi = 175,475.00 \times 80 / 199,900.00$ <b>Pi = 70.23 puntos</b>  <b>Presenta</b>
<b>B. PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>(30 días calendario)</b> <b>10 puntos</b>
<b>PUNTAJE ECONOMICO</b>	<b>80.23 puntos</b>

## **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección, procedieron a determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	20160056062
	BELOMED S.R.L.
<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	
<b>HABILITACION</b>	<b>CUMPLE</b>
<u><b>Requisitos:</b></u>  El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400,000.00 (cuatrocientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda	<b>Si Cumple</b>
<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>	<b>SI CUMPLE</b>
<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	
<u>Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Electrónico, o profesionales afines al rubro con experiencia demostrada como mínimo 03 años en manteniendo, instalación de equipos de laboratorio de biología molecular.</u>	

De acuerdo con los resultados de la calificación realizada, al postor:

- **BELOMED S.R.L.: CUMPLE** con los requisitos de calificación establecidos en las bases.

### **OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

De lo expuesto, y en base de los resultados que se detallan, el postor ganador de la buena pro es:

1. **BELOMED S.R.L.**, adjudicándose con el monto de **S/ 199,900.00 (ciento noventa y nueve mil novecientos con 00/100 soles)**.

Base Legal: Numeral 76.3 del Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Órgano Encargado de las Contrataciones, da por aprobados los resultados de la admisión, evaluación de las ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pro, de acuerdo con el análisis efectuado que se detallan en la presente Acta.

Sin más actos que realizar, firman los presentes.



KARLA ELENA DEL MILAGRO SEMINARIO MELENDEZ  
Jefe de Abastecimiento (e)  
de la Unidad Ejecutora 010  
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

---

**KARLA ELENA DEL MILAGRO SEMINARIO  
MELENDEZ**  
Órgano Encargado de las Contrataciones



Lima, 20 de noviembre de 2024

**INFORME N° 00004-2024-MP-FN-UPI-IMLCF-CBQR**

**A : ROGER ADMONBONDO ROJAS TANTA**  
Unidad De Proyecto De Inversión Del Instituto De Medicina Legal y  
Ciencias Forenses

**De : CESAR BASILIO QUISPE RAMOS**  
Especialista en Equipamiento Medico

**Asunto : SOLICITUD DE EVALUACION DE PROPUESTAS DE LA AS N 6-2024 - PARA LA  
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ADN EN  
MUESTRAS FORENSES PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE  
AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES CON CUI  
N°2116393**

**Referencia : PROVEIDO 028458-2024-JN-IMLCF-GA-SAF-AA**


**Expediente : UPI-IM20240000203**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente y manifestarle que, mediante documento de la referencia, El área de abastecimiento solicita evaluación técnica de las propuestas técnicas para la adquisición DEL EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ADN para la Unidad de Biología Molecular de Ayacucho del instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público

Al respecto, el suscrito procedió con la evaluación de las propuestas tecnicas conjuntamente con la Dra Maria Bermejo de UNBIMOG y el Lic Carlos Tello de UML Ayacucho, de la documentación adjunta verificandose que:

PROVEEDOR	REVISION DE LAS EETT
BELOMED	el postor <b>Si</b> cumple con la totalidad de las Especificaciones Tecnicas solicitadas.
GEN LAB	el postor <b>No</b> cumple con la totalidad de las Especificaciones Tecnicas solicitadas.
MASED	

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

  
CESAR BASILIO QUISPE RAMOS  
INGENIERO ELECTRONICO  
Y DE TELECOMUNICACIONES  
R. C. P. N° 160870

Atentamente.

**CESAR BASILIO QUISPE RAMOS**



CC:  
CBQR

**CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ADN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 06-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1**

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES		BELOMED	GEN LAB	MASED
	MARCA		APPLIED BIOSYSTEMS	QIAGEN	PROMEGA
	MODELO			EZ2 CONNECT FX	MAXWELL FSC INSTRUMENT
	PROCEDENCIA		USA	ALEMANIA	EEUU
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A1	Equipo para Extracción de ADN en muestras forenses validado para Identificación Humana.	SI	SI	SI
	A2	Con sistema de extracción de ADN, basado en cartuchos, desarrollado específicamente para extracción de muestras forenses	SI	SI	SI
	A3	El Sistema debe contar con una Unidad de Magnetos y Émbolos integrados capaz de purificar ADN	SI	SI	NO, NO ESPECIFICA EMBOLOS
	A4	Numero de Muestras procesadas: de 12 a 17	SI	SI	SI
	A5	Sistema semi automatizado de Extracción de ADN	SI	SI	SI
	A6	Tecnología de Extracción basado en perlas magnéticas	SI	SI	SI
	A7	Sistema Cerrado, con Mínimo Riesgo de Contaminación	SI	SI	SI
	A8	Sistema de Cartucho Individual para cada muestra que minimiza la potencial reacción cruzada entre muestras	SI	SI	SI
	A9	Incluye funciones integradas de seguridad, según el diseño del fabricante.	SI	SI	SI
	A10	Control de Temperatura del Bloque de Calor de 30°C a 80 °C (Al ambiente ~25°C)	SI	SI	NO, RANGO DE TEMPERATURA SOLICITADO ES DE 30 A 80, Y EL OFERTADO ES DE 25 A 60
	A11	Condiciones de Funcionamiento: Temperatura en un rango de 7 a 28°C /Humedad: 80% de Humedad Relativa Máxima o mayor	SI	NO, LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO ES DE 18 - 30 C, OFRECIENDO UN SISTEMA QUE ACONDICIONE LA TEMPERATURA DEL LUGAR. OBERVANDO QUE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NO DEBERIA DEPENDER DE OTRO.	NO, LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO ES DE 15 - 25 C, OFRECIENDO UN SISTEMA QUE ACONDICIONE LA TEMPERATURA DEL LUGAR. OBERVANDO QUE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NO DEBERIA DEPENDER DE OTRO.
	A12	Volumen de Dispensado: ≥ 1000 ul/ Volumen de Elución Variable: 20ul, 30ul, 40ul, 50ul, 100ul, 200ul y 250ul o Volumen de dispensado menor o igual a 100ul o mayor/ volumen de elución variable: 20ul, 30ul, 40ul, 50ul, 100ul, 200ul	SI	SI	NO, EL RANGO SOLICITADO DE LOS VOLUMENES DE ELUCION NO CUMPLE CON LO OFERTADO (30ul a 200 ul)
B. ACCESORIOS	A13	Protocolos Pre-Validados y Pre-Programados disponibles	SI	SI	SI
	B01	Licencia de software instalado en el equipo con mantenimiento en el tiempo de garantías, incluye antivirus u otro software que requiera a lo recomendado por el fabricante	SI	SI	SI
	B02	Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) para el equipo	SI	SI	SI



	B03	KIT de pruebas para 50 reacciones x 06 unidades, así como kit de calibración si lo requiere, para un periodo de 06 meses o equivalente, la fecha de fabricación no debe exceder de los 03 meses en el momento de la entrega.	SI	SI	SI
	B04	El Equipo debe contar con una antigüedad máxima de 12 meses de fabricación	SI	SI	SI
	B05	Manuales de funcionamiento 01 traducido al idioma español, 01 en idioma original	SI	SI	SI
	B06	Manuales de servicio técnico o Mantenimiento y manual de usuario 01 traducido al idioma español, 01 en idioma original	SI	SI	SI
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	C01	Fuente eléctrica 220v +-10% / 50/60hz +-5%, cable de poder y enchufe debe cumplir con la R.M. Nº 175-2008-MEM.	SI	SI	SI
		GARANTIA DE 2 AÑOS	SI	SI	SI

*[Firma]*  
CESAR BASILIO GUISPE RAMOS  
INGENIERO ELECTRONICO  
Y DE TELECOMUNICACIONES  
FOLIO: CAP Nº 180970

