

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código : 20609297612

Fecha de envío : 14/02/2025

Nombre o Razón social : MULTIPROYECTOS CBL S.A.C.

Hora de envío : 12:50:24

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Requisitos:

01.Perfil profesional (C.1) encargado de la instalación, pruebas y capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento

Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico, colegiado y habilitado.

02.Perfil profesional (C.2) encargado de la capacitación en el manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir

Médico o Tecnólogo Medico en Radiología o Técnico en Radiología

Observacion: Solicitamos fusionar el perfil profesional c.1 y el c.2, quedando redactado:

"Perfil profesional encargado de la instalación, pruebas y capacitación especializada en el manejo, operación funcional, servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento; así como el cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir¿.

Ello en aplicación de los principios de eficiencia y libre concurrencia, con el fin de fomentar la participación de más postores, puesto que resulta ineficiente requerir diversos profesionales para la realización de actividades conexas que pueden ser realizadas por una sola persona debidamente capacitada y con experiencia suficiente.

Asimismo, en merito a esta fusión deberá el profesional c.3 pasar a llamarse profesional c.2

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.2

Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal g del art 2 de Ley de Contrataciones: c) Competencia. g) Vigencia tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20609297612	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	MULTIPROYECTOS CBL S.A.C.	Hora de envío :	12:50:24

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Requisitos:

01.Perfil profesional (C.1) encargado de la instalación, pruebas y capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento

Deberá contar con licencia individual en instalación, mantenimiento y/o reparación de fuentes de radiación ionizante: Equipos de rayos X, emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear con vigencia actual. Deberá contar con certificado de entrenamiento del fabricante del equipo.

02.Perfil profesional (C.2) encargado de la capacitación en el manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir

Deberá contar con licencia individual para operador de equipos de rayos X, emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear con vigencia actual. Deberá contar con certificado de entrenamiento del fabricante del equipo.

Observacion:

Solicitamos fusionar el perfil profesional c.1 y el c.2, quedando redactado: "Perfil profesional encargado de la instalación, pruebas y capacitación especializada en el manejo, operación funcional, servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento; así como el cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir. Deberá contar con licencia individual en instalación, mantenimiento y/o reparación de fuentes de radiación ionizante: equipos de rayos X, emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Deberá contar con certificado de entrenamiento del fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal g del art 2 de Ley de Contrataciones: c) Competencia. g) Vigencia tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20609297612	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	MULTIPROYECTOS CBL S.A.C.	Hora de envío :	12:50:24

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Antecedentes:

C.1 CAPACITACION

03.Perfil profesional (C.3) encargado del mantenimiento del bien a adquirir
Deberá contar con licencia individual en instalación, mantenimiento y/o reparación de fuentes de radiación ionizante: Equipos de rayos X, emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear con vigencia actual. Deberá contar con certificado de entrenamiento del fabricante del equipo.

Observación: solicitamos modificar el requisito de calificación Capacitación, también en lo referido al 03, quedado redactado:

¿03. Perfil profesional c.3 encargado del mantenimiento del bien a adquirir.

Deberá contar con certificado de entrenamiento del fabricante.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal g del art 2 de Ley de Contrataciones: c) Competencia. g) Vigencia tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20609297612	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	MULTIPROYECTOS CBL S.A.C.	Hora de envío :	12:50:24

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Antecedentes:

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

01.Perfil profesional (C.1) encargado de la instalación, pruebas y capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento

Experiencia mínima de seis (06) años o mayor en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de: ¿Equipos de rayos X¿, como Ingeniero ejecutor de la instalación, pruebas y capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento.

La Experiencia se contabilizara de la fecha de colegiatura en adelante.

02.Perfil profesional (C.2) encargado de la capacitación en el manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir

Experiencia mínima de seis (06) años o mayor en manejo y/o capacitación y/o mantenimiento de: ¿Equipo de Rayos X¿, como profesional encargado de la capacitación en el manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir.

La experiencia se contabilizará de la fecha de obtención del título en adelante.

Observacion: Solicitamos fusionar el perfil profesional c.1 y el c.2, quedando redactado:

"Perfil profesional encargado de la instalación, pruebas y capacitación especializada en el manejo, operación funcional, servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento; así como el cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir. Experiencia mínima de cuatro (04) años o mayor en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de equipos de rayos X, como ingeniero ejecutor de la instalación, pruebas y capacitación especializada en el manejo, operación funcional, servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento; así como el cuidado y la conservación basica del equipamiento a adquirir¿. Ello en aplicación de los principios de eficiencia y libre concurrencia, con el fin de fomentar la participación de más postores, puesto que resulta ineficiente requerir diversos profesionales para la realización de actividades conexas que pueden ser realizadas por una sola

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal g del art 2 de Ley de Contrataciones: c) Competencia. g) Vigencia tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20609297612	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	MULTIPROYECTOS CBL S.A.C.	Hora de envío :	12:50:24

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIAL DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran bienes similares a los siguientes:

- ¿ Tomógrafo computarizado helicoidal.
- ¿ Tomógrafo axial computarizado.
- ¿ Tomógrafo computarizado multicorte.
- ¿ Unidad de tomografía computarizada multicorte con inyector de medios de contraste.
- ¿ Tomógrafo electrónico de coherencia óptica y angiografía ángulo de 40 a color.
- ¿ Equipo electrónico para mamografía de uso clínico.
- ¿ Equipo de rayos x digital portátil para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital panorámico rodable arco en C para radiografía. ¿ Equipo de rayos x digital estacionario para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital panorámico portátil para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital rodable para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital panorámico estacionario de alta frecuencia para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital panorámico con arco en U para radiografía.

Solicitamos al comité de selección que en aras de una mayor pluralidad de postores y con el fin de demostrar experiencia en equipos de diagnostico por imágenes, se considere solicitar experiencia en equipos de diagnostico por imágenes en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal g del art 2 de Ley de Contrataciones: c) Competencia. g) Vigencia tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20609297612	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	MULTIPROYECTOS CBL S.A.C.	Hora de envío :	12:50:24

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días calendarios (incluye entrega del equipo, instalación, pruebas, capacitación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Solicitamos al comité de selección que para una mayor competencia justa y evitar retrasos en la importación del equipo solicitado, considere ampliar el plazo de entrega a 130 días calendarios, incluyendo la entrega, instalación, pruebas de operatividad, capacitación y puesta en funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal g del art 2 de Ley de Contrataciones: c) Competencia. g) Vigencia tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, y deberá ceñirse a las bases quendando como plazo de entrega 120 días calendarios contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato (incluye entrega del equipo, instalacion, pruebas y puesta en funcionamiento)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20609297612	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	MULTIPROYECTOS CBL S.A.C.	Hora de envío :	12:50:24

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

H. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Evaluación Se evalúa en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las especificaciones técnicas.

De 5 hasta 6 años de garantía: 10 puntos

De 3 hasta 4 años de garantía: 5 puntos

De 1 hasta 2 años de garantía: 1 puntos

Solicitar una garantía extendida de hasta 6 años es contraproducente para el equipo solicitado, debido a que el avance tecnológico de los equipos van mejorando sus características y capacidades de los mismos, por lo que solicitamos al comité de selección que consideren una garantía del equipo de 1 hasta 2 años, asegurando la continuidad de sus partes y accesorios por el mismo fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** H **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal g del art 2 de Ley de Contrataciones: c) Competencia. g) Vigencia tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, y aclara que posterior a la garantia de la ficha homologada se requiere garantia adicional, con la finalidad de contar con mayor garantia el funcionamiento y operatividad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20608966405	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	Hora de envío :	15:21:12

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

2.4.1 DESPLAZAMIENTO VERTICAL:70 CM O MÁS AMPLIO

Para el valor planteado, es importante señalar que la estatura promedio de las mujeres peruanas se encuentra en un rango de 145 a 153 centímetros. Este dato resulta relevante para la operación y/o toma de exámenes según la altura de las pacientes.

En este contexto, se observa que la distancia promedio de las mamas desde el nivel del suelo se encuentra entre 90 cm y 130 cm. Con base en esta información, se considera que la exigencia de un rango de desplazamiento de 70 cm para los equipos médicos no se ajusta a las necesidades reales de la población peruana. Este rango de desplazamiento se estima excesivo, ya que con un rango de 55 cm es posible cubrir de forma efectiva las necesidades de esta población.

Además, el rango propuesto de 55 cm permite la atención adecuada de pacientes en silla de ruedas. Cabe destacar que la altura mínima total de una silla de ruedas se encuentra en 89 cm, por lo que con el rango de 55 cm se garantiza el acceso y la atención de estos pacientes de manera eficiente y segura.

En resumen, se propone la revisión del requerimiento de desplazamiento de 70 cm, ya que un rango de 55 cm permite principalmente atender a la población objetivo y la inclusión de pacientes en silla de ruedas, asegurando una mayor eficiencia y optimización de los recursos técnicos y operativos.

Solicitamos considerar al comité de selección se acepte un rango de desplazamiento de 55 cm o rango más amplio

2.4.1 DESPLAZAMIENTO VERTICAL: DE 55 CM O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4.1 Literal: 2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20608966405	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	Hora de envío :	16:29:46

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

2.5.1 TIPO DE DETECTOR: de selenio amorfo

El material de los detectores para los equipos de mamografía se determina de acuerdo a cada fabricante nuestra marca cuenta con un detector altamente sensible con un centellador de Csl con una capa fotoeléctrica alta debido al número atómico del cesio es 55 y yodo 53 por lo tanto la interacción de los RX con Csl se incrementa , garantizando así que con una dosis baja se pueda adquirir imágenes optimas, solicitar detectores de selenio amorfo representa una desventaja al realizar los estudios se tiene que aumentar la dosis para compensar la baja absorción de los rayos X por el selenio perjudicando la salud del paciente; este material al ser sensible se deteriora más rápido por lo que el tiempo de vida es menor reflejándose en un incremento económico y en mantenimientos costosos.
por lo antes expuesto solicitamos que para una mayor pluralidad de postores puedan modificar esta especificación a:

2.5.1 TIPO DE DETECTOR: de selenio amorfo o silicio amorfo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:31:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el literal (e) del numeral 2.2.1.1 se indica que: El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N° 1 ¿Hoja de presentación del Equipo / Sustento de cumplimiento de Características Técnicas¿, sin especificar los numerales a acreditar.

Posteriormente en el punto III.3.1.1 Formato N° 01 Hoja de Presentación del equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas del numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III Requerimiento, se indica que el postor deberá acreditar las características técnicas 1.1 al 1.8, 2.1.1 al 2.8.7 y 4.1 a 4.2.; por lo que, solicitamos se nos confirme que solo se deberá demostrar el cumplimiento de las características técnicas indicadas en los numerales mencionados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria acepta su consulta y se pondra al detalle las caracteristicas que solo podran sustentar mediante el Formato N° 01 Hoja de Presentacion del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:31:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la mejora 2 del literal G Mejoras a las Especificaciones Técnicas del Capítulo IV Factores de Evaluación se indica: ¿Rango de kV: De 49 kV o más¿.

Por otro lado, en el numeral 2.1.3 Incremento del kV del punto II.1.1 Características y especificaciones del bien del numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III Requerimiento, se indica: ¿De 1 kV o menor¿.

Al respecto, entendemos que para ser considerada como válida esta mejora, el generador debe cumplir con el incremento de 1 kV o menor para el rango total de su voltaje, es decir de: 23 a 49 kV o mayor. Favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 2G Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que el puntaje de mejora se otorga a las ofertas cuyo rango sea mayor de 49 kV o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:31:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la mejora 3 del literal G Mejoras a las Especificaciones Técnicas del Capítulo IV Factores de Evaluación se indica: ¿Rango de mAs. Mayor de 639 mAs¿.

Al respecto, considerando los valores reales del producto miliamperio-segundo (mAs) brindados por los generadores de los equipos de mamografía actuales, solicitamos, se modifique por: ¿Rango de mAs: 600 mAs o más¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 3G Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta ya que dichas mejoras son las que ha solicitado el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:31:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la mejora 4 del literal G Mejoras a las Especificaciones Técnicas del Capítulo IV Factores de Evaluación se indica: ¿Numero de Pixel del detector de 3,584 x 2,816 px¿.

Al respecto, para ser congruente con el concepto de mejora, solicitamos se agregue el término ¿o más¿, es decir se modifique por: ¿Número de Píxel del detector de 3,584 x 2,816 px o más¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 4G Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que el puntaje de mejora se otorga a las ofertas cuyo Numero de Pixel del detector de 3,584 x 2,850 px

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:31:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el literal H Garantía Comercial del Postor del Capítulo IV Factores de Evaluación se detallan unos rangos de años de garantía con sus respectivos puntajes.

Por otro lado, en el Posteriormente en el punto II.2.2 Garantía del numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III Requerimiento, se indica que la garantía tendrá una duración de 60 meses.

Ahora bien, para considerarse como válida una mejora en la garantía ofrecida, solo debería ser considerada aquella que supere los cinco años; por lo que, debería eliminarse los puntajes de las garantías de 1 hasta 5 años indicadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: H Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observación, y aclara que posterior a la garantía de la ficha homologada se requiere garantía adicional, con la finalidad de contar con mayor garantía el funcionamiento y operatividad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

II.2.2. Garantía. Atención por garantía.
Solicitamos aclarar lo siguiente: (i) que la garantía no procede cuando se trate de desperfectos ocasionados por negligencia de la Entidad o de terceros, mal uso del equipo por parte de la Entidad o de terceros ni tampoco por supuestos de caso fortuito o fuerza y (ii) que los desperfectos a los que se hace referencia se refieren específicamente a aquellos que generan la imposibilidad de ejecutar el funcionamiento principal del equipo, lo cual debe ser acreditado mediante opinión técnica del fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8.2.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Garantía procederá siempre y cuando las fallas o desperfectos sean por vicios ocultos al momento de la entrega, o por fallas no atribuibles al personal de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

II.2.4. Capacitación y/o entrenamiento

Solicitamos aclarar que: (i) las capacitaciones deberán ser brindadas por el personal que cuenta Certificado por el fabricante, (ii) que es la Entidad la responsable de asegurar la presencia del personal en las sedes y (iii) que cualquier cambio de fechas o reprogramación deberá ser puesto a conocimiento del contratista en un plazo no menor a 10 días de anticipación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** II.2.4 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observación, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
LLAVE EN MANO.

Presentamos consulta para que se aclare si la Entidad cuenta con las condiciones para la ejecución de la prestación o si requerirá el acondicionamiento de ambientes, en el marco del Principio de Eficacia y Eficiencia (Art. 2 de la LCE). Esto permitirá tener claros los costos para efectos de formular oferta. En caso sea afirmativa la respuesta, solicitamos que se fije fecha y hora para la visita a las instalaciones de la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la modalidad de la presente convocatoria es LLAVE EN MANO y el ambiente destinado al equipo de mamografía y cuenta con infraestructura remodelada, suministro eléctrico y demas condiciones para su perfecto funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días calendarios (incluye entrega del equipo, instalación, pruebas, capacitación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Presentamos consulta para que se aclare que el plazo se computará desde la emisión y notificación de la ORDEN DE COMPRA correspondiente, lo cual permitirá mayor predictibilidad al contratista sobre las actuaciones de la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el plazo de entrega se realizará a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

- 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria
- 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (¿) f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4).

Presentamos consulta para que se aclare si en dicha declaración jurada de plazo de entrega corresponderá desagregar el plazo en las actividades específicas de ENTREGA, INSTALACIÓN y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, de conformidad con la modalidad de contratación Llave en Mano. Por ejemplo: Plazo de entrega: 60 días/instalación:20 días/puesta en funcionamiento:40 días// TOTAL:120 días.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (¿) e) FORMATO N° 1 ¿Hoja de presentación del Equipo / Sustento de cumplimiento de

Características Técnicas¿. (...) Copia Simple de la Resolución de autorización de registro sanitario del bien ofertado, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios). Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. En la entrega/recepción de los equipos, el personal encargado o comité de recepción de los equipos verificara la vigencia, a la fecha de la entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.

Solicitamos que se exija que el registro sanitario se encuentre, únicamente, a nombre del postor, pues esto garantizará la idoneidad del bien y el cumplimiento de las normas sectoriales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Tipo de detector: De Selenio amorfo

Con el objetivo de promover una mayor pluralidad de postores y avances tecnológicos para la institución, considerando que nuestros equipos disponen de un detector con una alta eficiencia cuántica DQE(70%) lo cual indica qué tan bien el detector puede convertir los fotones de rayos X incidentes en una señal útil de imagen, mientras minimiza el ruido. Un DQE más alto significa que el detector es más eficiente, proporcionando imágenes de mejor calidad con menos radiación, lo que es crucial para la protección del paciente al reducir la dosis de radiación necesaria para obtener imágenes claras y detalladas. Solicitamos aceptar lo siguiente, con el fin de evitar el direccionamiento hacia una marca en específico:

TIPO DE DETECTOR DE SELENIO AMORFO O SILICIO AMORFO CON DQE DEL 70%

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Tamaño de pixel: De 85 µm o menor

Nuestros detectores tienen una resolución de píxel de 100 micrones. Los píxeles más pequeños (por ejemplo, 85 micrones o menos) presentan un DQE del 50%, lo que los hace más sensibles al ruido electrónico y disminuye la relación señal-ruido de la imagen radiográfica. Para contrarrestar este efecto, se debe aumentar la dosis al paciente. El detector de 100 micrones, por su parte, ofrece una alta eficiencia cuántica (70%) sin aumentar la radiación. Además, permite un mayor rango de posibilidades en la escala de grises, debido a que la pendiente de la diagonal del píxel es menor, lo que favorece una mayor diferenciación en las imágenes. En referencia a lo anterior, el requerimiento correspondiente es exclusivo de una marca en específico, lo que vulnera la libre participación y constituye un direccionamiento de una compra del estado, por lo que solicitamos aceptar:

Tamaño de 100 µm O MENOR

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 2.5.4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (...) Se consideran bienes similares a los siguientes:

- ¿ Tomógrafo computarizado helicoidal.
- ¿ Tomógrafo axial computarizado.
- ¿ Tomógrafo computarizado multicorte.
- ¿ Unidad de tomografía computarizada multicorte con inyector de medios de contraste.
- ¿ Tomógrafo electrónico de coherencia óptica y angiografía ángulo de 40 a color.
- ¿ Equipo electrónico para mamografía de uso clínico.
- ¿ Equipo de rayos x digital portátil para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital panorámico rodable arco en C para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital estacionario para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital panorámico portátil para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital rodable para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital panorámico estacionario de alta frecuencia para radiografía.
- ¿ Equipo de rayos x digital panorámico con arco en U para radiografía.

Por medio de la presente, presentamos consulta para que se aclare que se aceptará como "BIENES SIMILARES" a EQUIPOS BIOMÉDICOS EN GENERAL. Esta precisión permitirá garantizar la mayor concurrencia de proveedores, en beneficio de obtener la mejor oferta en precio y calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B. Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observación, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

C.2.EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (¿) 01.Perfil profesional (C.1) encargado de la instalación, pruebas y capacitación especializada en

servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento

Experiencia mínima de seis (06) años o mayor en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de: ¿Equipos de rayos X¿, como Ingeniero ejecutor de la instalación, pruebas y capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento.

La Experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante.

02.Perfil profesional (C.2) encargado de la capacitación en el manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir

Experiencia mínima de seis (06) años o mayor en manejo y/o capacitación y/o mantenimiento de: ¿Equipo de Rayos X¿, como profesional encargado de la capacitación en el manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir.

La experiencia se contabilizará de la fecha de obtención del título en adelante.

03.Perfil profesional (C.3) encargado del mantenimiento del bienX¿, como técnico responsable en Mantenimiento.

La experiencia se contabilizara, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del titulo en adelante y; para el caso del bachiller en ingeniería, fecha de grado de bachiller en adelante.

Asimismo, el personal profesional podrá participar como encargado del mantenimiento siempre que cumpla con la experiencia de cuatro (04) años o mayor, en el mantenimiento y/o reparación de equipos médicos. a adquirir

Experiencia mínima de cuatro (04) años o mayor en el mantenimiento y/o reparación de: ¿Equipo de Rayos

Por medio de la presente, presentamos consulta para que se aclare que se aceptará como Experiencia del personal clave, todas aquellas actividades indicadas con relación a EQUIPOS BIOMÉDICOS EN GENERAL. Esta precisión permitirá garantizar la mayor concurrencia de proveedores, en beneficio de obtener la mejor oferta en precio y calidad. De esta manera, solicitamos que las bases queden redactadas de la siguiente manera: "01.Perfil profesional (C.1) encargado de la instalación, pruebas y capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento

Experiencia mínima de seis (06) años o mayor en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de: ¿Equipos de rayos X¿ y/o EQUIPOS BIOMÉDICOS EN GENERAL, como Ingeniero ejecutor de la instalación, pruebas y capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento. La Experiencia se contabilizara de la fecha de colegiatura en adelante.

02.Perfil profesional (C.2) encargado de la capacitación en el manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir

Experiencia mínima de seis (06) años o mayor en manejo y/o capacitación y/o mantenimiento de: ¿Equipo de Rayos X¿ y/o EQUIPOS BIOMÉDICOS EN GENERAL, como profesional encargado de la capacitación en el manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento del bien a adquirir. La experiencia se contabilizará de la fecha de obtención del título en adelante.

03.Perfil profesional (C.3) encargado del mantenimiento del bien a adquirir

Experiencia mínima de cuatro (04) años o mayor en el mantenimiento y/o reparación de: ¿Equipo de Rayos X¿ y/o EQUIPOS BIOMÉDICOS EN GENERAL, como técnico responsable en Mantenimiento."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C.2 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20111876097	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 25
Consulta/Observación:
G.MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el marco del Principio de Vigencia Tecnológica, solicitamos aceptar las siguientes mejoras:MEJORA 1: TAMAÑO DE PANTALLA LED CONSOLA 21.5 PULGADAS O MÁS
Con el fin de promover mayor pluralidad de postores, se sugiere considerar lo siguiente:
TAMAÑO DE PANTALLA LED CONSOLA 21.3 PULGADAS O MÁS

MEJORA 3: RANGO DE mAs: mayor de 639 mAs
Nuestro equipo presenta diversas mejoras tecnológicas que optimizan su rendimiento en diferentes entornos operativos. Entre estas mejoras se destaca un amplio rango de KV, lo que asegura un rendimiento sólido y confiable, incluso en condiciones exigentes. Para permitir una mayor pluralidad de postores, considerar lo siguiente:
RANGO DE mAs: mayor de 600 mAs

MEJORA 4: NÚMERO DE PÍXEL DEL DETECTOR DE 3,584 X 2.816 px
Con el fin de promover mayor pluralidad de postores, se sugiere considerar lo siguiente:
NÚMERO DE PÍXEL DEL DETECTOR DE 2394 X 2850

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G. Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria y técnica, no se acoge la observación y se indica que se ciñan a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega, confirmar si la entidad desea que los ofertantes desglosen el plazo de entrega (ANEXO N°4 - DECLARACIÓN JURADA) EN 2 partes según el plazo de entrega consignada en el punto II.2.3.1 del capítulo III de las Bases

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** ANEXO 4 **Literal:** --- **Página:** 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Re EL PAGO SE REALIZARÁ POR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO, EN PAGOS PARCIALES (SEMESTRALES) E IGUAL DEL MONTO TOTAL OFERTADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LUEGO DE EMITIDA LA CONFORMIDAD DE CADA MANTEMIENTO PREVENTIVO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 25 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su observacion y del cual esta detallado en el numeral 2.5 Forma de Pago en el Pago N° 2 Prestaciones Accesorias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Re EL PAGO SE REALIZARÁ POR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO, EN PAGOS PARCIALES (SEMESTRALES) E IGUAL DEL MONTO TOTAL OFERTADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LUEGO DE EMITIDA LA CONFORMIDAD DE CADA MANTEMIENTO PREVENTIVO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** II.2.8.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su observacion y del cual esta detallado en el numeral 2.5 Forma de Pago en el Pago N° 2 Prestaciones Accesorias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el formato N° 06 Formato para el Protocolo de Pruebas se consideran actividades que difieren con las indicadas en nuestros manuales de fabricante y lo mas probable con los demas fabricantes, ya que no todos los fabricantes realizan las pruebas indicadas en este formato, solicitamos respetuosamente al Comite de Seleccion precisar que de acuerdo a lo indicado en el numeral 1. de este formato, dichas actividades son referenciales y que las actividades propuestas en los manuales de cada fabricante pueden diferir con las indicadas en el formato N° 06 Formato para el Protocolo de Pruebas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** FORMATO 6 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion, toda vez que, el formato del protocolo de pruebas debe mantenerse las descripciones de las pruebas y de diferir estas con otros fabricantes, las actividades a proponer serán de acuerdo al manual del fabricante del equipo, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

En el formato N° 08 Programa de capacitación de manejo, operacion funcional, cuidado y conservacion basica del equipoamiento, se estan considerando actividades que corresponden al personal de mantenimiento y no al personal usuario, solicitamos respetuosamente al Comite de Selecccion precisar que dichas actividades son referenciales y que las actividades propuestas en el formato N° 08 Programa de capacitación de manejo, operacion funcional, cuidado y conservacion basica del equipoamiento pueden variar dependiendo de cada fabricante

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** FORMATO 8 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO ACOGE la observacion, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

En el perfil profesional (C.3) encargado del mantenimiento del bien a adquirir solicitan Técnico Electrónico o Técnico Electricista o Técnico Mecánico Electricista; sin embargo, en el punto II.2.6 Perfil mínimo y actividades a desarrollar por el personal clave (página 34) indican que "También podrá participar como personal técnico bachiller en Ingeniería Electrónica o ingeniería Mecánica o Ingeniería Mecatrónica o Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica eléctrica o Ingeniería Industrial o Ingeniería Biomédica".

Solicitamos aclarar que se admitirá el perfil profesional conforme a las especificaciones técnicas mencionadas en la página 34 y que se realice los cambios respectivos en las demás secciones de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observación, ya que en este tipo de procesos las especificaciones técnicas son homologadas y por tanto son invariables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

En requisitos de evaluación están considerando de 100 a 200 horas lectivas para la capacitación del personal de la entidad. Sin embargo, considerando que la capacitación está dentro del plazo correspondiente a "Instalación, pruebas, capacitación y puesta en operación del equipo" con un plazo máximo de 30 días calendarios, esto dificultaría poder ofertar una mayor cantidad de horas lectivas sin vulnerar el plazo de instalación del equipo. Por lo expuesto, solicitamos se precise en este factor de evaluación que dichas horas lectivas de capacitación al personal serán adicionales a las mínimas correspondientes al plazo de "Instalación, pruebas, capacitación y puesta en operación del equipo" conforme las especificaciones técnicas (páginas 32 y 33).

Asimismo, se está considerando rangos de n horas lectivas a más, pero no definen un límite superior a cada rango, lo que podría generar ambigüedades en la interpretación. Solicitamos se corrija esta redacción.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** F **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su observacion y se detallara en la integracion de bases en el Capitulo IV Factores de Evaluacion en el numeral F Capacitacion del Personal de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el plazo de entrega se indican 120 días calendarios, 90 días para entrega y hasta el día 120 para la instalacion y puesta en funcionamiento. Consideramos que 90 días es un plazo muy extenso que puede perjudicar a la entidad, por lo que solicitamos se modifiquen las mejoras de plazo ofertado de manera que correspondan los 15 puntos a un plazo desde 45 a 60 días calendarios, 10 puntos de 61 a 75 días calendarios y 5 puntos de 76 a 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria y técnica, no se acoge la observación y se indica que se ciñan a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:11:35

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitamos precisar las condiciones de pre instalación mínimas que considerará la entidad a cargo del contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la modalidad de la presente convocatoria es LLAVE EN MANO y el ambiente destinado al equipo de mamografía y cuenta con infraestructura remodelada, suministro eléctrico y demas condiciones para su perfecto funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null