

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:19

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO III  
REQUERIMIENTO  
CONSULTA N°01   Página: 22  
Literal: 2

DENOMINACION DE LA CONTRATACION ¿ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M) PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO¿  
Se solicita al comité de selección aclare esta solicitud, por lo que las medidas son para papeles térmicos de ALTA DENSIDAD y no de ALTO BRILLO como solicitan en sus características técnicas, teniendo estos la medida de 110 mm x 18 m.

Quedaría reformulado a:  
DENOMINACION DE LA CONTRATACION ¿ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 18M) PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO¿

Acápite de las bases :   Sección: Especifico   Numeral: 2   Literal: 2   Página: 22  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de selección y el Area Usuaría no acogen la observacion se solicita PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M en referencia consignada en las especificaciones tecnicas y solicitan que se ajuste a las Bases. Por lo que no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:19

**Observación: Nro. 2**  
**Consulta/Observación:**  
CAPITULO III  
REQUERIMIENTO  
CONSULTA N°02   Página: 22  
Literal: 6  
Numeral 6.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES

DESCRIPCION PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M

Se solicita al comité de selección aclarar esta solicitud, por lo que las medidas son para papeles térmicos de ALTA DENSIDAD y no de ALTO BRILLO como solicitan en sus características técnicas, teniendo estos la medida de 110 mm x 18 m.  
Quedaría reformulado a:  
DESCRIPCION PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 18M

Acápite de las bases :   Sección: Especifico   Numeral: 6   Literal: 6.1   Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El Comité de selección y el Área Usuaria no acoge la observación se solicita PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M en referencia consignada en las especificaciones técnicas y solicitan que se ajuste a las Bases. Por lo que no se acoge la consulta.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:19

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III  
REQUERIMIENTO  
CONSULTA N°03   Página: 22  
Literal: 6  
Numeral 6.2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

PRESENTACIÓN PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M

Se solicita al comité de selección aclarar esta solicitud, por lo que las medidas son para papeles térmicos de ALTA DENSIDAD y no de ALTO BRILLO como solicitan en sus características técnicas, teniendo estos la medida de 110 mm x 18 m.

Quedaría reformulado a:  
PRESENTACIÓN PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 18M

**Acápite de las bases :   Sección: Especifico    Numeral: 6                   Literal: 6.2.1                   Página: 23**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de selección y el Área Usuaria no acoge la observación se solicita PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M en referencia consignada en las especificaciones técnicas y solicitan que se ajuste a las Bases. Por lo que no se acoge la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:19

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

CONSULTA N°04   Página: 22

Literal: 6

Numeral 6.2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES DEL RODILLO:

110mm (prof.) x 20m

Se solicita al comité de selección aclarar esta solicitud, por lo que las medidas son para papeles térmicos de ALTA DENSIDAD y no de ALTO BRILLO como solicitan en sus características técnicas PAPEL UPP-HG, HIGH GLOSSY( ALTO BRILLO), teniendo estos la medida de 110 mm x 18 m.

Quedaría reformulado a:

DIMENSIONES DEL RODILLO:

110mm (prof.) x 18m

**Acápito de las bases :   Sección: Especifico   Numeral: 6   Literal: 6.2.1   Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de selección y el Área Usuaria no se acoge la observación se solicita PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M en referencia consignada en las especificaciones técnicas y solicitan que se ajuste a las Bases. Por lo que no se acoge la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20383961026	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	E E S.R.LTDA	Hora de envío :	16:36:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases de este proceso se hace referencia a lo siguiente:

1.9 Plazo de entrega

Los Bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 07 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Adicionalmente a este párrafo también se hace mención en los requerimientos otro plazo de entrega, creemos prudente y razonable establecer como plazo de entrega general de los bienes, 07 Días calendarios el cual se computará desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra y en una (01) sola entrega.

Consultamos respetuosamente al comité de selección si es posible considerar como plazo de entrega general lo siguiente:

El plazo de entrega de los Bienes, será de siete días (07) días calendarios, el cual se computará desde el día siguiente de la notificación de su respectiva Orden de Compra y se realizara en una (01) sola entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.9      Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de selección y el Area Usuaria aclaran que el plazo de entrega solicitado en las Bases es de 04 dias calendarios, posterior al dia siguiente de la orden de compra y en una sola entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20383961026	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	E E S.R.LTDA	Hora de envío :	16:36:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases de este proceso se hace referencia a lo siguiente:

6.2.1 Características:

¿ Papel UPP-110HG Soporte de impresión Tipo V, de gran brillo en blanco y negro A6 compatible con impresoras institucionales.

Dimensiones:

¿ 110 mm (prof.) x 20 m

Las características técnicas que se mencionan, son propias del Papel UPP-110HG de gran o alto brillo, los cuales son compatibles con las impresoras que se encuentran actualmente en la institución. Lo que no guarda relación y no pertenece a las características de este Papel UPP-110HG son las Dimensiones que se detallan, debiendo ser lo correcto 110 mm (prof.) x 18 m.

Consultamos respetuosamente al comité de selección si es posible considerar como corresponde al Papel UPP-110 HG las Dimensiones de 110 mm (prof.) x 18 m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de selección y el Area Usuaría aclaran que se solicita PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M en referencia consignada en las especificaciones técnicas y solicitan que se ajuste a las Bases. Por lo que no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO		
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO		

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	17:32:46

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.9 se establece que los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 07 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

SOLICITAMOS que se precise y se establezca que el único plazo de entrega se deba realizar solo después de notificada la orden de compra, pues resulta importante indicar que en la contratación estatal ESTABLECER QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA CONTABILIZADO DE SUSCRITO EL CONTRATO NO ES LO MÁS ADECUADO, porque cuando se realiza el mismo, se hace en el Almacén y el personal de almacén siempre requiere la orden de compra para poder internar los bienes. Por otro lado, como proveedores, para poder hacer seguimiento en el MEF requerimos tener el código SIAF, este se visualiza en la orden de compra.

Por tanto, reiteramos nuestra solicitud al Comité de Selección, para que precise y establezca que el PLAZO ÚNICO DE ENTREGA SEA CONTABILIZADO DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico          Numeral: 1                                  Literal: 1.9                                  Página: 14**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de selección y el Área Usuaria no acogen la observación por lo que el postor debe ceñirse a lo establecido en las bases el plazo de entrega solicitado en las Bases es de 04 días calendarios en la pag. 24, posterior al día siguiente de la orden de compra y en una sola entrega.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO		
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO		

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	17:32:46

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

e) Documentación adicional que el postor debe presentar:  
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.  
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)  
Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis)

Solicitamos al comité de selección ANULAR estos documentos de presentación obligatoria puesto que el bien materia de la presente convocatoria se encuentran dentro del Listado de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario publicado por la DIGEMID ¿ Ultima Versión.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** 2.2    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comite de selección y el Area Usuaria acoge parcialmente la observacion por lo aclara el producto no requiere registro sanitarioo deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredite que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de Intranet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado. Aclarar que se encuentra en las Bases en la pag. 17.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	17:32:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan que la DIMENSION DEL RODILLO sea de 110 mm x 20 m con una cantidad de impresión de 193 a 220 aproximadamente por rollo.

A fin de permitir y promover la mayor participación de postores solicitamos puedan aceptar también:

Dimensiones del rodillo: 110 mm x 18 m.

Ya que lo ofrecido cuenta para una cantidad de impresión de 193 impresiones, estando dentro del rango solicitado por el área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección y el Área Usuaria aclaran que se solicita PAPEL PARA ECOGRAFIA 110MM X 20M en referencia consignada en las especificaciones técnicas y solicitan que se ajuste a las Bases. Por lo que no se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-33-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X M), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	17:32:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

a) Acta verificación cualitativa -cuantitativa Firmada por el Director Técnico (Q.F.) de la Empresa

Solicitamos al comité de selección ANULAR estos documentos a enviar con el Bien para su internamiento al Almacén puesto que el bien materia de la presente convocatoria se encuentran dentro del Listado de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario publicado por la DIGEMID ¿ Última Versión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.3.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de selección y el Area Usuaria aclaran que se ajuste a las Bases, debido que los Establecimiento farmacéutico (Droguerías) dedicados a la importación, exportación comercialización, almacenamiento, control de calidad y/o distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, lo cual cuenta con Autorizacion Sanitaria emitido por la ANM, asimismo con Director Tecnico (Q.F) lo cual avala las BPA tambien de los productos que no requieren registro sanitario. Por lo que no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null