

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 03/07/2024

Hora de envío : 17:00:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

en las bases dentro de las especificaciones tecnicas del equipo, solicitan 22 parametros , sin embargo si incluyen el parametro reticulocitos superaran estos 22 parametros que basicamente tienen un hemograma de 5 diferenciales, por tanto solicitamos se considere opcional el parametro reticulocito, para evitar posibles vicios de nulidad y presentar unas especificaciones mas claras

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la solicitud y aclara que en las especificaciones técnicas el enunciado: Graficador de 22 parámetros a determinar a más, incluyendo reticulocitos y abastoados. Hace referencia a que dentro de esos 22 parámetros debe estar incluido el parámetro de reticulocitos ya que son de relevancia clinica para la población de nuestra institución. Permite, además indicar un problema de salud importante como anemia y trastornos de la médula ósea, el hígado y los riñones, asi mismo establecer si el tratamiento aplicado esta dando buenos resultados o no, de alli la importancia de su detección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	17:00:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

en las bases dentro de las especificaciones técnicas del equipo, solicitan 22 parámetros y que solo se aceptaran 4 reactivos como máximo incluido el reactivo de reticulocitos, al respecto debemos observar esta especificación técnica, pues la entidad esta comprando reactivos para hemograma con equipo en préstamo, es decir los proveedores debemos garantizar que se procesen en nuestro equipo las 20000 pruebas sin importar la cantidad de reactivos que se usen , la entidad procesara 20000 hemogramas, por tanto solicitar que solo use 4 reactivos resulta erróneo pues la entidad no compra reactivos, compra hemograma con equipo en préstamo, o en tal caso si la entidad requiere 4 reactivos como máximo entendemos que la entidad ya tiene un equipo propio con estas características, por tanto si seria necesario que sean 4 reactivos y debe detallarse las especificación técnica de estos reactivos, por tanto solicitamos que este extremo debe ser considerado opcional y de acuerdo a cada fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que las especificaciones técnicas: 04 reactivos como máximo incluido el reactivo de reticulocitos. Tiene la finalidad de manejar mejor el stock de reactivos complementarios, evitar mayor manipulación del operador e interrupciones frecuentes en el recambio de reactivos durante el procesamiento de las muestras que podrían causar errores de operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	17:00:37

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

en las bases dentro de las especificaciones técnicas del equipo, solicitan autocargardor de muestras por inversión, sin embargo no indican la cantidad o capacidad de muestras en este autocargardor que necesitan, solicitamos que acepten equipos con autocargardor de muestras de 40 o mas y así permitir una mayor participacion de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la observación, debido a que la capacidad de tubos a bordo no fue considerado, el numero de tubos a bordo del autocargardor no es una característica que impide participación, pudiendo ofertar lo que su fabricante ofrece.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:26:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Capitulo III Requerimiento

Pagina 22.6.1 Especificaciones Técnicas mínimas del Analizador Hematológico, dice equipo nuevo de fabricación 2020. Y en pagina 24 antigüedad no mayor a 2 años, donde debería decir no mayor de 4 años, para no generar una contradicción en lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el area usuaria aclara: La antigüedad del analizador debera ser no mayor de 4 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:26:00

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Capitulo III Objetivo.

Pagina 22.IV. Señalan la adquisición de 24,000 hemogramas al año y en pagina 24.VII. en descripción y cantidad de los reactivos consumibles, señalan 20,000 Hemogramas, generando una contradicción en la cantidad total solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara: La cantidad a requerir por la institución es de 20,000 hemogramas, en cuatro entregas de 5,000 hemogramas de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:56:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan

Graficadora de 22 parámetros a determinar a más incluyendo reticulocitos y abastionados

En virtud a una mayor pluralidad de postores solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria considerar abastionados como Opcional y aceptar 22 o más parámetros incluyendo reticulocitos u otros parámetros

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la solicitud y aclara que en las especificaciones técnicas el enunciado: Graficador de 22 parámetros a determinar a más, incluyendo reticulocitos y abastionados. Hace referencia a que dentro de esos 22 parámetros debe estar incluido el parámetro de reticulocitos ya que son de relevancia clínica para la población de nuestra institución. Permite, además indicar un problema de salud importante como anemia y trastornos de la médula ósea, el hígado y los riñones, establecer si el tratamiento aplicado esta dando buenos resultados o no, de alli la importancia de su detección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:56:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos también considerar metodologías como Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o láser y así permitir una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la experiencia con otras metodologías no mencionadas en el proceso no permiten una evaluación objetiva de la población en condiciones de altura de la institución. Así mismo cuando en la muestra hay macro plaquetas o eritrocitos fragmentados (esquistocitos), éstos pueden interferir en el recuento de plaquetas por impedancia, ya que disminuye la capacidad para discriminar entre eritrocitos y plaquetas según el tamaño, lo que no se ve afectado cuando se realiza el recuento por las metodologías solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:56:04

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar como máximo 6 reactivos incluidos reticulocitos, y así permitir una mayor pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que la especificación técnica: 04 reactivos como máximo incluido el reactivo de reticulocitos. Tiene la finalidad de manejar mejor el stock de reactivos complementarios, evitar mayor manipulacion del operador e interrupciones frecuentes en el recambio de reactivos durante el procesamiento de las muestras que podrian causar errores de operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HR MNB PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:56:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Solicitan: programa automático de limpieza, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria aceptar también programa automático de limpieza ó limpieza del equipo mediante menú del equipo ofertado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara y acoge su consulta, se aceptara programa automático de limpieza o realización de limpieza del equipo mediante un menú en el software del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incorporará en las bases integradas