




ANEXO N° 01 - Apertura de Ofertas y Verificación de Documentación Obligatoria para Admisión de Ofertas (art. 73° del RLCE y Bases Integradas - Sección General, ítem 1.8)
LICITACION PUBLICA N° 0002-2025-MINSA

ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTATIL.

En la apertura electrónica de las ofertas, el Comité de Selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73° del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera No Admitida.

CUADRO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA / DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	CLUB MED S.A.C.	ONCO PREV INTERNACIONAL S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presenta - Cumple	Presenta - Cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presenta - Cumple	Presenta - Cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presenta - Cumple	Presenta - Cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presenta - Cumple	Presenta - Cumple
e) Formato N° 02 - Hoja de Presentación del Equipo /Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas e1) Copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos, data sheets o brochures de los fabricantes o dueños de la marca y modelos, suscritos por el representante legal. De los documentos mencionados deben estar en español o en su defecto con traducción certificada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado según corresponda La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el Formato N° 01, indicando claramente el número de folio(s) que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de folios no deberá colocarse rangos de número, sino número individuales. Las características técnicas que deberán acreditarse con la documentación adicional requerida son los numerales: del A01 hasta A05 y del B01 al B04 y D01	Presenta - Cumple	Presenta - No Cumple
e2) Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario o certificado de registro sanitario VIGENTE del bien ofertado, según lo establecido en el D.S N° 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios).	Presenta - Cumple	Presenta - Cumple
f) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	Presenta - Cumple	Presenta - No Cumple
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No corresponde	No corresponde
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	S/ 913,500.00	S/ 2,361,786.43
RESULTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO

ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTATIL.

En la apertura electrónica de las ofertas, el Comité de Selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73° del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera No Admitida.

CUADRO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

OBSERVACION ONCO PREV INTERNACIONAL S.A.C.

De conformidad a la Resolución N° 3578-2023-TCE-S2; (///) Toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, es decir, si las ofertas presentadas cumplen con los requisitos mínimos establecidos en las bases del procedimiento de selección para satisfacer las necesidades del área usuaria.

Por el contrario, al presentar una oferta profusa, difusa, confusa o incongruente, imposibilita al comité de selección la determinación fehaciente del real alcance de la misma, por lo que este deberá no admitirla o descalificarla, según corresponda, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud de ella, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. Asimismo, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección.

Asimismo, en el literal a), del numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que son subsanables entre otros, los siguientes errores materiales o formales: a), la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, **distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica.**

En el numeral 2.2.1.1 - Documentos para la admisión de ofertas, de las bases integradas se solicita: inciso f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4).

El postor presento el ANEXO 04: Declaración de Plazo de entrega a folios (33), consignando: Entrega del equipo en el lugar de entrega del numeral 14.1.1.1. Treinta (30) días calendario, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato y Puesta en funcionamiento (protocolo de pruebas). Setenta (70) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la entrega de los equipos en los lugares de destino según numeral 14.1.1. Al respecto, corresponde de acuerdo al numeral 1.9 de las Bases Integradas y Especificaciones Técnicas numeral 14.1.2 PLAZO DE ENTREGA. Entrega del equipo en el lugar de entrega del numeral 14.1.1. **Setenta (70) días calendario**, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato y **Puesta en funcionamiento (protocolo de pruebas) Treinta (30) días calendario**, contabilizados desde el día siguiente de la entrega de los equipos en los lugares de destino según numeral 14.1.1. Lo cual no es subsanable, conforme a lo establecido en el literal a), del numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Como se puede verificar **no cumple** con las condiciones establecidas del plazo de entrega. En concordancia con el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.

Mediante Carta N° 003-2025/LP-002-2025-MINSA, el Comité de Selección solicitó apoyo para evaluación técnica de ofertas. Asimismo, mediante Memorandum N° D001163-2025-DGOS-MINSA de fecha 28.05.2025, la Dirección General de Operaciones remitió la Nota Informativa N° D001615-2025-DGOS-DIEM-MINSA de fecha 28.05.2025, de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento en el cual informa el resultado de la evaluación de las características técnicas, según se detalla en el Informe N° 185-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA, concluyendo que la oferta del postor ONCO PREV INTERNACIONAL S.A.C., **no cumple** con acreditar la característica A04: Pantalla Digital para programación de temperatura, dicha característica no se indica en el Formato N° 2 presentada por el postor; asimismo, no sustenta dicha característica en el contenido de la documentación presentada en la oferta técnica del postor.

En tal sentido, la propuesta es NO ADMITIDA.





ANEXO N° 02: EVALUACION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 0002-2025-MINSA

ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTATIL.

VALOR ESTIMADO (VE): 1,567,929.40 Soles
PRECIO DE LA OFERTA MAS BAJA (Om): 913,500.00 Soles

N°	POSTOR ADMITIDO	FACTOR DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
		A. PRECIO (Oi)			Puntaje la Oferta (Pi)		
		OFERTA ECONOMICA (Oi)					
		En Soles	En % del VE				
		1	CLUB MED S.A.C.	S/ 913,500.00			

Esfor

ANEXO N° 03 - CALIFICACION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 0002-2025-MINSA

ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTATIL.

CUADRO DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION		CLUB MED S.A.C.
A. CAPACIDAD LEGAL/ HABILITACION		CUMPLE - PRESENTA
Requisitos: El postor debe contar con Autorización Sanitaria de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos D.S. N° 014-2011-SA, los participantes deberán contar con el citado documento emitido por la DIGEMID.		A folios (026 al 027) presenta copia de Resolución Directoral N° 5608-2015/DIGEMID/DAS/IEEF de fecha 08.03.2015, que resuelve otorgar la autorización sanitaria de funcionamiento.
Acreditación: Copia simple de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento emitido por la DIGEMID vigente		
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		CUMPLE - PRESENTA
Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'000,000.00 (Un Millón con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran bienes similares a los siguientes Coagulador de Plasma o Láser, Coaguladores Portátiles, Electroblister Portátil		A folios (029) presenta copia del Factura Electrónica N° E001-1716 de fecha 26/12/2022, emitida a la GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO, por la ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR, con un monto total de S/ 1'379,350.00.
Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.		Afolios (31) presenta copia de Comprobante de Retención Electrónica de fecha 09.01.2023, donde se consigna Total Comprobante S/ 1'379,350.00, Retención S/ 41,380.50 y el importe neto pagado de S/ 1'337,969.50.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.		A folios (032) presenta copia de Reporte de estado de cuenta de fecha 17/01/2023, donde se acredita el monto de S/. 1'337,969.50. En tal sentido acredita el monto facturado de S/ 1'337,969.50
COMITÉ DE SELECCIÓN		CALIFICADO







PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludDirección General
de Operaciones
en SaludANEXO 01 "ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTATIL"
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2025-MINSA

					PROPUESTA 1					PROPUESTA 2						
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE FICHA TÉCNICA					Marca:		MEDGYN			Marca:		LIGER				
FAMILIA		EQUIPO COMPLEMENTARIO			Modelo:		MTA 100			Modelo:		HTU-110				
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD		EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTÁTIL			Proveedor:		CLUB MED SAC			Proveedor:		ONCO PREV INTERNACIONAL SAC				
DESCRIPCION FUNCIONAL		EQUIPO PARA USO EN TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS EN CERVIX			Procedencia:		USA			Procedencia:		NO INDICA				
					Año Fabricacion:		2025			Año Fabricacion:		2024				
					Periodo de Garantia		36 MESES			Periodo de Garantia		36 MESES				
					Plazo de entrega		CIEN (100) DÍAS CALENDARIO			Plazo de entrega		CIEN (100) DÍAS CALENDARIO				
					Cantidad:		42 UNIDADES			Cantidad:		42 UNIDADES				
					Cumple		Observacion y/o Nota			Cumple		Observacion y/o Nota				
		Si No Folio			Si No Folio											
A. GENERALES	A01	Unidad de Ablación Térmica			X		11	Indica "SISTEMA DE ABLACIÓN TÉRMICA MEDGYN MTA-100".			X		15	Indica "coagulador térmico"		
	A02	Dispositivo Portátil de Ablación Térmica			X		11	Indica "El sistema de ablación térmica MTA-100. Es un dispositivo portátil y liviano"			X		15	Indica "es un dispositivo compacto, portátil"		
	A03	Luces Led para Visión Clara del Área Cervical			X		11	Indica "Luces LED brillantes para una visión clara del área cervical"			X		15, 28	Indica: "Está diseñado para realizar la destrucción a baja potencia de tejido humano (cervical u otro) con altas temperaturas" y "La visibilidad mejorada con LED de alta intensidad"		
	A04	Pantalla Digital para Programación de Temperatura			X		16	Indica "Pantalla digital. Para mostrar la temperatura de funcionamiento, programación automática".			X		N/A	Dicha característica no se indica en el FORMATO N°2 presentada por el postor. Asimismo, se evidencia que no se sustenta dicha característica en el contenido de la documentación presentada en la oferta técnica del postor.		





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludDirección General
de Operaciones
en SaludANEXO 01 "ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTATIL"
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2025-MINSA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE FICHA TÉCNICA				Marca:		MEDGYN			Marca:		LIGER						
FAMILIA	EQUIPO COMPLEMENTARIO					Modelo:		MTA 100			Modelo:		HTU-110				
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTÁTIL					Proveedor:		CLUB MED SAC			Proveedor:		ONCO PREV INTERNACIONAL SAC				
DESCRIPCION FUNCIONAL	EQUIPO PARA USO EN TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS EN CERVIX					Procedencia:		USA			Procedencia:		NO INDICA				
						Año Fabricacion:		2025			Año Fabricacion:		2024				
						Periodo de Garantia		36 MESES			Periodo de Garantia		36 MESES				
						Plazo de entrega		CIEN (100) DÍAS CALENDARIO			Plazo de entrega		CIEN (100) DÍAS CALENDARIO				
						Cantidad:		42 UNIDADES			Cantidad:		42 UNIDADES				
		Cumple		Folio	Observacion y/o Nota			Cumple		Folio	Observacion y/o Nota						
		Si	No					Si	No								
	A05	Activación de Luz y Sonido para el Inicio y Final del Proceso				X		11	Indica "Activación de luz y sonido para el inicio y al final del procedimiento"			X		17	Indica "Las luces azules del temporizador parpadearán rápidamente de izquierda a derecha para indicar que la punta de la sonda se está calentando. Tratamiento. Cuando las cuatro luces azules del temporizador se encienden a la vez y se oye un solo pitido, el ciclo de tratamiendto ha comenzado." "Cuando se apaguen las cuatro (4) luces azules del temporizador, se oirá un pitido largo, indicando que el aparato ya no está aplicando calor y ha iniciado su ciclo de enfriamiento."		
B. COMPONENTES	B01	Cuatro (04) sondas o puntas térmicas de 19mm cónicas				X		15	Indica "Cuatro puntas térmicas de 19 mm cónicas"			X		16	Indica "Sondas: plana de 19 mm, cónica de 19 mm o plana de 16 mm (preferencia especificada en el momento del pedido)"		
	B02	Dos (02) sondas o puntas térmicas de 19mm planas				X		15	Indica "Dos puntas térmicas de 19 mm planas"			X		16	Indica "Sondas: plana de 19 mm, cónica de 19 mm o plana de 16 mm (preferencia especificada en el momento del pedido)"		





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludDirección General
de Operaciones
en SaludANEXO 01 "ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTATIL"
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2025-MINSA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE FICHA TÉCNICA				Marca:		MEDGYN			Marca:		LIGER								
FAMILIA	EQUIPO COMPLEMENTARIO			Modelo:		MTA 100			Modelo:		HTU-110								
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTÁTIL			Proveedor:		CLUB MED SAC			Proveedor:		ONCO PREV INTERNACIONAL SAC								
DESCRIPCION FUNCIONAL	EQUIPO PARA USO EN TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS EN CERVIX			Procedencia:		USA			Procedencia:		NO INDICA								
				Año Fabricacion:		2025			Año Fabricacion:		2024								
				Periodo de Garantia		36 MESES			Periodo de Garantia		36 MESES								
				Plazo de entrega		CIEN (100) DÍAS CALENDARIO			Plazo de entrega		CIEN (100) DÍAS CALENDARIO								
				Cantidad:		42 UNIDADES			Cantidad:		42 UNIDADES								
				Cumple			Folio	Observacion y/o Nota			Cumple			Folio	Observacion y/o Nota				
				Si	No			Si	No			Si	No			Si	No		
	B03	Dos (02) Unidades de Baterías Extraíbles Recargables		X		15	Indica "Dos baterías de iones de litio extraíbles recargables"			X		16	Indica "Dos baterías de iones de litio extraíbles con protectores de batería"						
	B04	Una (01) Base de Carga o Cargador		X		15	Indica "Una base de carga"			X		16	Indica "Cargador de batería"						
C. ACCESORIOS	C01	Un (01) Estuche Rígido para Transporte		X		15	Indica "Maletín rígido para el transporte del Sistema de Ablación Térmica"			X		16	Indica "Funda de transporte rígida"						
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	D01	220v/60hz (Según El Código Nacional de Electricidad)		X		15	Indica "100-240V 50/60 Hz" el cual es tolerancia permitida dentro del Código Nacional de Electricidad"			X		22	Indica "100-240 VAC, 0,4A, 50-60Hz Entrada"						
				RESULTADO		CUMPLE			RESULTADO		NO CUMPLE								

