

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/04/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE AYUDA AL TRATAMIENTO		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Adquisición de insumos de Laboratorio con equipos en Cesión en Uso Bioquímica e Inmología para el Centro Nacional de Salud Renal por un periodo de 12 meses"		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-		
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1826		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO APLICA	
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA	

**INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA N° D000251-DAT-GSR-CNSR-ESSALUD-2022		Fecha de recepción	23/12/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	29/12/2023	De oficio	Memorando N° D000773-DAT-GSR-CNSR-ESSALUD-2022	Con motivo de observaciones	SI
		Fecha de la tercera versión	21/02/2023	De oficio	Memorando N° D000108-DAT-GSR-CNSR-ESSALUD-2023	Con motivo de observaciones	SI
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			ESTA DIVIDIDO EN 02 PAQUETES: BIOQUIMICA E INMUNOLOGIA		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

9



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	2	Correo electrónico de la empresa PRODUCTOS ROCHE QFSA	10.01.2023

\* Considerar cambiar el ITEM 1-BIOQUIMICA a un analizador Bioquímico Grande, con la finalidad de permitir la participación al presente estudio de precios referenciales.

\* Error involuntario al puntaje otorgado a las mejoras tecnológicas y también señalar a que ítem hace referencia las mejoras solicitadas.

-	-	-	-	-	-	16	Correo electrónico de la empresa ROCHEM BIOCARE DEL PERU SAC	30.01.2023
---	---	---	---	---	---	----	--	------------

\* consulta si aceptarán prueba UREA NITROGENADA

\* Aceptar analizador Bioquímico grande, permite mayor pluralidad de postores

\* Aclarar si el cronograma y plazos de entrega se modificará en el contrato de acuerdo a la presentación del fabricante

\* Modificar el plazo de entrega... "se evaluará el plazo de entrega... menor a 6 días calendarios"

\* Solicitud de modificar el literal B) plazo de entrega "puntaje máximo de 10 puntos"

\* Indicar si en los factores de evaluación en el literal B) plazo de entrega no indican para que ITEM paquete

\* Factores de evaluación el literal C), modificar el puntaje para la mejora 1, así evitar algún vicio a la publicación del proceso de selección

\* Considerar "Linealidad extendida para ensayos enzimáticos", sustentado con documentos emitido por el fabricante, dando un puntaje de 05 puntos.

\* Factores de evaluación, el literal C), considerar MEJORA 2: sistema de lavado que garantice un arrastre menor a 0.1 ppm, en suero, sustentado con documentos emitido por el fabricante, dando un puntaje de 05 puntos.

\* Numeral 5.3.2.1, considerar que las entregas se realicen de notificada la orden de compra

\* Considerar aceptar el Registro Sanitario o Certificado de Registro sanitario a "nombre del fabricante o de terceros"

\* Aceptar para el protocolo de análisis "formato propio del fabricante"

\* Eliminar el literal f) Metodología de Análisis (copia simple)

\* Manual de instrucciones o inserto (original o copia simple), aceptar cartas emitidas por el fabricante, permite mayor pluralidad

\* Especificar la experiencia por ITEM PAQUETE.

\* Experiencia del Postor: solicita al área usuaria ampliar la experiencia a "Se consideran bienes similares a los siguientes: reactivos de inmunología y Bioquímica con equipos en Cesión en Uso"

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	2	Correo electrónico	12.01.2023

\* Se acepta la consideración en cambiar el equipo de ANALIZAR BIOQUIMOCO EXTRAGRANDE a ANALIZADOR BIOQUIMICO GRANDE (800 o mas pruebas fotométricas)

\* Se modificó los factores de evaluación

-	-	-	-	-	-	16	MEMORANDO Nº D000108-DAT-GSR-CNSR-ESSALUD-223	21.02.2023
---	---	---	---	---	---	----	---	------------

Se emite las especificaciones técnicas levantando las observaciones, se precisan temas de carácter técnico y normativo.

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Modificación de las cantidades de acuerdo a la aprobación de estimación de necesidades 2023
	Modificación a las especificaciones técnicas de acuerdo a las consultas y observaciones realizadas por la empresa PRODUCTOS ROCHE
	-

**3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

<b>3.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>	3/01/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>	22/03/2023
<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
Indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			
<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
Indicar si existe pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de marcas.			
<b>3.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI		NO
Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. De ser afirmativa la respuesta, sustentar.			
<b>3.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO
Indicar si se obtuvo información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación. De ser afirmativa la respuesta, detallar dicha información.			
<b>3.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO
Indicar si se obtuvo información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>4.</b>	<p style="text-align: center;">   <b>DR. GISELA PALCALAZO</b>  Jefe de División de Logística  CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL </p>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	