

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION CONCENTRADA DE HEMODIALISIS DELEGADO A COMPRA LOCAL A LA RED ASISTENCIAL ICA

Ruc/código : 20100018625

Nombre o Razón social : MEDIFARMA S A

Fecha de envío : 28/11/2023

Hora de envío : 10:45:10

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

Solicitamos al comite indicar si la cantidad de 32,000 que solicitan para el sub item 1 - Solución concentrada para hemodialisis c/bicarbonato son 32,000 litros o 32,000 galoneras de 4 litros cada una

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** 1.2      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa al participante que en las bases del referido proceso de seleccion, la Forma de Presentación del referido producto, indica x 1 GAL, lo cual significa x 1 GALONERA; sin embargo, la Unidad de Medida señala FR, cuyo volumen equivale a 1 litro. razón de

ello, es que la cantidad total requerida está referida a litros;

De otro lado, dado que este productos que suele ofertar el mercado, se encuentran en la forma de GALONERA, la cual puede ser de 4 o 5 litros o lo autorizado en su Registro Sanitario, dependiendo de lo que oferte la empresa postora. es preciso aclarar que la cantidad requerida crrespobne a 32,000 litros independinetemine del tipo de presentacion de las empesas postoras"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION CONCENTRADA DE HEMODIALISIS DELEGADO A COMPRA LOCAL A LA RED ASISTENCIAL ICA

Ruc/código : 20100018625

Nombre o Razón social : MEDIFARMA S A

Fecha de envío : 28/11/2023

Hora de envío : 10:45:10

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comite indicar si la cantidad de 16,000 que solicitan para el sub item 2 - Solución concentrada para hemodialisis (acida) son 16,000 litros o 16,000 galoneras de 4 litros cada una

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** 1.2      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, se precisa al participante que en las bases del referido proceso de seleccion, la Forma de Presentación del referido producto, indica x 1 GAL, lo cual significa x 1 GALONERA; sin embargo, la Unidad de Medida señala FR, cuyo volumen equivale a 1 litro. razón de

ello, es que la cantidad total requerida está referida a litros;

De otro lado, dado que este productos que suele ofertar el mercado, se encuentran en la forma de GALONERA, la cual puede ser de 4 o 5 litros o lo autorizado en su Registro Sanitario, dependiendo de lo que oferte la empresa postora. es preciso aclarar que la cantidad requerida crrespobne a 16,000 litros independinetemine del tipo de presentacion de las empesas postoras"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null