

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nomenclatura : AS-SM-79-2024-SEDAPAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO MANTENIMIENTO CALIBRACIÓN EQUIPOS DE LA RED PRIMARIA

Ruc/código :	20516943689	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	INDUSGIAKO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSGIAKO SAC	Hora de envío :	14:16:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al literal C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, solicitamos amablemente al comité considere también como servicios similares lo siguiente:

- Servicio de Mantenimiento Correctivo del Control Automático
- Verificación de medidores de nivel

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito al Memorando N° 1679-2024-EDP Se acoge en parte la consulta, para tener mayor pluralidad de postores se acepta como servicio similar a: "Verificación de medidores de nivel", por ser un servicio afin a la actividad solicitada; no se acepta como similar al "Servicio de Mantenimiento Correctivo del Control Automático" dado que no indican de que instrumentos o equipos realizaron la calibración o verificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en el literal C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Servicio de mantenimiento o calibración de multímetros digitales; y/o
- Servicio de mantenimiento o calibración de telurómetros; y/o
- Servicio de mantenimiento o calibración de analizadores de red; y/o
- Servicio de mantenimiento o calibración de equipos de temperatura; y/o
- Servicio de mantenimiento o calibración de equipos de medición de presión; y/o
- Servicio de mantenimiento o calibración de equipos de medición de cloro; y/o
- Servicio de mantenimiento o calibración de equipos de medición de Ph; y/o
- Servicio de mantenimiento o calibración de turbidímetros; y/o
- Verificación de medidores de nivel.