

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 12/06/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 19:13:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Entendemos que el hospital cuenta con dos laboratorio uno central y otro de emergencia, consultamos si se debe ofertar dos analizados. Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que contamos con dos laboratorios, por lo que se requiere de dos equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:13:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Soporte técnico (ingenieros electrónicos y tecnologo medico)
con experiencia no menor a un año en el equipo.

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten lo siguiente
Soporte técnico (ingenieros electrónicos y tecnologo medico)
con experiencia no menor a seis meses en el equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que el soporte tecnico (ingenieros electronicos y tecnologo medico) con experiencia de seis meses a un año en el equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:13:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Antigüedad del equipo no mayor a 03 años

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten lo siguiente:

Antigüedad del equipo no mayor a 05 años

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que la antigüedad del equipo debe ser no mayor a 05 años pero debe tener mantenimientos correctivos y preventivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:13:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Fecha de expiración de reactivos no menor a 12 meses

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten lo siguiente:

Fecha de expiración de reactivos no menor a 09 meses

Teniendo en consideración el tiempo de demora en la importación, desaduanaje y traslado de los productos, además que las entregas se realizarán de manera mensual.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aceptara la solicitud de Fecha de expiracion de reactivos no menor a 09 meses, y se debera adjuntar carta de compromiso de canje por vencimiento con las mismas condiciones que oferta el producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:13:48

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

d. Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Consultamos al comité de selección si los postores debemos acreditar las especificaciones técnicas o requisitos funcionales solicitados, mediante la presentación de documentación emitida por el fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la consulta, se aclara, que al ANEXO 3, se debiera adjuntar: *Sustento para el producto ofertado: ficha tecnica y/o presentacion y/o metodologia u otro documento. * Sustento de los equipos en cesion de uso: catalogo, brocure, accesorios, muestra biologica, ademas se aceptara como sustento de las caracteristicas tecnicas de los productos y equipo a ofertar declaracion jurada del fabricante real y/o fabricante Legal y/o dueño de la marca y/o filial autorizada. *Adjuntar declaración jurada de la garantía comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:13:48

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

d. Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

En caso de ser afirmativa la consulta anterior, consultamos si los postores debemos acreditar lo siguiente:

Tipo, performance, características, muestras, procesamiento de datos y accesorios.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara, que se debiera presentar como sustento del producto y/o equipo: Tipo, performance, características, muestras, procesamiento de datos y accesorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:20:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO

DICE en cuanto al performance solicitado para el analizador hematológico: 120 Pruebas por Hora, con autocargador incorporado con capacidad de 100 tubos de muestras por inversión.

Considerando que la cantidad de hemogramas solicitada es de 9000 para el periodo de un año, lo que equivale a unas 25 pruebas al día, el requerimiento se encuentra SOBREDIMENSIONADO, debido a que un autocargador de 100 muestras podría almacenar las muestras de unos 4 días, y solicitar esa velocidad de procesamiento es totalmente innecesario, colocar esta característica como única excluye a nuestra empresa y también a otros postores, además que conservar esta característica desproporcionada infringe el principio de equidad que rige las contrataciones con el estado en su artículo 2, el cual rige lo siguiente: Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general, es decir no se debe pedir algo que no se necesita.

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria tenga a bien AMPLIAR el requerimiento a de 100 pruebas a más, y con autocargador incorporado con capacidad de 50 tubos de muestra por inversión, para no impedir la participación de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que el requerimiento de acuerdo a la demanda actual, se solicita características del analizador de acuerdo al procesamiento diario de hemogramas, con la finalidad de reportar resultados oportunos para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Por lo que se mantiene la características de 120 pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:47:27

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan "Performance: De 120 pruebas por hora. El procesamiento total de rutina tanto en un analizador de 120 pbas/hr, como en un analizador de 100 pbas /hr es menor a 2 horas diarias, ambas performances cumplirían las necesidad mínimas del laboratorio . Consultamos al comité en coordinación con el área usuaria, aceptar una velocidad de mínimo 100 pruebas por hora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que se mantiene con la performance de 120 pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:47:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan Hemogramas con determinaciones de Eritroblastos (NRBC), con autocorrección de recuento leucocitario sin necesidad de repetir. Es necesario considerar que a pesar que un analizador hematológico proporcione como parámetro reportable los ERITROBLASTOS, estos no ofrecen mayor información acerca de su diferenciación y por ende su impacto en la clínica del paciente; es entonces que la literatura nos recomienda que ante la presencia de estas células el analista debe confirmar e investigar la diferenciación de ERITROBLASTOS mediante la lectura de lamina hematológica. En conclusión sea un parámetro reportable o de investigación el analista debería realizar la lectura y confirmación mediante lámina hematológica. Por lo cual, consultamos al comité en coordinación con el área usuaria aceptar "Hemogramas con determinaciones de Eritroblastos (NRBC) como parámetro RUO o REPORTABLE, con OPCIONAL autocorrección de recuento leucocitario sin necesidad de repetir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a ala consulta, se aclara que se esta solictando características del analizador de acuerdo al procesamiento diario. Por lo que se mantiene la característica de Hemogramas con determinaciones de Eritroblastos (NRBC), con autocorreccion de recuento leucocitario, sin necesidad de repetir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:47:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan capacidad de "procesamiento reflex o repetición automática". Cada fabricante define las mejoras y características adicionales al Hemograma automatizado 5 diferenciales, de acuerdo a la evaluación de necesidades de laboratorios, es así que no todos cuentan con REFLEX , sin embargo tienen características similares como alerta mediante un ícono "retesteo/repetición" , para que el analista especializado/ laboratorista evalúe la repetición de un resultado de ser necesario. Por lo cual, consultamos al comité en coordinación con el área usuaria, acepte "procesamiento reflex o repetición automática o ALERTA/ SUGERENCIA de retesteo o repetición de muestra".

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que aceptara: "Procesamiento reflex o repeticion automatica o ALERTA/SUGERENCIA de retesteo o repeticion de muestra".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:47:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan autocargador incorporado con capacidad de carga de 100 tubos de muestras por inversión. Entendiéndose que en la rutina diaria existe un tiempo de toma de muestra continua, donde la llegada de muestras al laboratorio es paulatina y no en un mismo instante el total. Solicitamos se acepte un autocargador de 60 a más tubos en simultaneo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que se mantiene con la capacidad de carga de 100 tubos de muestras por inversión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:47:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan Capacidad de procesamiento de fluidos corporales (LCR y serosos). Sabemos que la automatización de lectura de líquidos aporta información adicional, sin embargo sabemos que es aún más importante conocer que la guía hematológica considera indispensable repetir todos los valores negativos, mediante la lectura de lámina. Consultamos al comité en coordinación con área usuaria acepte Capacidad de procesamiento de fluidos corporales (LCR y serosos) OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que se esta solicitando características del analizador de acuerdo al procesamiento diario de hemogramas, con la finalidad de reportar resultados oportunos . Por lo que se mantiene la característica de capacidad de procesamiento de fluidos corporales (LCR y serosos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:47:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan reporte de glóbulos rojos infectados por Plasmodium (# y %). Sin embargo, ese requerimiento es exigido directamente por especialistas en zona endémica, se entiende que, ante la sospecha clínica de esta infección, el análisis gold standard es la GOTA GRUESA. Por lo cual, en concordancia en los Objetivos de la presente contratación, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria acepte reporte de glóbulos rojos infectados por Plasmodium (# y %) OPCIONAL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que se aceptara el reporte de globulos rojos infectados por Plasmodium (# y %) OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null