

"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas Batallas de Junin y Ayacucho"



RED ASISTENCIAL CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 07-2024
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 07-2024-ESSALUD/RACAJ – Segunda Convocatoria
CUADRO COMPARATIVO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	RESULTADO DE LA ADMISION DE LA OFERTA	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE PARCIAL	BONIFICACION COLINDANTE Y/O MYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
USION DE KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA."							
N° 1 : KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES							
COMED. S.A.	ADMITIDO	S/. 151,200.00	80.00	96.00	-----	96.00	1
<p><i>[Signature]</i> Q.F. JANE YENSE TORRES AVALOS. NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</p> <p><i>[Signature]</i> Dra. DALIJA NOEMI RABANAL BECERRA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO</p> <p><i>[Signature]</i> CPC. SEGUNDO S. VIGO LONGA NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO</p>							
<p>Fecha: 20 de Noviembre del 2024</p>							

"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



RED ASISTENCIAL CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°.07-2024-ESSALUD/RACAJ-2.
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

1 NÚMERO DE ACTA 005-A.S-SM N°.07-2024-ESSALUD/RACAJ – Segunda Convocatoria

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

2 En la ciudad de Cajamarca, a los 19 días del mes de Noviembre del 2024, en el local de la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios, a las 09:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante **Resolución N°.054-OA-DM-RACAJ-ESSALUD-2024**, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **Adjudicación Simplificada N°.07-2024-ESSALUD/RACAJ – Segunda Convocatoria**, cuyo objeto de es: **"ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA"** a fin de efectuar la **APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS** presentadas y **CALIFICACIÓN** de la oferta correspondiente según orden de prelación.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se confirmó con la presencia de los miembros integrantes titulares, por lo que el Comité de selección logró conformarse con la presencia de los siguientes miembros:

3	Presidente	Q.F.JANE YENSE TORRES AVALOS	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: Hospital II Cajamarca
			Suplente			
	Primer Miembro	Dra. DALILA NOEMI RABANAL BECERRA.	Titular	X		
			Suplente			
	Segundo Miembro	CPC. SEGUNDO S. VIGO LONGA	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: Unidad AIHyS.
			Suplente			

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	LAB& HEALTH SUPPLY SAC	
2	CYR COMPANY MEDICAL EIRL.	20524800510
3	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	20607850799
4	INTELLI-CHECK SAC	20505110651
5	DIEGO MEDICAL SAC	20547629338
6	LABDEALERS MEDICA SAC	20547899475
7	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20549590951
8	GALENICA PERU SAC	20552895496
		20607850209

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en la convocatoria, los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica en la Ficha del procedimiento.

N° de Ítem	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	LAB & HEALTH SUPPLY SAC		
2	LABDEALERS MEDICA SAC	18/11/2024	21:05:03
3	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	18/11/2024	19:06:20
4	INTELLI-CHECK SAC	18/11/2024	19:21:48
		18/11/2024	23:40:50

Acto seguido, en coordinación con el operador SEACE, se procede con la descarga de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases, tal como se detalla a continuación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta:

POSTOR	2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta:							ESTADO		
	Literal: a)	Literal: b)	Literal: c)	Literal: d)	Literal: e): (e.1,e.2,e.3,e.4,e.5,e.6, e.7,e.8)	Literal: f)	Literal: g)			
6	1	LAB & HEALTH SUPPLY SAC	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, No acredita literal e.6.	No le Corresponde	Si Cumple	NO ADMITIDA



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES

2	LABDEALERS MEDICA SAC	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No cumple. No acredita literal e.6.	No le Corresponde	Si Cumple			NO ADMITIDA
3	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Si Cumple	No le Corresponde	Si Cumple			ADMITIDA				
4	INTELLI-CHECK SAC	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No cumple. No acredita literal e.6.	No le Corresponde	Si Cumple			NO ADMITIDA

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	LABDEALERS MEDICA SAC	El participante no acredita en el Tipo de equipo que sea de Flujo continuo, según lo establecido en la página 50 de su oferta. Asimismo en la muestra solo señala sangre completa arterial, no menciona el suero en viales. En el equipo no señala el modo de operación requerido, según Bases del procedimiento, además en su oferta solo adjunta las especificaciones técnicas solicitadas de la interfase mas no la acreditación de la experiencia, tal como se estableció en la absolución de consulta N°.33. POR LO TANTO NO SE ADMITE SU OFERTA.
2	LAB & HEALTH SUPPLY SAC.	El participante no acredita la antigüedad del equipo requerido, adjunta una carta aclaratoria donde menciona que su equipo tiene antigüedad según Directiva vigente, sin precisar el número de la misma, lo que origina ambigüedad en el cumplimiento, además no acredita los 30 días de duración a bordo del reactivo, tanto en folletería como en otro documento, teniendo en cuenta que la vida útil del reactivo no es igual que duración del reactivo a bordo del equipo, tal como se estableció en la absolución de consulta N°.33 del procedimiento. POR LO TANTO NO SE ADMITE SU OFERTA.
3	INTELLI-CHECK SAC	El participante no acredita de acuerdo a lo requerido sobre la vigencia del producto, en las bases del procedimiento se estableció que la vigencia del producto una vez instalado en el equipo es de 30 días, sin embargo el participante solo presenta una carta en la que indica que la vigencia del producto una vez a bordo es de 4 semanas. por lo que no cumple con lo establecido en la abosolución de la consulta N°.33, donde se estableció que la vigencia a bordo del reactivo en el equipo es de 30 días. POR LO TANTO NO SE ADMITE SU OFERTA.

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	1

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - Ítem . 1 : KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES

9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	S/. 151,200.00	78.26%

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - Ítem . 1 : KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES.

9.1	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: Mejora 1: El Equipo debe ofrecer determinación Directa de Metabolito: LACTATO SERICO: 06 puntos.
-----	---



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
 BIENES

N°	Nombre o razón social del postor	Mejora 1	Puntaje
1	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Si cumple (Pag.107 de su oferta)	06 Puntos

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - Ítem . 1 : KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES.

9.1 MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: Mejora 2: El equipo debe tener inscripción en un programa de comparación interlaboratorial con Control de Calidad Interno y Externo y con la información al Hospital y/o a la Jefatura del Servicio de Patología Clínica.

N°	Nombre o razón social del postor	Mejora 2	Puntaje
1	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	No cumple	00 Puntos

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - Ítem . 1 : KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES.

9.1 MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO: Mejora 1: Participante que oferte un equipo automatizado (Analizador de Gases y Electrolitos equipo como Backup):

N°	Nombre o razón social del postor	Mejora 1	Puntaje
1	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Si cumple (Pag.109 de su oferta)	10 Puntos

NOTAS DE PRESICIÓN DEL ACTO:

NINGUNA

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

A continuación se detalla el puntaje de evaluación de cada uno de los postores y según el ítem al cual se presenta.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR: ITEM N° 1 KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES.	PUNTAJE TOTAL
1	W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	96

CALIFICACIÓN

12 Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si los postores que obtuvieron los puntajes aprobados según el orden de prelación cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases, procediéndose a la verificación correspondiente:

POSTOR N° 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		W.P.BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
A	HABILITACIÓN DEL POSTOR	CUMPLE	NO CUMPLE
	Resolución de autorización sanitaria de funcionamiento de establecimiento farmacéutico	SI	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	FACTURACIÓN		
	Nota: Cuenta con una Experiencia del Postor de S/1,021,359.00, la misma que supera lo solicitado en el Bases Integradas.	SI	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			APTA

De acuerdo a la evaluación y calificación realizada en el procedimiento el postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación del Ítem N° 1: KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES corresponde al participante W.P.BIOMED SA, al ser declarada APTA su oferta cumplir con los requisitos de calificación, así como haber aprobado los factores de Evaluación establecidos en las bases.

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR: ITEM N° 1
13	1 W.P.BIOMED S.A. ITEM N° 1: = S/151,200.00 (Ciento cincuenta y un mil doscientos con 00/100 soles)

NOTAS DE PRESICIÓN DEL ACTO

14 Cabe precisar que la admisión, evaluación y calificación de ofertas se ha realizado teniendo en cuenta el calendario de convocatoria del procedimiento por los integrantes del Comité de Selección acordada por UNANIMIDAD. Por lo que resulta procedente realizar la adjudicación de los

"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



RED ASISTENCIAL CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°.07-2024-ESSALUD/RACAJ-2.
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

ACUERDO ADOPTADO

Siendo las 12:35 horas del 20 de Noviembre del 2024, los integrantes del comité de selección, por **UNANIMIDAD**, dan por aprobados los resultados de admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas, de acuerdo con el análisis efectuado según la presente Acta; dándose lectura a la misma, y en señal de conformidad firman los siguientes:

15

Q.F.JANE YENSE TORRES AVALOS
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Dra. DALILA NOEMI RABANAL BECERRA.
NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO TITULAR

CPC. SEGUNDO S. VIGO LONGA
NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO TITULAR.