

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-HRDCQ-DAC-HYO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL  
DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 22:17:56

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

En el Capitulo III, 3.1 sobre Especificaciones Técnicas, el numeral 5.1 descripción y cantidad de los bienes tiene un cuadro que especifica: "CLAVO INTRAMEDULAR RETROGRADO PARA FEMUR IZQUIERDO", Características indican diámetros de 9mm a 12mm, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permita ofertar diámetros de 9.5mm - 10.00mm - 11.0mm - 12.0mm . Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE ACLARA LO SIGUIENTE EN REFERENCIA AL CLAVO INTRAMEDULAR RETROGRADO PARA FEMUR IZQUIERDO

DIAMETRO: 9.00 mm ¿ 9.50 mm ¿ 10.00 mm ¿ 11.00 mm ¿ 12.00 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-HRDCQ-DAC-HYO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL  
DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 22:17:56

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el Capitulo III, 3.1 sobre Especificaciones Técnicas, el numeral 5.1 descripción y cantidad de los bienes tiene un cuadro que especifica: "CLAVO INTRAMEDULAR RETROGRADO PARA FEMUR IZQUIERDO", Características indican longitud Desde 300mm a 400mm, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permita ofertar longitudes 300mm - 320mm - 340mm- 360mm . Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 5.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION ACLARA LO SIGUIENTE EN REFERENCIA AL CLAVO INTRAMEDULAR RETROGRADO PARA FEMUR IZQUIERDO  
LONGITUD: 300 mm ¿ 320 mm - 340 mm ¿ 360 mm ¿ 380 mm ¿ 400 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null