

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20553715394

Fecha de envío : 08/11/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA LATINA MEDICA S.R.L.

Hora de envío : 11:17:53

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OTROS FACTORES DE EVALUACION
B PLAZO DE ENTREGA

De 1 dia hasta 20 días calendario:

20 puntos

De 21 días hasta 30 días calendario:

5 puntos

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DE CONTRATACION SE NECESITA LA IMPORTACION DE ALGUNOS EQUIPOS SEGUN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LAS BASES Y PARA DAR OPORTUNIDAD A MAS POSTORES SE MODIFIQUE A:

De 1 dia hasta 35 días calendario:

20 puntos

De 36 dias hasta 45 días calendario:

5 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV

Literal: B

Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, el plazo de entrega establecido en las bases es de 30 días calendarios, la misma que fue resultado de la indagación de mercado realizada, ya que cuenta con pluralidad de postores de tal manera que estas se efectuen en forma oportuna, igual forma se tiene la premura de adquirir los bienes de la presente convocatoria, y que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	11:54:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Página 26, Literal C02, refiere:

'C02 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTÍNUA: 50 L/MIN O MAYOR.'

- OBSERVACIÓN:

Considerando el principio de vigencia tecnológica, no se debería solicitar una succión menor a 80 L/min en un equipo aspirador de secreciones rodable, ya que este valor de 50 L/min es más cercano al caudal máximo que presentan los aspiradores de secreciones portátiles montados en un carro. En ese sentido, solicitamos modificar el párrafo, debiendo decir:

'C02 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 80 L/MIN O MAYOR.'

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** N/A **Literal:** C02 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	11:54:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Página 26, Literal C03, refiere:

'C03 CON BAJO NIVEL DE RUIDO: IGUAL O MENOR A 80 DBA (A 1 MT).'

- OBSERVACIÓN:

Considerando el principio de vigencia tecnológica, no se debería aceptar un nivel de ruido tan alto, ya que varias marcas en el mercado pueden cumplir con un nivel de ruido de 45 dB o menor. Un nivel de ruido elevado de 80 dB, puede causar en el personal usuario y pacientes molestias, dificultades para concentrarse, estrés y cansancio. Además, la exposición prolongada a un ruido de 80 dB puede causar daños auditivos, como pérdida de audición, tinnitus (zumbidos en los oídos) e hiperacusia (sensibilidad a los sonidos). Para no exponer a los usuarios y pacientes a este nivel de ruido solicitamos modificar el párrafo, debiendo decir:

'C03 CON BAJO NIVEL DE RUIDO: IGUAL O MENOR A 45 dB (A 1 m).'

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** N/A **Literal:** C03 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	11:54:12

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Página 26, Literal C04, refiere:

'C04 SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO DE 2 LITROS O MÁS.'

- OBSERVACIÓN:

Considerando el principio de vigencia tecnológica, se debería solicitar cada frasco de al menos 4 litros, esto para asegurar que sólo se utilice un frasco por paciente, y al hacer uso del sistema de selección de frasco, se pueda usar el segundo con otro paciente mientras el otro frasco es retirado para ser llevado a esterilizar. En ese sentido, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'C04 SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO DE 4 LITROS O MÁS.'

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** N/A **Literal:** C04 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:28:56

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan
B01 ESTRUCTURA INTEGRADA, MÓVIL, CON RUEDAS Y FRENOS
Se sabe que los equipos portátiles no llevan estructura integrada, pero puede acoplar a una estructura móvil, por lo antes expuesto solicitamos al comité de selección en aras contar con la mayor pluralidad de postores aceptar la siguiente especificación técnica:

B01 CON POSIBILIDAD DE INTEGRASE A UNA ESTRUCTURA MÓVIL, CON RUEDAS Y FRENOS

Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** D-103 **Literal:** B01 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:28:56

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan

C01 MONITOR A COLOR CON PANTALLA LCD (IPS O TFT O LED) O LED DE ALTA RESOLUCIÓN DE 19 PULGADAS O MÁS.

Se solicita al comité de selección que en aras contar con la mayor pluralidad de postores aceptar pantalla de 15 pulgadas:

C01 MONITOR A COLOR CON PANTALLA LCD (IPS O TFT O LED) O LED DE ALTA RESOLUCIÓN DE 15 PULGADAS O MÁS.

Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-103 Literal: C-01 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:28:56

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan

C03 TAMAÑO DE LA PANTALLA TÁCTIL (TOUCH SCREEN): POR LO MENOS DESDE OCHO (08) PULGADAS.

Se solicita al comité de selección que en aras contar con la mayor pluralidad de postores se solicita que la especificación técnica sea opcional

Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** D-103 **Literal:** C03 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:11:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM II BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANALES

B11 EXACTITUD +/- 3% O MENOR

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar que la exactitud o precisión sea de +/- 5% por cada 1ml/h infundido, ya que es el mínimo de error permisible que se puede tener, sin poner el riesgo de sobredosis al paciente o usuario.

Quedando de la siguiente manera: B11 EXACTITUD +/- 5% O MENOR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto B11 del equipo BOMBA DE INFUSIÓN indicará lo siguiente:

"B11 EXACTITUD DE FLUJO +/- 5% O MENOR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:11:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM III ECOGRAFO PORTATIL

C07 Un (01) transductor de arreglo lineal de 4.0 mhz a 11.0 mhz o mayor, con longitud del arreglo entre 30 mm y 40 mm. Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar una tolerancia en la frecuencia del transductor de (-/+1 Mhz) solo en una de las frecuencias ya sea el alta o la baja, esto a fin de promover la libre competencia entre marcas y postores. Quedando de la siguiente manera: C07 Un (01) transductor de arreglo lineal de 4.0 mhz a 11.0 mhz (-/+1 Mhz) o mayor, con longitud del arreglo entre 30 mm y 40 mm.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto C07 del equipo ECÓGRAFO PORTÁTIL indicará lo siguiente:
"C07 UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4.0 MHZ A 11.0 MHZ (-/+ 1 MHZ) O MAYOR, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 30 MM Y 40 MM"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:11:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM III ECOGRAFO PORTATIL
C08 UN (01) TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE ARREGLO CONVEXO DE 4.0 MHZ A 9.0 MHZ CON CAMPO DE VISIÓN (FOV) MAYOR O IGUAL A 160 GRADOS, PARA EXÁMENES GINECO OBSTETRICOS Y UROLOGICOS.
Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar una tolerancia en la frecuencia del transductor de (-/+1 Mhz) solo en una de las frecuencias ya sea el alta o la baja, esto a fin de promover la libre competencia entre marcas y postores. Quedando de la siguiente manera: C08 UN (01) TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE ARREGLO CONVEXO DE 4.0 MHZ A 9.0 MHZ (-/+1 Mhz) CON CAMPO DE VISIÓN (FOV) MAYOR O IGUAL A 160 GRADOS, PARA EXÁMENES GINECO OBSTETRICOS Y UROLOGICOS.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto C08 del equipo ECÓGRAFO PORTÁTIL indicará lo siguiente:
"C08 UN (01) TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE ARREGLO CONVEXO DE 4.0 MHZ A 9.0 MHZ (-/+1 Mhz) CON CAMPO DE VISIÓN (FOV) MAYOR O IGUAL A 160 GRADOS, PARA EXÁMENES GINECO OBSTETRICOS Y UROLOGICOS."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:11:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM V MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS

D07 TEMPERATURA: 04 SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO Ó SIMILAR PARA PIEL (02 ADULTO Y 02 PEDIATRICO) CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO.

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar cables sensores integrados, esto a fin de promover la competencia y la pluralidad de potenciales postores y no vulnerar los principios que rigen la ley de contrataciones, Con ello, evitar direccionar la adquisición a una sola marca y postor.

Quedando de la siguiente manera: D07 TEMPERATURA: 04 SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO Ó SIMILAR PARA PIEL (02 ADULTO Y 02 PEDIATRICO) CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO O INTEGRADO.

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto D07 del equipo MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS indicará lo siguiente:

"D07 TEMPERATURA: 04 SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO Ó SIMILAR PARA PIEL (02 ADULTO Y 02 PEDIATRICO) CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO O INTEGRADO."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20545804795	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Hora de envío :	18:52:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Observamos las presentes bases, que no se está considerando como Requisito obligatorio, un documento importante para todo rubro de negocio, más aún para empresas del rubro médico, como es la Licencia de Funcionamiento, la cual permite realizar actividades económicas, legalmente, y acredita la formalidad de un negocio. Así mismo debido a que el objeto de la convocatoria es Dispositivos Médicos, sería necesario y muy importante.

Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité Especial considerar y agregar en las bases en los Requisitos obligatorios lo siguiente:

Licencia de Funcionamiento emitida por autoridad competente en la actividad económica Venta de Dispositivos Médicos.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, acápite f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, se incorpora en el punto 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, lo siguiente:

i) Copia de la Autorización Municipal de Funcionamiento emitido por la municipalidad otorgado al postor como almacén y/o distribuidora y/o productor y/o distribuidor mayorista y/o fabricante y/o elaboración y/o procesamiento. Este requisito es necesario para productos nacionales e importados, en la venta de dispositivos médicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

CARTA DE REPUESTOS DEL FABRICANTE

En referencia al Capítulo 2; ítem 2.2 Contenido de las ofertas. pag. 18.

Debido a que el postor deberá de garantizar un stock de repuestos originales para los equipos del presente proceso, que cubran los requerimientos de los servicios de mantenimiento.

Se solicita al comité de selección considerar en Documentación de Presentación Obligatoria: Carta de Repuestos del Fabricante a nombre del postor por los próximos 05 años.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.2 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta, el postor deberá presentar Carta de Repuestos del Fabricante a nombre del postor por los próximos 05 años, para los equipos más complejos como son: ECOGRAFO PORTATIL, ELECTROCARDIÓGRAFO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

CARTA DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO

En referencia al Capítulo 2; ítem 2.2 Contenido de las ofertas. pag. 18.

Para asegurar que los equipos entregados sean totalmente nuevos y no de segunda o repotenciados (Refurbished) y que la empresa distribuidora tenga una relación directa con el fabricante. Se solicita al comité de selección considerar en Documentación de Presentación Obligatoria.: Carta de Autorización del Fabricante para la participación del presente proceso, como Distribuidor Exclusivo o Representante Autorizado de la Marca en el Perú, para la comercialización de los Ecógrafos y para brindar el servicio de soporte técnico de los equipos ofertados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP II Literal: 2.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta, el postor deberá presentar Carta de Autorización del Fabricante como Distribuidor o Representante de la Marca del equipo ofertado para este proceso, para los equipos más complejos como son: ECOGRAFO PORTATIL, ELECTROCARDIOGRAFO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

CONSIDERAR COMO DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA

En referencia al Capítulo 2; ítem 2.2 Contenido de las ofertas. pag. 18.

Solicitamos al comité considerar el Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que se encuentren a nombre del postor o terceros, según la normativa vigente de la DIGEMID no aceptando un sumario de varios para cumplir con las características del bien ofertado; los periféricos y accesorios deberán demostrar que no requieren Registro Sanitario de acuerdo con la lista de productos de clasificación de insumos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP II Literal: 2.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, puesto que está solicitando documentación que podría limitar la libre y mayor concurrencia de postores, por lo tanto no se puede acceder dicha solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

CARTA DE FABRICANTE PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

En referencia al Capítulo II; ítem 2.2.1.1 Documentación de presentación obligatoria. pag. 18.

Solicitamos al comité de selección considerar que la máxima cantidad de características técnicas a sustentar en la carta de fabricante sean de uno (01).

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.2 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el postor debera de señirce a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

PERSONAL CLAVE:

En referencia al perfil del personal clave; ítem 9.1 pag. 38.

Haciendo mención a este punto reafirmamos el compromiso de la correcta certificación por parte del personal clave involucrado en este proyecto. Por lo que solicitamos al comité:

- Que el personal clave del proyecto cuente con la certificación adecuada, colegiado y certificado por la SUNEDU.
- Contar con un mínimo de 30 horas de capacitación proporcionada por el fabricante de la marca ofertada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: 9.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta, el postor deberá acreditar - Que el personal clave del proyecto cuente con la certificación adecuada, titulado, colegiado y habilitado.

- Contar con un mínimo de 30 horas de capacitación proporcionada por el fabricante de la marca ofertada., para los equipos más complejos como son: ECOGRAFO PORTATIL, ELECTROCARDIOGRAFO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Es importante considerar que el equipo tenga frenos en cada rueda para una mayor estabilidad durante su movilización. Y en aras de mejorar la pluralidad de postor, solicitamos ampliar este ítem a: B01: ESTRUCTURA INTEGRADA, MÓVIL, CON RUEDAS GIRATORIAS Y FRENOS EN CADA RUEDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** B01 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

El Perú es un país con un alto porcentaje de población con sobrepeso en todos los grupos etarios e incluso en gestantes, que pueden llegar a tener una altura uterina superior a 36cm. Por lo tanto, solicitar como requisito mínimo 30cm de profundidad, excluye la posibilidad de evaluar a pacientes que se encuentran en este grupo de población, por lo que se solicita modificar la profundidad a 40 cm a más: B05 MÁXIMA PROFUNDIDAD DE VISUALIZACIÓN (MAXIMUM DISPLAY DEPTH): POR LO MENOS HASTA 40 cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B05 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Contar con un equipo que tenga una amplia capacidad de almacenamiento de datos, imágenes y videos, permite almacenar una cantidad importante de estudios realizados en el día a día, mejorando el flujo de trabajo. Por lo tanto, solicitamos al comité de selección considerar: B11: ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN DISCO DURO INTERNO: 800 GB COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Como vigencia tecnológica, ofertamos un equipo con software de 3D de manos libres en todos los transductores ofertados, de esta manera nos permite realizar imágenes de volumetría en exámenes obstétricos, ginecológicos, partes blandas; con la finalidad de mejorar los diagnósticos en cada exploración. Además, permite la renderización de la imagen volumétrica con textura natural, tonalidad piel (5D), imágenes de transparencia (6D); con fuente de luz de libre posición. B17: MODO 3D ESTÁTICO Y 3D DE MANOS LIBRES EN TODOS LOS TRANSDUCTORES Y EFECTO REALISTA DEL FETO (5D) Y DE TRANSPARENCIA (6D), CON FUENTE DE LUZ VIRTUAL DE LIBRE POSICIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B17 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, y se incluire en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Considerando que en el bien ofertado no solicitan un transductor volumétrico dentro del ítem Transductor y esta función para poder demostrarlo es necesario dicho transductor. Y en aras de pluralidad de postores solicitamos al comité de selección que este ítem sea considerado como opcional. Adicional, podemos ofertar una mejora tecnológica como la elastografía por deformación disponible en al menos el transductor lineal para lesiones patológicas en mama, tiroides y partes blandas. B18: 3D POWER DOPPLER (OPCIONAL) O ELASTOGRAFÍA POR DEFORMACIÓN EN AL MENOS EL TRANSDUCTOR LINEAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B18 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Con la finalidad de mejorar el flujo de trabajo del operador médico, y garantizando una optimización en el tiempo de atención a los pacientes. Solicitamos al comité de selección considerar mediciones automáticas que corresponda a la biometría fetal como BDP, AC, LF, HC, HL y NT. quedando de la siguiente manera: B.21 MEDICIÓN DE LONGITUD, CIRCUNFERENCIA, ÁREA, VOLUMEN, ÁNGULO PAQUETE OBSTÉTRICO CON CÁLCULOS AUTOMÁTICOS FETALES, DIÁMETRO BIPARIETAL BPD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B21 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Actualmente en el mercado de ultrasonido hay múltiples modelos de equipos desde su gama más básica que cuentan con pantalla de 21 pulgadas a más que permiten obtener una mejor resolución de la visualización de la imagen y disminuye el esfuerzo ocular para el operador; por lo que se solicita aceptar monitor con pantalla de 21 pulgadas de alta resolución para que mejore la visualización de las imágenes. Por lo que sugerimos mejorar la tecnología del monitor. C01: MONITOR A COLOR CON PANTALLA LCD (IPS O TFT O LED) O LED DE ALTA RESOLUCIÓN 1920×1080, DE 21 PULGADAS O MÁS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** C **Literal:** C01 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto C01 del equipo ECÓGRAFO PORTÁTIL indicará lo siguiente:
"C01 MONITOR A COLOR CON PANTALLA LCD (IPS O TFT O LED) O LED DE ALTA RESOLUCIÓN 1920×1080, DE 21 PULGADAS O MÁS."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Con la finalidad de mejorar la ergonomía del operador al momento del examen. Solicitamos al comité de selección, considere el desplazamiento arriba/abajo, derecha/izquierda del monitor. C02: SISTEMA DE MOVIMIENTO ARTICULADO CON MOVIMIENTO ARRIBA/ABAJO, DERECHA/IZQUIERDA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** C **Literal:** C02 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto C02 del equipo ECÓGRAFO PORTÁTIL indicará lo siguiente:
"C02 SISTEMA DE MOVIMIENTO ARTICULADO CON MOVIMIENTO ARRIBA/ABAJO, DERECHA/IZQUIERDA."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:59:48

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Contar con una pantalla táctil de alta resolución LED HD de 13" que nos permite tener un campo de visión mayor, la cual permite optimizar el flujo de trabajo para cada estudio y para cada modo de exploración. C03: TAMAÑO DE LA PANTALLA TÁCTIL (TOUCH SCREEN): POR LO MENOS DESDE TRECE (13) PULGADAS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C03 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto C03 del equipo ECÓGRAFO PORTÁTIL indicará lo siguiente:
"C03 TAMAÑO DE LA PANTALLA TÁCTIL (TOUCH SCREEN): POR LO MENOS DESDE TRECE (13) PULGADAS."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	21:23:56

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

CONSULTA N°01 Página: 18

Numeral: 2.2.1.1 ¿ Documentos para la Admisión de la oferta

CARTA DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Se solicita al comité de selección indicar en Documentación de presentación obligatoria:

i) solicitar Carta de Autorización del Fabricante como Distribuidor o Representante de la Marca del equipo ofertado para este proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** 2.2.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta, el postor deberá presentar Carta de Autorización del Fabricante como Distribuidor o Representante de la Marca del equipo ofertado para este proceso, para los equipos más complejos como son: ECOGRAFO PORTATIL, ELECTROCARDIOGRAFO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	21:23:56

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

CONSULTA N°02 Página: 18 numeral: 2.2.1

Literal: 2.2.1.1

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

CONSIDERAR:

CARTA DE REPUESTOS DEL FABRICANTE

Se solicita al comité de selección indicar en Documentación de presentación obligatoria,

j) Carta de Repuestos del Fabricante por los próximos 05 años para este proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta, el postor deberá presentar Carta de Repuestos del Fabricante a nombre del postor por los próximos 05 años, para los equipos más complejos como son: ECOGRAFO PORTATIL, ELECTROCARDIOGRAFO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	21:23:56

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

CONSULTA N°03 Página: 25

Literal: 5.1

DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES

En el cuadro de denominación del equipo hacen mención de un ECOGRAFO PORTATIL y en las características técnicas en el Inciso B , B01 Indica ESTRUCTURA INTEGRAL, MOVIL, CON RUEDAS Y FRENOS, características de un equipo Rodable.

Se solicita al comité de selección modificar el cuadro de denominación del equipo a ECOGRAFO RODABLE

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta del postor, la denominación del equipo será la siguiente:

"ECÓGRAFO RODABLE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	21:23:56

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

CONSULTA N°04 Página: 28

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES

CODIGO DEL BIEN: D-103

CARACTERISTICAS TECNICAS

B01: ESTRUCTURA INTEGRAL, MOVIL, CON RUEDAS Y FRENOS, características de un equipo Rodable.

Se solicita al comité de selección modificar LA DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD, a ECOGRAFO RODABLE

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** B01 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta del postor, la denominación del equipo será la siguiente:

"ECÓGRAFO RODABLE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	21:23:56

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

CONSULTA N°05 Página: 28

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES

CODIGO DEL BIEN: D-103

B CARACTERISTICAS GENERAL

B07 SELECCIÓN DE PUNTOS FOCALES: POR LO MENOS OCHO(08). SERVICIOS DICOM 3.0: POR LO MENOS PRINT, SOTRE O STORAGE, WORKLIST Y MPPS.

En la actualidad las diferentes marcas de ecógrafos tienen softwares avanzados para la selección de puntos o zonas focales mejorado ampliamente la adquisición acústica, el enfoque dinámico y el procesamiento de datos de canales. Se solicita al comité de selección aceptar que la selección de puntos o zonas focales sea de acuerdo a cada fabricante, quedando reformulado de la siguiente manera:

B07 SELECCIÓN DE PUNTOS FOCALES: POR LO MENOS OCHO (08) Y/O ZONAS SONOGRAFICAS. SERVICIOS DICOM 3.0: POR LO MENOS PRINT, SOTRE O STORAGE, WORKLIST Y MPPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: B07 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	21:23:56

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

CONSULTA N°06 Página: 28

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES

CODIGO DEL BIEN: D-103

CARACTERISTICAS GENERAL

B12 B, 2B, M, B/M, B/M/B, B/COLOR, M/COLOR, B/M/D/COLOR.

Se hace la observación al comité de selección que el modo M no va a la par con el modo D, debido a que el modo M (movimiento) evalúa los latidos cardiacos en especial trastornos valvulares; el modo D (Doppler) evalúa estudios vasculares o flujo sanguíneo.

Se solicita al comité de selección reformular a:

B12. B,2B,M,B/M, B/D, B/COLOR, M/COLOR, B/DCOLOR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: B12 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto B12 del equipo indicará lo siguiente:

"B12 B,2B,M,B/M, B/D, B/COLOR, M/COLOR, B/DCOLOR."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	21:23:56

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

CONSULTA N°07 Página: 33

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO

5.2 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONSIDERAR COMO DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA

B REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE a la presentación de la oferta, cuando sea aplicable, del(los) ítem(s) ofertado(s), de sus componentes, de sus periféricos y de sus accesorios, según corresponda, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Los componentes o periféricos o accesorios del(los) ítem(s) ofertado(s) podrán contar con un registro sanitario o certificado de registro sanitario individual para cada uno de estos, debiendo constar expresamente que dichos componentes o periféricos o accesorios corresponden al (los) ítem(s) ofertado (s)(el registro sanitario o certificado de registro sanitario puede ser conjunto o independiente por cada uno de los componentes del bien ofertado). Asimismo, el registro sanitario o certificado de registro sanitario del(los) ítem(s) ofertado(s), sus componentes, periféricos y accesorios podrán estar a nombre del postor o de terceros.

Y quedando reformulado de la siguiente manera

b) REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE a la presentación de la oferta deberán adjuntar Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que estén a nombre del postor o terceros, según la normativa vigente de la DIGEMID no aceptando un sumario de varios para cumplir con las características del bien ofertado; los periféricos y accesorios deberán demostrar que no requieren Registro Sanitario de acuerdo con la lista de productos de clasificación de insumos. En caso el(los) ítem(s) ofertado(s), sus componentes, sus periféricos y/o sus accesorios no requieran registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente, deberán presentar un documento de la DIGEMID donde se precise ello o la relación de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por DIGEMID; dado que no se aceptarán declaraciones juradas del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores que cumplen con lo solicitado, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE OBSTETRICIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20605936092	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SOLUCIONES J PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:24:01

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

DICE:

Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por DIGEMID o institucion competente vigente, a nombre del postor, indicando la autorización para Dispositivos Médicos Clase I, Clase II, Clase II y Clase IV

Solicitamos al Comité Especial pedir Copia Simple BPA sin necesidad de detallar las clases de dispositivos Biomédicos, esto con la finalidad de dar amplitud de postores, quedando de la siguiente forma:

Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por DIGEMID a Nombre del Postor.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.2. **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores que cumplen con lo solicitado, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null