

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-IGP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de 05 medidores de aceleración de terreno de tres componentes para estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional

Ruc/código : 20555583452

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU

Hora de envío : 16:37:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El requerimiento está dirigido a un equipo digital, es decir integrado: Sensor+digitalizador?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada por la empresa, se aclara que el equipo ofertado debe ser uno que integre las componentes de sensor y digitalizador en uno solo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-IGP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de 05 medidores de aceleración de terreno de tres componentes para estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional

Ruc/código :	20555583452	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	16:37:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De las fuentes alternativas de tiempo: Aceptaría Ud que el requerimiento sera: "PTP o NTP"?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada por la empresa, se aclara que el equipo propuesto deben contar con soporte para los protocolos "PTP y NTP".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-IGP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de 05 medidores de aceleración de terreno de tres componentes para estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional

Ruc/código :	20555583452	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	16:37:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para la memoria removible de 64GB. Aceptaría Ud que sean 2x32GB?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada por la empresa, se aclara que debe ser una (01) memoria removible de 64 GB o de mayor capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna