

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 09/06/2025

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 17:51:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

III Capitulo III

Bomba de Infusión de Jeringa

Accesorios:

Un (01) poste o pedestal rodable y estable (condicionado a necesidad del usuario).

Poste o pedestal rodable y estable no es parte, ni componente de una bomba de infusion de jeringa (equipo en cesion en Uso) sino es mobiliario hospitalaro

Por lo que solicitamos al comite evaluador, considerar la característica " Poste o pedestal rodable y estable" como opcional ya que este requerimiento corresponde a mobiliario hospitalario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** Ficha **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACOGE LA CONSULTA , SE MODIFICARA EN LAS BASES .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

II Capitulo III

Bomba de Infusión de Jeringa

Accesorios:

Un (01) poste o pedestal rodable y estable (opcional).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Capitulo III

6.1 Requerimiento

Set de infusión (Linea de extensión y Jeringa Perfusora 50 ml) .. 450 unidades.

Set de infusión (Linea de extensión y Jeringa Perfusora 50 ml) ..1500 unidades.

Solicitamos al comité evaluador indicar cuantos meses de abastecimiento corresponden la cantidad solicitada en el presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE SU CONSULTA, Y ACLARA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO CONSTA DE UNA ENTREGA, CEÑIRSE A LAS BASES .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Capitulo III
6.3 De acuerdo a la necesidad de la institución, por la cantidad de los dispositivos médicos a adquirir se solicita 40 bombas de infusión de jeringa COMODATO (CESION DE USO).

Solicitamos al comité evaluador indicar el cuadro de distribucion de los equipos comodatos (Cesion de uso)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE LA CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Capitulo III

9. Condiciones generales de los equipos comodato

De las características del equipo.

Los equipos, accesorios y complementos deben ser de ultima generación y sus tecnicas y/o metodologias de uso deben encontrarse en concordancia con lo señalado en sus especificaciones tecnicas, los mismos que no deben ser repotenciados , antigüedad de fabricación no menor a tres (3 años).

Los fabricantes de equipos médicos otorgan un tiempo de vida útil mínimo de 10 años siempre y cuando se realicen los mantenimientos en los plazos establecidos, por lo cual solicitamos que la antigüedad de fabricación de las bombas de jeringa de infusion (Equipo en cesion de uso) sea no mayor a 6 años a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE LA CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Ficha tecnica

Dispositivos Médicos:

Linea + Jeringa descartable de 50 ml para Bomba Perfusora

Jeringa perfusora sin aguja:

Jeringa descartable de 50 ml hasta 60 ml con cilindro y émbolo transparente

Solicitamos al comité evaluador ampliar la característica: hasta 60 ml ó de 0 a 50 ml a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE LA CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Ficha tecnica

Dispositivos Médicos:

Linea + Jeringa descartable de 50 ml para Bomba Perfusora

Jeringa perfusora sin aguja:

Jeringa perfusora transparente con graduación permanente e indeleble de escala por ml y remarque cada 5 ml . De 0 a 60 ml

Solicitamos al comité evaluador ampliar la característica: 0 a 60 ml ó de 0 a 50 ml a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE LA CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Ficha tecnica
Dispositivos Médicos:
Set de infusión (Linea + Jeringa descartable de 50 ml para Bomba Perfusora
Jeringa perfusora sin aguja:
Émbolo de la jeringa con doble sellado

Solicitamos al comité aclarar que el piston es con doble anillo de sellado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: Ficha Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE LA CONSULTA, CEÑIRSE A LA FICHA TECNICA APROBADA PUBLICADA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Capitulo III

2.4 Inserto

Solicitamos al comité evaluador se acepte que el inserto como opcional a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: Ficha Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE LA CONSULTA, CEÑIRSE A LA FICHA TECNICA APROBADA PUBLICADA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Ficha tecnica
Dispositivos Médicos:
Set de infusión (Linea + Jeringa descartable de 20 ml para Bomba Perfusora)
Jeringa perfusora sin aguja:
Émbolo de la jeringa con doble sellado

Solicitamos al comité aclarar que el piston es con doble anillo de sellado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: Ficha Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE LA CONSULTA, CEÑIRSE A LA FICHA TECNICA APROBADA PUBLICADA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:51:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

2.4 Inserto
Solicitamos al comité evaluador se acepte que el inserto como opcional a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: Ficha Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NO ACOGE LA CONSULTA, CEÑIRSE A LA FICHA TECNICA APROBADA PUBLICADA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null