



# GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 245-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC (PRIMERA CONVOCATORIA)



1	NUMERO DE ACTA				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL				
En la ciudad de Ayacucho, el día 13 de marzo del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, a las 10:30 horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones, encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 245-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguiente miembro:					
Miembro		C.P.C. JOHNY RANDY GUILLEN MOORE	Dependencia:	OAPF	
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES				
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:					
Nº	RUC	Nombre o razón social del participante	Estado		
1	10404420688	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	Válido		
2	20101337261	ROCA S.A.C.	Válido		
3	20160340534	MASTER MEDIC S.A.	Válido		
4	20415716754	ENRAF MEDICA E.I.R.L.	Válido		
5	20501645517	VITALTEC S.A.C.	Válido		
6	20503650186	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		
7	20505463146	HEMOCARE S.A.C.	Válido		
8	20514546267	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		
9	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	Válido		
10	20545474396	FRIOELECTRIC INDUSTRIAL S.A.C	Válido		
11	20605223088	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Válido		
12	20606234679	GRUPO ARA S.A.C.	Válido		
13	20606934425	VALMED CARE S.A.C.	Válido		
14	20608554476	EDAL MEDIC S.A.C.	Válido		
15	20608573128	MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.	Válido		
5	DETALLE DE LOS POSTORES				
Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas), evidenciando que los siguientes postores presentaron sus ofertas:					
Nº	RUC	Nombre o razón social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Forma de Presentacion
1	20503650186	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/12/2023	19:34:18	electronico
2	20608554476	EDAL MEDIC S.A.C.	29/12/2023	22:48:24	electronico
Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las mismas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las bases.					
DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA.			POSTOR 1	POSTOR 2	
			SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EDAL MEDIC S.A.C.	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)			CUMPLE	SI CUMPLE	
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			CUMPLE	SI CUMPLE	
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)			CUMPLE	SI CUMPLE	
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)			CUMPLE	SI CUMPLE	
e) Adjuntar ficha técnica de los bienes ofertados para verificar el cumplimiento de las caracteristicas solicitas en las EE.TT.			CUMPLE	SI CUMPLE	
f) Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor o de terceros emitido por la Direccion General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID)			CUMPLE	SI CUMPLE	
g) Adjuntar el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento vigente a nombre del proveedor, emitido por la Direccion General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID)			CUMPLE	SI CUMPLE	
h) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)			CUMPLE	SI CUMPLE	
i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)			NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	
j) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.			CUMPLE	SI CUMPLE	
DETALLE DE LA OFERA			ADMITIDO	ADMITIDO	
NOTA:					
En vista que el Organo Encargado de las Contrataciones no cuenta con conocimiento tecnico para evaluar las fichas tecnicas de las ofertas presentadas, se solicito apoyo al area usuaria para la evaluacion de las fichas tecnicas de los bienes ofertados por los postores; para la cual se remitio las ofertas mediante correo electronico el dia 08/01/2024; el mismo que fue atendido por el area usuaria el dia 02/02/2024, quienes señalan que los postores: SPECTRUM INGENIEROS SAC - EDAL MEDIC SAC cumplen con acreditar las características tecnicas requeridas en las especificaciones tecnicas de las bases integradas del procedimiento, adjuntando un acta de evaluacion, la misma que forma parte del presente.					
6	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS				
Asimismo, de acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procedera con su evaluación:					
Nº	Nombre o razón social del postor		Consignar las razones para su no admisión		
1					



7	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS QUE PASAN A EVALUACIÓN			
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:				
Nº	Nombre o razón social del postor		Item(s) a los que postula	
1	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		ITEM UNICO	
2	EDAL MEDIC S.A.C.		ITEM UNICO	

8	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
8.1	FATOR DE EVALUACION	PRECIO	PUNTAJE MAXIMO	
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$	Donde: i = Oferta P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O <sub>i</sub> = Precio i O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	100 PUNTOS	
8.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN			
	FACTORES DE EVALUACIÓN	POSTOR 1	POSTOR 2	
		SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EDAL MEDIC S.A.C.	
	PRECIO	Monto y Fórmula	Monto y Fórmula	
		S/ 224,790.00	S/ 285,000.00	
	PUNTAJE TOTAL SIN BONIFICACION	100.00	78.87	
	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).	0.00	3.94	
	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION	100.00	82.82	
	ORDEN DE PRELACION	1RO	2DO	

9	RESULTADOS DE LA EVALUACION			
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:				
Nº	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACION	
1	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	1	
2	EDAL MEDIC S.A.C.	82.82	2	

10	CALIFICACION			
Luego de culminada la evaluación, el Organo Encargado de las Contrataciones determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
	REQUISITOS DE CALIFICACION	POSTORES		
		SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EDAL MEDIC S.A.C.	
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	CUMPLE	
C.	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE	
C.1.	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			
	RESULTADO	CALIFICA	DESCALIFICADO	

11	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:				
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR			
1	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:				
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN		
1	EDAL MEDIC S.A.C.	El postor no acredita los cuatro (4) años de experiencia solicitado para el personal clave (el mismo que se computa desde la colegiatura)		

12	ACUERDO ADOPTADO			
El Responsable del Organo Encargado de las Contrataciones en mérito a las ofertas presentadas y el resultado de la evaluación de los requisitos de calificación; procede a otorgar la BUENA PRO bajo el siguiente detalle:				
ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	POSTOR	MONTO	
1	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 224,790.00	
Siendo las 11:55 horas del mismo día, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, firmándose la presente acta en señal de aceptación y conformidad por el responsable del Organo de las Contrataciones.				
<p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE LICITACIONES Y MONITORIO FISCAL</p> <p>CPC. Jenny Gullen Moore Responsable de las Contrataciones</p>				
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				



**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°245-2023-GRA SEDECENTRAL /OEC (PRIMERA CONVOCATORIA)**

CLAVE: D-119		<b>SPECTRUM INGENIEROS SAC</b>	<b>EDAL MEDIC SAC</b>
<b>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: VENTILADOR DE TRANSPORTE</b>		<b>AMBULANC</b>	<b>HAMILTON</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</b>		<b>T6</b>	<b>T1</b>
<b>A</b>	<b>GENERALES</b>	<b>CHINA</b>	<b>SUIZA</b>
A01	CON CERTIFICACION PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) SEGUN LA NORMA RTCA DO-160G.	CUMPLE	CUMPLE
A02	PORTATIL CON SISTEMA DE ANCLAJE A CAMILLA.	CUMPLE	CUMPLE
A03	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.	CUMPLE	CUMPLE
A04	PESO TOTAL DEL EQUIPO (INCLUIDAS LAS BATERIAS) NO MAYOR A 07 KG	CUMPLE	CUMPLE
A05	EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARAMETROS SOLICITADOS MEDIANTE SISTEMA DE PERILLAS Y/O PANTALLA TACTIL DE RESOLUCION DE 640 X 480 PÍXELES COMO MINIMO	CUMPLE	CUMPLE
A06	VALVULA PEEP O VALVULA ESPIRATORIA INTEGRADA EN EL EQUIPO	CUMPLE	CUMPLE
A07	CON COMPENSACION BAROMETRICA MEDIANTE CALIBRACION MANUAL O AUTOMATICA DEL EQUIPO.	CUMPLE	CUMPLE
A08	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20°C A 50°C O TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CADA FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
A09	MANIOBRA DE INSPIRACION MANUAL O RESPIRACION MANUAL	CUMPLE	CUMPLE
A10	FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE (POLICARBONATO). CON PUERTOS DE COMUNICACIONES: PUERTO COM1, PUERTO USB, LLAMADA DE ENFERMERA (OPCIONAL)	CUMPLE	CUMPLE
<b>MODALIDADES DE VENTILACION</b>			
A11	(CONTROLADO POR PRESION Y VOLUMEN) O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
A12	HERRAMIENTA QUE APLIQUE EL VT AJUSTADO CON FLUJO DESACELERADO PARA LOGRAR LA PRESION PICO MAS BAJA POSIBLE O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
A13	ASISTIDO/CONTROLADO O CMV O IPPV/SIPPV O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
A14	PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS AEREAS (CPAP)/PEEP O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
A15	VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
A16	VENTILACION NO INVASIVA (NIV) O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
A17	VENTILACION EN APNEA O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
A18	PRESION SOPORTE (PS O PSV O ASB).	CUMPLE	CUMPLE
A19	VENTILACION CON DOS NIVELES DE PRESION (BIPAP O APRV O BILEVEL) CON PRESION DE SOPORTE O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
<b>CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA</b>			
A20	DE VOLUMEN TIDAL DE 50 ml O MENOS A 2000 ml O MAS.	CUMPLE	CUMPLE
A21	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 2 A 60 Resp/Min O RANGO MAS AMPLIO.	CUMPLE	CUMPLE
A22	DE FIO2: DE 0.40 O MENOS A 1.00	CUMPLE	CUMPLE
A23	RELACION I: E DE 1:100 A 50:1.) O (RELACION I:E DE 1:9 A 4:1	CUMPLE	CUMPLE
A24	TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.2 SEG O MENOS A 10 SEG O RANGO MAS AMPLIO PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL	CUMPLE	CUMPLE
A25	DE PEEP/CPAP DE 0 A 20 CMH2O O MAS AMPLIO.	CUMPLE	CUMPLE
A26	(PRESION INSPIRATORIA HASTA 55 MBAR) O (DE PRESION CONTROL HASTA 60 CMH2O O MAS AMPLIO)	CUMPLE	CUMPLE
A27	DE SENSIBILIDAD (TRIGGER) DE 1 A 15 LPM O MAS AMPLIO	CUMPLE	CUMPLE
A28	PRESION DE SOPORTE HASTA 35 CMH2O O MÁS	CUMPLE	CUMPLE
A29	FLUJO INSPIRATORIO HASTA 80 LPM COMO MINIMO	CUMPLE	CUMPLE
<b>MONITOREO</b>			
A30	DE VOLUMEN TIDAL ESPIRATORIO E INSPIRATORIO	CUMPLE	CUMPLE
A31	DE VOLUMEN MINUTO ESPIRATORIO.	CUMPLE	CUMPLE
A32	DE PRESION DE VIAS AEREAS O DE PRESION INSPIRATORIA	CUMPLE	CUMPLE
A33	DE PRESION PICO INSPIRATORIA O DE PRESION MAXIMA EN LA VIA AEREA	CUMPLE	CUMPLE
A34	DE PRESION MEDIA DE VIAS AEREAS.	CUMPLE	CUMPLE
A35	DE PEEP.	CUMPLE	CUMPLE
A36	DE VOLUMEN MINUTO ESPONTANEO.	CUMPLE	CUMPLE
A37	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA.	CUMPLE	CUMPLE
A38	(DE PRESION PLATEAU O MESETA) O (DE TIEMPO ESPIRATORIO)	CUMPLE	CUMPLE
A39	DE CONSUMO DE OXIGENO.	CUMPLE	CUMPLE
<b>ALARMAS</b>			
A40	DE ALTA PRESION DE VIAS AEREAS.	CUMPLE	CUMPLE
A41	DE BAJA PRESION DE VIAS AEREAS.	CUMPLE	CUMPLE
A42	DE VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO.	CUMPLE	CUMPLE
A43	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA Y BAJA	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Oficina Ejecutiva de la Infraestructura e Implementación del  
 Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan  
 Bautista de la Red de Salud Huamanga Diócesis - Ayacucho

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Oficina Ejecutiva de la Infraestructura e Implementación del Centro  
 de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de  
 la Red de Salud Huamanga Diócesis - Ayacucho  
 CIP N° 572125  
**ING. MARCO ANTONIO CALDERON ZEVALLOS**  
 RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Oficina Ejecutiva de la Infraestructura e Implementación del Centro  
 de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de  
 la Red de Salud Huamanga Diócesis - Ayacucho  
**ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA**  
 CIP N° 96726  
 SUPERVISOR DE OBRA

Lic. **Morchen Oscar Soaveira Bardales**  
 ESPECIALISTA BIOMEDICO

A45	DE TUBO DE PACIENTE INCORRECTO.	CUMPLE	CUMPLE
A46	DE FALLA ELECTRICA (BATERIA BAJA O RED).	CUMPLE	CUMPLE
A47	DE PRESION DE SUMINISTRO BAJA O FALLA DE SUMINISTRO DE OXIGENO	CUMPLE	CUMPLE
A48	DE APNEA.	CUMPLE	CUMPLE
B	ACCESORIOS		
B01	DIEZ (10) CIRCUITO PACIENTE ADULTO (DESCARTABLE), TAMBIÉN SE ACEPTARÁ TIPO COAXIAL	CUMPLE	CUMPLE
B02	CINCO (05) CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO (DESCARTABLE), TAMBIÉN SE ACEPTARÁ TIPO COAXIAL	CUMPLE	CUMPLE
B03	UN (01) PULMON DE PRUEBA.	CUMPLE	CUMPLE
B04	UNA (01) MANGUERA DE OXIGENO.	CUMPLE	CUMPLE
B05	UN (01) CILINDRO DE OXIGENO TIPO E, DE ALUMINIO, CON SU RESPECTIVO REGULADOR DE PRESION.	CUMPLE	CUMPLE
C	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA		
C01	220-240 VAC 50/60 HZ; CON CABLE DE ALIMENTACIÓN TIPO SCHUKO SEGÚN RM N°175-2008-MEM/DM	CUMPLE	CUMPLE
C02	BATERIA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S) CON INDICACIÓN DE CAPACIDAD EN % Y/O GRAFICAY/O DE FORMA AUDIOVISUAL.	CUMPLE	CUMPLE
C03	BATERIA RECARGABLE DE ION LITIO CON AUTONOMIA MINIMA DE 07 HORAS EN VENTILACION TIPICA (SI LA BATERIA INCORPORADA TIENE MENOR AUTONOMIA A LO SOLICITADO SE ACEPTA QUE EL EQUIPO DISPONGA ADICIONALMENTE DE UNA BATERIA EXTERNA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL PESO TOTAL SOLICITADO EN LA ESPECIFICACION A.4 Y LA AUTONOMIA SOLICITADA.	CUMPLE	CUMPLE
C04	NIVEL DE PRESION ACUSTICA EN VENTILACION TIPICA <45 Db.	CUMPLE	CUMPLE
C05	SISTEMA DE ALIMENTACION CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA USO EN AMBULANCIA (INCLUYENDO LOS ACCESORIOS REQUERIDOS: CABLES, CONECTORES U OTROS.	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Obra: Reemplazo de la infraestructura e implementación del  
Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan  
Bautista de la Red de Salud Huamanga Drenaje - Ayacucho

Lic. Marden Oscar Saavedra Bardales  
ESPECIALISTA BIOMEDICO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Reemplazo de la infraestructura e implementación del Centro  
de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de  
la Red de Salud Huamanga Drenaje - Ayacucho

ING. MARCO RAUL CALDERON ZEVALLOS  
CIP N° 212823  
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE  
SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRO RED SAN JUAN DE LA RED DE SALUD  
HUAMANGA DRENAJE (AYACUCHO)

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP: N° 96726  
SUPERVISOR DE OBRA