

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20509997340

Fecha de envío : 28/09/2023

Nombre o Razón social : INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC

Hora de envío : 18:28:14

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA se indica un plazo de entrega de 30 días calendarios, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección en aras de fomentar la pluralidad de postores de marcas reconocidas, como en nuestro caso que somos representantes de la prestigiosa marca Caarestream, se amplie el plazo de entrega a 90 días calendarios como máximo, ya que ese es un tiempo coherente para la fabricación y envío de este tipo de equipamiento médico; la misma precisión también deberá realizarse en el numeral 8.2 de la página 37 de las Bases Administrativas

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 1.9

Literal: --

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, el plazo de entrega establecido en las bases es de 30 días calendarios, la misma que fue resultado de la indagación de mercado realizada, ya que cuenta con pluralidad de postores de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna, igual forma se tiene la premura de adquirir los bienes de la presente convocatoria, y que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	18:28:14

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos respetuosamente al comité de Selección modificar el Factor de Evaluacion del Plazo de entrega quedando de la siguiente manera: en aras de fomentar la pluralidad de postores de marcas reconocidas, como en nuestro caso que somos representantes de la prestigiosa marca Caarestream, así como tener un trato justo e igualitario: De 1 hasta 75 días calendarios 20 puntos y de 76 a 89 días calendarios 15 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, el plazo de entrega establecido en las bases es de 30 días calendarios, la misma que fue resultado de la indagación de mercado realizada, ya cual cuenta con pluralidad de postores de tal manera que estas se efectuen en forma oportuna, igual forma se tiene la premura de adquirir los bienes de la presente convocatoria, y que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20600896777

Nombre o Razón social : LATIN DENT S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 23:56:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pag 19

f) DECLARACION JURADA indicando la marca y procedencia del bien ofertado para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo al capítulo III de las bases y realizar un Cuadro comparativo del bien ofertado conforme a las Especificaciones Técnicas. Consultamos si el cuadro comparativo es el formato 6 hoja de presentación de producto, por favor sirva aclarar

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** . **Literal:** f **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se aclara que, el cuadro comparativo del bien ofertado es el FORMATO 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20600896777	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	LATIN DENT S.A.C.	Hora de envío :	23:56:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA

PAG 47 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL Y

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Esta solicitado

Ingeniero y/o Bachiller en ingeniería electrónica y/o biornédica. Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple del grado y/o titulo profesional y se presentará junto con la oferta..

Solicitamos que se acepte también 01 Ingeniero mecánico electricista ya que los bienes del objeto de la convocatoria unidades dentales completas trabajan con sistema electromecánico, también solicitamos ampliar la experiencia en mantenimiento de equipos odontológicos, equipos de odontología, mantenimientos unidades dentales completas, ya que el objeto de la convocatoria es ¿para el servicio de odontologia

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** c.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la solicitud del postor, el perfil del personal clave será de Ingeniero y/o Bachiller en ingeniería electrónica y/o biomédica, y la experiencia del personal clave será de equipamiento biomédico y/o mantenimiento de equipos odontológicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20600896777

Nombre o Razón social : LATIN DENT S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 23:56:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pag 24

Plazo de entrega solicitan que la entrega del bien será de 30 dias calendarios a partir de la suscripción del contrato. Observamos al comité SIRVASE INCLUIR días para LA INSTALACION Y los días para la PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ya que al ser SER LLAVE EN MANO, se deberán incluir las días especificicos

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se aclara que, el postor, debera de entregar el los bienes adecuadamente instalados y funcionando de acuerdo a las características y condiciones contractuales, como indica en las bases, siendo asi en un plazo de TREINTA (30) dias calendarios despues de la notificacion ó suscripcion del contrato ó notificacion de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20600896777	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	LATIN DENT S.A.C.	Hora de envío :	23:58:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

C02 CINCO (05) ADAPTADORES DE SALIDA COMO MÍNIMO, UNO (01) PARA ALTA VELOCIDAD, MICROMOTOR, JERINGA TRIPLE, LÁMPARA DE FOTOCURADO Y PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO, CON CONECTOR TIPO BORDEN.

Consultamos al comité de selección solicitar adptadores para LÁMPARA DE FOTOCURADO Y PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO,seria innecesario ya que los equipos lampara de fotocurado item3 y destartarizador ultrasónico ítem 4 estan solicitando son equipos de sobremesa que podrá visualizar en las pag 31 y 32

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: c02 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta,
El punto C02 indicará lo siguiente :
C02 TRES (03) ADAPTADORES DE SALIDA COMO MÍNIMO: PARA ALTA VELOCIDAD, MICROMOTOR Y JERINGA TRIPLE; CON CONECTOR TIPO BORDEN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20600896777

Nombre o Razón social : LATIN DENT S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 23:58:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan:

Consulta

PAG 27

C30 movimiento de reclinación del respaldar desde posición de trendelemburg, INFORMAMOS, DICHA POSICIÓN NO ES DE USO FRECUENTE EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA DIARIA, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMPLIAR A POSICIÓN DE TRENDELEMBURG O POSICIÓN HORIZONTAL Con la finalidad de ampliar la mayor participación de postores, solicitamos al comité se sirva modificar lo solicitado en este numeral.

Sugerimos:

C30 movimiento de reclinación del respaldar desde posición de trendelemburg o posición horizontal

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** . **Literal:** c30 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta,

El punto C30 indicará lo siguiente:

C30 MOVIMIENTO DE RECLINACIÓN DEL RESPALDAR DESDE POSICIÓN DE TRENDELEMBURG O POSICIÓN HORIZONTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20600896777

Nombre o Razón social : LATIN DENT S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 23:58:26

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan

Pag 27

c44 caseta o gabinete para insonorización de la compresora

consultamos al comité que si los gabinetes serán de fábrica al igual que la compresora o serán hechizas

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: .

Literal: c44

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta del postor, se aclara que la caseta o gabinete para insonorización de la compresora, podrá ser fabricada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null