

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 10:30:57

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

4. Características técnicas

Equipo colorimetro digital

Dimensiones: 34 x 69 x 157 mm

Se solicita admitir dimensiones similares o equipos que cumplan con la funcion de colorimetro y sus parametros descritos

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 4.

**Literal:** 4.1

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(SE ACEPTAN DIMENSIONES SIMILARES)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 10:30:57

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Equipo Colorímetro Digital.

Dice: Fuente de Energía: 04 pilas alcalinas AAA.

Admitir equipos cuya Fuente de Energía sea: 04 pilas alcalinas AA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 4.

**Literal:** 4.1

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SON DIFERENTES EN TAMAÑO

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 10:30:57

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Equipo .

Mide: pH,

Dice: Rango de Conductividad:  $\pm 0.01$  uS/cm - 200 mS/cm

Aclarar o corregir el siguiente ítem dado que indica que el equipo de pH debe medir conductividad

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 4.

**Literal:** 1.

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(SE RETIRA DEBIDO A QUE ESTA ESPECIFICACION NO CORRESPONDE AL EQUIPO)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	10:30:57

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Equipo .  
\* Mide: pH,  
Electrodo estándar de pH INTELLICAL, electrolito gel, con 1m de cable, rango de pH: 2 a 14, no rellenable (vida útil hasta agotar la solución electrolítica)

Admitir Electrodo estándar similares en otras marcas que cumplan la funcion.  
Observamos que dicha especificación está orientada al modelo de la marca HATCH, lo cual vulnera la libre competencia de participantes, por lo que se solicita a la entidad ampliar dicha especificación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.    **Literal:** 4.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal f) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
(SE ACEPTARA ELECTRODOS SIMILARES)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	10:30:57

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Equipo .  
\* Mide: pH,  
Funciona con una batería recargable de Ion Litio.  
Solicitamos admitir otro tipo de energia de alimentacion.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.    **Literal:** 4.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal f) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
(EXISTEN DIVERSAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ESTOS EQUIPOS)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	10:30:57

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Equipo

\*Mide: Conductividad

Entradas:M12 digital (1) para sondas INTELLICAL

Observamos que dicha especificación está orientada a la marca HATCH, lo cual vulnera la libre competencia de participantes, por lo que se solicita a la entidad ampliar dicha especificación a otros modelos que cumplan con la función de medición de conductividad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.    **Literal:** 4.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal f) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
(LA ENTRADA DEL ELECTRODO DEBE SER ESTANDAR SIMILAR U OTRAS MARCAS QUE CUMPLAN LA FUNCION)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	15:29:39

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

"De acuerdo a la experiencia del postor:

( ) ... Se consideran bienes similares a los siguientes otros equipos que permitan diagnosticar y monitorear el agua tratada o agua residual domestica

Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si la experiencia puede incluir equipos generales de laboratorio

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(SE CONSIDERARA EQUIPOS GENERALES DE LABORATORIO)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 17:55:47

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Considerando que los equipos seran importados, solicitamos la ampliacion de entrega de equipos a 60 dias

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.    **Literal:** VII.    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(EL PLAZO SE AMPLIA A 60 DIAS)



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	18:01:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Equipo.  
Mide pH  
Mide Conductividad  
Mide Turbidez

Estos equipos de medicion pueden venir aunados a un equipo multiparametro que permite mostrar las mediciones. Todo ello se puede integrar en un solo multiparametro con un tripod, conexion a 3 sensores de mediciones de lo antes mencionado.  
Solicitamos admitir equipos con multiparametros de conexion.

Asimismo indicar de que ser aceptado, aclarar si son aceptables:  
-Un multiparametro por sensor, es decir 18 multiparametros, o  
-Un multiparametro con un tripod, conexion a los 3 sensores total 6 multiparametros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4. Literal: 4.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
(LA EPS NO TIENE LA INTENSION DE ADQUIRIR EQUIPOS MULTIPARAMETRO)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	20:41:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En referencia al inciso 1.9. PLAZO DE ENTREGA de las Generalidades AS-SM-003-OEC/EPSSCSA-1, se indica:

"1.9. PLAZO DE ENTREGA:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios, [...]"

Al respecto, se debe tener en cuenta que los equipos solicitados, por ser de tecnología extranjera deben ser importados y el trámite regular de importación considerando los plazos de transporte, nacionalización de los bienes y despacho hasta sus almacenes pueden durar hasta 60 días calendario.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité considerar un plazo de entrega de 60 días calendarios y la modificación del factor de evaluación correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DIAS)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	20:41:45

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En referencia al inciso 4. CARACTERÍSTICAS TECNICAS de las Especificaciones Técnicas AS-SM-003-OEC/EPSSCSA-1, se indica:

"[...] Equipo  
Mide: pH, [...]"

Rango de Conductividad:  $\pm 0.01$  uS/cm - 200 mS/cm [...]"

Al respecto, se debe tener en cuenta que esta especificación no tiene relación con el producto solicitado.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité retirar la especificación mencionada anteriormente.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(SE RETIRA DEBIDO A QUE ESTA ESPECIFICACION TECNICA NO CORRESPONDE AL EQUIPO)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20109350754

Nombre o Razón social : OMEGA PERU SA

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 20:41:45

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En referencia al inciso 4. CARACTERÍSTICAS TECNICAS de las Especificaciones Técnicas AS-SM-003-OEC/EPSSCSA-1, se indica:

"[...] Equipo  
Mide: pH, [...]"

Memoria de datos: 10 000 datos [...]"

Al respecto, el manual del fabricante del producto ofertado indica una memoria de 5000 datos para el equipo solicitado.

Por lo expuesto, solicitamos cordialmente al Comité considerar la memoria de datos en un rango de 5000 datos o mayor, con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores y/o marcas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
(se CONSIDERA UN RANGO DE 5000 HASTA 10000)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20109350754

Nombre o Razón social : OMEGA PERU SA

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 20:41:45

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En referencia al inciso 4. CARACTERÍSTICAS TECNICAS de las Especificaciones Técnicas AS-SM-003-OEC/EPSSCSA-1, se indica:

"[...] Equipo  
Mide: Conductividad [...]"

Rango de mV:  $\pm 1200$   
Resolución: 0.1Mv [...]"

Al respecto, se debe tener en cuenta que estas especificaciones no tienen relación con el producto solicitado.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité retirar las especificaciones mencionadas anteriormente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(SE RETIRA DEBIDO A QUE ESTA ESPECIFICACION TECNICA NO CORRESPONDE AL EQUIPO)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	20:41:45

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

En referencia al inciso 4. CARACTERÍSTICAS TECNICAS de las Especificaciones Técnicas AS-SM-003-OEC/EPSSCSA-1, se indica:

"[...] Equipo  
Mide: Conductividad [...]"

Memoria de datos: 10 000 datos [...]"

Al respecto, el manual del fabricante del producto ofertado indica una memoria de datos de 5000 datos para el equipo solicitado.

Por lo expuesto, solicitamos cordialmente al Comité considerar la memoria de datos en un rango de 5000 datos o mayor, con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores y/o marcas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(SE CONSIDERA UN RANGO DE 5000 HASTA 10000)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20109350754

Nombre o Razón social : OMEGA PERU SA

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 20:41:45

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

En referencia al inciso III. GARANTÍA COMERCIAL de las Especificaciones Técnicas AS-SM-003-OEC/EPSSCSA-1, se indica:

" III. GARANTÍA COMERCIAL (Obligatorio)

El alcance de la garantía se considerará por un periodo de dos años contados desde la fecha de emitida la conformidad de la adquisición por el responsable correspondiente."

Al respecto, haciendo uso del principio de Equidad, considerando que cualquier defecto por GARANTÍA COMERCIAL podría detectarse dentro de un año.

Por lo expuesto, solicitamos cordialmente al comité modificar la GARANTÍA COMERCIAL a: Un (1) año contado desde la fecha de emitida la conformidad de la adquisición por el responsable correspondiente. Y la modificación del factor de evaluación correspondiente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** III    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(LAS DEFICIENCIAS O FALLAS TAMBIEN PUEDEN PRESENTARSE POSTERIOR A LOS DOCE MESES)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	20:41:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En referencia al inciso X. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR. de las Especificaciones Técnicas AS-SM-003-OEC/EPSSCSA-1, se indica:

"X. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la prestación ofertada por un plazo no menor de dos (02) años, contados a partir del día siguiente de la conformidad otorgada por la Entidad."

Al respecto, haciendo uso del principio de Equidad, considerando que cualquier defecto por vicios ocultos podría detectarse dentro un año que se otorgaría por la garantía, observamos la presente sección y solicitamos cordialmente al comité modificar la Responsabilidad por vicios ocultos a: Un año contando a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: X Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
(LAS DEFICIENCIAS O FALLAS TAMBIEN PUEDEN PRESENTARSE POSTERIOR A LOS DOCE MESES)



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 23:30:55

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: PH-metro. Exactitud:  $\pm 0,02$  pH

CONSULTAMOS amablemente al comité si, en beneficio del área usuaria, aceptarían exactitud de +/- 0,01 como MEJORA TECNOLÓGICA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(COMO MEJORAS TECNICAS DE ESTOS EQUIPOS)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:30:55

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Se solicita: PH-metro. Resolución: 0.1mV

Nuestro equipo tiene además otras mejoras como la capacidad de leer salinidad, TDS, oxígeno disuelto, opción en beneficio del usuario y para no limitar la participación de postores, CONSULTAMOS amablemente al comité si aceptarían resolución de 0.3mV.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(COMO MEJORAS TECNICAS DE ESTOS EQUIPOS)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 23:30:55

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Se solicita: PH-metro. Resolución: 0.1 °C

Nuestro equipo tiene además otras mejoras como la capacidad de leer salinidad, TDS, oxígeno disuelto, opción en beneficio del usuario y para no limitar la participación de postores, CONSULTAMOS amablemente al comité si aceptarían resolución de 0.2°C

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** 4

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(COMO MEJORAS TECNICAS DE ESTOS EQUIPOS)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:30:55

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: PH-metro. Tipo de pantalla: 536 x 336 Mono-TFT

OBSERVAMOS este requerimiento ya que el tipo de pantalla y dimensiones dependen de la tecnología del fabricante. Además, está dirigido a la marca HACH, modelo: Multímetro portátil HQ2100. Nuestro modelo presenta pantalla con gráfico a color retroiluminado que es capaz de cubrir las necesidades del usuario. Por ello, para no limitar la participación de postores, se solicita amablemente al comité el cambio de especificación técnica a: Tipo de pantalla: Dimensiones y tipo de acuerdo a fabricante

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(EL TIPO DE PANTALLA DEBE SER DE ACUERDO AL FABRICANTE)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:30:55

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: PH-metro. Almacenamiento de datos: Automático el modo pulsar para analizar y modo intervalo. Manual en el modo continuo.

OBSERVAMOS este requerimiento debido a que está dirigido a la marca HACH, modelo: Multímetro portátil HQ2100. Los modos restringen la participación de postores, por lo que solicitamos amablemente el cambio de especificación técnica a: Almacenamiento de datos: Automático y manual

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 4    Página: 22**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
(EL ALMACENAMIENTO DE DATOS SERA AUTOMATICO Y MANUAL)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:30:55

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: PH-metro. Funciona con una batería recargable de Ion Litio.

OBSERVAMOS este requerimiento ya que está dirigido a la marca HACH, modelo: Multímetro portátil HQ2100. Las baterías de NiMH se pueden recargar y son más económicas. Por ello y para no reducir la participación de postores se solicita amablemente al comité el cambio de especificación técnica a: Funciona con una batería recargable de Ion Litio o NiMH.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 4    Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(PUDEN SER EQUIPOS QUE FUNCIONEN CON BATERIAS DE ION LITIO O NIMH)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 23:30:55

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: PH-metro. Electrodo estándar de pH INTELLICAL, electrolito gel, con 1m de cable, rango de pH: 2 a 14, no rellenable (vida útil hasta agotar la solución electrolítica)

OBSERVAMOS este requerimiento debido a que está dirigido a la marca HACH, modelo: Multímetro portátil HQ2100 y sus sensores inteligentes INTELLICAL. Lo expuesto, restringe la participación de postores por lo que solicitamos el cambio de especificación técnica a: Electrodo estándar de pH, rango de pH: 2 a 14, no rellenable

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
(DEBE SER ELECTRODO DE PH, RANGO 2 A 14, NO RELLENABLE)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 23:30:55

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Equipo que mide conductividad. Resolución: 0.1mV

Nuestro equipo tiene además otras mejoras como la capacidad de leer salinidad, TDS, oxígeno disuelto, opción en beneficio del usuario. Por ello, para no limitar la participación de postores, CONSULTAMOS amablemente al comité si aceptarían resolución de 0.3mV.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(SE ACOGE EL EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD DEBE TENER UNA RESOLUCION RANGO DE +/-0,1mv a ±0,3 mv)



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 23:30:55

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Equipo que mide conductividad. Tipo de pantalla: 536 x 336 Mono-TFT

OBSERVAMOS este requerimiento ya que el tipo de pantalla y dimensiones dependen de la tecnología del fabricante. Además, está dirigido a la marca HACH, modelo: Multímetro portátil HQ2100. Nuestro modelo presenta pantalla con gráfico a color retroiluminado que es capaz de cubrir las necesidades del usuario. Por ello, y para no limitar la participación de postores se solicita amablemente al comité el cambio de especificación técnica a: Tipo de pantalla: Dimensiones y tipo de acuerdo a fabricante

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1**

**Literal: 4**

**Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(EL TIPO DE PANTALLA DEBE SER DE ACUERDO AL FABRICANTE)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:30:55

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Equipo que mide conductividad, Almacenamiento de datos: Automático el modo pulsar para analizar y modo intervalo. Manual en el modo continuo.

OBSERVAMOS este requerimiento debido a que está dirigido a la marca HACH, modelo: Multímetro portátil HQ2100. Los modos restringen la participación de postores, por lo que solicitamos el cambio de especificación técnica a: Almacenamiento de datos: Automático y manual

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(EL TIPO DE ALMACENAMIENTO DEBE SER AUTOMATICO Y MANUAL)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:30:55

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Equipo que mide conductividad. Entradas:M12 digital (1) para sondas INTELLICAL

OBSERVAMOS este requerimiento debido a que está dirigido a la marca HACH, modelo: Multímetro portátil HQ2100 y sus sensores inteligentes INTELLICAL. Esto restringe la participación de postores por lo que solicitamos amablemente al comité el cambio de especificación técnica a: Entradas para electrodos o sensores inteligentes digitales

**Acápíte de las bases :    Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(EL EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD DEBE TENER ENTRADAS PARA ELECTRODOS O SENSORES INTELIGENTES DIGITALES)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 23:30:55

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Equipo que mide conductividad. Funciona con una batería recargable de Ion Litio.

OBSERVAMOS este requerimiento ya que está dirigido a la marca HACH, modelo: Multímetro portátil HQ2100. Las baterías de NiMH se pueden recargar y son más económicas. Por lo expuesto, y para no reducir la participación de postores se solicita amablemente al comité el cambio de especificación técnica a: Funciona con una batería recargable de Ion Litio o NiMH.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(EL EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD DEBE FUNCIONAR CON BATERIA RECARGABLE DE ION LITIO o NIMH)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPSSCSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEIS PHMETRO, SEIS CONDUCTIMETRO, SEIS TURBIDIMETRO, SEIS COLORIMETRO, SEIS COMPARADORES DE CLORO, Y UN EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 23:30:55

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Plazo: El plazo máximo de entrega, será 30 días calendarios contados a partir de la fecha de notificación de la orden de compra.

Se solicita que la entrega del bien sea en 30 días calendarios, sin embargo, dichos plazos no contemplan la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos amablemente que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega a 90días calendario

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
(EL PLAZO SE AMPLIO A 60 DIAS).