

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código : 20101337261

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Fecha de envío : 15/08/2024

Hora de envío : 17:46:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Lámpara cialítica de techo:

2.08 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3000°K A 5700°K O RANGO MAYOR

OBSERVACION

Un rango de temperatura de color de 3 variables de 3700/4400/5100 °K, brinda a los cirujanos versatilidad y opciones para adaptar la iluminación a las necesidades específicas de cualquier procedimiento quirúrgico. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 2.08 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3700°K A 5100°K O RANGO MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 3.1

Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a características de iluminación que aseguren temperaturas de color idóneas para los diferentes procedimientos quirúrgicos, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.10 INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (R13) MAYOR O IGUAL A 99 E ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (R9) MAYOR O IGUAL A 96.

Un índice de rendimiento de color R13 de 98 es excelente para realizar cualquier procedimiento quirúrgico sobre todo en operaciones donde es importante observar la piel con precisión. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 2.10 INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (R13) MAYOR O IGUAL A 98 E ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (R9) MAYOR O IGUAL A 96.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a características de iluminación que se adecuen a cada tipo de piel y mejoren la visión de órganos y tejido, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Lámpara rodable:

1.04 CON SISTEMA DE BATERÍA QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE 10 HORAS COMO MÍNIMO.
Contamos con un sistema de batería que garantiza una autonomía de 03 horas sin pérdida de luminosidad en la lámpara rodable. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 1.04 CON SISTEMA DE BATERÍA QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE 03 HORAS COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP IIILiteral: 3.1Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulada para cubrir las necesidades quirúrgicas en operaciones prolongadas donde se requiere iluminación por varias horas o cuando se tengan varias cirugías programadas, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

1.07 DENSIDAD LUMINICA O IRRADIANCIA CENTRAL, RESPONSABLE DEL CALOR GENERADO EN EL CAMPO OPERATORIO A LA MÁXIMA INTENSIDAD, MENOR O IGUAL A 470 W/m2.

La irradiancia de 510 W/m² asegura una iluminación intensa y uniforme del campo operatorio, mejorando la visibilidad y precisión durante todos los procedimientos quirúrgicos. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 1.07 DENSIDAD LUMINICA O IRRADIANCIA CENTRAL, RESPONSABLE DEL CALOR GENERADO EN EL CAMPO OPERATORIO A LA MÁXIMA INTENSIDAD, MENOR O IGUAL A 510 W/m2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulada conforme a características técnicas actuales, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

1.09 PANEL DE CONTROL EN LA BASE QUE PERMITA GESTIONAR EL NIVEL DE CARGA RESIDUAL, TIPO DE ALIMENTACIÓN (BATERIAS Y RED ELÉCTRICA), ESTADO DE CARGA DE LAS BATERÍAS Y CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA COMO MÍNIMO.

Contamos con una base que tiene luces indicadoras de la batería y el uso de la red eléctrica. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 1.09 PANEL DE CONTROL EN LA BASE QUE PERMITA VISUALIZAR EL ESTADO DE CARGA DE LAS BATERÍAS Y CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado con el objetivo de controlar el nivel de carga de las baterías durante el uso, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

2.04 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3000°K A 5700°K O RANGO MAYOR

Un rango de temperatura de color de 3 variables de 3700/4400/5100 °K, brinda a los cirujanos versatilidad y opciones para adaptar la iluminación a las necesidades específicas de cualquier procedimiento quirúrgico. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 2.04 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3700°K A 5100°K O RANGO MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su obervación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a características de iluminación que aseguren temperaturas de color idóneas para los diferentes procedimientos quirúrgicos, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

2.11 GRADO DE PROTECCIÓN IP53 O SUPERIOR.

Contamos con clase IP 52 que indica una protección significativa contra el polvo y protección moderada contra el agua. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 2.11 GRADO DE PROTECCIÓN IP52 O SUPERIOR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 71
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulada conforme a características técnicas actuales, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. por lo que el postor deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

5.03 FUENTE DE BATERIA DE RESPALDO, ANTE LA FALTA DE LA RED ELÉCTRICA PRINCIPAL, EL CUAL DEBE ESTAR INCORPORADO AL EQUIPO Y DEBE BRINDAR UNA AUTONOMÍA MAYOR O IGUAL A DIEZ (10) HORAS. Contamos con un sistema de batería que garantiza una autonomía de 03 horas sin pérdida de luminosidad en la lámpara rodable. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 5.03 FUENTE DE BATERIA DE RESPALDO, ANTE LA FALTA DE LA RED ELÉCTRICA PRINCIPAL, EL CUAL DEBE ESTAR INCORPORADO AL EQUIPO Y DEBE BRINDAR UNA AUTONOMÍA MAYOR O IGUAL A TRES (03) HORAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el orégano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulada para cubrir las necesidades quirúrgicas en operaciones prolongadas donde se requiere iluminación por varias horas o cuando se tengan varias cirugías programadas, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Mesa de operaciones:

1.03 RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO A TRAVÉS DE CUATRO O MÁS RUEDAS DOBLES DE 100 MM COMO MINIMO, CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL Y PANEL AUXILIAR EN LA COLUMNA.

Una mesa de operaciones se encuentra fabricada de acuerdo a las necesidades que brinda. Nuestra mesa de operaciones cuenta con ruedas de 80 mm que permiten brindar seguridad y estabilidad al paciente. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también 1.03 RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO A TRAVÉS DE CUATRO O MÁS RUEDAS DE 80 MM COMO MINIMO, CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL Y PANEL AUXILIAR EN LA COLUMNA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a adquirir mesas de operaciones fáciles de mover y desplazar, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

1.05 COMANDO DE CONTROL ALÁMBRICO Y/O INALÁMBRICO CON PANTALLA LCD A COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR ANGULACIONES Y ALTURAS CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES MÍNIMAS: ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA, TRENDELENBURG NORMAL E INVERSA, INCLINACIÓN LATERAL, AJUSTE DE RESPALDO, BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE FRENOS, ORIENTACIÓN DE PACIENTE COMO MÍNIMO.

Contamos con control remoto sin pantalla LCD que permite realizar movimientos como bloqueo/desbloqueo de suelo, trendelenburg/antitrendelenburg, ajuste de altura, inclinación lateral, posición 0, flex, reflex, ajuste de respaldo, ajuste de sección piernas, deslizamiento longitudinal, modo inverso/normal. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 1.05 COMANDO DE CONTROL ALÁMBRICO Y/O INALÁMBRICO CON PANTALLA LCD A COLOR (OPCIONAL) QUE PERMITA REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES MÍNIMAS: ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA, TRENDELENBURG NORMAL E INVERSA, INCLINACIÓN LATERAL, AJUSTE DE RESPALDO, BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE FRENOS, ORIENTACIÓN DE PACIENTE COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando controles intuitivos y fáciles de usar, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

1.07 SUPERFICIE LISA LIBRE DE VELCRO Y GEL ADHESIVO, CON PINES O CAPUCHONES PARA COLOCACIÓN O FIJACIÓN DE LOS ACOLCHADOS, TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
Contamos con colchones de espuma visco-elástica de 80 mm sellados por ultrasonido con efecto de memoria. Además presentan distribución de presión para evitar las úlceras de decúbito. Estos colchones se fijan con cinta velcro a las placas superiores de la mesa. Las cintas de Velcro pueden limpiarse con aire a presión. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 1.07 SUPERFICIE LISA LIBRE DE VELCRO Y GEL ADHESIVO, CON PINES O CAPUCHONES PARA COLOCACIÓN O FIJACIÓN DE LOS ACOLCHADOS, TRANSPARENTE A LOS RAYOS X O SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló con el objetivo de mejorar la higiene en el quirófano con la adquisición de equipos que minimicen las tareas de limpieza, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

1.11 EQUIPADA CON 5TA RUEDA MOTORIZADA QUE FACILITE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE ACCIONADA DESDE EL CONTROL MANUAL Y/O MANIJAS ELECTRÓNICAS.

Contamos con una 5ta rueda motorizada que es accionada a través de un joystick. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 1.11 EQUIPADA CON 5TA RUEDA MOTORIZADA QUE FACILITE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE ACCIONADA DESDE EL CONTROL MANUAL Y/O MANIJAS ELECTRÓNICAS O JOYSTICK.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera la característica técnica inicial.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

1.11 EQUIPADA CON 5TA RUEDA MOTORIZADA QUE FACILITE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE ACCIONADA DESDE EL CONTROL MANUAL Y/O MANIJAS ELECTRÓNICAS O JOYSTICK.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.11 EQUIPADA CON 5TA RUEDA MOTORIZADA QUE FACILITE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE ACCIONADA DESDE EL CONTROL MANUAL Y/O MANIJAS ELECTRÓNICAS O JOYSTICK.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

2.01 TRENDELENBURG 36° O MÁS.

Contamos con trendelenburg de 35° que permite realizar todos los procedimientos quirúrgicos sin inconvenientes. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 2.01 TRENDELENBURG 35° COMO MÍNIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera técnicamente las características técnicas iniciales.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

2.01 TRENDELENBURG 35° COMO MÍNIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.01 TRENDELENBURG 35° COMO MÍNIMO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

2.03 RESPALDAR HACIA ARRIBA +90° O MAYOR.

Contamos con un respaldo hacia arriba de +80° que permite realizar todos los procedimientos quirúrgicos sin inconvenientes. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 2.03 RESPALDAR HACIA ARRIBA +80° O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspectos técnicos que mejoren el posicionamiento del paciente en procedimientos especializados, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

2.04 RESPALDAR HACIA ABAJO -50° O MAYOR.

Contamos con un respaldo hacia abajo de -45° que permite realizar todos los procedimientos quirúrgicos sin inconvenientes. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 2.04 RESPALDAR HACIA ABAJO -45° O MENOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren el posicionamiento del paciente, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

2.10 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 600 MM O MENOS RESPECTO AL SUELO.
Contamos con un ajuste de altura desde 650 mm hasta 1100 mm. Este rango ofrecido es esencial para realizar todos los procedimiento quirúrgicos garantizando la estabilidad y seguridad del paciente. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 2.10 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 650 MM O MENOS RESPECTO AL SUELO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló con el objetivo de alcanzar posiciones enfocados en cirugía laparoscópicas, neurocirugía, oftalmología y entre otras que requieren altura bajas para la ergonomía de los cirujanos, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

2.11 POSICIONES PRECONFIGURADAS TRES COMO MÍNIMO, INCLUYENDO FLEX, POSICION SILLA Y AUTONIVEL O CERO COMO MÍNIMO Y CINCO MEMORIAS ADICIONALES PARA CONFIGURAR Y/O PROGRAMAR POSICIONES DE PACIENTE.

Contamos con posiciones preconfiguradas de flex, reflex, posición silla, posición 0 y también con opción de dos memorias adicionales para programar. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 2.11 POSICIONES PRECONFIGURADAS TRES COMO MÍNIMO, INCLUYENDO FLEX, POSICION SILLA Y AUTONIVEL O CERO COMO MÍNIMO Y DOS MEMORIAS ADICIONALES O MÁS PARA CONFIGURAR Y/O PROGRAMAR POSICIONES DE PACIENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló conforme a vigencias tecnológicas actuales, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

2.12 CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE PACIENTE 453 KILOS O MÁS Y CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO ARTICULADO O DINÁMICO 270 KILOS O MÁS.

Contamos con una capacidad de carga de 275 Kg con la cual nuestro equipo está diseñado para garantizar la estabilidad y seguridad del paciente durante procedimientos prolongados y complejos. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 2.12 CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE PACIENTE 275 KILOS O MÁS Y CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO ARTICULADO O DINÁMICO 270 KILOS O MÁS O SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando la atención de diferentes especialidades quirúrgicas, incluida cirugía bariátrica donde se requiere alta capacidad de soporte de peso, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:46:29

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

4.04 ILUMINACIÓN ALREDEDOR DE LA BASE.

Contamos con una base construida ergonómicamente para mayor higiene y que sea fácil de limpiar. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte 4.04 ILUMINACIÓN ALREDEDOR DE LA BASE O BASE ERGONÓMICA PARA FÁCIL LIMPIEZA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló conforme a vigencias tecnológicas actuales, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:59:52

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

1.05 Rango de presión negativa: Hasta 705 mmHg o más.

Se solicita por pluralidad de postores permitir un rango de presión ínfimamente menor, dado a que este nivel de presión es muy específico y beneficia únicamente a un postor a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre concurrencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores. Por ello, se solicita indicar:

1.05 Rango de presión negativa: Hasta 700 mmHg o más.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: EETT Literal: 1.05 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera la característica técnica inicial.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

1.05 Rango de presión negativa: Hasta 700 mmHg o más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.05 Rango de presión negativa: Hasta 700 mmHg o más.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:59:52

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

1.07 Nivel de Ruido 43 dB o menor, medido a 1 m de distancia respecto al equipo.

Se solicita por pluralidad de postores permitir un ruido superior, dado a que este nivel de ruido es muy específico y beneficia únicamente a un postor a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre concurrencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores. Por ello, se solicita indicar:

1.07 Nivel de Ruido 50 dB o menor, medido a 1 m de distancia respecto al equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 1.07 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a mejorar el ambiente de trabajo con la adquisición de aspiradores con baja emisión de ruido, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:59:52

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

1.09 Con capacidad de trabajar con bolsa desechable y resistente fabricada en polietileno, Superficie de la bolsa y tapa con protección antimicrobiana no orgánica que permita reducir y eliminar el 80% de bacterias en la superficie durante los primero 15 minutos o mejor

Se solicita considerar que esta solicitud fomenta la resistencia antimicrobiana intrahospitalaria, dado a que se usarían agentes antimicrobianos indiscriminadamente. ello podría generar resistencia microbiana e infectar a pacientes. a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre concurrencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores. Por ello, se solicita indicar como opcional:

1.09 Con capacidad de trabajar con bolsa desechable y resistente fabricada en polietileno, Superficie de la bolsa y tapa con protección antimicrobiana no orgánica que permita reducir y eliminar el 80% de bacterias en la superficie durante los primero 15 minutos o mejor (Opcional)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 1.09 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma vulnerada: Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos enfocados al manejo seguro de fluidos contaminados, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:59:52

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

2.09 Estructura montada sobre cuatro (04) ruedas dobles o mas, de 100 mm (+/- 2%) , omnidireccionales, dos o más ruedas con freno de pie.

Se solicita por medio de la presente aceptar ruedas de grado hospitalario, que tienen una medida superior, de 125 mm por lo que se debe indicar:

2.09 Estructura montada sobre cuatro (04) ruedas hospitalarias, de 125 mm (+/- 2%) , omnidireccionales, dos o más ruedas con freno de pie.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** 2.09 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas, por lo tanto, no limita su participación, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:59:52

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

3.21 Capacidad de imprimir 03 formas de ondas con papel de 57 mm o más de ancho.

Se solicita indicar una medida del papel más comercial, dado a que la mayoría de fabricantes utilizan papel de 50 mm, a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre competencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores. Por ello, se solicita indicar:

3.21 Capacidad de imprimir 03 formas de ondas con papel de 50 mm o más de ancho.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** 3.21 **Página:** 62
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma vulnerada: Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la obervación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su consulta, observación que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función al registro impreso de datos completos de las condiciones del paciente después de la desfibrilación y durante el monitoreo, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:59:52

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

4.02 Capacidad de succión continua: 45 l/min o mayor

Se solicita indicar una capacidad de succión más comercial, dado a que la mayoría de los fabricantes tienen una capacidad menor, al ser de uso portátil. a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre competencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores. Por ello, se solicita indicar:

4.02 Capacidad de succión continua: 30l/min o mayor

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** 4.02 **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma vulnerada: Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación laborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos para satisfacer todas las necesidades clínicas en cuanto a la succión de fluidos, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:59:52

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

4.06 con capacidad de trabajar con bolsa desechables estable y resistente, fabricada en polietileno, Superficie de la bolsa y tapa con protección antimicrobiana no orgánica que permita reducir y eliminar el 80% de bacterias en la superficie durante los primero 15 minutos o mejor.

Se solicita considerar que esta solicitud fomenta la resistencia antimicrobiana intrahospitalaria, dado a que se usarían agentes antimicrobianos indiscriminadamente. ello podría generar resistencia microbiana e infectar a pacientes. Por ello solicitamos indicar esta parte como opcional. a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre concurrencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores. Por ello, se solicita indicar:

4.06 con capacidad de trabajar con bolsa desechables estable y resistente, fabricada en polietileno, Superficie de la bolsa y tapa con protección antimicrobiana no orgánica que permita reducir y eliminar el 80% de bacterias en la superficie durante los primero 15 minutos o mejor. (Opcional)

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: EETTLiteral: 4.06Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos enfocados al manejo seguro de fluidos contaminados a través de métodos que eviten la propagación de bacterias, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:59:52

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

2.07 Capacidad de imprimir 03 formas de ondas con papel de 57 mm o más de ancho.

Se solicita indicar una medida del papel más comercial, dado a que la mayoría de fabricantes utilizan papel de 50 mm, a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre competencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores. Por ello, se solicita indicar:

2.07 Capacidad de imprimir 03 formas de ondas con papel de 50 mm o más de ancho.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** 2.07 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función al registro impreso de datos completos de las condiciones del paciente después de la desfibrilación y durante el monitoreo, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:35:19

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (FORMATO N° 01) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleara hasta una carta de fabricante para sustentar como máximo dos (02) características técnicas del mismo, dicha carta con fecha máximo de antigüedad 12 meses a la presentación de la ofertas; para sustentar una característica técnica del mismo (debidamente acreditada por el fabricante y la información sea verdadero verificable bajo responsabilidad de postor)

Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:

Observamos en las presentes bases que la entidad da la opción de presentar una carta del fabricante, para sustentar dos (02) característica técnicas del mismo, lo que ocasionaría que dicha especificación carezca de confiabilidad y que la entidad estaría arriesgando a adjudicar y recibir equipos médicos que no cumpla con lo solicitado por el área usuaria, ocasionándoles inconvenientes y/o gastos innecesarios al momento de la conformidad del producto Asimismo, señalamos que todo fabricante especifica detalladamente toda especificación técnica de su producto dentro de Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet.

Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad de los equipos solicitado, el comité de selección, retirara de la documentación obligatoria, la aceptación de carta del fabricante para el sustento de las especificaciones técnicas

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: E Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar su consulta el comité de selección en coordinación con área usuaria y el área técnica especialista, decide ACOGER su consulta, quedando de la siguiente manera:

e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (FORMATO N° 01) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (FORMATO N° 01) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:35:19

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Para la instalación, prueba operativa, protocolo de pruebas y capacitación para equipos médicos (En relación a lo expuesto en la (Ficha Técnica del Equipo)

Personal Profesional

Profesión: Personal de Salud, Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónica o Ingeniero Biomédico

Condición: Colegiado y Habilitado

Cantidad: mínima 01

Responsable de la instalación: Capacitación Usuaria (uso, operación y cuidado) del equipo y capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo. Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 10 personas como mínimo, en el hospital de Tayabamba. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados del personal capacitado de la entidad.

Al respecto, solicitamos al comité que incluya ingeniero Electrónico y telecomunicaciones, ya que es la profesión más idónea para la presente licitación y es lo más recurrente en este tipo de procesos. Por ello para regirnos a lo que establece la ley de contratación (Libertad de concurrencia. Las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria), solicitamos al Comité reformular el numeral en mención, a fin de posibilitar la libre concurrencia en este proceso, la reformulación solicitada sería en los siguientes términos:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Para la instalación, prueba operativa, protocolo de pruebas y capacitación para equipos médicos (En relación a lo expuesto en la (Ficha Técnica del Equipo)

Personal Profesional

Profesión: Personal de Salud, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones, o Ingeniero Mecatrónica o Ingeniero Biomédico

Condición: Colegiado y Habilitado

Cantidad: mínima 01

Responsable de la instalación: Capacitación Usuaria (uso, operación y cuidado) del equipo y capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo. Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 10 personas como mínimo, en el hospital de Tayabamba. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados del personal capacitado de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las presentes bases recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Sin embargo, con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores el área usuaria y previa evaluación correspondiente, este comité determina ACOGER la consulta formulada por el participante. Se modificará en las bases integradas de la siguiente manera:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

	Específico	III	3.2	77
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la instalación, prueba operativa, protocolo de pruebas y capacitación para equipos médicos (En relación a lo expuesto en la (Ficha Técnica del Equipo)

Personal Profesional

Profesión: Personal de Salud y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones, y/o Ingeniero Mecatrónica y/o Ingeniero Biomédico

Condición: Colegiado y Habilitado

Cantidad: mínima 01

Responsable de la instalación: Capacitación Usuaría (uso, operación y cuidado) del equipo y capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo. Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 10 personas como mínimo, en el hospital de Tayabamba. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados del personal capacitado de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Para la instalación, prueba operativa, protocolo de pruebas y capacitación para equipos médicos (En relación a lo expuesto en la (Ficha Técnica del Equipo)

Personal Profesional

Profesión: Personal de Salud y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones, y/o Ingeniero Mecatrónica y/o Ingeniero Biomédico

Condición: Colegiado y Habilitado

Cantidad: mínima 01

Responsable de la instalación: Capacitación Usuaría (uso, operación y cuidado) del equipo y capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo. Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 10 personas como mínimo, en el hospital de Tayabamba. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados del personal capacitado de la entidad.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

1.02 MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA (VACUÓMETRO) DIÁMETRO DE 62 MM O MAYOR

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

1.02 MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA (VACUÓMETRO) DIÁMETRO DE 55 MM O MAYOR, CODIFICADO POR COLORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 1.02 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando que, contar con un manómetro amplio mejora la visión de los valores durante la regulación de la succión, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:
ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
1.06 RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA: HASTA 705MMHG O MÁS
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
1.06 RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA: HASTA 680MMHG O MÁS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.06 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su consulta, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos que garanticen altos niveles de succión en altura donde se sabe que existe perdidas de presión negativa, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

1.07 NIVEL DE RUIDO:43 DB O MENOR, MEDIDO A 1M DE DISTANCIA RESPECTO DEL EQUIPO

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

1.07 NIVEL DE RUIDO:45 DB O MENOR, MEDIDO A 1M DE DISTANCIA RESPECTO DEL EQUIPO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 1.07 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera la característica técnica inicial.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

1.07 NIVEL DE RUIDO:45 DB O MENOR, MEDIDO A 1M DE DISTANCIA RESPECTO DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.07 NIVEL DE RUIDO:45 DB O MENOR, MEDIDO A 1M DE DISTANCIA RESPECTO DEL EQUIPO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

1.09 CON CAPACIDAD DE TRABAJAR CON BOLSA DESECHABLES ESTABLE Y RESISTENTE, FABRICADA EN POLIETILENO, SUPERFICIE DE BOLSA Y TAPA CON PROTECCION ANTIMICROBIANA NO ORGANICA QUE PERMITA REDUCIR Y ELIMINAR EL 80% DE BACTERIAS EN AL SUPERFICIE

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

1.09 CON CAPACIDAD DE TRABAJAR CON BOLSA DESECHABLES ESTABLE Y RESISTENTE, FABRICADA EN POLIETILENO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 1.09 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos enfocados al manejo seguro de fluidos contaminados a través de métodos que eviten la propagación de bacterias, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 34
Consulta/Observación:
ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
2.07 CON FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA ENTRE FRASCO Y BOMBA DE VACÍO CON DURABILIDAD DE 30 DÍAS O MAS
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
2.07 CON FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA ENTRE FRASCO Y BOMBA DE VACÍO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.07 **Página:** 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando la bioseguridad de los pacientes y el personal médico, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

3.05 VEINTE (20) BOLSAS COLECTORAS DESECHABLES CON ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA PARA UNA EXTRACCION SEGURA DEL FRASCO, (CAPACIDAD DOS LITROS O MAS CON SUPERFICIE ANTIMICROBIANA)

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

3.05 VEINTE (20) BOLSAS COLECTORAS DESECHABLES CON ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA PARA UNA EXTRACCION SEGURA DEL FRASCO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.05 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos enfocados al manejo seguro de fluidos contaminados, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

COCHE DE PARO EQUIPADO

Mueble Rodable

2.03 CINCO (05) CAJONES COMO MÍNIMO DE DIFERENTES COLORES, DE FÁCIL DESLIZAMIENTO Y PORTA ETÍQUETA PARA TODOS LOS CAJONES, CON SISTEMA DE BLOQUEO Y QUE PERMITA RECONFIGURAR LA CAJONERIA

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.03 CINCO (05) CAJONES COMO MÍNIMO, DE FÁCIL DESLIZAMIENTO, CON SISTEMA DE BLOQUEO Y QUE PERMITA RECONFIGURAR LA CAJONERIA

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP. III Literal: 2.03 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL Nº1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos que permitan el almacenaje e identificación de los medicamentos y equipamiento del coche de paro, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 37
Consulta/Observación:
COCHE DE PARO EQUIPADO
Desfibrilador con monitor y paletas externas
3.08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA CON FUNCION DE DESCARGA PERIODICA DE LA BATERIA PARA UNA RESTAURACION DE LA MISMA Y BRINDARLE UN TIEMPO DE VIDA UTIL MAYOR
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
3.08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.08 **Página:** 62
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera la característica técnica inicial.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
3.08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
3.08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

COCHE DE PARO EQUIPADO

Desfibrilador con monitor y paletas externas

3.21 CAPACIDAD DE IMPRIMIR 03 FORMAS DE ONDAS CON PAPEL DE 57 mm ó MAS DE ANCHO

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

3.21 CAPACIDAD DE IMPRIMIR 03 FORMAS DE ONDAS CON PAPEL DE 50 mm ó MAS DE ANCHO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.21 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función al registro impreso de datos completos de las condiciones del paciente después de la desfibrilación y durante el monitoreo, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

COCHE DE PARO EQUIPADO

Aspirador de secreciones portatil

4.06 CAPACIDAD DE TRABAJAR CON BOLSA DESECHABLES ESTABLE Y RESISTENTE, FABRICADA EN POLIETILENO, SUPERFICIE DE BOLSA Y TAPA CON PROTECCION ANTIMICROBIANA NO ORGANICA QUE PERMITA REDUCIR Y ELIMINAR EL 80% DE BACTERIAS EN LA SUPERFICIE DURANTE LOS PRIMEROS 15 MINUTOS O MEJOR

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

4.06 CAPACIDAD DE TRABAJAR CON BOLSA DESECHABLES ESTABLE Y RESISTENTE, FABRICADA EN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 4.06 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos enfocados al manejo seguro de fluidos contaminados a través de métodos que eviten la propagación de bacterias, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

COCHE DE PARO EQUIPADO

Aspirador de secreciones portatil

4.09 VEINTE (20) BOLSAS COLECTORAS DESECHABLES CON TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA CON ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA PARA UNA EXTRACCIÓN SEGURA DEL FRASCO. (CAPACIDAD DOS LITROS O MAS)

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

4.09 VEINTE (20) BOLSAS COLECTORAS DESECHABLES

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 4.09 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado considerando aspectos técnicos enfocados al manejo seguro de fluidos contaminados, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 41
Consulta/Observación:
DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS
1.08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA CON FUNCION DE DESCARGA PERIODICA DE LA BATERIA PARA UNA RESTAURACION DE LA MISMA Y BRINDARLE UN TIEMPO DE VIDA UTIL MAYOR
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
1.08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.08 **Página:** 65
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera la característica técnica inicial.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
1.08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
1.08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:
DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS
2.07 CAPACIDAD DE IMPRIMIR 03 FORMAS DE ONDAS CON PAPEL DE 57 mm ó MAS DE ANCHO
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
2.07 CAPACIDAD DE IMPRIMIR 03 FORMAS DE ONDAS CON PAPEL DE 50 mm ó MAS DE ANCHO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.07 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función al registro impreso de datos completos de las condiciones del paciente después de la desfibrilación y durante el monitoreo, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:
ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL
1.04 RECONOCIMIENTO DEL ELECTRODO NEUTRO CON CONTACTO AL PACIENTE MEDIANTE UNA O DOS SUPERFICIES Y SEÑALIZACION DE ELECTRODOS NEUTROS ADULTO PEDIATRICO CON 4 NIVELES COMO MINIMO
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
1.04 RECONOCIMIENTO DEL ELECTRODO NEUTRO DE DOBLE CAMPO CON LA PIEL DEL PACIENTE Y SEÑALIZACION DE ELECTRODOS NEUTROS ADULTO PEDIATRICO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.04 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará el ítem 1.04 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
1.04 RECONOCIMIENTO DEL ELECTRODO NEUTRO CON CONTACTO AL PACIENTE MEDIANTE UNA O DOS SUPERFICIES Y SEÑALIZACIÓN DE ELECTRODOS ADULTO/PEDIÁTRICO CON CUATRO NIVELES O ADVERTENCIAS COMO MÍNIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
1.04 RECONOCIMIENTO DEL ELECTRODO NEUTRO CON CONTACTO AL PACIENTE MEDIANTE UNA O DOS SUPERFICIES Y SEÑALIZACIÓN DE ELECTRODOS ADULTO/PEDIÁTRICO CON CUATRO NIVELES O ADVERTENCIAS COMO MÍNIMO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 44
Consulta/Observación:
ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL
1.06 CON 02 SISTEMA DE DOSIFICACION AUTOMATICA (POTENCIA CONSTANTE ¿ TENSION CONSTANTE) Y MONITORIZACION EN TIEMPO REAL CON 6990 CONTROLES / SEGUNDO COMO MINIMO ENTRE EL TEJIDO DEL PACIENTE Y EL ELECTROBISTURI
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
1.06 CON 01 O MAS SISTEMAS DE DOSIFICACION AUTOMATICA Y MONITORIZACION EN TIEMPO REAL ENTRE EL TEJIDO DEL PACIENTE Y EL ELECTROBISTURI

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.06 **Página:** 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 45
Consulta/Observación:
ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL
1.08 TECNOLOGIA CON DOBLE MICROPROCESADOR QUE PERMITA EL AUTODIAGNOSTICO COMPLETO Y CONSTANTE DEL MONITOR DURANTE TODO EL FUNCIONAMIENTO
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
1.08 TECNOLOGIA CON MICROPROCESADOR QUE PERMITA EL AUTODIAGNOSTICO COMPLETO Y CONSTANTE DEL MONITOR DURANTE TODO EL FUNCIONAMIENTO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.08 **Página:** 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores, el objetivo es tener el monitoreo constante del equipo durante el funcionamiento, se modificará el ítem 1.08 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
1.08 TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR O MICROPROCESADOR (ES) QUE PERMITA EL AUTODIAGNOSTICO COMPLETO Y CONSTANTE DEL MONITOR DURANTE TODO EL FUNCIONAMIENTO.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
1.08 TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR O MICROPROCESADOR (ES) QUE PERMITA EL AUTODIAGNOSTICO COMPLETO Y CONSTANTE DEL MONITOR DURANTE TODO EL FUNCIONAMIENTO.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL
2.04 DOS (02) SALIDAS PARA ELECTRODO NEUTRO (AMERICANO Y EUROPEO)
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
2.04 UNA (01) SALIDA O MAS PARA EL ELECTRO NEUTRO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.04 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, se requiere un equipo de alta frecuencia con 02 puertos distintos de electrodos ya que permite utilizar diferentes placas neutras, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL

2.05 DOS (02) SALIDAS PARA CONECTORES PEDALES (UBICADOS EN LA PARTE FRONTAL)

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.05 DOS (02) SALIDAS PARA CONECTORES PEDALES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.05 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL

2.08 CORTE PURO: 400 W ó MAYOR Y CORTE PURO CON VOLTAJE CONSTANTE CON 4 MODOS DE EMISION CONFIGURADO POR EFECTOS DE 300W Ó MAYOR.

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.08 CORTE PURO (MODO MONOPOLAR) DE 400W O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.08 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, por lo que indicamos que las potencias solicitadas en las características son las mínimas que se requieren, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 49
Consulta/Observación:
ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL
2.09 CORTE MIXTO HASTA 300 W Ó MAYOR
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
2.09 CORTE MIXTO O BLEND HASTA 300 W Ó MAYOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.09 **Página:** 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará el ítem 2.09 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
2.09 CORTE MIXTO O BLEND HASTA 300 W Ó MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2.09 CORTE MIXTO O BLEND HASTA 300 W Ó MAYOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL

2.12 COAGULACION SPRAY 200 W ó MAYOR

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.12 COAGULACION SPRAY 70 W ó MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.12 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, por lo que indicamos que las potencias solicitadas en las características son las mínimas que se requieren, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL

2.14 COAGULACIÓN BIPOLAR ESTANDAR: 200W O MAYOR

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.14 COAGULACIÓN BIPOLAR ESTANDAR: 150W O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.14 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, por lo que indicamos que las potencias solicitadas en las características son las mínimas que se requieren, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/ BIPOLAR DIGITAL

2.16 COAGULACION PARA SELLADO DE VASOS DE 320W O MAYOR CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO Y STOP DE LA COAGULACIÓN BIPOLAR.

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.16 COAGULACION PARA SELLADO DE VASOS DE 200W O MAYOR CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO Y STOP DE LA COAGULACIÓN BIPOLAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.16 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, por lo que indicamos que las potencias solicitadas en las características son las mínimas que se requieren, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 53
Consulta/Observación:
LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA
1.05 PANEL DE CONTROL LCD TFT TACTIL DE 4.3" COMO MIMIMO, CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ENCENDIDO Y APAGADO, AJUSTE DE INTENSIDAD DE ILUMINACION, AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR, PROFUNDIDAD DE ILUMINACION, FOCALIZACION DEL CAMPO OPERATORIO, LUZ ENDO Y MODO DE SINCRONIZACION COMO MINIMO
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
1.05 PANEL DE CONTROL LCD TFT, CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ENCENDIDO Y APAGADO, AJUSTE DE INTENSIDAD DE ILUMINACION, AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR, PROFUNDIDAD DE ILUMINACION, FOCALIZACION DEL CAMPO OPERATORIO, LUZ ENDO Y MODO DE SINCRONIZACION COMO MINIMO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.05 **Página:** 69
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL Nº1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a características que mejoren la interacción del usuario a través de pantallas intuitivas y fáciles de operar, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. por lo que el postor deberá ceñirse a las bases.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 54
Consulta/Observación:
LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA
2.08 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3000°K A 5700°K O RANGO MAYOR
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
2.08 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3600°K A 5500°K O RANGO MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.08 Página: 69
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera la característica técnica inicial.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
2.08 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3600°K A 5500°K O RANGO MAYOR
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2.08 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3600°K A 5500°K O RANGO MAYOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA

2.14 LA LUZ DE AMBIENTE ENDO PARA INTERVENCIONES MINIMAMENTE INVASIV PROYECTADA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL CABEZAL DE LA LAMPARA, DISEÑADA PARA ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.14 LA LUZ DE AMBIENTE ENDO PARA INTERVENCIONES MINIMAMENTE INVASIVA, DISEÑADA PARA ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.14 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a características de iluminación que mejoren las condiciones de trabajo de los cirujanos cuando se realicen cirugías endoscópicas o laparoscópicas, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE
1.03 PANEL TACTIL LCD TFT A COLOR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ENCENDIDO Y AFAGADO, AJUSTE DE INTENSIDAD DE ILUMINACION. AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR, PROFUNDIDAD DE ILUMINACION, FOCALIZACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO, LUZ ENDO Y MODO DE SINCRONIZACION COMO MININO
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
1.03 PANEL TACTIL CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ENCENDIDO Y AFAGADO, AJUSTE DE INTENSIDAD DE ILUMINACION. AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR, FOCALIZACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO, LUZ ENDO COMO MININO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.03 **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a características que mejoren la interacción del usuario a través de pantallas intuitivas y fáciles de operar, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:
LAMPARA QUIRURGICA RODABLE
1.04 CON SISTEMA DE BATERIA QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE 10 HORAS COMO MINIMO
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
1.04 CON SISTEMA DE BATERIA QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE 4 HORAS COMO MINIMO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.04 **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado para cubrir las necesidades quirúrgicas en operaciones prolongadas donde se requiere iluminación por varias horas o cuando se tengan varias cirugías programadas, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

2.02 ILUMINACION ENDO PROYECTADA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL CABEZAL, DISEÑADA PARA ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.02 ILUMINACION ENDO, DISEÑADA PARA ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.02 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a características de iluminación que mejoren las condiciones de trabajo de los cirujanos cuando se realicen cirugías endoscópicas o laparoscópicas, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 59
Consulta/Observación:
LAMPARA QUIRURGICA RODABLE
2.04 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DE 3000°K A 5700°K O MAYOR
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
2.04 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DE 3500°K A 5500°K O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.04 **Página:** 71
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera la característica técnica inicial.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
2.08 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3500°K A 5500°K O RANGO MAYOR
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2.08 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3500°K A 5500°K O RANGO MAYOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

1.03 RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO A TRAVES DE CUATRO O MAS RUEDAS DOBLES DE 100MM COMO MINIMO, CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL Y PANEL AUXLIAR EN LA COLUMNA

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

1.03 RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL Y PANEL AUXLIAR EN LA COLUMNA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 1.03 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria fue formulado en función a adquirir mesas de operaciones fáciles de mover y desplazar, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

1.04 BASE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ABS CALIDAD (VO) RESISTENTE AL IMPACTO, DESINFECTANTES Y FUEGO.

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

1.04 BASE DE ACERO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 1.04 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando mesas de operaciones con cubiertas que mejoren la higiene del quirófano, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

1.05 COMANDO DE CONTROL ALAMBRICO Y/O INALAMBRICO CON PANTALLA LCD A COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR ANGULACIONES Y ALTURAS CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES MINIMAS: ALTURA MINIMA Y MAXIMA, TRENDELENBURG NORMAL E INVERSA, INCLINACION LATERAL, AJUSTE DE RESPALDO, BLOQUEO Y DESELOQUEO DE FRENOS, ORIENTACION DE PACIENTE COMO MINIMO.

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

1.05 COMANDO DE CONTROL ALAMBRICO Y/O INALAMBRICO A COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR ANGULACIONES Y ALTURAS CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES MINIMAS: ALTURA MINIMA Y MAXIMA, TRENDELENBURG NORMAL E INVERSA, INCLINACION LATERAL, AJUSTE DE RESPALDO, BLOQUEO Y DESELOQUEO DE FRENOS, ORIENTACION DE PACIENTE COMO MINIMO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.05 **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando controles intuitivos y fáciles de usar, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

1.11 EQUIPADA CON 5ta RUEDA MOTORIZADA QUE FACILITE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE, ACCIONADA DESDE EL CONTROL MANUAL YIO MANLIAS ELECTRONICAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

1.11 EQUIPADA CON 5ta RUEDA MOTORIZADA QUE FACILITE EL TRASNPORTE DEL PACIENTE, ACCIONADA DESDE EL CONTROL MANUAL YIO MANLIAS ELECTRONICAS (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 1.11 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando métodos y tecnologías que mejoren la postura y ergonomía de los usuarios durante el transporte de las mesas, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

2.03 RESPALDAR HACIA ARRIBA +90° O MAYOR.

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.03 RESPALDAR HACIA ARRIBA +80° O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.03 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspectos técnicos que mejoren el posicionamiento del paciente en procedimientos especializados, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

2.04 RESPALDAR HACIA ABAJO -50° O MAYOR.

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.04 RESPALDAR HACIA ABAJO -30° O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.04 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren el posicionamiento del paciente, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

2.09 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1100mm COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

Con el fin de permitir una mayor ergonomía al cirujano en operaciones realizadas a pie, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.09 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1240mm COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.09 **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas, por lo tanto, no limita su participación, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 67
Consulta/Observación:
MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA
2.10 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 600mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
2.10 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 610mm O MENOS RESPECTO AL SUELO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.10 **Página:** 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló con el objetivo de alcanzar posiciones enfocados en cirugía laparoscópicas, neurocirugía, oftalmología y entre otras que requieren altura bajas para la ergonomía de los cirujanos, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

2.11 POSICIONES PRE-CONFIGURADAS TRES COMO MINIMO, INCLUYENDO FLEX, POSICION SILLA Y AUTONIVEL O CERO COMO MINIMO, Y CINCO MEMORIAS ADICIONALES PARA CONFIGURAR YIO PROGRAMAR POSICIONES DE PACIENTE

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

2.11 POSICIONES PRE-CONFIGURADAS TRES COMO MINIMO, INCLUYENDO FLEX, POSICION SILLA Y AUTONIVEL O CERO COMO MINIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.11 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló conforme a vigencias tecnológicas actuales, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 69
Consulta/Observación:
MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA
2.12 CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE PACIENTE 453 KILOS O MAS Y CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO ARTICULADO O DINAMICO 270 KILOS O MAS
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
2.12 CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE PACIENTE 320 KILOS O MAS Y CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO ARTICULADO O DINAMICO 270 KILOS O MAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 2.12 **Página:** 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando la atención de diferentes especialidades quirúrgicas, incluida cirugía bariátrica donde se requiere alta capacidad de soporte de peso, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA

4.03 FUENTE DE BATERÍA INCORPORADA, CON LINA AUTONOMIA DE CINCO DIAS DE DURACIÓN COMO MÍNIMO Ó QUE PUEDA REALIZAR TODOS SUS MOVIMIENTOS POR LO MENOS EN 80 VECES.

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

4.03 FUENTE DE BATERÍA INCORPORADA, CON LINA AUTONOMIA DE CINCO DIAS DE DURACIÓN COMO MÍNIMO Ó QUE PUEDA REALIZAR TODOS SUS MOVIMIENTOS POR LO MENOS EN 60 VECES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 4.03 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará la característica técnica ya que esto no altera las características técnicas iniciales.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

4.03 FUENTE DE BATERÍA INCORPORADA, CON LINA AUTONOMIA DE CINCO DIAS DE DURACIÓN COMO MÍNIMO Ó QUE PUEDA REALIZAR TODOS SUS MOVIMIENTOS POR LO MENOS EN 60 VECES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4.03 FUENTE DE BATERÍA INCORPORADA, CON LINA AUTONOMIA DE CINCO DIAS DE DURACIÓN COMO MÍNIMO Ó QUE PUEDA REALIZAR TODOS SUS MOVIMIENTOS POR LO MENOS EN 60 VECES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 71
Consulta/Observación:
MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ ELECTRICA
4.04 INDICADOR DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERIA EN EL MANDO MANUAL Y MEDIANTE ILUMINACION ALREDEDOR DE LA BASE (PAG 74)
Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:
4.04 INDICADOR DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERIA EN EL MANDO MANUAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 4.04 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló con el objetivo de tener un control de la carga de las baterías, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:07:06

Observación: Nro. 72
Consulta/Observación:
FACTORES DE EVALUACION

B. PLAZO DE ENTREGA
Se está solicitando un plazo de entrega de 65 días calendarios para la entrega de los equipos (página 14), y que revisando el cumplimiento detallado de las Especificaciones Técnicas, éste es un tiempo moderado para suministrar la totalidad del equipamiento. Hay que considerar que la entidad está solicitando equipos de primera calidad con las mejores y ultimas vigencias tecnológicas.

Al otorgar puntuación al plazo de entrega se estaría limitando la participación y pluralidad de postores, ya que en la actualidad no existen fabricas nacionales que fabriquen estos equipos como para poder cumplir el mejor puntaje en el plazo de entrega de 15 dias calendarios. Todos los equipos son de procedencia extranjera (europea, asiática o americana, u otros), por lo que su importación toma un determinado tiempo, que muchas veces excede el plazo de 65 dias calendarios, por temas como fabricación, importación, desaduanaje, etc.. Hay que tomar en cuenta que se indica que los equipos deben contar con fabricación de 12 meses o menor anterior a la fecha de presentación de propuestas.

En aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en su artículo 2 inciso g) Vigencia tecnológica, los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas. En ese sentido solicitamos al comité de selección suprimir el puntaje solicitado para el plazo de entrega

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. IV Literal: B Página: 79
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
DL N°1341 ART.2 a) b) c) e) g) Vigencia Tecnológica
Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de evaluar su observación el comité de selección en coordinación con el área usuaria y el área técnica especialista, decide NO ACOGER su observación, de acuerdo a las condiciones y reglas establecidas en las bases como los requerimientos formulados por el área usuaria se ha establecido En el numeral B. PLAZO DE ENTREGA, en ese sentido los postores deben adecuar su oferta a dichas condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

1.02 PANTALLA LCD 7", CON INDICADORES DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR E INDICADORES DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR Y TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL SELLADO DE VASOS DE (7MM) COMO MINIMO. CON INDICADOR SONORO PARA EL SELLADO. Las pantallas amplias y de mayor tamaño permiten al cirujano y al personal estéril visualizar los parámetros del equipo desde una distancia segura, lo que agiliza las acciones durante la intervención y reduce el riesgo de errores en la conexión, desconexión, y ajuste de parámetros. Limitar la solicitud a una pantalla de solo 7" restringe la participación de equipos con pantallas superiores, que ofrecen ventajas significativas en términos de seguridad y eficiencia. Por ello solicitamos aceptar pantallas de 9" a más o modificación de especificación para fomentar la participación de postores: 1.02 PANTALLA LCD 7" A MAS, CON INDICADORES DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR E INDICADORES DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR Y TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL SELLADO DE VASOS DE (7MM) COMO MINIMO. CON INDICADOR SONORO PARA EL SELLADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores. El postor podrá participar si cuenta con una pantalla lcd mayor o igual a 7", se modificará el ítem 1.02 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

1.02 PANTALLA LCD 7" A MAS, CON INDICADORES DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR E INDICADORES DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR Y TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL SELLADO DE VASOS DE (7MM) COMO MINIMO, CON INDICADOR SONORO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.02 PANTALLA LCD 7" A MAS, CON INDICADORES DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR E INDICADORES DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR Y TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL SELLADO DE VASOS DE (7MM) COMO MINIMO, CON INDICADOR SONORO.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 74

Consulta/Observación:

1.04 RECONOCIMIENTO DEL ELECTRODO NEUTRO CON CONTACTO AL PACIENTE MEDIANTE UNA O DOS SUPERFICIES Y SEÑALIZACIÓN DE ELECTRODOS ADULTO PEDIÁTRICO CON CUATRO NIVELES COMO MÍNIMO. Entendemos que se solicita un electrobisturí con un sistema de seguridad que indique el nivel de contacto con la piel del paciente. Equipo que ofertado cumple con este requisito, aunque de una manera distinta, a través de un avanzado sistema de supervisión del electrodo neutro, que muestra la calidad del contacto mediante un código de colores: verde (OK), amarillo (deficiente), rojo (insuficiente) y gris (no conectado). Además, el equipo ajusta automáticamente la potencia máxima de las corrientes monopolares a 50 vatios para pacientes pediátricos, garantizando así un alto nivel de seguridad. Por lo tanto, solicitamos que se acepte para fomentar la participación de postores: 1.04 RECONOCIMIENTO DEL ELECTRODO NEUTRO CON CONTACTO AL PACIENTE MEDIANTE UNA O DOS SUPERFICIES Y SEÑALIZACIÓN DE ELECTRODOS ADULTO PEDIÁTRICO CON CUATRO NIVELES O ADVERTENCIAS COMO MÍNIMO

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará el ítem 1.04 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
1.04 RECONOCIMIENTO DEL ELECTRODO NEUTRO CON CONTACTO AL PACIENTE MEDIANTE UNA O DOS SUPERFICIES Y SEÑALIZACIÓN DE ELECTRODOS ADULTO/PEDIÁTRICO CON CUATRO NIVELES O ADVERTENCIAS COMO MÍNIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.04 RECONOCIMIENTO DEL ELECTRODO NEUTRO CON CONTACTO AL PACIENTE MEDIANTE UNA O DOS SUPERFICIES Y SEÑALIZACIÓN DE ELECTRODOS ADULTO/PEDIÁTRICO CON CUATRO NIVELES O ADVERTENCIAS COMO MÍNIMO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

1.06 CON DOS SISTEMAS DE DOSIFICACION AUTOMÁTICA (POTENCIA CONSTANTE ¿ TENSION CONSTANTE) Y MONITORIZACION EN TIEMPO REAL CON 9990 CONTROLES / SEGUNDO COMO MINIMO ENTRE EL TEJIDO DEL PACIENTE Y EL ELECTROBISTURI. Solicitar sistemas de monitorización con tal precisión como la solicitada limita la participación de postores, ya que son requerimientos que dirigen la especificación a una marca o fabricante en particular, por lo que, para fomentar la participación y pluralidad de los postores, solicitamos aceptar: CON DOS SISTEMAS DE DOSIFICACION AUTOMÁTICA (POTENCIA CONSTANTE ¿ TENSION CONSTANTE) O IMPEDANCIA DE TEJIDOS Y MONITORIZACION EN TIEMPO REAL ENTRE EL TEJIDO DEL PACIENTE Y EL ELECTROBISTURI.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 76

Consulta/Observación:

1.07 TECNOLOGÍA CON DOBLE MICROPROCESADOR QUE PERMITA EL AUTODIAGNOSTICO COMPLETO Y CONSTANTE DEL MONITOR DURANTE TODO EL FUNCIONAMIENTO. Cada fabricante cumple con normas de seguridad y tecnología que lo diferencia entre otros, por lo que solicitamos aceptar un microprocesador o procesadores, y para mayor participación y pluralidad entre postores: 1.07 TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR O MICROPROCESADOR (ES) QUE PERMITA EL AUTODIAGNOSTICO COMPLETO Y CONSTANTE DEL MONITOR DURANTE TODO EL FUNCIONAMIENTO.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: CAP III

Literal: 3.1

Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores, el objetivo es tener el monitoreo constante del equipo durante el funcionamiento, se modificará el ítem 1.07 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

1.07 TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR O MICROPROCESADOR (ES) QUE PERMITA EL AUTODIAGNOSTICO COMPLETO Y CONSTANTE DEL MONITOR DURANTE TODO EL FUNCIONAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.07 TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR O MICROPROCESADOR (ES) QUE PERMITA EL AUTODIAGNOSTICO COMPLETO Y CONSTANTE DEL MONITOR DURANTE TODO EL FUNCIONAMIENTO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

2.04 DOS (02) SALIDAS PARA CONECTORES PEDALES (UBICADOS EN LA PARTE FRONTAL). La gran parte de los electrobisturí del mercado cuentan con la conexión de pedales en la parte posterior por la ergonomía, seguridad, etc, por lo que solicitar la ubicación en la parte frontal dirige la especificación a una limitada gama de equipos en el mercado o a una marca en específico limitando la participación de postores, por lo que para fomentar la participación de postores, solicitamos aceptar: 2.04 dos (02) salidas para conectores pedales (ubicados en la parte frontal o posterior del equipo)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:
2.12 COAGULACION SPRAY 200 W O MAYOR. La mayoría de los equipos del mercado manejan coagulación spray de 120W por lo que existe una limitada, casi escasa gama de electrobisturí que cuentan con 200W en coagulación bipolar, limitando la pluralidad y participación de los postores, por lo que, para fomentar la participación de postores, solicitamos aceptar: .12 COAGULACION SPRAY 120 W O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, por lo que indicamos que las potencias solicitadas en las características son las mínimas que se requieren, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 79

Consulta/Observación:

2.15 COAGULACION PARA SELLADO DE VASOS DE 320W O MAYOR CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO Y ESTOCK DE LA COAGULACIÓN BIPOLAR. Mientras que otros equipos en el mercado requieren mayor potencia para realizar el sellado de vasos de 7 mm de diámetro, lo que puede comprometer la integridad del tejido circundante, el equipo ofertado logra un sellado efectivo con una coagulación de 200W, sin necesidad de potencias más elevadas. Esto beneficia al paciente al reducir el riesgo de sobrecalentamiento de la punta de la pinza y minimizar el daño al tejido adyacente. Por lo tanto, para fomentar la participación de los postores y en vista que es una mejora y no interfiere con el buen funcionamiento del equipo solicitamos aceptar: 2.15 COAGULACION PARA SELLADO DE VASOS DE 200W O MAYOR, CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO Y ESTOP DE LA COAGULACIÓN BIPOLAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspecto técnico que mejoren la usabilidad del equipo y seguridad del paciente, por lo que indicamos que las potencias solicitadas en las características son las mínimas que se requieren, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 80

Consulta/Observación:

3.03 DOS (02) LAPIZ MONOPOLAR REUSABLE CON DOS BOTONES, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 5M DE LARGO. El uso de lápiz reusables trae como consecuencia el riesgo de infecciones cruzadas, infecciones del sitio quirúrgico y alto riesgo de enfermedades nosocomiales, por lo que sugerimos aceptar: 3.03 DOS (02) LAPIZ MONOPOLAR REUSABLE CON DOS BOTONES, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 5M DE LARGO O CIENTO (100) LAPIZ MONOPOLAR DESCARTABLE CON DOS BOTONES, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 3M

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará el ítem 3.03 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.03 DOS (02) LAPIZ MONOPOLAR REUSABLE CON DOS BOTONES, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 5M DE LARGO O CIENTO (100) LAPIZ MONOPOLAR DESCARTABLE CON DOS BOTONES, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 3M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.03 DOS (02) LAPIZ MONOPOLAR REUSABLE CON DOS BOTONES, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 5M DE LARGO O CIENTO (100) LAPIZ MONOPOLAR DESCARTABLE CON DOS BOTONES, CON CABLE DE CONEXIÓN DE

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

3.06 UNA (01) PLACA ADULTO DE 160 X 250 MM REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN. Este requisito no cumple con las especificaciones indicadas en 1.04 y 1.06, donde se exige la monitorización de la placa y la impedancia de los tejidos, algo que solo es posible si el equipo utiliza placas desechables, entendemos que se está solicitando un equipo que incluya medidas de seguridad, como la monitorización de la impedancia de los tejidos y el contacto de la placa con la piel del paciente. Estas medidas de seguridad pueden lograrse mediante el uso de placas de un solo uso descartables, por lo que solicitamos aceptar: 3.06 UNA (01) PLACA ADULTO DE 160 X 250 MM REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN O CIENTO (100) PLACAS ADULTOS DE UN SOLO USO CON CABLE DE CONEXIÓN

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará el ítem 3.06 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.06 UNA (01) PLACA ADULTO 160 X 250 MM REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN O CIENTO (100) PLACAS ADULTO DE UN SOLO USO Y UN CABLE REUTILIZABLE DE CONEXIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.06 UNA (01) PLACA ADULTO 160 X 250 MM REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN O CIENTO (100) PLACAS ADULTO DE UN SOLO USO Y UN CABLE REUTILIZABLE DE CONEXIÓN.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

3.07 UNA (01) PLACA PEDIATRICA DE 160 X 80 MM REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN. Este requisito no cumple con las especificaciones indicadas en 1.04 y 1.06, donde se exige la monitorización de la placa y la impedancia de los tejidos, algo que solo es posible si el equipo utiliza placas desechables, entendemos que se está solicitando un equipo que incluya medidas de seguridad, como la monitorización de la impedancia de los tejidos y el contacto de la placa con la piel del paciente. Estas medidas de seguridad pueden lograrse mediante el uso de placas de un solo uso descartables, por lo que solicitamos aceptar: 3.06 UNA (01) PLACA PEDIATRICA DE 160 X 80 MM REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN O CIENTO (100) PLACAS PEDIATRICAS DE UN SOLO USO CON CABLE DE CONEXIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 68
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de analizar la observación o consulta elaborada por el proveedor, el órgano encargado previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación o consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores, se modificará el ítem 3.07 ya que la modificación realizada no altera las características técnicas iniciales.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
3.07 UNA (01) PLACA PEDIATRICA DE 160 X 80 MM REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN O CIENTO (100) PLACAS PEDIATRICAS DE UN SOLO USO Y UN CABLE REUTILIZABLE DE CONEXIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.07 UNA (01) PLACA PEDIATRICA DE 160 X 80 MM REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN O CIENTO (100) PLACAS PEDIATRICAS DE UN SOLO USO Y UN CABLE REUTILIZABLE DE CONEXIÓN.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Observación: Nro. 83
Consulta/Observación:
1.2 Objeto de la convocatoria
Solicitamos al comité que para fomentar la pluralidad de postores se acepte separar el paquete en ítems individuales de tal manera que permita una mayor posibilidad de ofertas a presentar. Aceptará el comité lo solicitado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.2 Página: 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De la revision tecnica, NO SE ACOGE, de acuerdo al estudio de mercado arroja que para el ITEM PAQUETE 1 puede ser atendido por una empresa. Ademas habiendo pluralidad de postores por el principio de eficiencia se puede empaquetar. Otro punto que por similitud entre bienes, en este caso siendo el ITEM PAQUETE 1 Los equipos de esta familia permiten la ayuda a realizar intervenciones quirúrgicas dentro del centro quirúrgico. Al respecto, el artículo 37° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala lo siguiente: ¿37.1 La entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculados entre si, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas¿. Ademas, contratación por Paquete, dicho mecanismo puede utilizarse para agrupar dentro de un mismo objeto contractual (i) varios bienes, servicios o consultorías de obra, distintos pero vinculados entre sí; o, (ii) la ejecución de obras de similar naturaleza; tomando en consideración que la contratación conjunta de tales prestaciones resulta más eficiente en términos de calidad, precio y tiempo que efectuar contrataciones por separado. A manera de ejemplo, se podría empaquetar en un mismo objeto contractual: camisas, pantalones, polos, entre otras prendas de vestir, en el marco de la Opinión n.º 014-2019/DTN. se entenderá como bienes, servicios u obras ¿similares¿ a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta; así también, se consideran bienes, servicios u obras ¿idénticos¿ a aquellos que comparten las mismas características, es decir, son iguales en todos sus aspectos (Independientemente de las diferencias menores de apariencia que no incidan en la determinación de su identidad.); y, por tanto, sujetos de ser contratados bajo las mismas condiciones, en el marco de lo citado en la Opinión n.º 014-2019/DTN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-13-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE BIENES PARA LA IOARR 2612202 REMODELACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

1.9 Plazo de entrega

Solicitamos al comité aceptar una ampliación al plazo de entrega de 90 días calendario de tal manera que se pueda cumplir con la entrega de cada uno de los items. Aceptará el comité lo solicitado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar su consulta el comité de selección en coordinación con el área usuaria y el área técnica especialista, decide NO ACOGER su observación , de acuerdo a las condiciones y reglas establecidas en las bases como los requerimientos formulados por el área usuaria se ha establecido en el numeral B. PLAZO DE ENTREGA, en ese sentido los postores deben adecuar su oferta a dichas condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL