

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS CLINICOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, HUAROCONDO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	20551648436	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES SOLIS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:13

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CONDICIONES DE OPERACIÓN

5.3.3. AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA (DE SER EL CASO) LOS PLANOS SERÁN ENTREGADOS PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN RETIRAR EL TERMINO EQUIPO O RETIRAR EL NUMERAL 5.3.3 Y LAS QUE RELACIONEN, ESTO DEBIDO A QUE LA OBRA DISPONDRÁ EN SU MOMENTO LA UBICACIÓN DEL MOBILIARIO.

5.3.3. AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL MOBILIARIO CLÍNICO, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA (DE SER EL CASO) LOS PLANOS SERÁN ENTREGADOS PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.3 Literal: 3 Página: 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta del postor, el punto 5.3.3. de las CONDICIONES DE OPERACIÓN de las bases indicará lo siguiente:  
5.3.3. Al momento dela entrega del mobiliario clínico, a solicitud del contratista (de ser el caso) los planos serán entregados para facilitar la instalación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS CLINICOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, HUAROCONDO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	20551648436	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES SOLIS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:13

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

CONDICIONES DE OPERACIÓN

5.3.4. LA RESPONSABILIDAD POR REPARACIONES DE CUALQUIER DAÑO CAUSADO EN EL PROCESO DE PRE INSTALACIÓN SERÁ ASUMIDA POR EL CONTRATISTA

SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIMIR EL NUMERAL 5.3.4 DEBIDO A QUE EL MOBILIARIO NO REQUIERE DE PRE INSTALACIÓN.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.3

**Literal:** 4

**Página:** 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta del postor, se suprimirá el siguiente punto de las bases:

5.3.4. La responsabilidad por reparaciones de cualquier daño causado en el proceso de pre instalación será asumida por el contratista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS CLINICOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, HUAROCONDO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	20551648436	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES SOLIS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:13

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE RIGE POR EL SISTEMA DE SUMA ALZADA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN  
NO CORRESPONDE  
EN LA PAGINA 17 DICE SUMA ALZADA Y MODALIDAD DE EJECUCION NO CORRESPONDE  
PERO EN LA PAGINA 61 DICE LLAVE EN MANO,  
SE SOLICITA MODIFICAR ESTE PUNTO DEBIDO A QUE LOS MOBILIARIOS NO REQUIEREN INSTALACION Y NO CORRESPONDE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 1.5    **Literal:** 1.5    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Por un error involuntario, se digito en la pagina 61 en el numeral 5.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, La modalidad de ejecución es llave en mano, conforme a la normativa de Contrataciones del Estado aplicable. Para efectos de la presente contratación, comprende las siguientes prestaciones principales, lo que se corrigió

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: no corresponde.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS CLINICOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, HUAROCONDO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	20602390129	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	DEXTRUM GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

C. DIMENSIONES APROXIMADAS

C01 LARGO: 1875 MM

C02 ANCHO: 500 MM

C03 ALTURA: 820 MM

MESA METALICA DE NOCHE LAS MEDIDAS NO ESTÁN DE ACUERDO PARA EL USO DEL BIEN, (NO EXISTE UNA MESA DE NOCHE CON 1875 MM DE LARGO) POR LO TANTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN A CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE REVISAR Y AJUSTAR EL REQUERIMIENTO A MEDIDAS ESTANDARES APROBADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA SIGUIENTE MANERA:

C01 LARGO: 460 MM

C02 ANCHO: 380 MM

C03 ALTURA: 820 MM

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: C Página: 47**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta del postor, las dimensiones aproximadas del mobiliario MESA METÁLICA DE NOCHE serán las siguientes:

C01 LARGO: 460 MM

C02 ANCHO: 380 MM

C03 ALTURA: 820 MM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS CLINICOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, HUAROCONDO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	20602390129	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	DEXTRUM GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

C01 ALTURA: 60 CM

C02 DIAMETRO: 20 CM

C03 DIAMETRO DE LA BASE: 30 CM

C04 LATERAL TRONCO: 140 CM

CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL

LAS MEDIDAS NO ESTÁN DE ACUERDO PARA EL USO DEL BIEN, POR LO TANTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN A CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE REVISAR Y AJUSTAR EL REQUERIMIENTO A MEDIDAS ESTANDARES APROBADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA SIGUIENTE MANERA:

C01 ALTURA: 45 CM

C02 DIAMETRO: 33 CM

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: C Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta del postor, las dimensiones aproximadas del mobiliario CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL serán las siguientes:

C01 ALTURA: 45 CM

C02 DIÁMETRO: 33 CM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS CLINICOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, HUAROCONDO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	20602390129	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	DEXTRUM GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

CUNA ACRILICA CON BASE METALICA RODABLE  
B01 ESTRUCTURA PRINCIPAL TUBULAR RODABLE, FABRICADA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, SECCIÓN REDONDA DE 38 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR, DEBIDAMENTE SOLDADA Y REFORZADA. CON 02 ASAS EN LA PARTE SUPERIOR, FABRICADAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE SECCIÓN REDONDA DE 19 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR COMO MÍNIMO. ESTA CONSIDERADA 1 1/2", NORMALMENTE LAS CUNAS PEDIATRICAS ESTAN CONSTRUIDAS CON TUBO DE 1" X 1.5 MM DE ESPESOR PARA DAR UNA MEJOR SIMETRIA Y ENCAJE PERFECTO DE LA CUPULA, EL TUBO DE 1 1/2" ES MUCHO DIAMETRO PARA ESTE TIPO DE MOBILIARIO POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN A CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE REVISAR Y AJUSTAR EL REQUERIMIENTO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
B01 ESTRUCTURA PRINCIPAL TUBULAR RODABLE, FABRICADA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, SECCIÓN REDONDA DE 1" DE DIÁMETRO X 1.5 MM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE SOLDADA Y REFORZADA. CON 02 ASAS EN LA PARTE SUPERIOR, FABRICADAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE SECCIÓN REDONDA DE 19 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR COMO MÍNIMO.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.1      **Literal:** B01      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta del postor, el punto B01 del mobiliario CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE indicará lo siguiente:  
B01 ESTRUCTURA PRINCIPAL TUBULAR RODABLE, FABRICADA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, SECCIÓN REDONDA DE 1" DE DIÁMETRO X 1.5 MM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE SOLDADA Y REFORZADA. CON 02 ASAS EN LA PARTE SUPERIOR, FABRICADAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE SECCIÓN REDONDA DE 19 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR COMO MÍNIMO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null