

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20613045709

Nombre o Razón social : ABOLAB E.I.R.L.

Fecha de envío : 19/03/2025

Hora de envío : 20:17:33

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

En el Capítulo III - Requerimientos, sección 6 de Características, en el apartado 6.2.1 ítem 02, para el reactivo de colesterol HDL directo enzimático, se solicita al comité junto con el área usuaria puedan evaluar solicitar el método precipitante, ya que como se menciona, dichos reactivos serán usados en equipos semiautomatizados como espectrofotómetros, por lo tanto, la metodología directa no podrá ser utilizada para dichos equipos.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ EL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO COLESTEROL HDL PARA EL MÉTODO PRECIPITANTE ES MAYOR DEBIDO A QUE IMPLICAN MÁS PASOS EN COMPARACIÓN AL MÉTODO ENZIMÁTICO, ES POR ELLO QUE SE HA SOLICITADO ÉSTE ÚLTIMO, PRIORIZANDO UN RESULTADO OPORTUNO. ASIMISMO, ACTUALMENTE EXISTENEN EL MERCADO REACTIVOS COLESTEROL HDL MÉTODO ENZIMÁTICO PARA ANALIZADORES BIOQUÍMICOS SEMIAUTOMATIZADOS, QUE SON LOS EQUIPOS QUE LOS LABORATORIOS DE LA REGIÓN HUÁNUCO POSEEN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20613045709	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ABOLAB E.I.R.L.	Hora de envío :	20:17:33

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

En el Capítulo III - Requerimientos, sección 6 de Características, en el apartado 6.2.1 ítem 02, para el reactivo de colesterol LDL directo enzimático, se solicita al comité junto con el área usuaria puedan evaluar solicitar el método precipitante, ya que como se menciona, dichos reactivos serán usados en equipos semiautomatizados como espectrofotómetros, por lo tanto, la metodología directa no podrá ser utilizada para dichos equipos.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ EL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO COLESTEROL LDL PARA EL MÉTODO PRECIPITANTE ES MAYOR DEBIDO A QUE IMPLICAN MÁS PASOS EN COMPARACIÓN AL MÉTODO ENZIMÁTICO, ES POR ELLO QUE SE HA SOLICITADO ÉSTE ÚLTIMO, PRIORIZANDO UN RESULTADO OPORTUNO. ASIMISMO, EXISTEN EN EL MERCADO REACTIVOS COLESTEROL HDL MÉTODO ENZIMÁTICO PARA ANALIZADORES BIOQUÍMICOS SEMIAUTOMATIZADOS, QUE SON LOS EQUIPOS QUE LOS LABORATORIOS DE LA REGIÓN HUÁNUCO POSEEN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20613045709	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ABOLAB E.I.R.L.	Hora de envío :	20:17:33

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

En el Capítulo III - Requerimientos, sección 6 de Características, en el apartado 6.2.1 ítem 01, para el reactivo de TRANSAMINASA GLUTÁMICA OXALICA CINÉTICA (TGO) Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA CINÉTICA (TGP) ambas por 100 determinaciones, se solicita al comité junto con el área usuaria puedan aclarar cuál es la equivalencia de una 1 DETERMINACION en mL.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, EL TÉRMINO "DETERMINACIONES" HACE REFERENCIA AL NÚMERO DE MUESTRAS QUE EL KIT DE TGO Y TGP DEBERÍA PROCESAR, ES DECIR, 100 DETERMINACIONES EQUIVALEN AL PROCESAMIENTO DE 100 MUESTRAS DE PACIENTES, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE MILILITROS DE LOS REACTIVOS PRESENTES EN EL KIT DE TGO Y TGP.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20613045709	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ABOLAB E.I.R.L.	Hora de envío :	20:17:33

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

En el Capítulo III - Requerimientos, sección 6 de Características, en el apartado 6.2.1 ítem 01, para el reactivo de TRANSAMINASA GLUTÁMICA OXALICA CINÉTICA (TGO) Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA CINÉTICA (TGP) ambas por 100 determinaciones, se solicita al comité junto con el área usuaria puedan evaluar aceptar la presentación de 50 mL para cada uno de los reactivos (600 KITS X 50 mL), ello sin afectar la cantidad de determinaciones que están solicitando.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, NO SE PUEDE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, TODA VEZ QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LA ENTIDAD FUERON ELABORADAS POR PROFESIONALES USUARIOS DEL LABORATORIO REGIONAL DE LA DIRESA HUANUCO EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS, FUNCIONES Y OPERATIVIDAD DE LAS MISMAS Y SU MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEBE SER REQUERIDA POR LOS MISMOS PROFESIONALES. CABE MENCIONAR QUE SE HIZO LA INDAGACIÓN DE MERCADO RESPECTO AL ÍTEM CONVOCADO, DONDE SE EVIDENCIO PLURALIDAD; POR LO TANTO, LOS POSTORES DEBEN DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POR EL AREA USUARIA EN TODOS SUS EXTREMOS NO PROCEDE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA LOS KITS DE TGO Y TGP.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20613045709	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ABOLAB E.I.R.L.	Hora de envío :	20:17:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el Capítulo III - Requerimientos, sección 6 de Características, en el apartado 6.2.1 ítem 01, para el reactivo de TRANSAMINASA GLUTÁMICA OXALICA CINÉTICA (TGO) Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA CINÉTICA (TGP), solicitan una linealidad medida en absorbancias. En ese sentido se solicita amablemente al comité junto con el área usuaria puedan determinar la linealidad en la unidad de medida de la prueba (U/L) con el fin de tener en claro específicamente dicho valor ya que el factor que se maneja en dichos reactivos es diferente de acuerdo a las marcas.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ PARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REACTIVO TGO/TGP CINÉTICA A PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS, SE ADICIONARÁ QUE LA LINEALIDAD PARA AMBOS SERÁ HASTA LOS 500 U/L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:51:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Item 1. Página 22. Capítulo III. 6.2.1 Características Técnicas

Dentro de las características técnicas del reactivo Colesterol Total enzimático, indican que la fecha de vencimiento sea no menor de 18 meses.

Teniendo en cuenta que el tiempo de vigencia total de los reactivos se acorta de entre 1 a 2 meses debido a procesos de importación, desaduanaje y llegada a nuestros almacenes, la vida de los reactivos se ve reducida a 15-16 meses después de salidos de fábrica.

Se solicita al comité evaluador ACEPTAR una vigencia mínima de 12 meses, siempre y cuando se presente una carta de compromiso de canje en caso de vencimiento de los reactivos.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 6      Literal: 6.2.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES AL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA EL REACTIVO COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:51:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Item 1. Página 22. Capítulo III. 6.2.1 Características Técnicas

Dentro de las características técnicas del reactivo Colesterol HDL Directo enzimático, indican que la fecha de vencimiento sea no menor de 18 meses.

Teniendo en cuenta que el tiempo de vigencia total de los reactivos se acorta de entre 1 a 2 meses debido a procesos de importación, desaduanaje y llegada a nuestros almacenes, la vida de los reactivos se ve reducida a 15-16 meses después de salidos de fábrica.

Se solicita al comité evaluador ACEPTAR una vigencia mínima de 12 meses, siempre y cuando se presente una carta de compromiso de canje en caso de vencimiento de los reactivos.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 6      Literal: 6.2.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA EL REACTIVO COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:51:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Item 1. Página 23. Capítulo III. 6.2.1 Características Técnicas

Dentro de las características técnicas del reactivo Colesterol LDL Directo enzimático, indican que la fecha de vencimiento sea no menor de 18 meses.

Teniendo en cuenta que el tiempo de vigencia total de los reactivos se acorta de entre 1 a 2 meses debido a procesos de importación, desaduanaje y llegada a nuestros almacenes, la vida de los reactivos se ve reducida a 15-16 meses después de salidos de fábrica.

Se solicita al comité evaluador ACEPTAR una vigencia mínima de 12 meses, siempre y cuando se presente una carta de compromiso de canje en caso de vencimiento de los reactivos.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 6      Literal: 6.2.1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL INTERNAMIENTO EN EL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA EL REACTIVO COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:51:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Item 2. Página 28. Capítulo III. 6.2.1 Características Técnicas

Dentro de las características técnicas del reactivo Transaminasa Glutámica pirúvica cinética indican que la fecha de vencimiento sea no menor de 18 meses.

Teniendo en cuenta que el tiempo de vigencia total de los reactivos se acorta de entre 1 a 2 meses debido a procesos de importación, desaduanaje y llegada a nuestros almacenes, la vida de los reactivos se ve reducida a 15-16 meses después de salidos de fábrica.

Se solicita al comité evaluador ACEPTAR una vigencia mínima de 12 meses, siempre y cuando se presente una carta de compromiso de canje en caso de vencimiento de los reactivos.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 6      Literal: 6.2.1      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL INTERNAMIENTO EN EL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA EL REACTIVO TGP, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:51:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Item 2. Página 28. Capítulo III. 6.2.1 Características Técnicas

Dentro de las características técnicas del reactivo Transaminasa Glutámica oxalacética cinética cinética indican que la fecha de vencimiento sea no menor de 18 meses.

Teniendo en cuenta que el tiempo de vigencia total de los reactivos se acorta de entre 1 a 2 meses debido a procesos de importación, desaduanaje y llegada a nuestros almacenes, la vida de los reactivos se ve reducida a 15-16 meses después de salidos de fábrica.

Se solicita al comité evaluador ACEPTAR una vigencia mínima de 12 meses, siempre y cuando se presente una carta de compromiso de canje en caso de vencimiento de los reactivos.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 6      Literal: 6.2.1      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SU INTERNAMIENTO EN EL ALAMACEN ESPECIALIZADO PARA EL REACTIVO TGO, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20563090805

Nombre o Razón social : BIOASSAY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/03/2025

Hora de envío : 16:51:24

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En la página 20 de las bases administrativas, en el numeral 2.5. Perfeccionamiento del Contrato, indican que el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Direccion Regional de Salud de Huánuco, sito en Jr. Dámaso Beraun N° 1017 - Huánuco. En el horario de 08:00 a 12:40 horas y de 14:30 a 17:00 horas..

Teniendo en consideración que hay postores que se encuentran en distintos departamentos del país, se solicita poder incluir adicionalmente que el postor ganador de la buena pro pueda presentar los documentos para perfeccionar el contrato por medio de la mesa de partes virtual de la Entidad, ya que de esta manera se cumpliría con el principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y se cumpliría correctamente con el objeto de la contratación.

**Acápite de las bases : Sección: General**

**Numeral: 2**

**Literal: 2.5**

**Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ SE ADICIONARA LA DIRECCION DE MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA DIRESA HUANUCO <http://digital.regionhuanuco.gob.pe/registro/mesa-partes-virtual/58>

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:12:54

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Acorde a la revisión de las Especificaciones Técnicas se evidencia que no solicitan Equipo en Cesión de Uso. Se consulta al comité de selección en coordinación con el Área Usuaría precisar y aclarar si la adquisición sólo sería exclusivamente para reactivos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: EE.TT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ EL REQUERIMIENTO ES SOLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, SIN SOLICITUDES DE EQUIPOS EN CESIÓN DE USO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:12:54

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Acorde a la revisión de las Especificaciones Técnicas. Se consulta al comité de selección en coordinación con el Área Usuaría precisar y aclarar si solicitan que los reactivos sean procesados para un equipo automatizado o para un equipo semiautomatizado, debido a que existen diferencias entre ambos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: EE.TT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, EL REQUERIMIENTO ES PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUE PUEDAN EMPLEARSE SOLO PARA ANALIZADORES BIOQUÍMICOS SEMIAUTOMATIZADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:12:54

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Acorde a la revisión de las Especificaciones Técnicas solicitan control de calidad externo. Además cabe precisar que, el control de calidad externo internacional para laboratorios clínicos es un proceso que evalúa la calidad de los resultados de un laboratorio a través de la comparación con otros laboratorios. Para poder realizar las comparaciones y ser enrolados con cualquier otro laboratorio y equipo deben suministrar la información de su equipo en uso. Asimismo, se consulta al comité de selección en coordinación con el Área Usuaría considerar un control de segunda opinión que les permita evaluar el procedimiento de calidad según otros estándares que igual ayudan a mantener el control de calidad en el laboratorio y evaluar nuestros procesos asegurando un buen resultado a nuestros usuarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: EE.TT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION SERÁ SUPRIMIDO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PUESTO QUE NO FORMA PARTE DE LOS KITS DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	17:49:31

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

En el cuadro 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA dice UNIDAD como ¿UNIDAD DE MEDIDA¿; ante ello, solicitamos amablemente al comité y en coordinación con el área usuaria ¿ACLARAR¿ si la UNIDAD DE MEDIDA es equivalente a KIT O DETERMINACIONES.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** I      **Literal:** 1.2      **Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS REACTIVOS SERÁ EXPRESADA EN KIT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	17:49:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas el colesterol HDL DIRECTO Enzimático dice x 100 det, Solicitamos amablemente al comité y en coordinación con el área usuaria ¿ACEPTAR¿ , la presentación de 80 ml equivalente a 80 determinaciones, siempre y cuando se cumpla con la entrega de la cantidad total solicitada, para no impedir la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, NO SE PUEDE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, TODA VEZ QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LA ENTIDAD FUERON ELABORADAS POR PROFESIONALES USUARIOS DEL LABORATORIO REGIONAL DE LA DIRESA HUANUCO EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS, FUNCIONES Y OPERATIVIDAD DE LAS MISMAS Y SU MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEBE SER REQUERIDA POR LOS MISMOS PROFESIONALES. CABE MENCIONAR QUE SE HIZO LA INDAGACIÓN DE MERCADO RESPECTO AL ÍTEM CONVOCADO, DONDE SE EVIDENCIO PLURALIDAD; POR LO TANTO, LOS POSTORES DEBEN DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POR EL AREA USUARIA EN TODOS SUS EXTREMOS POR LO QUE NO PROCEDE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA LOS KITS DE REACTIVOS DE COLESTEROL HDL DIRECTO O ENZIMÁTICO, QUE ES PARA 100 DETERMINACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	17:49:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas el colesterol LDL DIRECTO Enzimático dice x 100 det, Solicitamos amablemente al comité y en coordinación con el área usuaria ¿ACEPTAR¿ , la presentación de 80 ml equivalente a 80 determinaciones, siempre y cuando se cumpla con la entrega de la cantidad total solicitada, para no impedir la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, NO SE PUEDE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, TODA VEZ QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LA ENTIDAD FUERON ELABORADAS POR PROFESIONALES USUARIOS DEL LABORATORIO REGIONAL DE LA DIRESA HUANUCO EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS, FUNCIONES Y OPERATIVIDAD DE LAS MISMAS Y SU MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEBE SER REQUERIDA POR LOS MISMOS PROFESIONALES. CABE MENCIONAR QUE SE HIZO LA INDAGACIÓN DE MERCADO RESPECTO AL ÍTEM CONVOCADO, DONDE SE EVIDENCIO PLURALIDAD; POR LO TANTO, LOS POSTORES DEBEN DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POR EL AREA USUARIA EN TODOS SUS EXTREMOS.NO PROCEDE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA LOS KITS DE REACTIVOS DE COLESTEROL LDL DIRECTO O ENZIMÁTICO, QUE ES PARA 100 DETERMINACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

2da entrega a los 90 días calendario notificado la O/C

2da entrega a los 120 días calendario notificado la O/C

Según lo indicado, se entiende para la segunda entrega, que será a los 90 días calendarios para el ítem 1 y de 120 días calendarios para el ítem II de notificada la O/C, solicitamos PRECISAR si el conteo del tiempo se hará DESDE la primera entrega o ESPECIFICAMENTE DESDE el día siguiente de la notificación de la O/C de la 2da entrega.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: s/l Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ EL PLAZO DE ENTREGA SERA CONTABILIZADO DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA TOTAL (UNICA) POR LAS 3 ENTREGAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección.

Las bases estandarizadas dictan que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (anexo N° 3), se indicara, detallando con claridad, que características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas requieran acreditarse.

Al respecto no se observa que características y/o requisitos funcionales tienen que acreditarse ni con que documentos; de acuerdo al literal h), consultamos al comité de selección si estos documentos solicitados en este literal servirá para acreditar las características y/o requisitos funcionales contenidas en el numeral IV del capítulo III de la sección específica de las bases; en caso sea positiva la respuesta, ACLARAR y PRECISAR las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben acreditarse, en el entendido que no se podrá requerir la acreditación del total de las características técnicas contenidas numeral IV del capítulo III , porque constituiría un exceso contrario al Principio de Competencia (Resolucion N° 01827-2022-TCE-S2)

De otro lado cabe PRECISAR de forma adicional que en caso no se indique que características técnicas deben acreditarse, se entenderá acreditado el total de las características técnicas contenidas en el numeral IV del capítulo III de la sección específica de las bases a través del anexo N° 3, Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: d      Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES PARA CADA REACTIVO HACE REFERENCIA AL CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL REACTIVO Y AL INSERTO DEL MISMO EL CUAL DEBE ESTAR EN IDIOMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

Copia simple del rotulado de los envases inmediato, mediato y del inserto, según lo autorizado en su registro sanitario

Se solicita se PRECISE si se presentaran los rotulados inmediato y mediato con los datos de lote y fecha de vencimiento o se presenta el proyecto del rotulado inmediato y mediato aprobado según su registro sanitario (no contiene ni lote ni fecha de vencimiento) o ambos tipos de rotulados, no siendo necesariamente del lote que se entregara en caso de salir favorecido con la buena pro.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: g      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ EL POSTOR DEBERA PRESENTAR EL ROTULADO DE LOS ENVASES INMEDIATO, MEDIATO Y DEL INSERTO, SEGÚN LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO CON LOS DATOS DE LOTE(REFERENCIAL), Y FECHA DE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Colesterol total enzimatico x 100 determinaciones  
Certificado de calidad

Se solicita se PRECISE si el certificado de calidad se refiere al CERTIFICADO DE ANALISIS

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.1      **Literal:** s/l      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, ELCERTIFICADO DE CALIDAD HACE REFERENCIA AL CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL REACTIVO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Colesterol total enzimatico x 100 determinaciones

Características técnicas

Método estandarizado frente al método de referencia definido por el CDC (método de comparación designado)

CDC es una entidad gubernamental de los Estados Unidos de Norteamerica, no todos los fabricantes de reactivos de bioquímica utilizan como referencia los lineamientos de la CDC; existen otras entidades como la IFCC o la DGKC u otras mas a las cuales se acogen los fabricantes de reactivos de bioquímica y no necesariamente la CDC, por lo que solicitamos se acepte la entidad reguladora que determine el fabricante para su reactivo de bioquímica.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.1      **Literal:** s/l      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, SE ACEPTARÁ QUE LA ENTIDAD REGULADORA SEA DETERMINADO POR EL FABRICANTE PARA CADA UNO DE SU REACTIVO DE BIOQUÍMICA, YA SEA EL CDC, IFCC, DGKC U OTRA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Colesterol total enzimatico x 100 determinaciones

Características técnicas

Accesorios: calibradores, control de calidad interno y externo, complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

Los kits de reactivos de bioquímica contienen todos los componentes necesarios que permiten la realización completa de la prueba, deben retirarse de las especificaciones los accesorios como calibradores o controles, ademas del control de calidad externo, porque no son necesarios para el fin de la adquisición.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.1      **Literal:** s/l      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, SE VA SUPRIMIR LA SOLICITUD DE CALIBRADORES, CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, YA QUE NO FORMAN PARTE DE LOS KITS PARA REACTIVOS DE COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Colesterol total enzimatico x 100 determinaciones

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Los reactivos de bioquímica en general tienen 18 meses de vida útil, es decir desde su liberación hasta el ultimo dia de su vida útil, bajo este orden de ideas, no es posible entregar con la vigencia solicitada, por lo que se solicita que la vigencia aceptada sea desde 06 meses a mas, adjuntando carta de compromiso de canje por vencimiento próximo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN EL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA EL REACTIVO COLESTEROL TOTAL POR 100 DETERMINACIONES, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Colesterol HDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Certificado de calidad

Se solicita se PRECISE si el certificado de calidad se refiere al CERTIFICADO DE ANALISIS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, EL CERTIFICADO DE CALIDAD HACE REFERENCIA AL CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Colesterol HDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones  
Caracteristicas tecnicas  
Método estandarizado frente al método de referencia definido por el CDC (método de comparación designado)

CDC es una entidad gubernamental de los Estados Unidos de Norteamerica, no todos los fabricantes de reactivos de bioquímica utilizan como referencia los lineamientos de la CDC; existen otras entidades como la IFCC o la DGKC u otras mas a las cuales se acogen los fabricantes de reactivos de bioquímica y no necesariamente la CDC, por lo que solicitamos se acepte la entidad reguladora que determine el fabricante para su reactivo de bioquímica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, SE ACEPTARÁ QUE LA ENTIDAD REGULADORA SEA DETERMINADO POR EL FABRICANTE PARA CADA UNO DE SU REACTIVO DE BIOQUÍMICA, YA SEA EL CDC, IFCC, DGKC U OTRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Colesterol HDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Características técnicas

Accesorios: calibradores, control de calidad interno y externo, complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

Los kits de reactivos de bioquímica contienen todos los componentes necesarios que permiten la realización completa de la prueba, deben retirarse de las especificaciones los accesorios como calibradores o controles, ademas del control de calidad externo, porque no son necesarios para el fin de la adquisición.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, SE VA SUPRIMIR LA SOLICITUD DE CALIBRADORES, CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, YA QUE NO FORMAN PARTE DE LOS KITS PARA REACTIVOS DE COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Colesterol HDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Los reactivos de bioquímica en general tienen 18 meses de vida útil, es decir desde su liberación hasta el ultimo día de su vida útil, bajo este orden de ideas, no es posible entregar con la vigencia solicitada, por lo que se solicita que la vigencia aceptada sea desde 06 meses a mas, adjuntando carta de compromiso de canje por vencimiento próximo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN ELE ALMACEN ESPECIALIZADO PARA EL REACTIVO COLESTEROL HDL ENZIMÁTICO POR 100 DETERMINACIONES, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Colesterol LDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Certificado de calidad

Se solicita se PRECISE si el certificado de calidad se refiere al CERTIFICADO DE ANALISIS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, EL CERTIFICADO DE CALIDAD HACE REFERENCIA AL CERTIFICADO DE ANÁLISIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Colesterol LDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Características técnicas

Método estandarizado frente al método de referencia definido por el CDC (método de comparación designado)

CDC es una entidad gubernamental de los Estados Unidos de Norteamerica, no todos los fabricantes de reactivos de bioquímica utilizan como referencia los lineamientos de la CDC; existen otras entidades como la IFCC o la DGKC u otras mas a las cuales se acogen los fabricantes de reactivos de bioquímica y no necesariamente la CDC, por lo que solicitamos se acepte la entidad reguladora que determine el fabricante para su reactivo de bioquímica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, SE ACEPTARÁ QUE LA ENTIDAD REGULADORA SEA DETERMINADO POR EL FABRICANTE PARA CADA UNO DE SU REACTIVO DE BIOQUÍMICA, YA SEA EL CDC, IFCC, DGKC U OTRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Colesterol LDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Características técnicas

Accesorios: calibradores, control de calidad interno y externo, complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

Los kits de reactivos de bioquímica contienen todos los componentes necesarios que permiten la realización completa de la prueba, deben retirarse de las especificaciones los accesorios como calibradores o controles, ademas del control de calidad externo, porque no son necesarios para el fin de la adquisición.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, SE VA SUPRIMIR LA SOLICITUD DE CALIBRADORES, CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, YA QUE NO FORMAN PARTE DE LOS KITS PARA REACTIVOS DE COLESTEROL LDL ENZIMÁTICO POR 100 DETERMINACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Colesterol LDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Los reactivos de bioquímica en general tienen 18 meses de vida útil, es decir desde su liberación hasta el ultimo día de su vida útil, bajo este orden de ideas, no es posible entregar con la vigencia solicitada, por lo que se solicita que la vigencia aceptada sea desde 06 meses a mas, adjuntando carta de compromiso de canje por vencimiento próximo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN EL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA EL REACTIVO COLESTEROL LDL ENZIMÁTICO POR 100 DETERMINACIONES, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA (TGP) CINETICA

Características

Linealidad hasta ¿E/min DE 0,160 (a 340, 334 nm) o de 0,080 (a 365 nm) aprox.

La linealidad indicada corresponde a una determinada marca comercial; el concepto ¿E/min en un análisis cinetico esta relacionada con la velocidad con la que ocurre la reacción en el análisis cinetico y en una determinada longitud de onda; otra forma de expresar la linealidad es de expresar una determinado valor de concentración en U/L (por ejemplo la reacción es lineal hasta los 450 U/L), en ese orden de ideas se solicita se acepte la determinacion de la linealidad de acuerdo a lo indicado por el fabricante en su inserto

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.2.1    **Literal:** s/l    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, PARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REACTIVO TGP CINÉTICA A PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS, SE ADICIONARÁ QUE LA LINEALIDAD SERÁ HASTA LOS 500 U/L.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA (TGP) CINETICA

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Los reactivos de bioquímica en general tienen 18 meses de vida útil, es decir desde su liberación hasta el ultimo dia de su vida útil, bajo este orden de ideas, no es posible entregar con la vigencia solicitada, por lo que se solicita que la vigencia aceptada sea desde 06 meses a mas, adjuntando carta de compromiso de canje por vencimiento próximo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÉ, LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN EL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA EL REACTIVO TGP CINÉTICA, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALOACETICA (TGO) CINETICA

**Características**

Linealidad hasta ¿E/min DE 0,160 (a 340, 334 nm) o de 0,080 (a 365 nm) aprox.

La linealidad indicada corresponde a una determinada marca comercial; el concepto ¿E/min en un análisis cinetico esta relacionada con la velocidad con la que ocurre la reacción en el análisis cinetico y en una determinada longitud de onda; otra forma de expresar la linealidad es de expresar una determinado valor de concentración en U/L (por ejemplo la reacción es lineal hasta los 450 U/L), en ese orden de ideas se solicita se acepte la determinacion de la linealidad de acuerdo a lo indicado por el fabricante en su inserto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.1      **Literal:** s/l      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÈ, PARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REACTIVO TGO CINÉTICA A PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS, SE ADICIONARÁ QUE LA LINEALIDAD SERÁ HASTA LOS 500 U/L.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:56:25

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALOACETICA (TGO) CINETICA

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Los reactivos de bioquímica en general tienen 18 meses de vida útil, es decir desde su liberación hasta el ultimo día de su vida útil, bajo este orden de ideas, no es posible entregar con la vigencia solicitada, por lo que se solicita que la vigencia aceptada sea desde 06 meses a mas, adjuntando carta de compromiso de canje por vencimiento próximo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUÉ, LA SOLICITUD DE VIGENCIA DEL PRODUCTO NO PROCEDE, DEBIDO A QUE EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS SE CONSIDERARA A UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA EL REACTIVO TGO CINÉTICA, PREVIA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null