

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LA AS-SM-55-2024-ESSALUD/CEABE-1

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE NEONATOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulaci ón	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera en el caso de observaciones	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder
1	20604523282	CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C.	Consulta	Específico	5	5.2	54	Estimados señores, observamos en el la característica A01, no se visualiza de manera clara la medida de la pantalla. Se solicita se pueda dejar el claro y especificar la medida mínima de la pantalla con el afán de no generar confusiones a los diferentes posibles proveedores interesados.		SE PRECISA QUE EN EL LITERAL A01 DE LA FICHA IETSÍ CORRESPONDIENTE AL MONITOR FETAL ( SAP 04090046) SE SOLICITA LO SIGUIENTE : A01 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN LCD O TFT DE 5,5 IN (PULGADAS) O MÁS A COLOR	

ALEXIS ROGER GUEVARA ROCHA  
Primer Miembro Titular

WILFREDO VALENGIA CASANOVA GUADALUPE  
Presidente Titular

KELVIN MOISES MARTIN HUAMAN GUZMAN  
Según Miembro Titular