

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:50:19

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Página 21, Numeral 3.1., Literal A02, refiere:

- HABILITACIÓN:

'A02 QUINTA (5TA) RUEDA PARA MEJORAR MANIOBRABILIDAD'

- FUNDAMENTO:

Es posible que algún diseño de coche de paro requiera quinta rueda, sin embargo para la gran mayoría de los coches de paro de fabricación americana o europea esto no es necesario ya que su diseño garantiza la fácil maniobrabilidad del equipo. En ese sentido, lo más idóneo es solicitar la 5ta rueda de forma opcional. A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso, se propone modificar este párrafo, debiendo decir:

'A02 QUINTA (5TA) RUEDA PARA MEJORAR MANIOBRABILIDAD (OPCIONAL)'

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: A02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

A02 QUINTA (5TA) RUEDA PARA MEJORAR MANIOBRABILIDAD (OPCIONAL)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista indica respecto a la presente observación que, verificado lo señalado se comparte esta apreciación por tal se recomienda la modificación de la presente característica técnica de la siguiente forma:
A02 QUINTA (5TA) RUEDA PARA MEJORAR MANIOBRABILIDAD (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02 QUINTA (5TA) RUEDA PARA MEJORAR MANIOBRABILIDAD (OPCIONAL)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:50:19

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 3.1, Literal B06, Página 21, refiere:

- HABILITACIÓN:

'B06 DESFIBRILACIÓN: MODO MANUAL, TIEMPO DE CARGA MENOS DE 4 SEGUNDOS A LA MÁXIMA ENERGÍA DEL EQUIPO'

- FUNDAMENTO:

Nuestro equipo cumple con todos los estándares internacionales siendo una de las marcas más reconocidas en el mercado por su calidad. Mismo que ha sido entregado en diversidad de clínicas y hospitales del Perú.

Tanto hospitales de EsSalud y MINSA cuentan con nuestro equipo, y, siendo la finalidad última de la Entidad la "Adquisición de un Coche de paro Equipado", solicitamos al comité que evalué a profundidad las observaciones que estamos presentando por segunda vez, en ese sentido, se solicita modificar este párrafo, debiendo decir:

'B06 DESFIBRILACIÓN: MODO MANUAL, TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS O MENOS A LA MÁXIMA ENERGÍA DEL EQUIPO'

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B06 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista indica respecto a la presente consulta que, para efectos de poder garantizar mayor pluralidad de postores,se recomienda la modificación de la presente característica técnica, según consulta 05, de la siguiente forma:
B06: DESFIBRILACION: MODO MANUAL, TIEMPO DE CARGA MENOS DE 4 SEGUNDOS A 200 JOULES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B06: DESFIBRILACION: MODO MANUAL, TIEMPO DE CARGA MENOS DE 4 SEGUNDOS A 200 JOULES.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:18:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

A08: DIMENSIONES: ALTURA: ENTRE 95 Y 102 CM, ANCHO: ENTRE 75 Y 80 CM, PROFUNDIDAD: ENTRE 60 Y 65 CM.

Se solicita amablemente al comité de selección, ampliar un rango aceptable para las dimensiones solicitadas, de manera que haya pluralidad de postores, debido a que los diversos fabricantes tienen medidas propias y no exactas a la requerida, pero que este no altera el funcionamiento del equipo, por lo que se solicita pueda considerar para la especificación técnica lo siguiente:

A08: DIMENSIONES: ALTURA: ENTRE 95 Y 102 CM, ANCHO: ENTRE 75 Y 85 CM, PROFUNDIDAD: ENTRE 54 Y 65 CM.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista indica respecto a la presente consulta que, para efectos de poder garantizar mayor pluralidad de postores,se recomienda la modificación de la presente característica técnica de la siguiente forma: A08 DIMENSIONES: ALTURA: ENTRE 95 Y 102 CM, ANCHO: ENTRE 75 Y 85 CM, PROFUNDIDAD: ENTRE 54 Y 65 CM. MEDIDAS APROXIMADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08 DIMENSIONES: ALTURA: ENTRE 95 Y 102 CM, ANCHO: ENTRE 75 Y 85 CM, PROFUNDIDAD: ENTRE 54 Y 65 CM. MEDIDAS APROXIMADAS.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:18:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

B01: PORTATIL, PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 6.5 KG (INCLUIDO BATERIA, PALETAS EXTERNAS).
Se solicita amablemente al comité de selección, poder agregar un peso ligeramente superior a lo solicitado, para que pueda permitir al equipo tener mejor capacidad a las requeridas, por lo que se solicita pueda considerar para la especificación técnica lo siguiente:
B01: PORTATIL, PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 7 KG (INCLUIDO BATERIA, PALETAS EXTERNAS).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista indica respecto a la presente consulta que, para efectos de poder garantizar mayor pluralidad de postores,se recomienda la modificación de la presente característica técnica de la siguiente forma:
B01 PORTATIL, PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 7 KG (INCLUIDO BATERIA, PALETAS EXTERNAS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 PORTATIL, PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 7 KG (INCLUIDO BATERIA, PALETAS EXTERNAS).

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:18:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

B06: DESFIBRILACION: MODO MANUAL, TIEMPO DE CARGA MENOS DE 4 SEGUNDOS A LA MAXIMA ENERGIA DEL EQUIPO.

Se solicita amablemente al comité de selección, indicar la cantidad de energía a la que se debería cargar en menos de 4 segundos, existen equipos que puedan tener una máxima capacidad de energía diferentes, por lo que se solicita pueda considerar para la especificación técnica lo siguiente:

B06: DESFIBRILACION: MODO MANUAL, TIEMPO DE CARGA MENOS DE 4 SEGUNDOS A 200 JOULES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista indica respecto a la presente consulta que, para efectos de poder garantizar mayor pluralidad de postores,se recomienda la modificación de la presente característica técnica de la siguiente forma:
B06: DESFIBRILACION: MODO MANUAL, TIEMPO DE CARGA MENOS DE 4 SEGUNDOS A 200 JOULES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B06: DESFIBRILACION: MODO MANUAL, TIEMPO DE CARGA MENOS DE 4 SEGUNDOS A 200 JOULES.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:18:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

D02: 45 DIAS COMO MAXIMO

Se solicita amablemente al comité de selección, que, para mayor pluralidad de postores y marcas, pueda ampliar el tiempo de entrega, siendo este de 60 días como máximo tiempo que calzaría para la fabricación e importación, transporte y desaduanajes. Por lo tanto, se solicita puedan considerar un ampliar el plazo de entrega, quedando de la siguiente manera.

D02: 60 DIAS COMO MAXIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista indica respecto a la presente consulta que, para efectos de poder garantizar la ejecución del presente procedimiento de selección ya en su segunda convocatoria, se recomienda la modificación de la presente característica técnica:

D02: 60 DIAS COMO MAXIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D02: 60 DIAS COMO MAXIMO

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 18:18:05

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente al comité de selección, indicar las horas de capacitaciones al personal usuario y técnico, ya que en su requerimiento lo solicita, pero no se detalla la cantidad de horas.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista respecto a la presente consulta indica que, según Anexo N°15 de las bases estándar las horas de capacitación para personal técnico es de 6 horas y personal médico es de 6 horas teóricas y 7 días en cirugía guiada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:18:05

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

5.7. Capacitación

Notamos que no se indica el perfil de la persona que brindará las capacitaciones al personal usuario y técnico. Entendemos que dicha persona debería ser un Ingeniero Electrónico o Ing. Biomédico con al menos 02 años de experiencia contabilizado después de la colegiatura, con experiencia en reparación, instalación y capacitación del bien a suministrar. Solicitamos amablemente al comité validar si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista respecto a la presente consulta indica que, según el literal h (foja 17) se indica los requisitos del personal de respaldo técnico, véase también el Anexo N°13 (foja 64).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-HNDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO - CUI N° 2530162

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:18:05

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

5.5. Instalación y acondicionamiento de ambiente
5.9 Prueba de conformidad y del lugar de Recepción
Notamos que no se indica el perfil del personal calificado para realizar la instalación y pruebas de operatividad. Entendemos que dicha persona debería ser un Ingeniero Electrónico o Ing. Biomédico con al menos 02 años de experiencia contabilizado después de la colegiatura, con experiencia en reparación, instalación y capacitación del bien a suministrar. Solicitamos amablemente al comité validar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica especialista respecto a la presente consulta indica que, según el literal h (foja 17) se indica los requisitos del personal de respaldo técnico, véase también el Anexo N°13 (foja 64).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null