

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPS SEDAJULIACA S.A.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:33:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En referencia a la Solución estándar de Sulfato de 1000 mg/L, página 20 N/P 2175749. Como representantes de la marca Hach en Perú le comentamos que el reactivo es considerado fiscalizado para su importación debido a su composición. Sugerimos al Comité de selección nos permita participar con un estándar de otra marca con la misma concentración elaborado localmente.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, en aras de mayor apertura, se considera similar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

21757-49 o similar

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPS SEDAJULIACA S.A.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:33:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En referencia a la Solución estándar de pH 10.00 N/P 2283649 con fecha de expiración marzo 2025. Comentar que el fabricante HACH respondió que debido a la composición del buffer y la degradación que sufre con la interferencia de la luz su tiempo de expiración es de 10 meses. Pedimos al comité de selección considerar una fecha de expiración menor a la indicada: Fecha de expiración octubre 2024 en adelante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, en aras de mayor apertura, se considera con fecha de expiración Diciembre 2024

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Solución estándar de pH 10.01 con fecha de expiración Diciembre 2024

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPS SEDAJULIACA S.A.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:33:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En referencia al medio de cultivo m-TGE 2373850- HACH, el fabricante ha informado que el producto se encuentra obsoleto actualmente pero que se volverá a fabricar previo aviso. Al respecto, pedimos al comité de selección considerar agregar dentro de las especificaciones técnicas: medio de cultivo m-TGE 2373850 o similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, en aras de mayor apertura, se considera similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
23738-50 o similar