

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código : 20603924542

Fecha de envío : 02/11/2023

Nombre o Razón social : CISA AUTOCONSTRUCTORES S.R.L.

Hora de envío : 20:29:34

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En las Bases dice:

A12 Mezcladora de Agua Fria: Si

A13 Instalación: Incluye Instalación del mesón con lavadero y con su Juego de Trampa con accesorios completos

**SOLICITUD**

se detalle que tipo de mezcladora y tipo de trampa se requiere.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: Capitulo 3

Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria acoge su observación, se especificara los puntos A12 y A13, con el fin de garantizar la calidad de los bienes a instalar

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se especificara detalles de los puntos A12 y A13

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código : 20603924542

Fecha de envío : 02/11/2023

Nombre o Razón social : CISA AUTOCONSTRUCTORES S.R.L.

Hora de envío : 20:29:34

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Con el fin de garantizar las especificaciones técnicas de los bienes requeridos se solicita agregar planos detallados de los bienes

**SOLICITUD**

Agregar:

Para acreditar el cumplimiento del numeral 3.1 del Capítulo III de las especificaciones técnicas el postor deberá adjuntar: Planos, ficha técnica, manuales, catálogos, folletos u otros documentos análogos que indiquen las características técnicas, procedencia y marca del bien de corresponder.

**Acápite de las bases : Sección: General**

**Numeral: 2.2**

**Literal: Capitulo 2**

**Página: 16**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria acoge su observación, se agregara a la calificación los planos de los bienes, para garantizar los detalles al momento de la entrega

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se aumentara: planos, para acreditar el cumplimiento del numeral 3.1 del capitulo III

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código :	20603924542	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	CISA AUTOCONSTRUCTORES S.R.L.	Hora de envío :	20:41:09

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: FABRICACION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO EN GENERAL Y/O MOBILIARIO DE LABORATORIO.

Al respecto, a fin de promover la pluralidad de postores. Solicitamos al comité de selección ampliar a:

Se consideran bienes similares a los siguientes: FABRICACION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO EN GENERAL Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

**Acápito de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.2                      **Literal:** Capitulo 3                      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, EQUIPOS DE LABORATORIO no precisamente esta dentro del rubro de laboratorio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:39:53

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: fabricación de mobiliario para laboratorio en general y/o mobiliario de laboratorio.

Al respecto, con el objetivo de no limitar la participación de postores solicitamos al comité de selección ampliar a:

Se consideran bienes similares a los siguientes: fabricación de mobiliario para laboratorio en general y/o mobiliario de laboratorio y/o mobiliario en general y/o equipos para laboratorio.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la experiencia del postor en la especialidad, Se consideran bienes similares a los siguientes: fabricación de mobiliario para laboratorio en general y/o mobiliario de laboratorio, por tratarse de mobiliarios y no de equipamiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:40:24

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

MESON CON LAVADERO

A. CARACTERISTICAS

A04. MEDIDAS DE LA POZA

Al respecto, consultamos al comité de selección si aceptarán que la poza pueda ser de otro material diferente al corian, debido a que las pozas en corian requieren mas tiempo de fabricación y encarecerían al producto final.

Solicitamos, nos precise.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la poza tiene que ser de material corian, por lo que no se aceptara pozas con un material distinto descrito en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código : 10704111091

Nombre o Razón social : APAZA JALIRI SILVIA

Fecha de envío : 02/11/2023

Hora de envío : 23:22:49

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

ELPORVEEDOR DEBERAPRESENTAR LS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: ISO; 178, ISO; 1183, ISO; 4586, ISO; 486. SON CERTRIFICACIONES QUE ELEVAN UN SOBRECOSTO DEMASIADO ALTO. YA QUE LOS PRODUTOS SON DE ORIGEN EUROPEO, Y PARA QUE LOS PRODUCTOS TENGAN DICHAS CERTIFICACIONES TENDRIAN QUE REGULARSE MEDIANTE PRUEBAS DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS. CONSIDERANDO QUE LAS NORMAS EUROPEAS SON MAS RIGUROSAS. Y EL TIEMPO DE ENTREGA DE DICHOS CERTIFICADOS INCLUIDO LOS PRODUCTOS SERIA DE 70 DIAS APROXIMADAMENTE. SE SUGIERE QUE SE CAMBIE DICHOS TERMINOS Y CONDICIONES POR DECLARACIONES JURADAS TIEMPO DE DURACION

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** a,b

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria no acoge su observación, ya que se realizo estudio de mercado en base a las especificaciones técnicas en base al estudio se establecieron los plazos de entrega.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código : 10704111091

Nombre o Razón social : APAZA JALIRI SILVIA

Fecha de envío : 02/11/2023

Hora de envío : 23:22:49

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPOXICA: LOS MATERIALES PROPIAMENTE FABRICADOS Y LAS COMPOSICIONES QUIMICAS QUE SON LOS TIPOS DE PINTURA EPOXICA SON ALTAMENTE TRANSMISORES Y PORTABLES DE BACTERIAS. EN ESE SENTIDO DEBERIA DE SOLICITAR ESTRUCTURAS EN ACERO INOX 304 O 316. QUE TIENEN PROPIEDADES ANTIBACTERIALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A,B Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria acoge parcialmente su consulta, se cambiara a pintura epoxica antibacterial con el fin de garantizar la calidad del equipo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se cambiara a: pintura epoxica antibacterial

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código : 10704111091

Nombre o Razón social : APAZA JALIRI SILVIA

Fecha de envío : 02/11/2023

Hora de envío : 23:22:49

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

SE SOLITA ADJUNTAR PLANOS MAS ESPECIFICOS Y DETALLES DEL MESON Y DE LA ESTRUCTURA. SEGUN NTC, EN PRIMER ORDEN, LOS PLANOS; EN SEGUNDO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** A, B    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria acoge parcialmente su consulta, se detallaran más las características de los mesones, no se cuenta con planos en el expediente técnico

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se detallaran las características de los mesones



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código : 10704111091

Nombre o Razón social : APAZA JALIRI SILVIA

Fecha de envío : 02/11/2023

Hora de envío : 23:22:49

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

EN CASO FUERA OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE DEDECLARACIONES JURADAS, EN QUE MOMENTO ES LA PRESENTAION, EN LA ETAPA DE CALIFICACION O EN EL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** A,B      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que las declaraciones juradas se adjuntan en su propuesta y las características de los bienes se deben garantizar con folletos, manuales fichas técnicas o cualquier documento similar

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESON Y MESON CON LAVADERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID 19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO DISTRITO DE PUNO PUNO

Ruc/código : 10704111091

Nombre o Razón social : APAZA JALIRI SILVIA

Fecha de envío : 02/11/2023

Hora de envío : 23:22:49

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

INSTALACION DEL MESON CON LAVADERO Y CON SU JUEGODE TRAMPA CON ACCESORIOS COMPLETOS.

SE SOLICITA QUE DETALLE CON PLANOS EN PLANTA Y PERFIL DE TODA LA INSTALACION, ADICIONAL A ELLO SE ESPECIFIQUE SI CONTEMPLA GRIFERIA, TIPOS DE GRIFERIA. POR QUE EN EL MERCADO EXISTE MUCHAS VARIEDADES Y CADA UNO DE ELLOS CUMPLEN FUNCIONES ESPECIFICAS.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** A      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que se especificara los puntos A12 y A13 con el fin de garantizar la calidad de los bienes a instalar

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null