

## FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

### ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE PRESIÓN BARTON PARA USO EN OPERACIONES LOTE 1

Ref.: Proceso por Adjudicación Selectiva – SEL-0010-2023-OFP-PP

Srs. A&P Internacional S.A.C.

Consultas	Respuesta
1. Por favor confirmar el tipo de reloj que requerirán para los registradores solicitados. - Existen los del tipo spring wound o los que funcionan con baterías, que son los más comunes. En caso sea del tipo spring wound, confirmar el tiempo de rotación (24H/7D-24H/96MIN - 2H/8H - 4H - 1H/15MIN).	Reloj electrónico tipo Sonceboz.
2. Para el ítem 4, Regulador de Presión, confirmar tamaño de orificio o CV, presión de salida, tamaño, materiales, y más información a la otorgada.	Especificaciones: Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final DN 50 con conexión final NPT Presión máxima de entrada: 1 500 Psig Presión máxima de salida: Hasta 500 Psig Rango de la presión de salida 3 a 500 Psig
3. Adicionalmente solicitamos se amplíe la Fecha de Presentación de Propuestas en 7 días calendario adicionales.	De acuerdo.