

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Respecto al uso de librería de medicamentos con limites máximos y mínimos Sistema electrónico de protección de flujo libre, solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN o ÁREA USUARIA si brindarán la información de los limites máximos y mínimos solicitada para la configuración en el equipo. Se SOLICITA poder considerar el sistema manual o electrónico, caso contrario se verifica que estaría dirigido a un solo postor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT

Literal: EET.TT.

Página: 33

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. A) y B)

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, YA QUE NO GUARDA RELACION CON LAS BASES DEL PROCESO DE

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Sistema electronico de cierre de embolo, se solicita poder considerar el SISTEMA MANUAL O ELECTRONICO ya que estaria dirigido a un solo postor.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: EETT

**Literal:** EET.TT.

**Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

D.S.082-2019-EF: ART. 2 INC. A) y B)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, YA QUE NO GUARDA RELACION CON LAS BASES DEL PROCESO DE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Infusion controlada por objetivo para uso de propofol y remifentanil, con opcion y analgesico controlado por paciente, se solicita al comité de selección considerarlo como OPCIONAL

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico Numeral: EETT

**Literal:** EET.TT.

**Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, YA QUE NO GUARDA RELACION CON LAS BASES DEL PROCESO DE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

---

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Que minimice el uso de cables por enchufe, sistema anti-bolus accidental. Posibilidad de interconexion con central de monitoreo, se solicita al comité de selección considerarlo como opcional.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: EETT      Literal: EET.TT.      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, YA QUE NO GUARDA RELACION CON LAS BASES DEL PROCESO DE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

---

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En relación al Certificado de análisis, se solicita al comité considerar la fecha de análisis o fecha de emisión del certificado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.2

**Literal:** F

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACLARA QUE EL CERTIFICADO DE ANALISIS DEBE CORRESPONDER AL LOTE DE LA MUESTRA PRESENTADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité aclarar que el Certificado de Análisis, corresponde a un lote aleatorio y no a la "muestra presentada", ya que el proceso no requiere presentación de muestras

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 5.2

Literal: F

Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL CERTIFICADO DE ANALISIS DEBE CORRESPONDER AL LOTE QUE LOS POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

---

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité confirmar, que no corresponde la presentación de manual de instrucciones e inserto según Art 140 del D.S. 016-2011, ya que este producto no se enmarca en esa normativa.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** I    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA PRESENTACION DE LA FOLLETERIA Y MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO ES FACULTATIVO, CUANDO CORRESPONDA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

El Literal a) de las bases solicitan material de control; sin embargo, el metodo de control se puede realizar de diferentes modos, por lo que para conocer su frecuencia y niveles no se puede determinar la cantidad exacta de pruebas adicionales que habria que entregar. En ese sentido, solicitamos al comité de selección precise lo siguiente: a) se publique la forma como la entidad realizaría el control en sus diferentes establecimientos, b) cuál será la cantidad total de cubetas adicionales a entregar y c) si esto fue tomado en cuenta en el estudio de mercado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7.1.5    **Literal:** 7.1.5    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

D.S. 082-2019-EF: ART. 2 INC.) C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL MATERIAL DE CONTROL SON PRODUCTOS DEL EQUIPO EN CESION DE USO OFERTADO, SI ESTE ASI LO REQUIERE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Respecto al Literal b) que señala MATERIAL DE CALIBRACIÓN, precisamos que solo los equipos con una tecnología antigua requieren calibracion por el usuario, incluso algunos demasiado antiguos requieren limpieza del sistema óptico, caso contrario los equipos modernos no requieren material de calibracion. En ese sentido, solicitamos que nos sea exigible el material de calibracion para tecnologías que no lo requieran.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 7.1.5

**Literal:** 7.1.5

**Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL MATERIAL DE CALIBRACION DEL EQUIPO EN CESION DE USO OFERTADO, SERA PRESENTADO, SI ESTE ASI LO REQUIERE. DEPENDERA DEL EQUIPO QUE LOS POSTORES OFERTEN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	13:44:05

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se advierte que las bases no señalan en ningun extremo, cuál es el periodo de compra del mismo, lo que hace imposible determinar el periodo que debe ser controlado; por tanto, consultamos por el periodo del compra asi como el plazo para la segunda entrega, la indefinición afecta el precio y la cantidad de controles diarios a efectuar. Esto contraviene el Principio de Equidad de las contrataciones en perjuicio del proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.5 Literal: 7.1.5 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF: ART.2 INC. I) y C)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: LA SEGUNDA ENTREGA SE REALIZARA A PETICION DEL AREA USUARIA, A LOS 07 DIAS CALENDARIOS. CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA COMO MAXIMO. DEBE DECIR: LA SEGUNDA ENTREGA SE REALIZARA COMO FECHA TENTATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SIN EMBARGO LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA ENTREGA PUEDE SER ANTES O DESPUES DE LA FECHA TENTATIVA, A PETICION DEL AREA USUARIA, A LOS 10 DIAS CALENDARIOS. CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA COMO MAXIMO.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 13:44:05

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al área usuaria/comité de selección, que ante el vacío de la Directiva N° 04-GG-ESSALUD-2009 y de las bases del proceso, solicitamos al área usuaria que precise que los equipos entregados en uso no deberán ser retirados de la Entidad de destino final, salvo aceptación expresa del proveedor previa comunicación con 24 horas de anticipación antes del traslado o posterior al traslado por caso de emergencia debidamente acreditada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 7.3.13

Literal: 7.3.13

Página: 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

D.S.082-2019-EF: ART.2 INC. C)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE TODO EQUIPO EN CESION DE USO DEBE SER PORTATIL PARA EL TAMIZAJE DE ANEMIA DE LOS PACIENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DESTINADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20544150104	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	MEDICAL ISVIL S.A.C.	Hora de envío :	15:40:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitar al comité de selección ampliar el plazo de la primera entrega a 30 días, ya que es un producto de importación contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: LA PRIMERA ENTREGA SE REALIZARA A LOS SIETE DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPPRA COMO MAXIMO.  
DEBE DECIR: LA PRIMERA ENTREGA SE REALIZARA A LOS DIEZ DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPPRA COMO MAXIMO.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20544150104

Nombre o Razón social : MEDICAL ISVIL S.A.C.

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 15:40:34

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección precisar cuando se realizará la segunda entrega.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DICE: LA SEGUNDA ENTREGA SE REALIZARA A PETICION DEL AREA USUARIA, A LOS 07 DIAS CALENDARIOS. CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA COMO MAXIMO. DEBE DECIR: LA SEGUNDA ENTREGA SE REALIZARA COMO FECHA TENTATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SIN EMBARGO LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA ENTREGA PUEDE SER ANTES O DESPUES DE LA FECHA TENTATIVA, A PETICION DEL AREA USUARIA, A LOS 10 DIAS CALENDARIOS. CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA COMO MAXIMO.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20544150104

Nombre o Razón social : MEDICAL ISVIL S.A.C.

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 15:40:34

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección suprimir la metodología de análisis, ya que es un documento confidencial del fabricante. Ya que todas las pruebas analíticas se visualizan en el protocolo de análisis y/o en la ficha técnica del insumo reactivo y/o material de laboratorio.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1      Literal: 1      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, ACLARANDO QUE SI LA METODOLOGIA DE ANALISIS A LAS QUE SE ACOGE EL FABRICANTE SE ENCUENTRA EN NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES DE CALIDAD U OTRAS NORMAS TECNICAS SEGÚN CORRESPONDA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20544150104

Nombre o Razón social : MEDICAL ISVIL S.A.C.

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 15:40:34

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección suprimir el punto 6.4 y punto 6.5 porque el equipo no requiere calibración (sistema de autocalibración)y contiene un control de calidad interno.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** 6.4 6.5      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, ACALARANDO QUE ALGUNOS EQUIPOS EN CESION DE USO SI REQUIEREN DE CALIBRADORES Y CONSUMIBLES Y OTROS ACCESORIOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20544150104	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	MEDICAL ISVIL S.A.C.	Hora de envío :	15:40:34

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que el logotipo esté impreso solo en el envase mediato para evitar la manipulación y la exposición de las microcubetas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SEGÚN LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN, INDICA QUE EL LOGOTIPO "LOS ENVASES MEDIATOS DE LOS MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO A ADQUIRIRSE, DEBEN LLEVAR LOGOTIPO SOLICITADO POR LA ENTIDAD, CON LETRAS VISIBLES Y TINTA INDELEBLE, PREFERENTEMENTE DE COLOR NEGRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20544150104

Nombre o Razón social : MEDICAL ISVIL S.A.C.

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 15:40:34

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección suprimir la declaración jurada y/o póliza de seguro que ampare los equipos biomédico en cesión en uso dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros u otros.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1      Literal: 1      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS DEBEN CEÑIRSE A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20544150104

Nombre o Razón social : MEDICAL ISVIL S.A.C.

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 15:40:34

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de seleccion suprimir que para la firma de contrato se tenga que presentar la declaracion jurada y/o póliza de seguros que ampare los equipos en cesión en uso dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros u otros.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1      Literal: 1      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS DEBEN CEÑIRSE A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20544150104

Nombre o Razón social : MEDICAL ISVIL S.A.C.

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 15:40:34

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección ampliar los bienes similares para una mayor pluralidad de postores, considerar REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL CON EQUIPOS EN CESION DE USO, REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO EN GENERAL.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1      Literal: 1      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DICE: SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL CON EQUIPOS EN CESION DE USO

DEBE DECIR: REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL CON EQUIPOS EN CESION DE USO, REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO EN GENERAL.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 18:08:25

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

"SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA SUPRIMIR DE LAS BASES LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA, YA QUE ELLO IMPLICA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL MUCHAS VECES POR PARTE DE LOS FABRICANTES, ASÍ MISMO TODAS LAS CARACTERISTICAS Y RESULTADOS DEL PRODUCTO SE PUEDE VERIFICAR EN EL PROTOCOLO DE ANÁLISIS DEL BIEN, SIN INCURRIR EN GASTOS INNECESARIOS, YA QUE MUCHAS VECES LOS FABRICANTES CONDICIONAN LA ENTREGA DE DICHOS DOCUMENTOS PREVIO A UN DEPÓSITO QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE NOS OFRECEN A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. POR TODO ELLO, SOLICITAMOS PUEDAN SUPRIMIR DICHO REQUERIMIENTO."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** I      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA Y TODA DOCUMENTACION DEBE CEÑIRSE A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20545792177	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	CHAPOLAB SAC	Hora de envío :	18:09:46

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

"SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA SUPRIMIR DE LAS BASES LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA, YA QUE ELLO IMPLICA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL MUCHAS VECES POR PARTE DE LOS FABRICANTES, ASÍ MISMO TODAS LAS CARACTERISTICAS Y RESULTADOS DEL PRODUCTO SE PUEDE VERIFICAR EN EL PROTOCOLO DE ANÁLISIS DEL BIEN, SIN INCURRIR EN GASTOS INNECESARIOS, YA QUE MUCHAS VECES LOS FABRICANTES CONDICIONAN LA ENTREGA DE DICHOS DOCUMENTOS PREVIO A UN DEPÓSITO QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE NOS OFRECEN A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. POR TODO ELLO, SOLICITAMOS PUEDAN SUPRIMIR DICHO REQUERIMIENTO."

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** H    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA Y TODA DOCUMENTACION DEBE CEÑIRSE A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 18:15:30

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA ACEPTAR LA PRESENTACIÓN DE EMPAQUE INDIVIDUAL O FRASCO X 25 O 50 UNIDADES DE MICROCUBETAS, ENTREGANDO LA CANTIDAD TOTAL EQUIVALENTE EN ESTA PRESENTACIÓN OFERTADA, SOLICITAMOS ELLO A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, YA QUE LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL BIEN REQUERIDO NO SE VE AFECTADA POR LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: -      **Página: 34**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DICE: EMPAQUE ADECUADO (POR 50 UNIDADES COMO MINIMO)

DEBE DECIR: EMABAQUE ADECUADO (POR 25 UNIDADES COMO MINIMO)

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 18:23:44

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA INDICAR SI LOS CONSUMIBLES HACEN REFERENCIA A LAS MICROCUBETAS, A FIN DE NO INCURRIR EN MALAS INTERPRETACIONES AL MOMENTO DE LA OFERTA O CASO CONTRARIO INDICAR CUALES SON LOS CONSUMIBLES Y CUAL ES LA CANTIDAD DE CADA UNO DE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** -      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LOS CONSUMIBLES NO SON LAS MICROCUBETAS, LOS CONSUMIBLES SON PRODUCTOS O ACCESORIOS DEL EQUIPO EN CESION DE USO OFERTADO, SI ESTE ASI LO REQUIERE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 18:26:37

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA SUPRIMIR DE LAS BASES LA PRESENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO PARA EL CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS, YA QUE EL PRODUCTO SOLICITADO NO ES UN PRODUCTO FISCALIZADO, POR LO TANTO NO CORRESPONDERIA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** A      **Página:** 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA PRESENTACION DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO PARA EL CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS ES SOLO PARA BIENES FISCCALIZADOS, SI NO ES UN BIEN FISCALIZADO, NO ES NECESARIO LA PRESENTACION DE DICHO DOCUMENTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 18:28:12

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

"RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR QUE ESTABLECE EN LAS BASES: Se puede apreciar que en la experiencia del postor se indica que se podrá acreditar dicha experiencia con la venta de bienes SIMILARES a los siguientes: REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL CON EQUIPOS EN CESION DE USO.

Por lo expuesto, a fin de permitir una mayor participación de postores que cuenten con experiencia en el mercado, solicitamos al Comité de Selección pueda ampliar el presente requerimiento, aceptar y modificar el objeto de Contrato de la experiencia de postor por la de Venta de: REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL CON EQUIPOS EN CESION DE USO, REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL, MATERIAL Y/O DISPOSITIVOS MÉDICOS EN GENERAL, ya que los productos solicitados se encuentran dentro del rubro solicitado."

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DICE: SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL CON EQUIPOS EN CESION DE USO

DEBE DECIR: REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL CON EQUIPOS EN CESION DE USO, REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO EN GENERAL.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RAAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS CON EQUIPO EN CESION DE USO (HEMOGLOBINOMETROS) PARA LA IPRESS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 07/08/2023

Hora de envío : 18:19:12

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDAN SUPRIMIR DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO:

-CALIBRADO O MEDICIÓN DE EXACTITUD CON EL MÉTODO DE REFERENCIA DEL HICN O SIMILAR, YA QUE NO TODAS LAS EMPRESAS FABRICANTES TRABAJAN CON ELLO, Y DE ESTA FORMA SE ESTARÍA PERMITIENDO LA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** -    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, YA QUE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DICE: CALIBRADO O MEDICIÓN DE EXACTITUD CON EL MÉTODO DE REFERENCIA DEL HICN O SIMILAR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.