


| FORMATO | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO: BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS (ACTO PRIVADO) | | | | |
| 1 | NÚMERO DE ACTA : 071 | ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO | | |
| 2 | SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, la ciudad de Trujillo, siendo las 11:30 horas. del 02 de setiembre del 2024, en la Oficina de Adquisiciones, el representante del Organismo Encargado de Contrataciones que conduce el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada AS-SM-7-2024-ESSALUD-RALL-1 para la "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO COMPRA LOCAL RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD", a fin de APERTURAR, EVALUAR Y OTORGAR LA BUENA PRO al presente procedimiento de selección. | | | |
| 3 | DETALLE DE LOS POSTORES QUE PRESENTARON OFERTAS El Organismo Encargado de Contrataciones (OEC) da cuenta que dentro del plazo establecido presentaron su oferta: según detalle: | | | |
| | Nº item | Nombre o razón social del postor | | |
| | 1 | COVIDIEN PERU S.A | | |
| | 2 | CARDIO EQUIPOS EIRL | | |
| | 3 | SINTEC VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L. | | |
| | 4 | DIPROHOS E.I.R.L. | | |
| | 5 | ROCA S.A | | |
| 4 | ADMISIÓN DE OFERTAS Acto seguido se procedió con la revisión de la documentación contenida en la oferta a fin de determinar el cumplimiento de lo solicitado en el numeral 2.2.1.. Contenido de la Propuesta "Documentación para la Admisión de la Oferta de las Bases Administrativas", cuyo resultado fue el siguiente: | | | |
| | Nº ITEM | Nombre o razón social del postor | Resultado | |
| | 1 | COVIDIEN PERU S.A | ADMITIDA | |
| | 2 | CARDIO EQUIPOS EIRL | ADMITIDA | |
| | 3 | SINTEC VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L. | ADMITIDA | |
| | 4 | DIPROHOS E.I.R.L. | ADMITIDA | |
| | 5 | ROCA S.A | ADMITIDA | |
| 5 | EVALUACIÓN DE OFERTAS El OEC procedió a evaluar la propuesta técnica del postor admitido, a fin de asignar el puntaje correspondiente, obteniendo el siguiente resultado: | | | |
| | Nº ITEM | Nombre o razón social del postor | RESULTADOS DEL PROCESO | |
| | 1 | COVIDIEN PERU S.A PARA EL ITEM N°1 | CALIFICADA | |
| | | CARDIO EQUIPOS EIRL | CALIFICADA | |
| | 2 | SINTEC VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L. | CALIFICADA | |
| | | COVIDIEN PERU S.A. | CALIFICADA | |
| | | DIPROHOS E.I.R.L. | CALIFICADA | |
| | | ROCA S.A.C. | CALIFICADA | |
| | 3 | NO SE PRESENTARON OFERTAS | DESIERTO | |
| 6 | CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS De este modo, se procede a la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación de la oferta, obteniéndose el siguiente resultado. | | | |
| | Orden de prelación | Nombre o razón social del postor | CUMPLE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | RESULTADO |
| | 1 | COVIDIEN PERU S.A.ITEM N°1 | SI | ADJUDICADO |
| | 2 | SINTEC VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L. ITEM N°2 | SI | ADJUDICADO |
| 7 | El Organismo encargado de las Contrataciones da por aprobado los resultados de la evaluación y calificación, otorgando la Buena Pro al postor: 1.- COVIDIEN PERU S.A ITEM N°1 2.- SINTEC VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L. ITEM N°2 | | | |
| 8 | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  GPC. JHON JHEEMIER CRUZ SANCHEZ ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DNI N°71227821 | | | |

"ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO COMPRA LOCAL RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD"

| MATERIAL | DESCRIPCION | POSTOR | UM. | CANTIDAD | DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA | | | | | | | | | | | | | VALOR ESTIMADO | VALOR OFERTADO | PUNTAJE A LA OFERTA | REQUISITOS DE CALIFICACION | | BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5 %) | PUNTAJE TOTAL | RESULTADOS DEL PROCESO | ORDEN DE PRELACION | |
|---|--|---|-----|----------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|----------------|----------------|---------------------|---|----|---|---------------|------------------------|--------------------|------|
| | | | | | DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N°1) | DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA. (COPIA DE VIGENCIA DE PODER) | DDJ DE ACUERDO CON EL LITERAL b) del ART. 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N°2) | DDJ DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION (ANEXO N°3) | CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (CBPM) | CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (CBPA) | REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE MEDICO (PROTOCOLO DE ANALISIS) | MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO (ORIGINAL O COPIA SIMPLE) | ROTULADO DE LOS ENVASES MEDIANO E INMEDIATO | DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA (ANEXO N°4) | PROMESA FORMAL DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N°5) | EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6) | RESOLUCION DE AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO | | | | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | |
| 945 | ELECTRODO TIPO PINZA BIPOLAR N°60-1765-001 | COVIDIEN PERU S.A. CARDIO EQUIPOS EIRL | UN | 60 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 191,160.00 | 189,744.00 | 100 | SI | SI | | 100 | CALIFICA | 1er. | |
| 290 | LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR | SINTEC VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L. | UN | 18000 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 93,600.00 | 88,200.00 | 100 | SI | SI | 5 | 94.97 | CALIFICA | 1er. | |
| | | COVIDIEN PERU S.A. | | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | SI | 116,820.00 | 75.50 | SI | SI | | 75.50 | CALIFICA | 2do. |
| | | DIPROHOS E.I.R.L. | | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | SI | 117,000.00 | 75.38 | SI | SI | | 75.38 | CALIFICA | 3er. |
| | | ROCA S.A.C. | | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | SI | 254,340.00 | 34.68 | SI | SI | | 34.68 | CALIFICA | 4to. |
| 317 | DURAMADRE SINTETICA POLIESTER 4.0 X 10 CM | | UN | 60 | | | | | | | | | | | | | | 84,000.00 | | | | | | | DESERTO | | |
| | POSTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL ITEM N°3 DURAMADRE SINTETICA POLIESTER 4.0 X 10 CM EL OEC DECLARA DESERTO POR FAL DE PROPUESTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Trujillo, 02 de setiembre del 2024

CPC JHON JHEIMER CRUS SANCHEZ
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
DNI °71227821

ACTA DE EVALUACIÓN OFERTAS TÉCNICAS

PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-ESSALUD-RALL-1

En la ciudad de Trujillo, siendo las 10:00 am del día 23 de agosto del año 2024, se reunieron el Dr. Miranda Narro Isac, en su calidad de área usuaria y, el Órgano Encargado de Contrataciones a cargo del procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N° AS-SM-7-2024-ESSALUD-RALL-1 para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO DE COMPRA LOCAL ITEM 1 ELECTRODO TIPO PINZA BIPOLAR N°60-1765-001 – RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD**; ello a fin de evaluar las ofertas técnicas presentadas por los postores al proceso de selección antes mencionado, y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las bases administrativas:

| N° | POSTOR | EVALUACIÓN (CUMPLE / NO CUMPLE) | OBSERVACIONES (De no cumplir obligatorio indicara motivo) |
|----|---------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | COVIDIEN PERU SA. | SI | Se ha evaluado ambas propuestas que cumplan con lo requiendo. Pero se evidencia menor ventaja competitiva que el otro producto. así como en nuestra experiencia existe mayor tasa de fracaso en el sellado vascular |
| 2 | CARDIO EQUIPOS EIRL | SI | Se ha evaluado ambas propuestas en tamaño y medida que si lo cumplen pero muestra mayor ventaja competitiva para las cirugía oncológicas. mostrando en nuestra experiencia mayor poder de sellado vascular y menor extracción de profusas calor. |

Siendo las 4:00 p.m. se concluye con la evaluación técnica de las muestras y se firma en señal de conformidad.

CPC. JHON CRUZ SANCHEZ
OEC

AS-SM-7-2024-ESSALUD-RALL-1

Dr. Miranda Narro, Isac
CIRUJANO ONCOLOGO
CNP: 2140 RNE: 34737