

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Revisando las bases solicitan:

Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el perfil del capacitador. Considerar un Profesional Técnico Electrónico con experiencia mínima de dos (02) años en curso de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** II **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION, debido al equipamiento medico complejo especialmente de las ambulancias tipo III, grado de mayor responsabilidad y competencia, se necesita la formación de Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos. Ceñirse a las presentes bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Revisando las bases solicitan:

Declaración jurada donde indique los tramites sin costo alguno a la Entidad del seguro, placas y tarjeta de propiedad a nombre del Hospital Hermilio Valdizan previa coordinación con la Sub-Gerencia de Obras y Supervisión del GOREHCO, los mismos que serán entregados en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, previa cancelación al 100% de la factura de las ambulancias

A fin de evitar confusiones, solicitamos al comité ACLARAR que la primera inmatriculación será nombre del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, luego se realizara la transferencia a nombre del Hospital Hermilio Valdizan, debido a que para el tramite de placa se debe de presentar la factura y demás documentos a nombre del Gobierno Regional de Huanuco (quien realizara la convocatoria) y no del Hospital Hermilio Valdizan.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: k Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA OBSERVACIÓN, debido a que la factura y demás documentos serán emitidos por la entidad convocante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
Declaración jurada donde indique los tramites sin costo alguno a la Entidad del seguro,placas y tarjeta de propiedad a nombre del Hospital Hermilio Valdizan previa coordinación con la Sub-Gerencia de Obras y Supervisión del GOREHCO, los mismos que serán entregados en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, previa cancelación al 100% de la factura de las ambulancias.

DEBE DECIR:
Declaración jurada donde indique los tramites sin costo alguno a la Entidad del seguro, placas y tarjeta de propiedad a nombre del Gobierno Regional de Huanuco previa coordinación con la Sub-Gerencia de Obras y Supervisión del GOREHCO, los mismos que serán entregados en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, previa cancelación al 100% de la factura de las ambulancias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
Revisando las bases solicitan:

Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el perfil del capacitador: Considerar un Profesional Técnico Electrónico con experiencia mínima de dos (02) años en curso de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.4 Literal: 2 Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION, debido al equipamiento medico complejo especialmente de las ambulancias tipo III, grado de mayor responsabilidad y competencia, se necesita la formacion de Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
Revisando las bases solicitan:

Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el perfil del capacitador: Considerar un Profesional Técnico Electrónico con experiencia mínima de dos (02) años en curso de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.2 Literal: 3 Página: 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION, debido al equipamiento medico complejo especialmente de las ambulancias tipo III, grado de mayor responsabilidad y competencia, se necesita la formacion de Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
Revisando las bases solicitan:

Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el perfil del capacitador: Considerar un Profesional Técnico Electrónico con experiencia mínima de dos (02) años en curso de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C.1.2 Página: 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION, debido al equipamiento medico complejo especialmente de las ambulancias tipo III, grado de mayor responsabilidad y competencia, se necesita la formacion de Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el aspirador de secreciones solicitan: Con batería recargable con autonomía de al menos 2 horas.

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Con batería recargable con autonomía de al menos 45 minutos o mas .

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** C05 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, esto debido que para el uso en Ambulancias Urbanas, aquí es usado en períodos largos, ya que no siempre se tiene acceso a una fuente de energía para recargar. En este caso, es recomendable una batería de al ,menos 1 hora o más para garantizar el uso continuo durante todo el tiempo necesario en traslados o emergencias prolongadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE ALMENOS 2 HORAS
DEBE DECIR:
CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE AL MENOS 60 MINUTOS O MÁS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité aclarar a que se refiere largo plegado no mayor 161cm de la camilla telescópica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: I06 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, SE ACLARA LA CONSULTA:
Nos referimos a la longitud máxima que la camilla tiene cuando está completamente plegada o retraída. Las camillas telescópicas están diseñadas para ajustarse en longitud, permitiendo que se extiendan o se plieguen según la necesidad. Esta característica facilita su transporte y almacenamiento en espacios reducidos, como ambulancias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la tabla rígida solicitan:

Ancho aproximado. 18¿

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Ancho aprox. 16 pulgadas como minimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: K01 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido a la facilidad de maniobrabilidad y transporte.

Por lo tanto quedaría de la siguiente manera:

LARGO APROXIMADO: 72¿, ANCHO APROXIMADO: 16¿, ALTURA APROXIMADA: 2.5¿ O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

LARGO APROXIMADO: 72¿, ANCHO APROXIMADO: 18¿, ALTURA APROXIMADA: 2.5¿ O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

DEBE DECIR:

LARGO APROXIMADO: 72¿, ANCHO APROXIMADO: 16¿, ALTURA APROXIMADA: 2.5¿ O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la tabla rígida solicitan:

Altura aproximada 2.5 pulgadas

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Ancho aproximada 2.00 pulgadas como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: K01 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que las especificaciones tecnicas, se esta dando opcion que las medidas sean de acuerdo al fabricante.

SE ACLARA que el texto dice:LARGO APROXIMADO: 72¿, ANCHO APROXIMADO: 18¿, ALTURA APROXIMADA: 2.5¿ O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: Chaleco de Extricación: Material de polivinilo lavable, reforzado y reusable

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F, Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Material polivinilo lavable, resistente y reusable y/o Revestimiento PVC o recubierto con vinilo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: M Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a la Resistencia y Flexibilidad del material de polivinilo; este es flexible, permitiendo que el chaleco se adapte al cuerpo del paciente para asegurar una mejor inmovilización, crucial durante la extracción de personas en accidentes vehiculares o espacios confinados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Maletín de soporte básico de vida: Doce (12) juegos de tubos endotraqueales (oro traqueales con cuff) para pacientes pediátricos y adultos, con guía reusable

Al respecto, manifestamos que las guías solicitadas se encuentran fuera del mercado por lo que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Doce (12) juegos nde tubos endotraqueales (oro traqueales con cuff) para pacientes pediátricos y adultos, guías reusables y/o descartables

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: N Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país, ha decidido ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS N° 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.DESCARTABLES
DEBE DECIR:
DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES Y/O DESCARTABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS N° 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.DESCARTABLES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Maletín de soporte básico de vida: Doce (12) juegos de tubos endotraqueales (oro traqueales sin cuff) para pacientes pediátricos y adultos, con guía reusable

Al respecto, manifestamos que las guías solicitadas se encuentran fuera del mercado por lo que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Doce (12) juegos de tubos endotraqueales (oro traqueales sin cuff) para pacientes pediátricos y adultos, guías reusables y/o descartables

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: N Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país, ha decidido ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES SIN CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS N° 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.DESCARTABLES
DEBE DECIR:
DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES SIN CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES Y/O DESCARTABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Maletín de soporte básico de vida: Tres (03) juegos de máscaras laríngeas descartables, preformadas, ¿en ángulo anatómico de 70° para fácil inserción, con punta reforzada¿. Cada juego debe contener los tamaños 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 7.

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo específico. Asimismo los números solicitados 6 y 7 se encuentran fuera del mercado. En aras de establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia, i) Equidad y j) Integridad, solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Tres (03) juegos de máscaras laríngeas descartables tamaño N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: N Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARACIALMENTE LA OBSERVACION, debido a que el tamaño 6 es utilizado en adultos de contextura grande (mayores a 100 kg), para asegurar la vía aérea, especialmente en procedimientos de anestesia o en situaciones de emergencia donde la intubación endotraqueal es complicada. Por tanto quedaría de la siguiente manera:

TRES (03) JUEGOS DE MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES, PREFORMADAS, EN ÁNGULO ANATOMÓMICO DE 70° PARA FÁCIL INSERCCIÓN, CON UNA PUNTA REFORZADA, CADA JUEGO DEBE CONTENER LOS TAMAÑOS N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
TRES (03) JUEGOS DE MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES, PREFORMADAS, EN ÁNGULO ANATOMÓMICO DE 70° PARA FÁCIL INSERCCIÓN, CON UNA PUNTA REFORZADA, CADA JUEGO DEBE CONTENER LOS TAMAÑOS N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 Y 7.

DEBE DECIR:
TRES (03) JUEGOS DE MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES, PREFORMADAS, EN ÁNGULO ANATOMÓMICO DE 70° PARA FÁCIL INSERCCIÓN, CON UNA PUNTA REFORZADA, CADA JUEGO DEBE CONTENER LOS TAMAÑOS N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: Set oto-oftalmoscopio: Compensación de refracción con banco de lentes de -10 A + 25 dioptrías como mínimo.

Manifestamos que al solicitar lo mencionado se estaría direccionando hacia una marca o modelo en específico, por lo que, con el fin de lograr mayor pluralidad y participación de postores, y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos B, E y F. solicitamos que extiendan su requerimiento de la siguiente manera:

¿ Ópticas de observación con lentes de -10 a +20 dioptrías como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: O04 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país. En el mercado peruano, el rango de compensación de refracción más comúnmente encontrado en equipos set oto-oftalmoscopio es de -10 a +20 dioptrías. Este rango es suficiente para la mayoría de los exámenes oculares rutinarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
COMPENSACIÓN DE REFRACCIÓN CON BANCO DE LENTES DE -10 A +25 DIOTRÍAS, COMO MÍNIMO
DEBE DECIR:
COMPENSACIÓN DE REFRACCIÓN CON BANCO DE LENTES DE -10 A +20 DIOTRÍAS, COMO MÍNIMO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: maletín de medicamentos: dimensiones: 17¿ x 7.65¿ x 1.36¿

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares de un equipo se estaría direccionando a una marca y modelo específico, las medidas solicitadas corresponden a cada bandeja de un maletín de la marca Pelican. En aras de establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia, i) Equidad y j) Integridad, solicitamos al comité ampliar el requerimiento señalando las medidas externas del maletín, quedando de la siguiente manera:

Dimensiones externas: 42 cm x 10 cm x 28cm como minimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: T Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

- El ancho que solicita, desvirtúa el requerimiento técnico mínimo solicitado en más de un 20%, lo cual podría comprometer esta funcionalidad, especialmente si reduce el volumen útil para almacenar medicamentos o no encaja en el espacio destinado para este equipo.

Ha decidido NO ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el aspirador de secreciones solicitan: Con batería recargable con autonomía de al menos 2 horas.

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Con batería recargable con autonomía de al menos 45 minutos o mas .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** C05 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, esto debido que para el uso en Ambulancias Urbanas, aquí es usado en períodos largos, ya que no siempre se tiene acceso a una fuente de energía para recargar. En este caso, es recomendable una batería de al ,menos 1 hora o más para garantizar el uso continuo durante todo el tiempo necesario en traslados o emergencias prolongadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE ALMENOS 2 HORAS

DEBE DECIR:

CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE AL MENOS 60 MINUTOS O MÁS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité aclarar a que se refiere largo plegado no mayor 161cm de la camilla telescópica

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: I06 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, SE ACLARA LA CONSULTA, Nos referimos a la longitud máxima que la camilla tiene cuando está completamente plegada o retraída. Las camillas telescópicas están diseñadas para ajustarse en longitud, permitiendo que se extiendan o se plieguen según la necesidad. Esta característica facilita su transporte y almacenamiento en espacios reducidos, como ambulancias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la tabla rígida solicitan:

Ancho aproximado. 18¿

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Ancho aprox. 16 pulgadas como minimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: K01 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido facilidad de maniobrabilidad y transporte. Por lo tanto quedaría de la siguiente manera:
LARGO APROXIMADO: 72¿, ANCHO APROXIMADO: 16¿, ALTURA APROXIMADA: 2.5¿ O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
LARGO APROXIMADO: 72¿, ANCHO APROXIMADO: 18¿, ALTURA APROXIMADA: 2.5¿ O DE ACUERDO AL FABRICANTE.
DEBE DECIR:
LARGO APROXIMADO: 72¿, ANCHO APROXIMADO: 16¿, ALTURA APROXIMADA: 2.5¿ O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la tabla rígida solicitan:

Altura aproximada 2.5 pulgadas

Con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Ancho aproximada 2.00 pulgadas como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: K01 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que las especificaciones tecnicas, se esta dando opcion que las medidas sean de acuerdo al fabricante.
SE ACLARA que el texto dice:LARGO APROXIMADO: 72¿, ANCHO APROXIMADO: 18¿, ALTURA APROXIMADA: 2.5¿ O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: Chaleco de Extricación: Material de polivinilo lavable, reforzado y reusable

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y pluralidad de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F, Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Material polivinilo lavable, resistente y reusable y/o Revestimiento PVC o recubierto con vinilo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: M Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a la Resistencia y Flexibilidad del material de polivinilo; este es flexible, permitiendo que el chaleco se adapte al cuerpo del paciente para asegurar una mejor inmovilización, crucial durante la extracción de personas en accidentes vehiculares o espacios confinados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Maletín de soporte básico de vida: Doce (12) juegos de tubos endotraqueales (oro traqueales con cuff) para pacientes pediátricos y adultos, con guía reusable

Al respecto, manifestamos que las guías solicitadas se encuentran fuera del mercado por lo que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Doce (12) juegos de tubos endotraqueales (oro traqueales con cuff) para pacientes pediátricos y adultos, guías reusables y/o descartables

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** N **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país, ha decidido ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS N° 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.DESCARTABLES

DEBE DECIR:

DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES Y/O DESCARTABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS N° 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.DESCARTABLES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Maletín de soporte básico de vida: Doce (12) juegos de tubos endotraqueales (oro traqueales sin cuff) para pacientes pediátricos y adultos, con guía reusable

Al respecto, manifestamos que las guías solicitadas se encuentran fuera del mercado por lo que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Doce (12) juegos de tubos endotraqueales (oro traqueales sin cuff) para pacientes pediátricos y adultos, guías reusables y/o descartables

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: N Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país, ha decidido ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES SIN CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS N° 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.DESCARTABLES

DEBE DECIR:

DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES SIN CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES Y/O DESCARTABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Maletín de soporte básico de vida: Tres (03) juegos de máscaras laríngeas descartables, preformadas, ¿en ángulo anatómico de 70° para fácil inserción, con punta reforzada¿. Cada juego debe contener los tamaños 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 7.

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo específico. Asimismo, los números solicitados 6 y 7 se encuentran fuera del mercado. En aras de establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia, i) Equidad y j) Integridad, solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Tres (03) juegos de máscaras laríngeas descartables tamaño N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: N Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARACIALMENTE LA CONSULTA, debido a que el tamaño 6 es utilizado en adultos de contextura grande (mayores a 100 kg), para asegurar la vía aérea, especialmente en procedimientos de anestesia o en situaciones de emergencia donde la intubación endotraqueal es complicada. Por tanto quedaria de la siguiente manera:

TRES (03) JUEGOS DE MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES, PREFORMADAS, EN ÁNGULO ANATOMÓMICO DE 70° PARA FÁCIL INSERCCIÓN, CON UNA PUNTA REFORZADA, CADA JUEGO DEBE CONTENER LOS TAMAÑOS N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

TRES (03) JUEGOS DE MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES, PREFORMADAS, EN ÁNGULO ANATOMÓMICO DE 70° PARA FÁCIL INSERCCIÓN, CON UNA PUNTA REFORZADA, CADA JUEGO DEBE CONTENER LOS TAMAÑOS N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 Y 7.

DEBE DECIR:

TRES (03) JUEGOS DE MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES, PREFORMADAS, EN ÁNGULO ANATOMÓMICO DE 70° PARA FÁCIL INSERCCIÓN, CON UNA PUNTA REFORZADA, CADA JUEGO DEBE CONTENER LOS TAMAÑOS N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: Set oto-oftalmoscopio: Compensación de refracción con banco de lentes de -10 A + 25 dioptrías como mínimo.

Manifestamos que al solicitar lo mencionado se estaría direccionando hacia una marca o modelo en específico, por lo que, con el fin de lograr mayor pluralidad y participación de postores, y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos B, E y F. solicitamos que extiendan su requerimiento de la siguiente manera:

¿ Ópticas de observación con lentes de -10 a +20 dioptrías como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** O04 **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país. En el mercado peruano, el rango de compensación de refracción más comúnmente encontrado en equipos set oto-oftalmoscopio es de -10 a +20 dioptrías. Este rango es suficiente para la mayoría de los exámenes oculares rutinarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

COMPENSACIÓN DE REFRACCIÓN CON BANCO DE LENTES DE -10 A +25 DIOTRÍAS, COMO MÍNIMO

DEBE DECIR:

COMPENSACIÓN DE REFRACCIÓN CON BANCO DE LENTES DE -10 A +20 DIOTRÍAS, COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: maletín de medicamentos: dimensiones: 17¿ x 7.65¿ x 1.36¿

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares de un equipo se estaría direccionando a una marca y modelo específico, las medidas solicitadas corresponden a cada bandeja de un maletín de la marca Pelican. En aras de establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia, i) Equidad y j) Integridad, solicitamos al comité ampliar el requerimiento señalando las medidas externas del maletín, quedando de la siguiente manera:

Dimensiones externas: 42 cm x 10 cm x 28cm como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** R **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

- El ancho que solicita, desvirtúa el requerimiento técnico mínimo solicitado en más de un 20%, lo cual podría comprometer esta funcionalidad, especialmente si reduce el volumen útil para almacenar medicamentos o no encaja en el espacio destinado para este equipo.

Ha decidido NO ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Piso: de material sintético (vinil) liso, de alto tránsito. Sin obstáculo ni deformaciones, antideslizante, alta resistencia al desgaste, no inflamable, con recubrimiento final de una sola pieza, sin costuras, sin uniones, acabados con perfiles de aluminio. Deberá presentar instalado el soporte para camilla.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:
Piso: de material sintético (vinil y/o de acuerdo al fabricante) liso, de alto tránsito. Sin obstáculo ni deformaciones, antideslizante, alta resistencia al desgaste, no inflamable, con recubrimiento final de una sola pieza, sin costuras, sin uniones, acabados con perfiles de aluminio. Deberá presentar instalado el soporte para camilla.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A05 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:
Se considera el piso de vinil y no de acuerdo al fabricante, ya que el piso de vinil es una opción duradera, resistente al agua y fácil de mantener, ideal para áreas de alto tráfico y ambientes húmedos. Su instalación rápida y económica, junto con su variedad estética que imita materiales como madera y piedra, lo convierte en una alternativa accesible y versátil para diferentes estilos, proporcionando además comodidad al reducir el ruido y ser cálido al tacto.
Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Un convertidor 12VDC/220VAC con batería incorporada (independiente del vehículo), 1000 WATTS mínimo.
Tomacorrientes de 12VDC (cuatro tomas como mínimo) y 220VAC (cuatro tomas como mínimo).

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:
Un convertidor 12VDC/220VAC con batería incorporada (independiente del vehículo), 1000 WATTS mínimo.
Tomacorrientes de 12VDC (dos tomas como mínimo) y 220VAC (dos tomas como mínimo).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A06 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:
La especificación de cuatro tomacorrientes de 12VDC y cuatro de 220VAC en el convertidor de 1000W responde a necesidades operativas clave, permitiendo conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin recurrir a adaptadores adicionales que podrían comprometer la seguridad y el rendimiento. Reducir esta cantidad podría ralentizar el tiempo de respuesta en situaciones de alta demanda, afectando la eficiencia operativa y poniendo en riesgo el cumplimiento de los estándares funcionales y de seguridad. Además, mantener esta especificación mínima fomenta que los postores presenten equipos de mayor calidad y funcionalidad, garantizando soluciones competitivas y técnicamente adecuadas para responder efectivamente a los requisitos operativos.
Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

La central de comando tablero de control: con pantalla a colores touch screen capacitiva mínimo 7¿ de resolución mínimo 400x600 pixeles. Deberá estar controlado por microcontrolador, leyendas identificadoras, protegido por fusibles y relés para todos los consumos.

Al respecto, consideramos que al solicitar dicho requerimiento se estaría direccionando a un postor que cumple con dicho requisito. Por lo cual, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité que dicho requerimiento sea de manera opcional quedando de la siguiente manera:

La central de comando tablero de control: con pantalla a colores touch screen capacitiva mínimo 7¿ de resolución mínimo 400x600 pixeles. Deberá estar controlado por microcontrolador, leyendas identificadoras, protegido por fusibles y relés para todos los consumos (opcional).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A06 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

La protección mediante fusibles y relés no es un elemento opcional, sino una medida esencial de seguridad y durabilidad. Estos componentes son necesarios para proteger la central de comando y los dispositivos conectados ante sobrecargas o cortocircuitos, evitando daños costosos y potencialmente peligrosos que podrían comprometer la funcionalidad de la pantalla y el microcontrolador, además de otros sistemas críticos. Hacer esta protección opcional podría llevar a una disminución de la vida útil del equipo y a un aumento en los costos de mantenimiento y reparación. Mantener la protección requerida garantiza un funcionamiento confiable y seguro, alineado con los estándares de calidad y seguridad necesarios para el interés público y las condiciones operativas exigentes.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

La batería auxiliar de libre mantenimiento de 100 amperios para el sistema eléctrico adicional será instalada con separador de carga y corta corriente (adjuntar diagrama). El sistema de carga debe ser un alternador de 150 A.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

La batería auxiliar de libre mantenimiento de 100 amperios para el sistema eléctrico adicional será instalada con separador de carga y corta corriente (adjuntar diagrama y/o adjuntar fotografías y/o planos eléctricos y/u opcional). El sistema de carga debe ser un alternador de 150 A;

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A06 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

El diagrama es necesario para poder realizar el mantenimiento del sistema y mantener la protección requerida que garantiza un funcionamiento confiable y seguro, alineado con los estándares de calidad y seguridad necesarios para el interés público y las condiciones operativas exigentes.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Sistema de oxígeno medicinal: Con tres (03) tomas empotradas mínimo, una cercana a la cabecera del paciente, la otra cercana a la ubicación del ventilador mecánico (50psi) y otra de emergencia. Con compartimiento adaptado, con puerta y sistema de fijación transitoria, para alojar de forma vertical dos (02) botellas de oxígeno de al menos 3,450 litros (tipo M), con el suministro de balón de oxígeno de aluminio y sus accesorios de uso medicinal para las tres tomas (flujometro, humidificador, mascarillas). Todos los conductos de instalación de gases deben de estar debidamente protegidos, la instalación de gases no deberá ser compartida con la eléctrica. Las tomas no deben estar a menos de 30cm del tomacorriente.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Sistema de oxígeno medicinal: Con dos (02) tomas empotradas mínimo, una cercana a la cabecera del paciente y otra de emergencia. Con compartimiento adaptado, con puerta y sistema de fijación transitoria, para alojar de forma vertical dos (02) botellas de oxígeno de al menos 3,450 litros (tipo M), con el suministro de balón de oxígeno de aluminio y sus accesorios de uso medicinal para las dos tomas (flujometro, humidificador, mascarillas). Todos los conductos de instalación de gases deben de estar debidamente protegidos, la instalación de gases no deberá ser compartida con la eléctrica. Las tomas no deben estar a menos de 30cm del tomacorriente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A10 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

La Norma Técnica de Salud para ambulancias establece requisitos específicos para el sistema de oxígeno medicinal, incluyendo al menos tres tomas empotradas para asegurar el suministro seguro y continuo de oxígeno en diferentes puntos críticos: una junto a la cabecera del paciente, otra cercana al ventilador mecánico (con 50 psi) y una toma de emergencia. Estas tres tomas garantizan la disponibilidad y la adecuada distribución de oxígeno en emergencias y durante el traslado del paciente, lo cual es vital para evitar interrupciones en el suministro que podrían comprometer la atención en situaciones críticas. Reducir el número de tomas a dos podría afectar la capacidad de respuesta en emergencias y no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y operatividad establecidos en la norma, lo cual es fundamental para asegurar la calidad y eficacia del servicio de atención prehospitalaria.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Iluminación led interior de luz blanca, independiente, intensidad variable con interruptores individuales, iluminación promedio en cabina sanitaria superior a 500 lux, accionamiento automático, al momento de abrir cualquiera de las puertas de la cabina de atención médica.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Iluminación led interior de luz blanca, independiente, intensidad variable con interruptores individuales, iluminación promedio en cabina sanitaria superior a 500 lux, una luz como mínimo de accionamiento automático, al momento de abrir cualquiera de las puertas de la cabina de atención médica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A13 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

- El requerimiento solicitado ofrece un enfoque de máxima automatización y eficiencia operativa, lo cual es ideal en contextos de emergencia donde la rapidez, seguridad y simplicidad son prioritarias. Es particularmente ventajosa para escenarios en los que se requiere una iluminación completa e inmediata sin intervención manual.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Año Modelo: mismo año de adjudicación

Al respecto, debemos indicar que los vehículos comerciales con los cuales se fabrican las ambulancias en nuestro medio nacional se encuentran en una baja de importación en las marcas comerciales como MERCEDES BENZ, PEUGEOT, CITROEN, FIAT, TOYOTA debido al efecto post pandemia que afecto mundialmente en la producción de unidades. Por lo cual, en base a los siguientes artículos de la Ley de Contrataciones con el Estado Art. 2 Principio que rigen las contrataciones: inciso (a) Libre de concurrencia, (b) igualdad de trato, (c) Transparencia, (e) Competencia, (f) Eficacia y Eficiencia, solicitamos considerar unidades año de modelo como mínimo 2023, para brindar un mayor rango y participación de postores, quedando de la siguiente manera:

Año Modelo: 2023 mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A19 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observacion del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

Reducir el año de modelo a 2023 no se alinea con el principio de vigencia tecnológica, ya que estarías limitando la adquisición de tecnologías más avanzadas que pueden ofrecer mejores rendimientos tanto a nivel de consumo de combustible como de potencia y torque. Además, los modelos más recientes (2024 fabricacion y modelo 2025) garantizan mayor eficiencia operativa, menores costos a largo plazo y mejor adaptabilidad tecnológica para el futuro.

Ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Sistema de Dirección: Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Sistema de Dirección: Sistema de piñón y cremallera y/o asistencia hidráulica y/o Electrohidráulica Variable y/o asistida no variable y/o de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A24 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA, esto no afecta la calidad, garantizando que la entidad obtenga el mejor producto posible, optimizando la inversión pública y mejorando la calidad del servicio de atención médica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

A24 SISTEMA DE DIRECCIÓN: SISTEMA DE PIÑÓN Y CREMALLERA, ASISTENCIA HIDRÁULICA

DEBE DECIR:

A24 SISTEMA DE DIRECCION: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA ASISTENCIA DIRECTA O ELECTROMECHANICA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Frenos delanteros: Discos. Frenos posteriores: Discos

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Frenos delanteros: Discos y/o Discos ventilados. Frenos posteriores: Discos y/o Discos sólidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A27 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido a que los discos ventilados son una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia térmica, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas de frenado, ha decidido ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRÁULICO. FRENOS DELANTEROS: DISCOS. FRENOS POSTERIORES: DISCOS. FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA DEBE DECIR:

SISTEMA DE FRENO: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRAULICO O HIDRÁULICO, DOBLE CIRCUITO SERVO PRESIÓN O DE ACUERDO AL FABRICANTE.FRENOS DELANTEROS: DISCOS Y/O DISCOS VENTILADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

FRENOS POSTERIORES: DISCOS Y/O DISCOS SÓLIDOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Sistema de suspensión: Suspensión delantera: Independiente, con resortes o barra de torsión. Suspensión posterior: con muelles o resortes. Amortiguadores delanteros a gas. Amortiguadores posteriores: A Gas

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Sistema de suspensión: Suspensión delantera: Independiente, con resortes o barra de torsión o tipo Pseudo Mc Pherson y/o barra inferior triangulado y/o barra estabilizadora. Suspensión posterior: con muelles o resortes o barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados. Amortiguadores delanteros a gas o hidráulicos. Amortiguadores posteriores: A Gas o Hidráulicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A28 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido a que la configuración de cada fabricante es una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas en carreteras, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES. AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS. AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS

DEBE DECIR:

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O TIPO PSEUDO MC PHERSON Y/O BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y/O BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI-TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DOBLE EFECTO, TELESCÓPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

AMORTIGUADORES DELANTEROS A GAS O HIDRÁULICOS.

AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS O HIDRÁULICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Neumáticos: radiales de tamaño no menor que 225/75x15

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Neumáticos: radiales de tamaño no menor que 225/75x15 o 215/75 R16

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A29 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

Debido a que la configuracion de cada fabricante es una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas de vías, adicionalmente se tomara en cuenta la configuración del fabricante del vehículo.

ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

NEUMÁTICOS: RADIALES DE TAMAÑO NO MENOR QUE 225/75X15

DEBE DECIR:

NEUMÁTICOS: RADIALES DE TAMAÑO NO MENOR QUE 225/75X15 O 215/75 R16

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Piso: de material sintético (vinil) liso, de alto tránsito. Sin obstáculo ni deformaciones, antideslizante, alta resistencia al desgaste, no inflamable, con recubrimiento final de una sola pieza, sin costuras, sin uniones, acabados con perfiles de aluminio. Deberá presentar instalado el soporte para camilla.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Piso: de material sintético (vinil y/o de acuerdo al fabricante) liso, de alto tránsito. Sin obstáculo ni deformaciones, antideslizante, alta resistencia al desgaste, no inflamable, con recubrimiento final de una sola pieza, sin costuras, sin uniones, acabados con perfiles de aluminio. Deberá presentar instalado el soporte para camilla.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A05 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

Se considera el piso de vinil y no de acuerdo al fabricante, ya que el piso de vinil es una opción duradera, resistente al agua y fácil de mantener, ideal para áreas de alto tráfico y ambientes húmedos. Su instalación rápida y económica, junto con su variedad estética que imita materiales como madera y piedra, lo convierte en una alternativa accesible y versátil para diferentes estilos, proporcionando además comodidad al reducir el ruido y ser cálido al tacto.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Un convertidor 12VDC/220VAC con batería incorporada (independiente del vehículo), 1000 WATTS mínimo. Tomacorrientes de 12VDC (cuatro tomas como mínimo) y 220VAC (cuatro tomas como mínimo).

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Un convertidor 12VDC/220VAC con batería incorporada (independiente del vehículo), 1000 WATTS mínimo. Tomacorrientes de 12VDC (dos tomas como mínimo) y 220VAC (dos tomas como mínimo).

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A06 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

La especificación de cuatro tomacorrientes de 12VDC y cuatro de 220VAC en el convertidor de 1000W responde a necesidades operativas clave, permitiendo conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin recurrir a adaptadores adicionales que podrían comprometer la seguridad y el rendimiento. Reducir esta cantidad podría ralentizar el tiempo de respuesta en situaciones de alta demanda, afectando la eficiencia operativa y poniendo en riesgo el cumplimiento de los estándares funcionales y de seguridad. Además, mantener esta especificación mínima fomenta que los postores presenten equipos de mayor calidad y funcionalidad, garantizando soluciones competitivas y técnicamente adecuadas para responder efectivamente a los requisitos operativos.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

La central de comando tablero de control: con pantalla a colores touch screen capacitiva mínimo 7 $\frac{1}{2}$ de resolución mínimo 400x600 pixeles. Deberá estar controlado por microcontrolador, leyendas identificadoras, protegido por fusibles y relés para todos los consumos.

Al respecto, consideramos que al solicitar dicho requerimiento se estaría direccionando a un postor que cumple con dicho requisito. Por lo cual, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité que dicho requerimiento sea de manera opcional, quedando de la siguiente manera:

La central de comando tablero de control: con pantalla a colores touch screen capacitiva mínimo 7 $\frac{1}{2}$ de resolución mínimo 400x600 pixeles. Deberá estar controlado por microcontrolador, leyendas identificadoras, protegido por fusibles y relés para todos los consumos (opcional).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A06 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

La protección mediante fusibles y relés no es un elemento opcional, sino una medida esencial de seguridad y durabilidad. Estos componentes son necesarios para proteger la central de comando y los dispositivos conectados ante sobrecargas o cortocircuitos, evitando daños costosos y potencialmente peligrosos que podrían comprometer la funcionalidad de la pantalla y el microcontrolador, además de otros sistemas críticos. Hacer esta protección opcional podría llevar a una disminución de la vida útil del equipo y a un aumento en los costos de mantenimiento y reparación. Mantener la protección requerida garantiza un funcionamiento confiable y seguro, alineado con los estándares de calidad y seguridad necesarios para el interés público y las condiciones operativas exigentes.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

La batería auxiliar de libre mantenimiento de 100 amperios para el sistema eléctrico adicional será instalada con separador de carga y corta corriente (adjuntar diagrama). El sistema de carga debe ser un alternador de 150 A.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

La batería auxiliar de libre mantenimiento de 100 amperios para el sistema eléctrico adicional será instalada con separador de carga y corta corriente (adjuntar diagrama y/o adjuntar fotografías y/o planos eléctricos y/u opcional). El sistema de carga debe ser un alternador de 150 A;

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A06 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes

El diagrama es necesario para poder realizar el mantenimiento del sistema y mantener la protección requerida que garantiza un funcionamiento confiable y seguro, alineado con los estándares de calidad y seguridad necesarios para el interés público y las condiciones operativas exigentes.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Sistema de oxígeno medicinal: Con tres (03) tomas empotradas mínimo, una cercana a la cabecera del paciente, la otra cercana a la ubicación del ventilador mecánico (50psi) y otra de emergencia. Con compartimiento adaptado, con puerta y sistema de fijación transitoria, para alojar de forma vertical dos (02) botellas de oxígeno de al menos 3,450 litros (tipo M), con el suministro de balón de oxígeno de aluminio y sus accesorios de uso medicinal para las tres tomas (flujometro, humidificador, mascarillas). Todos los conductos de instalación de gases deben de estar debidamente protegidos, la instalación de gases no deberá ser compartida con la eléctrica. Las tomas no deben estar a menos de 30cm del tomacorriente.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Sistema de oxígeno medicinal: Con dos (02) tomas empotradas mínimo, una cercana a la cabecera del paciente y otra de emergencia. Con compartimiento adaptado, con puerta y sistema de fijación transitoria, para alojar de forma vertical dos (02) botellas de oxígeno de al menos 3,450 litros (tipo M), con el suministro de balón de oxígeno de aluminio y sus accesorios de uso medicinal para las dos tomas (flujometro, humidificador, mascarillas). Todos los conductos de instalación de gases deben de estar debidamente protegidos, la instalación de gases no deberá ser compartida con la eléctrica. Las tomas no deben estar a menos de 30cm del tomacorriente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A10 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

La Norma Técnica de Salud para ambulancias establece requisitos específicos para el sistema de oxígeno medicinal, incluyendo al menos tres tomas empotradas para asegurar el suministro seguro y continuo de oxígeno en diferentes puntos críticos: una junto a la cabecera del paciente, otra cercana al ventilador mecánico (con 50 psi) y una toma de emergencia. Estas tres tomas garantizan la disponibilidad y la adecuada distribución de oxígeno en emergencias y durante el traslado del paciente, lo cual es vital para evitar interrupciones en el suministro que podrían comprometer la atención en situaciones críticas. Reducir el número de tomas a dos podría afectar la capacidad de respuesta en emergencias y no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y operatividad establecidos en la norma, lo cual es fundamental para asegurar la calidad y eficacia del servicio de atención prehospitalaria.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Iluminación led interior de luz blanca, independiente, intensidad variable con interruptores individuales, iluminación promedio en cabina sanitaria superior a 500 lux, accionamiento automático, al momento de abrir cualquiera de las puertas de la cabina de atención médica.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Iluminación led interior de luz blanca, independiente, intensidad variable con interruptores individuales, iluminación promedio en cabina sanitaria superior a 500 lux, una luz como mínimo de accionamiento automático, al momento de abrir cualquiera de las puertas de la cabina de atención médica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A13 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

- El requerimiento solicitado ofrece un enfoque de máxima automatización y eficiencia operativa, lo cual es ideal en contextos de emergencia donde la rapidez, seguridad y simplicidad son prioritarias. Es particularmente ventajosa para escenarios en los que se requiere una iluminación completa e inmediata sin intervención manual.

Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Año Modelo: mismo año de adjudicación

Al respecto, debemos indicar que los vehículos comerciales con los cuales se fabrican las ambulancias en nuestro medio nacional se encuentran en una baja de importación en las marcas comerciales como MERCEDES BENZ, PEUGEOT, CITROEN, FIAT, TOYOTA debido al efecto post pandemia que afecto mundialmente en la producción de unidades. Por lo cual, en base a los siguientes artículos de la Ley de Contrataciones con el Estado Art. 2 Principio que rigen las contrataciones: inciso (a) Libre de concurrencia, (b) igualdad de trato, (c) Transparencia, (e) Competencia, (f) Eficacia y Eficiencia, solicitamos considerar unidades año de modelo como mínimo 2023, para brindar un mayor rango y participación de postores, quedando de la siguiente manera:

Año Modelo: 2023 mínimo

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A19 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

Reducir el año de modelo a 2023 no se alinea con el principio de vigencia tecnológica, ya que estaría limitando la adquisición de tecnologías más avanzadas que pueden ofrecer mejores rendimientos tanto a nivel de consumo de combustible como de potencia y torque. Además, los modelos más recientes (2024 fabricación y modelo 2025) garantizan mayor eficiencia operativa, menores costos a largo plazo y mejor adaptabilidad tecnológica para el futuro.

Ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Sistema de Dirección: Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Sistema de Dirección: Sistema de piñón y cremallera y/o asistencia hidráulica y/o Electrohidráulica Variable y/o asistida no variable y/o de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A24 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA, debido a que esto no afecta la calidad, garantizando que la entidad obtenga el mejor producto posible, optimizando la inversión pública y mejorando la calidad del servicio de atención médica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

A24 SISTEMA DE DIRECCIÓN: SISTEMA DE PIÑÓN Y CREMALLERA, ASISTENCIA HIDRÁULICA

DEBE DECIR:

A24 SISTEMA DE DIRECCION: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA ASISTENCIA DIRECTA O ELECTROMECHANICA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Frenos delanteros: Discos. Frenos posteriores: Discos

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Frenos delanteros: Discos y/o Discos ventilados. Frenos posteriores: Discos y/o Discos sólidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A27 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido a que los discos ventilados son una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia térmica, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas de frenado, ha decidido ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRÁULICO. FRENOS DELANTEROS: DISCOS. FRENOS POSTERIORES: DISCOS. FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA DEBE DECIR:

SISTEMA DE FRENO: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRAULICO O HIDRÁULICO, DOBLE CIRCUITO SERVO PRESIÓN O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

FRENOS DELANTEROS: DISCOS Y/O DISCOS VENTILADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

FRENOS POSTERIORES: DISCOS Y/O DISCOS SÓLIDOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Sistema de suspensión: Suspensión delantera: Independiente, con resortes o barra de torsión. Suspensión posterior: con muelles o resortes. Amortiguadores delanteros: a gas. Amortiguadores posteriores: A Gas

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Sistema de suspensión:

Suspensión delantera: Independiente, con resortes o barra de torsión o tipo Pseudo Mc Pherson y/o barra inferior triangulado y/o barra estabilizadora.

Suspensión posterior: con muelles o resortes o barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados.

Amortiguadores delanteros: a gas o hidráulicos. Amortiguadores posteriores: A Gas o Hidráulicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A28 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido a que la configuración de cada fabricante es una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas en carreteras, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES. AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS. AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS

DEBE DECIR:

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O TIPO PSEUDO MC PHERSON Y/O BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y/O BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO AL FABRICANTE. SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI-TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DOBLE EFECTO, TELESCÓPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE. AMORTIGUADORES DELANTEROS A GAS O HIDRÁULICOS. AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS O HIDRÁULICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En las bases solicitan lo siguiente:

Neumáticos: radiales de tamaño no menor que 225/75x15

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Neumáticos: radiales de tamaño no menor que 225/75x15 o 215/75 R16

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A29 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

Debido a que la configuracion de cada fabricante es una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas de vías, adicionalmente se tomara en cuenta la configuración del fabricante del vehículo.

ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

NEUMÁTICOS: RADIALES DE TAMAÑO NO MENOR QUE 225/75X15

DEBE DECIR:

NEUMÁTICOS: RADIALES DE TAMAÑO NO MENOR QUE 225/75X15 O 215/75 R16

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Vista horizontal interior (grafico Nro. 1)

Cabe mencionar que, dicho grafico es un modelo de un postor. En aras de establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia, i) Equidad y j) Integridad. Solicitamos al comité suprimir el numeral U.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: U Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; debido al optimo aprovechamiento de los espacios requeridos para la correcta distribucion del equipamiento medico, accesorios y materiales, para el correcto servicio en las unidades ambulancias urbanas, las cuales son de acuerdo a la necesidad de la entidad.

Ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	10:41:12

Observación: Nro. 49
Consulta/Observación:
En las bases solicitan: Vista horizontal interior (grafico Nro. 1)

Cabe mencionar que, dicho grafico es un modelo de un postor. En aras de establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia, i) Equidad y j) Integridad. Solicitamos al comité suprimir el numeral S.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** S **Página:** 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; debido al optimo aprovechamiento de los espacios requeridos para la correcta distribucion del equipamiento medico, accesorios y materiales, para el correcto servicio en las unidades ambulancias urbanas, las cuales son de acuerdo a la necesidad de la entidad.
Ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	13:00:23

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones del AMBULANCIA TIPO III notamos que solicitan como ESPECIFICACIONES TÉCNICAS lo siguiente

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Q01 GENERALES

-DISPLAY DIGITAL PARA PRESENTACION DE FLUJO PROGRAMADO, VOLUMEN PARCIAL Y TOTAL INFUNDIDO EN ML POR CADA CANAL DE INFUSION

Hemos revisado detenidamente los requisitos técnicos y nos gustaría solicitar una aclaración adicional en relación con uno de los puntos mencionados.

Específicamente, nos referimos a la especificación técnica que indica la " DISPLAY DIGITAL PARA PRESENTACION DE FLUJO PROGRAMADO, VOLUMEN PARCIAL Y TOTAL INFUNDIDO EN ML POR CADA CANAL DE INFUSION ". Deseamos confirmar si se refiere SI SE PUEDE DIVIDIR EN 3 DISPLAY DONDE SE PUEDA VER FLUJO PROGRAMADO, VOLUMEN PARCIAL Y TOTAL INFUNDIDO ¿

Agradeceremos que gentilmente el comité de selección pueda aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Q.BOM Literal: Q01 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACLARAR LA CONSULTA. si se puede dividir en secciones o pantallas individuales para presentación de flujo programado, volumen parcial y total infundido en ml por cada canal de infusión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	13:00:23

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones del AMBULANCIA TIPO III notamos que solicitan como ESPECIFICACIONES TÉCNICAS lo siguiente

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

-CON SISTEMA DE PROTECCION ANTIFLUJO LIBRE

Hemos revisado detenidamente los requisitos técnicos y nos gustaría solicitar una aclaración adicional en relación con uno de los puntos mencionados.

Específicamente, nos referimos a la especificación técnica que indica la " CON SISTEMA DE PROTECCION ANTIFLUJO LIBRE ". Deseamos confirmar si se SE PUEDE ACEPTAR QUE MEDIANTE UN SENSOR QUE CUMPLA LA MISMA FUNCION ¿

Agradeceremos que gentilmente el comité de selección pueda aclarar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Q.BOM Literal: Q01 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, esto debido a que las bombas de infusión de dos canales, el sistema de protección contra flujo libre puede estar controlado por distintos tipos de sensores que cumplen la misma función de prevención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

CON SISTEMA DE PROTECCION ANTIFLUJO

DEBE DECIR:

CON SISTEMA DE PROTECCION ANTIFLUJO LIBRE o MEDIANTE UN SENSOR QUE CUMPLA LA MISMA FUNCION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	13:00:23

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

Luego de revisar las Bases del presente procedimiento de selección observamos que la Entidad solicita lo siguiente:

C. ASPIRADOR DE SECRECIONES

C02 COMPONENTES

¿ Con bajo nivel de ruido, igual o menor a 65 DBA

Para mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité de selección puedan considerar extender el rango de decibeles ya que actualmente en el mercado la gran mayoría de Aspiradores de secreciones para uso de ambulancias su nivel de ruido esta entre el rango de 65 a 68 Dba por lo cual solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el area usuaria puedan evaluar considerar un nivel de ruido de 65.5 Dba ya que ello no causaría ningún daño al personal médico según el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental estipula que lo máximo de tolerancia es hasta los 80 Dba y no generaría contaminación sonora en el usuario y paciente.

Quedando de la siguiente manera:

C. ASPIRADOR DE SECRECIONES

C02 COMPONENTES

¿ Con bajo nivel de ruido, igual o menor a 65.5 dBA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.ASP Literal: C02.4 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA OBSERVACION, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 65 DBA
DEBE DECIR:
COB BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 65.5 DBA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	13:00:23

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

Luego de revisar las Bases del presente procedimiento de selección observamos que la Entidad solicita lo siguiente:

C. ASPIRADOR DE SECRECIONES
C05 REQUERIMIENTO DE ENERGIA
- Con batería recargable con autonomía de al menos 2 horas.

Para mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité de selección puedan considerar reducir la autonomía de la batería del equipo debido que en el mercado actualmente la gran mayoría de aspiradores de secreciones solo cuenta con autonomías de 60 a 90 minutos como máximo, por la cual solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria puedan considerar una autonomía no menor de 60 minutos.

Quedando de la siguiente manera:

C. ASPIRADOR DE SECRECIONES
C04 REQUERIMIENTO DE ENERGIA

¿ Con batería recargable con autonomía de al menos 60 minutos o mayor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.ASP Literal: C05 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE ALMENOS 2 HORAS
DEBE DECIR:
CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE AL MENOS 60 MINUTOS O MÁS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	13:00:23

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

Luego de revisar las Bases del presente procedimiento de selección observamos que la Entidad solicita lo siguiente:

D. BALON DE OXIGENO PORTATIL
D01 GENERAL
- Regulador con dos (02) salidas de presión y dos (02) manómetros

Para mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité de selección puedan considerar revisar las especificaciones del balón ya que solicitan Regulador con dos (02) salidas de presión y dos (02) manómetros dicha especificación comúnmente hacen referencia a los balones de oxígeno fijos, ya que los balones portátiles por ser de traslado sujetos a la camilla trabajan con un regulador y flujómetro integrado facilitando así su fácil manejo y traslado, por lo cual solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria puedan verificar dicha especificación.

Quedando de la siguiente manera:
D. BALON DE OXIGENO PORTATIL
D01 GENERAL
- Regulador con flujómetro integrado .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: D.BAL Literal: D01 Página: 48
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION, debido a que la inclusión de dos salidas de presión y dos manómetros, aunque adecuada para sistemas de oxígeno fijos, no es necesariamente práctica para el contexto de traslado en ambulancias, donde la prioridad es la facilidad de manejo y la seguridad del equipo durante el transporte. Por lo tanto, y en línea con la norma, se sugiere considerar la especificación solicitada, "regulador con flujómetro integrado", que es más común en balones portátiles, para permitir una mayor participación de postores y mantener la funcionalidad operativa de las ambulancias en contextos de emergencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DICE:

REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESIÓN Y DOS (02) MANÓMETROS
REGULADOR CON MANÓMETRO DE OXÍGENO RANGO ENTRE 0-2500 PSI O MÁS CON SALIDA REGULADA DE 50 PSI

DEBE DECIR:

D. BALON DE OXIGENO PORTATIL
D01 GENERAL
REGULADOR CON FLUJÓMETRO INTEGRADO,
CON RANGO DE CONTROL, HASTA 15 L/MIN O MÁS Y HUMIFICADOR REUSABLE, AUTOCLAVABLE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20600080688	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BUGANVILIAS PROMOTE E.I.R.L.	Hora de envío :	20:08:56

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Considerando que en el numeral 14.2 de las Especificaciones Técnicas se ha indicado que el contratista debe ejecutar el mantenimiento preventivo de las ambulancias por el tiempo 03 años y el mantenimiento preventivo de los equipos por el periodo de 02 años, solicita confirmar si la Entidad cuenta con las Previsiones Presupuestales que garanticen el pago de las prestaciones accesorias durante el año 2025, 2026 y 2027, debido a que los proyectos de inversión por su naturaleza no superan más de un año fiscal.

La presente consulta se realiza con el fin de asegurarnos como postores que la entidad tiene los recursos que garanticen el pago de estas prestaciones después de culminada a ejecución el proyecto, debido a que las ambulancias son requeridas para la ejecución de un proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14.2 Literal: . Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Carta N° 003-2024-GRH-LP N° 010-2024-GRH/CS-1, de fecha 05 de noviembre de 2024, el presidente de comité solicita la previsión, prespuestal para la prestación accesorias de la Adquisición de Ambulancias Urbanas. Mediante INFORME N°008124-2024-GRH-GRPPAT/SGPP de fecha 06 de noviembre de 2024, de la oficina de la Sub Gerencia de Presupuesto Público e INFORME N°9157-2024-GRH-GRI/SGGOS, de fecha 07 de noviembre de 2024, el Sub Gerente de Gestión Obras y Supervisión, remite al Gerente Regional de Infraestructura, la PREVISION PRESUPUESTAL, para la PRESTACION ACCESORIA de la Adquisición de Ambulancias Urbanas. emitida por la Sub Gerencia de Presupuesto Público.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20600080688	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BUGANVILIAS PROMOTE E.I.R.L.	Hora de envío :	20:08:56

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En el marco del principio de transparencia establecido en el artículo 2 de la Ley 30225, se solicita a la entidad publicar junto a las bases integradas la documentación que garantice el pago de las prestaciones accesorias durante el año 2025, 2026 y 2027, debido a que muchas entidades incluyen estas prestaciones sin contar con el presupuesto respectivo generando retrasos e incumplimientos de pago cuando se ejecutan las respectivas prestaciones accesorias, causando perjuicios económicos a los proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14.2 Literal: . Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Carta N° 003-2024-GRH-LP N° 010-2024-GRH/CS-1, de fecha 05 de noviembre de 2024, el presidente de comité solicita la previsión, prespuestal para la prestación accesorias de la Adquisición de Ambulancias Urbanas. Mediante INFORME N°008124-2024-GRH-GRPPAT/SGPP de fecha 06 de noviembre de 2024, de la oficina de la Sub Gerencia de Presupuesto Público e INFORME N°9157-2024-GRH-GRI/SGGOS, de fecha 07 de noviembre de 2024, el Sub Gerente de Gestión Obras y Supervisión, remite al Gerente Regional de Infraestructura, la PREVISION PRESUPUESTAL, para la PRESTACCION ACCESORIA de la Adquisición de Ambulancias Urbanas. emitida por la Sub Gerencia de Presupuesto Público.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20600080688	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BUGANVILIAS PROMOTE E.I.R.L.	Hora de envío :	20:08:56

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

En el numeral 5.1.2, se indica que la frecuencia de mantenimientos de las ambulancias es de un (01) mantenimiento sin embargo en el numeral 5.2.1 se indica que el Hospital comunica al contratista la ejecución el mantenimiento preventivo cuando la ambulancia se encuentre entre 300 y 500 km de recorrido antes de llegar al kilometraje requerido de acuerdo al plan de mantenimiento.

Por lo expuesto se observa que las especificaciones técnicas no indican cada cuantos kilómetros de recorrido se efectuará cada mantenimiento.

En se sentido se solicita indicar en las especificaciones técnicas el kilometraje que alcance cada ambulancia para ser sometida a mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14.2 Literal: . Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACLARAR LA OBSERVACION, El ITEM 5.1.2 quedará en blanco, quedando lo indicado en el ITEM 5.2.1 añadiendo que debe ser de acuerdo al plan de mantenimiento basado en las recomendaciones del fabricante

El punto 5.2.1. dice lo siguiente:

5.2.1 El contratista ejecutara el servicio de mantenimiento preventivo previa coordinación con el área técnica responsable del hospital, quien alertara vía correo electrónico institucional al contratista, cuando el recorrido de las ambulancias se encuentre entre 300 a 500 kilómetros antes de llegar al kilometraje requerido de acuerdo al Plan de mantenimiento preventivo de ambulancias el cual debe estar basado en las recomendaciones del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Su suprime FRECUENCIA DE MANTIMIENTO en el literal 5.1.2. DESCRIPCIOÓN Y CANTIDAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:
La entidad solicita kilometraje maximo de 600km; sin embargo, no esta considerando que la ambulancia pasa por pruebas antes de ser entregada; por lo que solicitamos que el kilometraje sea minimo 800km por el siguiente calculo Entrega vehiculo del distirbuidor en planta 150km + Lima a Huanuco 450km+ pruebas 200km"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A20 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al kilometraje recorrido en la entrega del vehículo del distribuidor de planta, el traslado de Lima a Huánuco y pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: CON MINIMO RECORRIDO AL PUNTO DE ENTREGA (MAXIMO 600 KM)

DEBE DECIR: CON MINIMO RECORRIDO AL PUNTO DE ENTREGA (MAXIMO 800 KM)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:

Consultamos si el sistema de suspension, sistema electrico y sistema de frenos puede ser tambien ensamblado por el mismo fabricante, quedando en la bases integradas de la siguiente manera:

A21 CARROCERIA DEL VEHICULO: ORIGINAL DE FABRICA TIPO PANEL, ENSAMBLADA EN FORMA CONJUNTA CON EL CHASIS O CARROCERIA DEL TIPO COMPACTA, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE FRENOS ENSAMBLADOS POR EL MISMO FABRICANTE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A22 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido SE ACOGE LA CONSULTA, debido a que al ser ensamblado por el mismo fabricante no se ve afectada la calidad de las ambulancias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

A 21. CARROCERIA DEL VEHICULO : ORIGINAL DE FÁBRICA, ENSAMBLADA EN FORMA CONJUNTA CON EL CHASIS O CARROCERIA DEL TIPO COMPACTA, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO Y SISTEMA DE FRENOS POR EL MISMO FABRICANTE.

DEBE DECIR:

A21 CARROCERIA DEL VEHICULO: ORIGINAL DE FABRICA TIPO PANEL, ENSAMBLADA EN FORMA CONJUNTA CON EL CHASIS O CARROCERIA DEL TIPO COMPACTA, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE FRENOS ENSAMBLADOS POR EL MISMO FABRICANTE"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:
Consultamos si aceptaran que el sistema de direccion pueda ser Electromecanica o de acuerdo a cada fabricante para permitir la mayor pluralidad de postores, quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

SISTEMA DE DIRECCION: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA ASISTENCIA DIRECTA O ELECTROMECHANICA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A26 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ha decidido ACOGER LA CONSULTA, esto no afecta la calidad, garantizando que la entidad obtenga el mejor producto posible, optimizando la inversión pública y mejorando la calidad del servicio de atención médica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
A24 SISTEMA DE DIRECCIÓN: SISTEMA DE PIÑÓN Y CREMALLERA, ASISTENCIA HIDRÁULICA
DEBE DECIR:
A24 SISTEMA DE DIRECCION: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA ASISTENCIA DIRECTA O ELECTROMECHANICA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:
Para la tracción de las ambulancias se solicita que sea 4X2 y delantera. Con la finalidad de otorgar un mayor confort a los ocupantes de la cabina medica y tambien de generar una mejor capacidad de respuesta en curvas y en condiciones de emergencias vitales, se solicita aceptar tambien tracción trasera, quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

TRACCION: DELANTERA O TRASERA, 4X2"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A26 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:
Tanto la tracción delantera como la tracción trasera ofrecen mejor estabilidad tanto en curvas así como una alta durabilidad y un buen desempeño tanto en ciudad como en carretera. Ha decidido ACOGER LA CONSULTA. Se hace referencia a esta norma internacional standard-ISO-23671

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
A26 TRACCIÓN: DELANTERA, 4X2.
DEBE DECIR:
A26:TRACCION: DELANTERA O TRASERA, 4X2"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:
Cada fabricante de vehiculo tiene su propia configuracion de frenos los cuales en algunos casos son mejores que lo solicitado actualmente por la entidad, es por ello y ara mayor pluralidad de postores aceptaran que el sistema de freno pueda ser tambien ""Hidráulico, doble circuito servo presión"", quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

SISTEMA DE FRENO: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRAULICO O Hidráulico, doble circuito servo presión.
FRENO DELANTEROS: DISCOS. FRENOS POSTERIORES: DISCOS. FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE EMERGENCIA."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A27 Página: 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA, esto no afecta la calidad, garantizando que la entidad obtenga el mejor producto posible, optimizando la inversión pública y mejorando la calidad del servicio de atención médica, adicionalmente se tomara en cuenta la tecnología del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRÁULICO. FRENOS DELANTEROS: DISCOS. FRENOS POSTERIORES: DISCOS. FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA DEBE DECIR:
SISTEMA DE FRENO: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRAULICO O HIDRÁULICO, DOBLE CIRCUITO SERVO PRESIÓN O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

FRENOS DELANTEROS: DISCOS Y/O DISCOS VENTILADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.
FRENOS POSTERIORES: DISCOS Y/O DISCOS SÓLIDOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:
¿Aceptarán que el sistema de suspension pueda ser de acuerdo a cada fabricante? Para permitir la mayor pluralidad de postores, quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

SISTEMA DE SUSPENSION: SUSPENSION DELANTERA: DE ACUERDO A CADA FABRICANTE O INDEPENDIENTE CON RESORTES O BARRA DE TORSION. SUSPENSION POSTERIOR: DE ACUERDO A CADA FABRICANTE O CON MUELLES O RESORTES. AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS O HIDRAULICOS. AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS O HIDRAULICOS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A28 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido a que la configuracion de cada fabricante es una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas en carreteras, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES. AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS. AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS

DEBE DECIR:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O TIPO PSEUDO MC PHERSON Y/O BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y/O BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO AL FABRICANTE.
SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI-TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DOBLE EFECTO, TELESCÓPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.
AMORTIGUADORES DELANTEROS A GAS O HIDRÁULICOS.
AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS O HIDRÁULICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:

Considerando que cada fabricante cuenta con su propia configuracion para guardar el neumatico de repuesto, consultamos si aceptaran que este ubicada de acuerdo a cada fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A29 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

En términos de facilidad para el desmontaje y reemplazo de la llanta, ubicarla en la parte posterior de la ambulancia suele ser más conveniente. Esto permite un acceso más rápido sin necesidad de levantar el vehículo o retirar equipo del compartimiento interno. La parte posterior facilita el reemplazo, especialmente en emergencias o en terrenos difíciles, ya que no requiere maniobras complicadas y minimiza el esfuerzo necesario para sacar la llanta.Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

URBANA TIPO III:

Consultamos si aceptaran vehiculos con tecnologia EURO V?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A31 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACLARAR LA CONSULTA, SI SE ACEPTA TECNOLOGÍA EURO V o su equivalencia en TIER o similares debido a que estos vehículos reducen significativamente las emisiones contaminantes, contribuyendo a un entorno más saludable para pacientes y personal médico, especialmente en áreas urbanas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:

Cada fabricante cuenta con su propia configuracion de panel de comando por lo que solicitamos que la central de comando tablero de control pueda ser de acuerdo a cada fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A06 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, puesto que permitir configuraciones personalizadas de acuerdo a cada fabricante podría dar lugar a inconsistencias en la operación, dificultando la capacitación del personal y la atención a los pacientes, así como comprometiendo la seguridad durante el transporte. Por lo tanto, es crucial que se mantengan estándares uniformes en la central de comando para asegurar la calidad y efectividad del servicio de emergencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:

Aceptaran que los balones puedan ser alojados de manera horizontal? Esto es para permitir la mayor pluralidad de postes"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A10 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que la aceptación de balones de oxígeno en posición vertical en ambulancias es viable y segura, las cuales cumplen con las normativas de sujeción adecuadas, así como requisitos de instalación segura de gases medicinales y que cumplan con I Norma Técnica de Salud para el Equipamiento de Ambulancias (NTS N° 021-MINSA/DGSP V.01) que establece la importancia de asegurar el equipo para el transporte seguro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:

¿Aceptarán que el gabinete empotrado pueda ser fabricado en Polietileno de alta densidad tambien? Esto para permitir la mayor pluralidad de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A18 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La aceptación de balones de oxígeno en posición horizontal en ambulancias es viable y o De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, una ventaja que ofrece un Gabinete de fibra de vidrio es que puede ser tratado para ser retardante de fuego, lo cual es una característica valiosa en vehículos de emergencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO III:

¿Aceptaran que el compartimiento para almacenar la tabla de inmovilizacion pueda ser instalado en el gabinete sientto?

Esto para permitir la mayor pluralidad de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A18 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que se necesita garantizar la seguridad y asepsia del paciente, además de facilitar el retiro rápido para su utilización y no impida el tránsito del personal asistencial y el movimiento de la camilla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:
La entidad solicita kilometraje maximo de 600km; sin embargo, no esta considerando que la ambulancia pasa por pruebas antes de ser entregada; por lo que solicitamos que el kilometraje sea minimo 800km por el siguiente calculo Entrega vehiculo del distirbuidor en planta 150km + Lima a Huanuco 450km+ pruebas 200km"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A20 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al kilometraje recorrido en la entrega del vehículo del distribuidor de planta, el traslado de Lima a Huánuco y pruebas influye en el kilometraje final en la cual se entrarán las ambulancias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: CON MINIMO RECORRIDO AL PUNTO DE ENTREGA (MAXIMO 600 KM)

DEBE DECIR: CON MINIMO RECORRIDO AL PUNTO DE ENTREGA (MAXIMO 800 KM)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

Consultamos si el sistema de suspension, sistema electrico y sistema de frenos puede ser tambien ensamblado por el mismo fabricante, quedando en la bases integradas de la siguiente manera:

A21 CARROCERIA DEL VEHICULO: ORIGINAL DE FABRICA TIPO PANEL, ENSAMBLADA EN FORMA CONJUNTA CON EL CHASIS O CARROCERIA DEL TIPO COMPACTA, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE FRENOS ENSAMBLADOS POR EL MISMO FABRICANTE"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A22 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACLARAR LA CONSULTA, debido a que al ser ensamblado por el mismo fabricante no se ve afectada la calidad de las ambulancias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

A 21. CARROCERIA DEL VEHICULO : ORIGINAL DE FÁBRICA, ENSAMBLADA EN FORMA CONJUNTA CON EL CHASIS O CARROCERIA DEL TIPO COMPACTA, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO Y SISTEMA DE FRENOS POR EL MISMO FABRICANTE.

DEBE DECIR:

A21 CARROCERIA DEL VEHICULO: ORIGINAL DE FABRICA TIPO PANEL, ENSAMBLADA EN FORMA CONJUNTA CON EL CHASIS O CARROCERIA DEL TIPO COMPACTA, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE FRENOS ENSAMBLADOS POR EL MISMO FABRICANTE"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:
Consultamos si aceptaran que el sistema de direccion pueda ser Electromecanica o de acuerdo a cada fabricante para permitir la mayor pluralidad de postores, quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

SISTEMA DE DIRECCION: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA ASISTENCIA DIRECTA O ELECTROMECHANICA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A24 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ha decidido ACOGER LA CONSULTA, esto no afecta la calidad, garantizando que la entidad obtenga el mejor producto posible, optimizando la inversión pública y mejorando la calidad del servicio de atención médica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
A24 SISTEMA DE DIRECCIÓN: SISTEMA DE PIÑÓN Y CREMALLERA, ASISTENCIA HIDRÁULICA
DEBE DECIR:
A24 SISTEMA DE DIRECCION: SISTEMA DE PIÑON Y CREMALLERA ASISTENCIA DIRECTA O ELECTROMECHANICA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

Para la tracción de las ambulancias se solicita que sea 4X2 y delantera. Con la finalidad de otorgar un mayor confort a los ocupantes de la cabina medica y tambien de generar una mejor capacidad de respuesta en curvas y en condiciones de emergencias vitales, se solicita aceptar tambien tracción trasera, quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

TRACCION: DELANTERA O TRASERA, 4X2"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A26 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

Tanto la tracción delantera como la tracción trasera ofrecen mejor estabilidad tanto en curvas así como una alta durabilidad y un buen desempeño tanto en ciudad como en carretera. Ha decidido ACOGER LA CONSULTA. Se hace referencia a esta norma internacional standard-ISO-23671

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

A26 TRACCIÓN: DELANTERA, 4X2.

DEBE DECIR:

A26:TRACCION: DELANTERA O TRASERA, 4X2"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:
Cada fabricante de vehiculo tiene su propia configuracion de frenos los cuales en algunos casos son mejores que lo solicitado actualmente por la entidad, es por ello y ara mayor pluralidad de postores aceptaran que el sistema de freno pueda ser tambien ""Hidráulico, doble circuito servo presión"", quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

SISTEMA DE FRENO: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRAULICO O Hidráulico, doble circuito servo presión.
FRENO DELANTEROS: DISCOS. FRENOS POSTERIORES: DISCOS. FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE EMERGENCIA."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A27 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA, esto no afecta la calidad, garantizando que la entidad obtenga el mejor producto posible, optimizando la inversión pública y mejorando la calidad del servicio de atención médica, adicionalmente se tomara en cuenta la tecnología del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRÁULICO. FRENOS DELANTEROS: DISCOS. FRENOS POSTERIORES: DISCOS. FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA DEBE DECIR:
SISTEMA DE FRENO: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRAULICO O HIDRÁULICO, DOBLE CIRCUITO SERVO PRESIÓN O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

FRENOS DELANTEROS: DISCOS Y/O DISCOS VENTILADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.
FRENOS POSTERIORES: DISCOS Y/O DISCOS SÓLIDOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

¿Aceptarán que el sistema de suspension pueda ser de acuerdo a cada fabricante? Para permitir la mayor pluralidad de postores, quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

SISTEMA DE SUSPENSION: SUSPENSION DELANTERA: DE ACUERDO A CADA FABRICANTE O INDEPENDIENTE CON RESORTES O BARRA DE TORSION. SUSPENSION POSTERIOR: DE ACUERDO A CADA FABRICANTE O CON MUELLES O RESORTES. AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS O HIDRAULICOS. AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS O HIDRAULICOS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A28 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido a que la configuracion de cada fabricante es una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas en carreteras, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES. AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS. AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS

DEBE DECIR:

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O TIPO PSEUDO MC PHERSON Y/O BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y/O BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO AL FABRICANTE. SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI-TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DOBLE EFECTO, TELESCÓPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE. AMORTIGUADORES DELANTEROS A GAS O HIDRÁULICOS.

AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS O HIDRÁULICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

Considerando que cada fabricante cuenta con su propia configuracion para guardar el neumatico de repuesto, consultamos si aceptaran que este ubicada de acuerdo a cada fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A29 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

En términos de facilidad para el desmontaje y reemplazo de la llanta, ubicarla en la parte posterior de la ambulancia suele ser más conveniente. Esto permite un acceso más rápido sin necesidad de levantar el vehículo o retirar equipo del compartimiento interno. La parte posterior facilita el reemplazo, especialmente en emergencias o en terrenos difíciles, ya que no requiere maniobras complicadas y minimiza el esfuerzo necesario para sacar la llanta. Ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

Consulatamos si aceptaran vehiculos con tecnologia EURO V?"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A31 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACLARAR LA CONSULTA, SI SE ACEPTARÁ TECNOLOGÍA EURO V o su equivalencia en TIER o similares debido a que estos vehículos reducen significativamente las emisiones contaminantes, contribuyendo a un entorno más saludable para pacientes y personal médico, especialmente en áreas urbanas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

Cada fabricante cuenta con su propia configuracion de panel de comando por lo que solicitamos que la central de comando tablero de control pueda ser de acuerdo a cada fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A06 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA A pesar de que la solicitud busca fomentar la participación de más postores, es importante resaltar que las especificaciones técnicas actuales están diseñadas para asegurar un nivel de desempeño óptimo y confiable, y ampliarlas podría comprometer la eficiencia operativa, el mantenimiento, el rendimiento y la vigencia tecnológica del sistema de suspensión del vehículo. Por lo tanto, no es recomendable aceptar esta modificación, ya que podría tener consecuencias negativas a largo plazo tanto para el funcionamiento del vehículo como para los costos de mantenimiento y operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

Aceptaran que los balones puedan ser alojados de manera horizontal? Esto es para permitir la mayor pluralidad de postes"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A10 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que la aceptación de balones de oxígeno en posición vertical en ambulancias es viable y segura, las cuales cumplen con las normativas de sujeción adecuadas, así como requisitos de instalación segura de gases medicinales y que cumplan con I Norma Técnica de Salud para el Equipamiento de Ambulancias (NTS N° 021-MINSA/DGSP V.01) que establece la importancia de asegurar el equipo para el transporte seguro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

¿Aceptarán que el gabinete empotrado pueda ser fabricado en Polietileno de alta densidad tambien? Esto para permitir la mayor pluralidad de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A10 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La aceptación de balones de oxígeno en posición horizontal en ambulancias es viable y o De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, una ventaja que ofrece un Gabinete de fibra de vidrio es que puede ser tratado para ser retardante de fuego, lo cual es una característica valiosa en vehículos de emergencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

"URBANA TIPO II:

¿Aceptaran que el compartimiento para almacenar la tabla de inmovilizacion pueda ser instalado en el gabinete sientto?

Esto para permitir la mayor pluralidad de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A18 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que se necesita garantizar la seguridad y asepsia del paciente, además de facilitar el retiro rápido para su utilización y no impida el tránsito del personal asistencial y el movimiento de la camilla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

e) FORMATO 01 y copia de catálogos, brochures y/o folletos y/o instructivos y/o ficha técnica, así como cartas emitidas por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las siguientes características técnicas:

Con la finalidad de facilitar y optimizar la acreditación de las especificaciones técnicas, Solicitamos al comite considerar como documento sustentario como carta sea proporcionado por el fabricante y/o concesionario y/o distribuidor autorizado y/o representante de la marca en el Perú, Quedando las bases de la siguiente manera:

e) FORMATO 01 y copia de catálogos, brochures y/o folletos y/o instructivos y/o ficha técnica, así como cartas emitidas por el fabricante y/o concesionario y/o distribuidor autorizado y/o representante de la marca en el Perú, con el fin de acreditar el cumplimiento de las siguientes características técnicas:"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e) Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, ACLARA LO SIGUIENTE:

En el Capítulo III de las Bases, incapié 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS pág 28 indica:

e) FORMATO N °01 "Hoja de presentación de los bienes y sustento de cumplimiento de las características técnicas".

El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas por la Entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N° 01 "Hoja de presentación de los bienes y sustento de cumplimiento de las características técnicas"

Asimismo, el postor adjuntará copia de catálogos brochures, folletos ficha técnica del fabricante, dueños de la marca, distribuidor oficial, importador o concesionario de los bienes ofertados, así como cartas emitidas por el fabricante, por el concesionario o por el representante o distribuidor de la marca en el Perú firmado por el representante legal, con el fin de acreditar el cumplimiento de las características técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por tal motivo, se modifica literal e), del Capítulo II de las Bases incapié 2.2.1.1, pág 15.

DICE:

e) FORMATO 01 y copia de catálogos, brochures y/o folletos y/o instructivos y/o ficha técnica, así como cartas emitidas por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las siguientes características técnicas:

DEBE DECIR:

e) FORMATO N °01 "Hoja de presentación de los bienes y sustento de cumplimiento de las características técnicas".

El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas por la Entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N° 01 "Hoja de presentación de los bienes y sustento de cumplimiento de las características técnicas"

Asimismo, el postor adjuntará copia de catálogos brochures, folletos ficha técnica del fabricante, dueños de la marca, distribuidor oficial, importador o concesionario de los bienes ofertados, así como cartas emitidas por el fabricante, por el concesionario

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Observación: Nro. 83
Consulta/Observación:
"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

g) Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante.

En el punto antes mencionado, se solicita presentar la programación o plan de mantenimiento preventivo de los vehiculos, solicitamos comite que que el plan de mantenimiento sea presentado por el postor, el cual sera el establecido por la casa matriz del fabricante del chasis., Quedando las bases de la siguiente manera:

g) El postor debera presentar la Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: g) Página: 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA OBSERVACIÓN, se aceptará que el postor presente la programación o plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecidos por la casa matriz del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DICE: Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante.
DEBE DECIR:
g) Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante y/o postor mediante Declaración Jurada simple

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Observación: Nro. 84

Consulta/Observación:

"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

h) El contratista deberá proporcionar dos correos electrónicos válidos y un número de contacto, los cuales servirán para la comunicación durante la ejecución del contrato.

Solicitamos al comité aclarar, si es que se puede sustentar con una carta por parte del contratista"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** h) **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA OBSERVACION, el punto h) sera sustentado por una carta de compromiso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

h) Carta de compromiso donde el participante en caso de ganar la buena pro, deberá proporcionar dos correos electrónicos válidos y un número de contacto, los cuales servirán para la comunicación durante la ejecución del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Observación: Nro. 85
Consulta/Observación:
"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

i) El contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:
¿ Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico con dos (02) años como capacitador y/o facilitador u orientador en manejo de ambulancias.

A fin de lograr mayor pluralidad de postores, solicitamos al comite considerar como personal clave a ingeniero mecanico electricista., Quedando las bases de la siguiente manera:

i) El contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:
¿ Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico y/o ingeniero mecanico electricista con dos (02) años como capacitador y/o facilitador u orientador en manejo de ambulancias. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: i) Página: 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria, ACLARA LO SIGUIENTE:
En Perú, el título profesional generalmente se otorga como Ingeniero Mecánico Electricista. Esta es la terminología oficial utilizada por las universidades y la que aparece en el título académico, alineándose con la formación integral en mecánica y electricidad que caracteriza a esta especialidad en el país.
Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera:
i) El contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:
¿ Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico electricista con dos (02) años como capacitador y/o facilitador u orientador en manejo de ambulancias.
¿ Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DICE:
i) El contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:
¿ Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico con dos (02) años como capacitador y/o facilitador u orientador en manejo de ambulancias.
¿ Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos.
DEBE DECIR:
i) El contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-GRH/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:
¿ Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico electricista con do

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Observación: Nro. 86
Consulta/Observación:
"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

C) PROCEDIMIENTO DE LA GARANTIA DE AMBULANCIAS Y EQUIPOS MEDICOS

La Entidad comunicará al contratista cualquier reclamo con cargo a la garantía de fábrica o garantía comercial, ya sea por correo electrónico o por escrito. Al recibir la notificación, el contratista llevará a cabo una evaluación exhaustiva, teniendo un plazo para emitir opinión técnica no mayor a setenta y dos (72) horas de reportado el evento.

El proceso de reemplazo e instalación de repuestos se ejecutará en un plazo máximo de siete (07) días calendarios, contados a partir del día siguiente de emitida la opinión técnica del contratista. En caso de importación, se otorgará un plazo máximo de treinta (30) días calendarios. Es responsabilidad del contratista extender el plazo de vigencia de la garantía cuantas veces sea necesario durante el período de vigencia. En el caso, en el que la reparación de la ambulancia sea por un periodo mayor a siete (07) días calendarios, se requiere que el contratista suministre una unidad de reemplazo. Esta ambulancia temporal debe cumplir con las mismas características técnicas y capacidades que las unidades adquiridas, para garantizar la continuidad operativa del servicio. El contratista deberá coordinar de manera eficiente el recojo y entrega de la unidad de reemplazo, asegurándose que esté en condiciones operativas óptimas. La provisión de esta ambulancia de reemplazo se considera esencial para minimizar cualquier interrupción en la operatividad de la ambulancia en reparación y garantizar un servicio ininterrumpido.

Habiendo evaluado su requerimiento consideramos que el siguiente punto es una limitante de participación. Asimismo, el plazo de reparación de una unidad depende de la complejidad del cambio y/o reparación del componente, por ello solicitamos suprimir el siguiente punto:

""En el caso, en el que la reparación de la ambulancia sea por un periodo mayor a siete (07) días calendarios, se requiere que el contratista suministre una unidad de reemplazo. Esta ambulancia temporal debe cumplir con las mismas características técnicas y capacidades que las unidades adquiridas, para garantizar la continuidad operativa del servicio. El contratista deberá coordinar de manera eficiente el recojo y entrega de la unidad de reemplazo, asegurándose que esté en condiciones operativas óptimas. La provisión de esta ambulancia de reemplazo se considera esencial para minimizar cualquier interrupción en la operatividad de la ambulancia en reparación y garantizar un servicio ininterrumpido.""

Quedando las bases de la siguiente manera:

La Entidad comunicará al contratista cualquier reclamo con cargo a la garantía de fábrica o garantía comercial, ya sea por correo electrónico o por escrito. Al recibir la notificación, el contratista llevará a cabo una evaluación exhaustiva, teniendo un plazo para emitir opinión técnica no mayor a setenta y dos (72) horas de reportado el evento.

El proceso de reemplazo e instalación de repuestos se ejecutará en un plazo máximo de siete (07) días calendarios, contados a partir del día siguiente de emitida la opinión técnica del contratista. En caso de importación, se otorgará un plazo máximo de treinta (30) días calendarios. Es responsabilidad del contratista extender el plazo de vigencia de la garantía cuantas veces sea necesario durante el período de vigencia."

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1.4. Literal: c) Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas,

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

	Específico	5.1.4.	c)	22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION, en caso que la unidad demore mas de 07 dias en caso de reparacion, se necesita una unidad de reemplazo temporal. Se mantiene lo solicitado en las especificaciones tecnicas.

Una ambulancia debe estar operativa en todo momento porque su función es responder rápidamente a emergencias médicas, donde cada segundo puede ser crucial para salvar vidas. Aquí se detallan las razones principales:

- Respuesta Inmediata a Emergencias
- Acceso Continuo a Atención Médica
- Reducción de Riesgos
- Cumplimiento de la Cobertura Sanitaria
- Optimización de Recursos Públicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

C) PROCEDIMIENTO DE LA GARANTIA DE AMBULANCIAS Y EQUIPOS MEDICOS

La Entidad comunicará al contratista cualquier reclamo con cargo a la garantía de fábrica o garantía comercial, ya sea por correo electrónico o por escrito. Al recibir la notificación, el contratista llevará a cabo una evaluación exhaustiva, teniendo un plazo para emitir opinión técnica no mayor a setenta y dos (72) horas de reportado el evento.

El proceso de reemplazo e instalación de repuestos se ejecutará en un plazo máximo de siete (07) días calendarios, contados a partir del día siguiente de emitida la opinión técnica del contratista. En caso de importación, se otorgará un plazo máximo de treinta (30) días calendarios. Es responsabilidad del contratista extender el plazo de vigencia de la garantía cuantas veces sea necesario durante el período de vigencia. En el caso, en el que la reparación de la ambulancia sea por un periodo mayor a siete (07) días calendarios, se requiere que el contratista suministre una unidad de reemplazo. Esta ambulancia temporal debe cumplir con las mismas características técnicas y capacidades que las unidades adquiridas, para garantizar la continuidad operativa del servicio. El contratista deberá coordinar de manera eficiente el recojo y entrega de la unidad de reemplazo, asegurándose que esté en condiciones operativas óptimas. La provisión de esta ambulancia de reemplazo se considera esencial para minimizar cualquier interrupción en la operatividad de la ambulancia en reparación y garantizar un servicio ininterrumpido.

Habiendo evaluado su requerimiento consideramos que el plazo de reparación de una unidad depende de la complejidad del cambio y/o reparación del componente, por ello solicitamos re considerar el periodo de reparación, siendo este avalado por un informe del taller y/o concesionario., Quedando las bases de la siguiente manera:

La Entidad comunicará al contratista cualquier reclamo con cargo a la garantía de fábrica o garantía comercial, ya sea por correo electrónico o por escrito. Al recibir la notificación, el contratista llevará a cabo una evaluación exhaustiva, teniendo un plazo para emitir opinión técnica no mayor a setenta y dos (72) horas de reportado el evento.

El proceso de reemplazo e instalación de repuestos se ejecutará en un plazo máximo de siete (07) días calendarios, contados a partir del día siguiente de emitida la opinión técnica del contratista. En caso de importación, se otorgará un plazo máximo de treinta (30) días calendarios. Es responsabilidad del contratista extender el plazo de vigencia de la garantía cuantas veces sea necesario durante el período de vigencia.En el caso, en el que la reparación de la ambulancia sea por un periodo sea mayor a lo indicado incialmente por el contratista, se requiere que el contratista acredite la demora de la reparación de la unidad con un documento fehaciente por parte del taller y/o concesionario o caso contrario suministre una unidad de reemplazo. Esta ambulancia temporal debe cumplir con las mismas características técnicas y capacidades que las unidades adquiridas, para garantizar la continuidad operativa del servicio. El contratista deberá coordinar de manera eficiente el recojo y entrega de la unidad de reemplazo, asegurándose que esté en condiciones operativas óptimas. La provisión de esta ambulancia de reemplazo se considera esencial para minimizar cualquier interrupción en la operatividad de la ambulancia en reparación y garantizar un servicio ininterrumpido."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.4. Literal: c) Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-GRH/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

	Específico	5.1.4.	c)	22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, en caso que la unidad demore mas de 07 dias en caso de reparacion, se necesita una unidad de reemplazo temporal. Se mantiene lo solicitado en las especificaciones tecnicas.

Una ambulancia debe estar operativa en todo momento porque su función es responder rápidamente a emergencias médicas, donde cada segundo puede ser crucial para salvar vidas. Aquí se detallan las razones principales:

- Respuesta Inmediata a Emergencias
- Acceso Continuo a Atención Médica
- Reducción de Riesgos
- Cumplimiento de la Cobertura Sanitaria
- Optimización de Recursos Públicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

Los mantenimientos preventivos de las ambulancias se llevara a cabo en talleres autorizados de la marca. Estos talleres deben ofrecer garantías que respalden el correcto funcionamiento del vehiculo de emergencia.

A fin de lograr mayor pluralidad de postores solicitamos al comite considerar que los talleres sean autorizados por el postor., Quedando las bases de la siguiente manera:

Los mantenimientos preventivos de las ambulancias se llevara a cabo en talleres autorizados del postor. Estos talleres deben ofrecer garantías que respalden el correcto funcionamiento del vehiculo de emergencia.

"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1. Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que los mantenimientos únicamente deben de realizarse en los talleres autorizados de la marca, de esta forma no se pierde la garantía y se asegura el funcionamiento optimo de las unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

b) Finalizado el servicio, el contratista devolverá los repuestos reemplazados a la Entidad, emitiendo un Acta o inventario de entrega de repuestos, de manera duplicada, con el detalle de las piezas y/o repuestos que hayan sido cambiados durante el mantenimiento correctivo. El acta o inventario deberá ser firmada por el técnico mecánico automotriz o el responsable del Equipo de Transportes del área técnica del hospital, previa verificación de los trabajos realizados.

Solicitamos al comite considerar la devolución de los repuestos de acuerdo al informe del taller y/o concesionario., Quedando las bases de la siguiente manera:

b) Finalizado el servicio de acuerdo a la evaluación del taller y/o concesionario, el contratista devolverá los repuestos reemplazados a la Entidad, emitiendo un Acta o inventario de entrega de repuestos, de manera duplicada, con el detalle de las piezas y/o repuestos que hayan sido cambiados durante el mantenimiento correctivo. El acta o inventario deberá ser firmada por el técnico mecánico automotriz o el responsable del Equipo de Transportes del área técnica del hospital, previa verificación de los trabajos realizados.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1. Literal: b) Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION, debido a que se necesita comprobar de manera fehaciente los repuestos que fueron cambiados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
ITEM N° 1-AMBULANCIAS URBANAS

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/2,000,000.00 (Dos Millones), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran bienes similares a los siguientes: Ambulancias rurales y/o ambulancias urbanas

A fin de lograr mayor pluralidad de postores, Solicitamos al comite aclarar si todos los tipos de ambulancia ingresan como experiencia del postor"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ACLARA LA OBSERVACION:

- Se considerarán bienes similares a los siguientes: Ambulancias Rurales Tipo I, II, III y/o Ambulancias Urbanas Tipo I,II,III.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
Se consideran bienes similares a los siguientes: Ambulancias rurales y/o ambulancias urbanas

DEBE DECIR:
Se considerarán bienes similares a los siguientes: Ambulancias Rurales Tipo I, II, III y/o Ambulancias Urbanas Tipo I,II,III.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Observación: Nro. 91
Consulta/Observación:
"Habiendo revisado las bases de la presente convocatoria, solicitan:

C.1.1.Formación Académica
Un (01) Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico

A fin de lograr mayor pluralidad de postores, solicitamos al comite considerar como personal clave a ingeniero mecanico electricista., Quedando las bases de la siguiente manera:

C.1.1.Formación Académica
Un (01) Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico y/o ingeniero mecanico electricista"

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: C Página: 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria, ACLARA LO SIGUIENTE:
En Perú, el título profesional generalmente se otorga como Ingeniero Mecánico Electricista. Esta es la terminología oficial utilizada por las universidades y la que aparece en el título académico, alineándose con la formación integral en mecánica y electricidad que caracteriza a esta especialidad en el país.
Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera:
C.1.1.Formación Académica
Un (01) Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico electricista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DICE:
C.1.1.Formación Académica
Un (01) Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico
DEBE DECIR:
C.1.1.Formación Académica
Un (01) Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico electricista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DEL ASPIRADOR DE SECRECIONES, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO DE ENERGÍA UNA BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMIA DE AL MENOS 2 HORAS. SIN EMBARGO, MUCHOS ASPIRADORES DE SECRECIONES CUENTAN CON UNA AUTONOMÍA MÍNIMA DE BATERÍA DE UNA HORA. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UNA AUTONOMÍA MÍNIMA DE BATERÍA DE UNA HORA? QUEDANDO EN LAS BASES:

C05 REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA - CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE AL MENOS UNA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C02 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE AL MENOS 2 HORAS

DEBE DECIR:

CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE AL MENOS 60 MINUTOS O MÁS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III DEL BALON DE OXIGENO TIPO D, SOLICITAN UN REGULADOR CON DOS SALIDAS DE PRESIÓN Y DOS MANOMETROS. SIN EMBARGO NO EXISTE UN REGULADOR PARA ESTE TIPO DE CILINDRO QUE CUENTE CON DOS MANOMETROS. ASIMISMO, AL SER UN CILINDRO PORTATIL, ESTE TIPO DE REGULADOR RESULTARÍA MUY PESADO. PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARIAN TAMBIEN UN REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESION Y UN MANOMETRO? QUEDANDO EN LAS BASES: B03 REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESION Y DOS (02) MANOMETROS O REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESION Y UN (01) MANOMETRO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D Literal: D01 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARCIALMENTE A LA CONSULTA, debido a que la inclusión de dos salidas de presión y dos manómetros, aunque adecuada para sistemas de oxígeno fijos, no es necesariamente práctica para el contexto de traslado en ambulancias, donde la prioridad es la facilidad de manejo y la seguridad del equipo durante el transporte. Por lo tanto, y en línea con la norma, se sugiere considerar la especificación solicitada, "regulador con flujómetro integrado", que es más común en balones portátiles, para permitir una mayor participación de postores y mantener la funcionalidad operativa de las ambulancias en contextos de emergencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESIÓN Y DOS (02) MANÓMETROS
REGULADOR CON MANÓMETRO DE OXÍGENO RANGO ENTRE 0-2500 PSI O MÁS CON SALIDA REGULADA DE 50 PSI

DEBE DECIR:

D. BALON DE OXIGENO PORTATIL
D01 GENERAL
REGULADOR CON FLUJÓMETRO INTEGRADO,
CON RANGO DE CONTROL, HASTA 15 L/MIN O MÁS Y HUMIFICADOR REUSABLE, AUTOCLAVABLE.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DEL CAMILLA TELESCÓPICA, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO QUE ADOpte POSICIONES FLOWER DE FORMA NEUMÁTICA, CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG. SIN EMBARGO, MUCHAS CAMILLAS CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIONES FLOWER DE FORMA MANUAL. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UNA CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIONES DE FLOWER DE FORMA MANUAL? QUEDANDO EN LAS BASES:
I05 ADOPTA POSICIONES FLOWER DE FORMA NEUMÁTICA O MANUAL O ACORDE AL FABRICANTE, CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I05 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

- Camilla con ajuste neumático: Usa un sistema neumático (generalmente con pistones de gas) que facilita el ajuste de la posición Fowler de forma rápida y suave, permitiendo cambiar la inclinación del respaldo y la elevación de las piernas con solo accionar una palanca o botón. Este sistema es ideal para el personal médico, ya que requiere menos esfuerzo y permite realizar el ajuste de forma precisa, rápida y sin interrumpir la atención al paciente. Además, en situaciones de emergencia, el ajuste neumático ayuda a ahorrar tiempo y evita movimientos bruscos que podrían incomodar al paciente.
- Camilla con ajuste manual: El cambio de posición se realiza manualmente mediante palancas o manivelas. Esto implica que el operador debe aplicar fuerza física para ajustar el respaldo o la elevación de las piernas, lo cual puede requerir más tiempo y esfuerzo, especialmente si el ajuste necesita realizarse con el paciente ya en la camilla. Aunque son más económicas y sencillas en cuanto a mantenimiento, las camillas de ajuste manual pueden ser menos prácticas en situaciones de urgencia debido al esfuerzo adicional que requieren.

-En resumen, el sistema neumático es más rápido y fácil de usar, lo cual es útil en emergencias, mientras que el ajuste manual es una opción más accesible pero menos eficiente en contextos que requieren ajustes rápidos y constantes.
POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DEL TENSIOMETRO ANEROIDE CLÍNICO ADULTO, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI-IMPACTO. SIN EMBARGO, ALGUNOS TENSIOMETROS CUENTAN CON CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO ¿ACEPTARÍAN UN TENSIOMETRO CON CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO? QUEDANDO EN LAS BASES:

E02 - CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI-IMPACTO Y/O CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E Literal: E02 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

-Cubierta del manómetro anti-impacto: Este tipo de cubierta está diseñada para proteger el manómetro contra golpes y caídas. El material suele ser de goma o algún compuesto plástico resistente que absorbe impactos, lo cual es ideal para entornos donde el dispositivo se mueve constantemente o podría caer, como en clínicas o servicios de emergencia. Esta protección anti-impacto extiende la vida útil del tensiómetro y reduce la posibilidad de descalibración por golpes accidentales.

- Carcasa metálica lacada en negro: Una carcasa metálica ofrece una protección robusta contra daños físicos y resiste bien el desgaste, pero no absorbe los impactos de la misma manera que una cubierta anti-impacto. El lacado en negro puede aportar resistencia a la corrosión y estética, pero sin la misma protección que el recubrimiento anti-impacto. Este tipo de tensiómetro es adecuado para entornos más controlados, como consultorios médicos, donde el riesgo de impacto es bajo.

En resumen, el tensiómetro con cubierta anti-impacto es más resistente a caídas y recomendado para situaciones de alta movilidad, mientras que el de carcasa metálica lacada es ideal en ambientes más estables, ofreciendo durabilidad y resistencia a la corrosión.

POR LO TANTO, POR REFERIRSE A EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DONDE SE ESTÁ MAS EXPUESTO A MOVIMIENTO Y CAÍDAS, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DEL TENSIOMETRO ANEROIDE CLÍNICO ADULTO, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: VÁLVULA DE AJUSTE FINO. SIN EMBARGO, ALGUNOS TENSIOMETROS CUENTAN CON UNA VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE ¿ACEPTARÍAN UN TENSIOMETRO CON VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE? QUEDANDO EN LAS BASES: E02 - VÁLVULA DE AJUSTE FINO Y/O VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E Literal: E02 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, ha decidido ACOGER LA CONSULTA, esto debido que ambas válvulas ofrecen precisión, mientras que la válvula de purga de aire con ajuste sin desgaste es más duradera y mantiene su precisión durante un periodo más largo, ideal para uso intensivo y prolongado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
VÁLVULA DE AJUSTO FINO
DEBE DECIR:
VÁLVULA DE AJUSTE FINO Y/O VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DEL TENSIOMETRO ANEROIDE CLÍNICO PEDIÁTRICO, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI-IMPACTO. SIN EMBARGO, ALGUNOS TENSIOMETROS CUENTAN CON CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO ¿ACEPTARÍAN UN TENSIOMETRO CON CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO? QUEDANDO EN LAS BASES:

F02 - CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI-IMPACTO Y/O CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: F Literal: F02 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

-Cubierta del manómetro anti-impacto: Este tipo de cubierta está diseñada para proteger el manómetro contra golpes y caídas. El material suele ser de goma o algún compuesto plástico resistente que absorbe impactos, lo cual es ideal para entornos donde el dispositivo se mueve constantemente o podría caer, como en clínicas o servicios de emergencia. Esta protección anti-impacto extiende la vida útil del tensiómetro y reduce la posibilidad de descalibración por golpes accidentales.

- Carcasa metálica lacada en negro: Una carcasa metálica ofrece una protección robusta contra daños físicos y resiste bien el desgaste, pero no absorbe los impactos de la misma manera que una cubierta anti-impacto. El lacado en negro puede aportar resistencia a la corrosión y estética, pero sin la misma protección que el recubrimiento anti-impacto. Este tipo de tensiómetro es adecuado para entornos más controlados, como consultorios médicos, donde el riesgo de impacto es bajo.

En resumen, el tensiómetro con cubierta anti-impacto es más resistente a caídas y recomendado para situaciones de alta movilidad, mientras que el de carcasa metálica lacada es ideal en ambientes más estables, ofreciendo durabilidad y resistencia a la corrosión.

POR LO TANTO, POR REFERIRSE A EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DONDE SE ESTÁ MAS EXPUESTO A MOVIMIENTO Y CAÍDAS, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DEL TENSIOMETRO ANEROIDE CLÍNICO PEDIÁTRICO, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: VÁLVULA DE AJUSTE FINO. SIN EMBARGO, ALGUNOS TENSIOMETROS CUENTAN CON UNA VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE ¿ACEPTARÍAN UN TENSIOMETRO CON VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE? QUEDANDO EN LAS BASES: F02 - VÁLVULA DE AJUSTE FINO Y/O VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: F Literal: F02 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, ha decidido ACOGER LA CONSULTA, esto debido que ambas válvulas ofrecen precisión, mientras que la válvula de purga de aire con ajuste sin desgaste es más duradera y mantiene su precisión durante un periodo más largo, ideal para uso intensivo y prolongado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
VÁLVULA DE AJUSTO FINO
DEBE DECIR:
VÁLVULA DE AJUSTE FINO Y/O VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DE LA CAMILLA TELESCÓPICA, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO ADOPTA POSICIONES FLOWER DE FORMA NEUMÁTICA, CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG. SIN EMBARGO, MUCHAS CAMILLAS CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIONES FLOWER DE FORMA MANUAL. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UNA CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIONES DE FLOWER DE FORMA MANUAL? QUEDANDO EN LAS BASES:
I05 ADOPTA POSICIONES FLOWER DE FORMA NEUMÁTICA O MANUAL O ACORDE AL FABRICANTE, CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I05 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

- Camilla con ajuste neumático: Usa un sistema neumático (generalmente con pistones de gas) que facilita el ajuste de la posición Fowler de forma rápida y suave, permitiendo cambiar la inclinación del respaldo y la elevación de las piernas con solo accionar una palanca o botón. Este sistema es ideal para el personal médico, ya que requiere menos esfuerzo y permite realizar el ajuste de forma precisa, rápida y sin interrumpir la atención al paciente. Además, en situaciones de emergencia, el ajuste neumático ayuda a ahorrar tiempo y evita movimientos bruscos que podrían incomodar al paciente.
- Camilla con ajuste manual: El cambio de posición se realiza manualmente mediante palancas o manivelas. Esto implica que el operador debe aplicar fuerza física para ajustar el respaldo o la elevación de las piernas, lo cual puede requerir más tiempo y esfuerzo, especialmente si el ajuste necesita realizarse con el paciente ya en la camilla. Aunque son más económicas y sencillas en cuanto a mantenimiento, las camillas de ajuste manual pueden ser menos prácticas en situaciones de urgencia debido al esfuerzo adicional que requieren.

-En resumen, el sistema neumático es más rápido y fácil de usar, lo cual es útil en emergencias, mientras que el ajuste manual es una opción más accesible pero menos eficiente en contextos que requieren ajustes rápidos y constantes.
POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DE LA CAMILLA TELESCÓPICA, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO DIMENSIONES: LARGO MÁXIMO NO MAYOR A 212 CM, LARGO PLEGADO NO MAYOR A 161 CM, ANCHO NO MENOR A 60 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE. SIN EMBARGO, MUCHAS CAMILLAS DIFIEREN EN TAMAÑO EN EL LARGO PLEGADO. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UN TAMAÑO DE LARGO PLEGADO TAMBIÉN ACORDE AL FABRICANTE? QUEDANDO EN LAS BASES:
I06 DIMENSIONES: LARGO MÁXIMO NO MAYOR A 212 CM, LARGO PLEGADO NO MAYOR A 166 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE, ANCHO NO MENOR A 60 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I06 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
I06 DIMENSIONES: LARGO MÁXIMO NO MAYOR A 212 CM, LARGO PLEGADO NO MAYOR A 161 CM, ANCHO NO MENOR A 60 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE
DEBE DECIR:
I06 DIMENSIONES: LARGO MÁXIMO NO MAYOR A 212 CM, LARGO PLEGADO NO MAYOR A 166 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE, ANCHO NO MENOR A 60 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DEL CAMILLA TELESCÓPICA, SE SOLICITA COMO ACCESORIOS: DOS (02) ASAS O MANIJAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES. SIN EMBARGO, MUCHAS CAMILLAS CUENTAN CON BARANDAS RETRÁCTILES. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN DOS (02) BARANDAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES? QUEDANDO EN LAS BASES: I14 DOS (02) ASAS O MANIJAS O BARANDAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I14 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
DOS (02) ASAS O MANIJAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES
DEBE DECIR:
DOS (02) ASAS O MANIJAS O BARANDAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DE LA BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: MECANISMO DE BOMBEO PERISTÁLTICO LINEAL. SIN EMBARGO, MUCHAS BOMBAS DE INFUSIÓN CUENTAN CON UN MECANISMO DE BOMBEO VOLUMÉTRICO. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UNA BOMBA DE INFUSIÓN CON MECANISMO DE BOMBEO VOUUMÉTRICO? QUEDANDO EN LAS BASES:

Q01 - MECANISMO DE BOMBEO PERISTÁLTICO LINEAL O MECANISMO DE BOMBEO VOLUMÉTRICO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Q Literal: Q01 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

MECANISMO DE BOMBEO PERISTÁLTICO LINEAL.

DEBE DECIR:

MECANISMO DE BOMBEO PERISTÁLTICO LINEAL O MECANISMO DE BOMBEO VOLUMÉTRICO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III, EN EL CASO DE LA MALETIN DE MEDICAMENTOS, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO DIMENSIONES: 17"X7.65"X1,36". SIN EMBARGO, MUCHOS MALETINES DE MEDICAMENTOS CUENTAN CON MEDIDAS DIFERENTES. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UNA BRINDAR UN RANGO DE TAMAÑOS MAYOR? QUEDANDO EN LAS BASES:
Q01 - DIMENSIONES: 17"X7,65"X1,36" O MAYOR"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: T Literal: - Página: 55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido a necesitar mayor espacio para albergar los medicamentos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
DIMENSIONES: 17"X7,65"X1,36"
DEBE DECIR:
DIMENSIONES: 17"X7,65"X1,36" O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DEL ASPIRADOR DE SECRECIONES, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO DE ENERGÍA UNA BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMIA DE AL MENOS 2 HORAS. SIN EMBARGO, MUCHOS ASPIRADORES DE SECRECIONES CUENTAN CON UNA AUTONOMÍA MÍNIMA DE BATERÍA DE UNA HORA. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UNA AUTONOMÍA MÍNIMA DE BATERÍA DE UNA HORA? QUEDANDO EN LAS BASES:

C05 REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA - CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE AL MENOS UNA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C05 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE ALMENOS 2 HORAS

DEBE DECIR:

CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA DE AL MENOS 60 MINUTOS O MÁS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II DEL BALON DE OXIGENO TIPO D, SOLICITAN UN REGULADOR CON DOS SALIDAS DE PRESIÓN Y DOS MANOMETROS. SIN EMBARGO NO EXISTE UN REGULADOR PARA ESTE TIPO DE CILINDRO QUE CUENTE CON DOS MANOMETROS. ASIMISMO, AL SER UN CILINDRO PORTATIL, ESTE TIPO DE REGULADOR RESULTARÍA MUY PESADO. PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARIAN TAMBIEN UN REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESION Y UN MANOMETRO? QUEDANDO EN LAS BASES: B03 REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESION Y DOS (02) MANOMETROS O REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESION Y UN (01) MANOMETRO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D Literal: D01 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARCIALMENTE A LA CONSULTA, debido a que la inclusión de dos salidas de presión y dos manómetros, aunque adecuada para sistemas de oxígeno fijos, no es necesariamente práctica para el contexto de traslado en ambulancias, donde la prioridad es la facilidad de manejo y la seguridad del equipo durante el transporte. Por lo tanto, y en línea con la norma, se sugiere considerar la especificación solicitada, "regulador con flujómetro integrado", que es más común en balones portátiles, para permitir una mayor participación de postores y mantener la funcionalidad operativa de las ambulancias en contextos de emergencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

REGULADOR CON DOS (02) SALIDAS DE PRESIÓN Y DOS (02) MANÓMETROS
REGULADOR CON MANÓMETRO DE OXÍGENO RANGO ENTRE 0-2500 PSI O MÁS CON SALIDA REGULADA DE 50 PSI

DEBE DECIR:

D. BALON DE OXIGENO PORTATIL
D01 GENERAL
REGULADOR CON FLUJÓMETRO INTEGRADO,
CON RANGO DE CONTROL, HASTA 15 L/MIN O MÁS Y HUMIFICADOR REUSABLE, AUTOCLAVABLE.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DEL TENSIOMETRO ANEROIDE CLÍNICO ADULTO, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI-IMPACTO. SIN EMBARGO, ALGUNOS TENSIOMETROS CUENTAN CON CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO ¿ACEPTARÍAN UN TENSIOMETRO CON CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO? QUEDANDO EN LAS BASES:
E02 - CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI-IMPACTO Y/O CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E Literal: E02 Página: 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

-Cubierta del manómetro anti-impacto: Este tipo de cubierta está diseñada para proteger el manómetro contra golpes y caídas. El material suele ser de goma o algún compuesto plástico resistente que absorbe impactos, lo cual es ideal para entornos donde el dispositivo se mueve constantemente o podría caer, como en clínicas o servicios de emergencia. Esta protección anti-impacto extiende la vida útil del tensiómetro y reduce la posibilidad de descalibración por golpes accidentales.

- Carcasa metálica lacada en negro: Una carcasa metálica ofrece una protección robusta contra daños físicos y resiste bien el desgaste, pero no absorbe los impactos de la misma manera que una cubierta anti-impacto. El lacado en negro puede aportar resistencia a la corrosión y estética, pero sin la misma protección que el recubrimiento anti-impacto. Este tipo de tensiómetro es adecuado para entornos más controlados, como consultorios médicos, donde el riesgo de impacto es bajo.

En resumen, el tensiómetro con cubierta anti-impacto es más resistente a caídas y recomendado para situaciones de alta movilidad, mientras que el de carcasa metálica lacada es ideal en ambientes más estables, ofreciendo durabilidad y resistencia a la corrosión.

POR LO TANTO, POR REFERIRSE A EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DONDE SE ESTÁ MAS EXPUESTO A MOVIMIENTO Y CAÍDAS, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DEL TENSIOMETRO ANEROIDE CLÍNICO ADULTO, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: VÁLVULA DE AJUSTE FINO. SIN EMBARGO, ALGUNOS TENSIOMETROS CUENTAN CON UNA VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE ¿ACEPTARÍAN UN TENSIOMETRO CON VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE? QUEDANDO EN LAS BASES: E02 - VÁLVULA DE AJUSTE FINO Y/O VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E Literal: E02 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, ha decidido ACOGER LA CONSULTA, esto debido que ambas válvulas ofrecen precisión, mientras que la válvula de purga de aire con ajuste sin desgaste es más duradera y mantiene su precisión durante un periodo más largo, ideal para uso intensivo y prolongado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
VÁLVULA DE AJUSTO FINO
DEBE DECIR:
VÁLVULA DE AJUSTE FINO Y/O VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DEL TENSIOMETRO ANEROIDE CLÍNICO PEDIÁTRICO, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI-IMPACTO. SIN EMBARGO, ALGUNOS TENSIOMETROS CUENTAN CON CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO ¿ACEPTARÍAN UN TENSIOMETRO CON CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO? QUEDANDO EN LAS BASES:
F02 - CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI-IMPACTO Y/O CARCASA METÁLICA LACADA EN NEGRO."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: F Literal: F02 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

-Cubierta del manómetro anti-impacto: Este tipo de cubierta está diseñada para proteger el manómetro contra golpes y caídas. El material suele ser de goma o algún compuesto plástico resistente que absorbe impactos, lo cual es ideal para entornos donde el dispositivo se mueve constantemente o podría caer, como en clínicas o servicios de emergencia. Esta protección anti-impacto extiende la vida útil del tensiómetro y reduce la posibilidad de descalibración por golpes accidentales.

- Carcasa metálica lacada en negro: Una carcasa metálica ofrece una protección robusta contra daños físicos y resiste bien el desgaste, pero no absorbe los impactos de la misma manera que una cubierta anti-impacto. El lacado en negro puede aportar resistencia a la corrosión y estética, pero sin la misma protección que el recubrimiento anti-impacto. Este tipo de tensiómetro es adecuado para entornos más controlados, como consultorios médicos, donde el riesgo de impacto es bajo.

En resumen, el tensiómetro con cubierta anti-impacto es más resistente a caídas y recomendado para situaciones de alta movilidad, mientras que el de carcasa metálica lacada es ideal en ambientes más estables, ofreciendo durabilidad y resistencia a la corrosión.

POR LO TANTO, POR REFERIRSE A EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DONDE SE ESTÁ MAS EXPUESTO A MOVIMIENTO Y CAÍDAS, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DEL TENSIOMETRO ANEROIDE CLÍNICO PEDIÁTRICO, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO: VÁLVULA DE AJUSTE FINO. SIN EMBARGO, ALGUNOS TENSIOMETROS CUENTAN CON UNA VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE ¿ACEPTARÍAN UN TENSIOMETRO CON VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE? QUEDANDO EN LAS BASES: F02 - VÁLVULA DE AJUSTE FINO Y/O VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN DESGASTE. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: F Literal: F02 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, ha decidido ACOGER LA CONSULTA, esto debido que ambas válvulas ofrecen precisión, mientras que la válvula de purga de aire con ajuste sin desgaste es más duradera y mantiene su precisión durante un periodo más largo, ideal para uso intensivo y prolongado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
VÁLVULA DE AJUSTO FINO
DEBE DECIR:
VÁLVULA DE AJUSTE FINO Y/O VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON AJUSTE PRECISO Y SIN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DE LA CAMILLA TELESCÓPICA, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO DIMENSIONES: LARGO MÁXIMO NO MAYOR A 212 CM, LARGO PLEGADO NO MAYOR A 161 CM, ANCHO NO MENOR A 60 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE. SIN EMBARGO, MUCHAS CAMILLAS DIFIEREN EN TAMAÑO EN EL LARGO PLEGADO. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UN TAMAÑO DE LARGO PLEGADO TAMBIÉ ACORDE AL FABRICANTE? QUEDANDO EN LAS BASES:
J06 DIMENSIONES: LARGO MÁXIMO NO MAYOR A 212 CM, LARGO PLEGADO NO MAYOR A 166 CM, ANCHO NO MENOR A 60 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: J Literal: J06 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
I06 DIMENSIONES: LARGO MÁXIMO NO MAYOR A 212 CM, LARGO PLEGADO NO MAYOR A 161 CM, ANCHO NO MENOR A 60 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE
DEBE DECIR:
I06 DIMENSIONES: LARGO MÁXIMO NO MAYOR A 212 CM, LARGO PLEGADO NO MAYOR A 166 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE, ANCHO NO MENOR A 60 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DE LA CAMILLA TELESCÓPICA, SE SOLICITA COMO ACCESORIOS: DOS (02) ASAS O MANIJAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES. SIN EMBARGO, MUCHAS CAMILLAS CUENTAN CON BARANDAS RETRÁCTILES. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN DOS (02) BARANDAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES? QUEDANDO EN LAS BASES: J14 - DOS (02) ASAS O MANIJAS O BARANDAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: J Literal: J14 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido al stock de marcas o modelos que se comercializan en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
DOS (02) ASAS O MANIJAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES
DEBE DECIR:
DOS (02) ASAS O MANIJAS O BARANDAS LATERALES PARA TRANSPORTAR (EMPUJAR/JALAR) O CARGAR LA CAMILLA, DE TIPO RETRÁCTILES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DE LA CAMILLA TELESCÓPICA, SE SOLICITA COMO ACCESORIOS: CORREAS DE SUJECIÓN PARA PIERNAS, ABDOMEN Y TÓRAX, ADEMÁS PARA LOS HOMBROS, CON CLIP METÁLICO Y CIERRE FÁCIL, IMPERMEABLES A LÍQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES. SIN EMBARGO, MUCHAS CAMILLAS CUENTAN CON CINTURONES DE SUJECIÓN LAVABLES DE ACUERDO AL FABRICANTE. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN CORREAS DE SUJECIÓN LAVABLES? QUEDANDO EN LAS BASES: J14 - CORREAS DE SUJECIÓN PARA PIERNAS, ABDOMEN Y TÓRAX, ADEMÁS PARA LOS HOMBROS, CON CLIP METÁLICO Y CIERRE FÁCIL, IMPERMEABLES A LÍQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES O LAVABLES ANTE LÍQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES"

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: J

Literal: J14

Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria, por los motivos siguientes:

- Cinturones de sujeción lavables: Están fabricados con materiales que pueden ser fácilmente retirados y lavados sin perder su integridad. Estos cinturones son ideales en entornos donde la limpieza frecuente es necesaria, ya que permiten una higiene adecuada tras cada uso. Sin embargo, los materiales lavables no siempre son impermeables, lo que significa que podrían absorber líquidos, requiriendo mayor tiempo y cuidado en el proceso de secado.
- Cinturones de sujeción impermeables: Están hechos con materiales resistentes a la penetración de líquidos, como PVC o poliuretano. Esto evita que los fluidos corporales o desinfectantes los atraviesen, facilitando una limpieza rápida con solo pasar un paño húmedo o aplicar desinfectante, sin necesidad de lavado profundo. Estos cinturones son especialmente útiles en entornos de emergencia y ambulancias, donde es importante evitar la absorción de fluidos para reducir el riesgo de infecciones y asegurar una limpieza rápida entre pacientes.

POR LO TANTO, POR REFERIRSE A EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

"HABIENDO REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II, EN EL CASO DE LA MALETIN DE MEDICAMENTOS, SE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO DIMENSIONES: 17"X7.65"X1,36". SIN EMBARGO, MUCHOS MALETINES DE MEDICAMENTOS CUENTAN CON MEDIDAS DIFERENTES. POR ENDE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, ¿ACEPTARÍAN UNA BRINDAR UN RANGO DE TAMAÑOS MAYOR? QUEDANDO EN LAS BASES:
Q01 - DIMENSIONES: 17"X7,65"X1,36" O MAYOR"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: - Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA, debido a necesitar mayor espacio para albergar los medicamentos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
DIMENSIONES: 17"X7,65"X1,36"
DEBE DECIR:
DIMENSIONES: 17"X7,65"X1,36" O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

"Con el objeto de promover la pluralidad de postores se solicita que el peso máximo de la camilla no sea mayor a 45 kg. Quedando:
PESO MÁXIMO DE LA CAMILLA TELESCÓPICA NO MAYOR A 45 KG"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: J Literal: J09 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a la necesidad que la camilla sea ligera, para poder maniobrar con un solo operador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

"Para mayor pluralidad de postores, y teniendo en cuenta que los tubos endotraqueales con cuff no se utilizan en pacientes neonatos, se solicita que el tamaño de los mismos sea N 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quedando: DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, CON GUIA REUSABLE. CADA JUEGO CONTIENE LOS TAMAÑOS N 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. DESCARTABLES

Teniendo en cuenta que el único registro sanitario existente para el dispositivo médico ¿obturador esofágico¿ se encuentra sin vigencia, se solicita aceptar como alternativa que se oferten mascarar laringeas, quedando: DOS (02) TUBOS OBTURADORES ESOFÁGICOS O DOS (02) MASCARAS LARINGEAS PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: N Literal: - Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONSULTA N° 1:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria final ha decidido ACOGER PARCIALMENTE CONSULTA, esto debido a que los tubos sin manguito son la elección estándar en neonatología, pues ofrecen mayor seguridad para los neonatos y aseguran la ventilación sin ejercer presión.

CONSULTA N°2:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACLARA LA CONSULTA: Se le indica al postor, demostrar mediante documento la veracidad de lo que sostiene, puesto que en un ítem dentro de N) MALETIN DE REANIMACIÓN DE TRANSPORTE tenemos: TRES (03) JUEGOS DE MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES, PREFORMADAS, EN ÁNGULO ANATÓMICO DE 70° PARA FÁCIL INSERCIÓN, CON PUNTA REFORZADA. CADA JUEGO DEBE CONTENER TAMAÑOS N° 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 Y 7, por lo que se estaría presentando una duplicidad de compra. De demostrarse la veracidad de lo que sostiene, suprimiremos dicha característica técnica (por motivo de duplicidad de compra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSULTA N° 1:

DICE:
DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS N° 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.DISCARTABLES
DEBE DECIR:
DOCE (12) JUEGOS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (ORO TRAQUEALES CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, GUÍAS REUSABLES Y/O DESCARTABLES. CADA JUEGO CONTEINE LOS TAMAÑOS N° 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.DISCARTABLES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:

"Se solicita que el siguiente requerimiento ¿Portátil, peso no mayor a 8 kg incluida la batería¿ sea modificado a 6.5 kg como máximo, lo cual hace que el dispositivo sea más versátil y cómodo en el ámbito de las emergencias. Quedando: PORTATIL, PERO NO MAYOR A 6,5 KG. INCLUIDA LA BATERÍA"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: R01 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que se pueden ofertar desfibriladores de menor peso siempre en cuando no supere los 8 kg. se mantienen las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

"Con el objeto de asegurarse que el paramédico pueda visualizar de forma correcta y desde lejos los parámetros medidos, se solicita que el tamaño mínimo de la pantalla del desfibrilador sea de 7". Quedando: TAMAÑO DE 7" DIAGONAL O MÁS

En el siguiente requerimiento: ¿GRÁFICA DE ONDA DE ECG Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA? Se solicita incorporar la capacidad de visualizar la ayuda en tiempo real durante la maniobra de rcp, dando al rescatista información visual y auditiva de la frecuencia y la profundidad. Quedando: GRÁFICA DE ONDA DE ECG Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA Y VISUALIZACIÓN LA AYUDA EN TIEMPO REAL DURANTE LA MANIOBRA DE RCP, DANDO AL RESCATISTA INFORMACIÓN VISUAL Y AUDITIVA DE LA FRECUENCIA Y LA PROFUNDIDAD."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: R02 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido que el requerimiento técnico mínimo solicitado en las especificaciones se puede acoger pantallas desde 4,5" o mayor, dando la opción a mayor pluralidad de postores, el participante puede ofertar un equipo con mayor autonomía. Se mantiene las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 118

Consulta/Observación:

"Dado que el dispositivo solicitado será utilizado en traslados de pacientes, se sugiere que la batería recargable tenga una autonomía mínima de 4 horas. Quedando:
CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 04 HORAS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: R05 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que el requerimiento técnico mínimo solicitado en las especificaciones es de autonomía mínima de 02 horas, dando la opción a mayor pluralidad de postores, el participante puede ofertar un equipo de mayor autonomía. Se mantiene las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 119

Consulta/Observación:

"Dado que el dispositivo solicitado se utilizará en una ambulancia, se recomienda incorporar el uso de parches reusables que permiten la desfibrilación del paciente mientras se esta realizando el transporte del mismo. Quedando: PARCHES REUSABLES QUE PERMITAN LA OPERACIÓN DE DESFIBRILACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE.

Por otro lado, se sugiere solicitar el anclaje para el equipo ensayado para 10g y recomendado por el fabricante. Quedando: CON SOPORTE BASE PARA EL EQUIPO, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITA UN BLOQUEO Y DESBLOQUEO INMEDIATO DEL EQUIPO, DE PREFERENCIA ESPECÍFICAMENTE DISEÑADA PARA EL EQUIPO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: R04 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, esto debido que las presentes bases recogen las características técnicas mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento, se esta solicitando un monitor desfibrilador con paletas lo cual facilita su uso al personal especialista. Se mantienen las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 120

Consulta/Observación:

"Para poder asegurar que el equipo médico cuenta con las pruebas requeridas para certificar que su uso es apto en transporte terrestre y aéreo, se solicita que se presente certificado que acredite dicha característica, quedando: PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) Y AEREO (AVION/HELICOPTERO). PRESENTAR CERTIFICADO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S Literal: S01 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido a que se el equipo requiere ser utilizado en trasporte terrestre y aereo, se debera presentar certificado que avale el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADE CARACTERÍSTICA EN S) VENTILADOR DE TRANSPORTE
DICE:
PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) Y AEREO (AVION/HELICOPTERO).
DEBE DECIR:
PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) Y AEREO (AVION/HELICOPTERO).
PRESENTAR CERTIFICADO"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 121

Consulta/Observación:

"Se solicita en el siguiente requerimiento ¿selector de carga en el panel: para onda estandar (monofasica) con capacidad hasta 200 joules (con 8 o mas valores de seleccion) o para onda bifasica con capacidad hasta 200 joules (con 8 o mas valores de seleccion)¿ se modifique a capacidad de carga de 360 joules con 20 o mas valores de seleccion con el objeto de no limitar la participación de diferentes postores quedando:
Selector de carga en el panel: para onda estandar (monofasica) con capacidad hasta 360 joules (con 10 o mas valores de seleccion) o para onda bifasica con capacidad hasta 360 joules (con 10 o mas valores de seleccion)"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: R01 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER A LA CONSULTA, Los desfibriladores en modo monofásico descargan corriente en una sola dirección lo que implica una alta dosis de descarga, a 360 Joule sería perjudicial para el paciente e implica mayor gasto de energia lo cual incide en la duracion de la bateria en situaciones de emergencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

"Dado que el dispositivo solicitado se utilizará en una ambulancia, se recomienda incorporar el uso de parches reusables que permiten la desfibrilación del paciente mientras se esta realizando el transporte del mismo. Quedando:
PARCHES REUSABLES QUE PERMITAN LA OPERACIÓN DE DESFIBRILACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: R04 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, esto debido que las presentes bases recogen las características técnicas mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento, se esta solicitando un monitor desfibrilador con paletas lo cual facilita su uso al personal especialista. Se mantienen las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:

"Se sugiere solicitar el anclaje para el equipo recomendado por el fabricante. Quedando: CON SOPORTE BASE PARA EL EQUIPO, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITA UN BLOQUEO Y DESBLOQUEO INMEDIATO DEL EQUIPO, DE PREFERENCIA ESPECÍFICAMENTE DISEÑADA PARA EL EQUIPO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: R04 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, esto debido que las presentes bases recogen las características técnicas mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Se mantienen las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:

"¿PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) Y AEREO (AVION/HELICOPTERO).¿ Se solicita que con el objeto de promover la pluralidad de postores y dado que el equipo sera utilizado en ambulancias, solo se solicite el certificado para ser utilizado en trasnporte terrestre EN 1789. Quedando en bases: ¿PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA). PRESENTAR CERTIFICADO EN 1789."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S Literal: S01 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que los ventiladores transporte, son equipos necesarios para el soporte de vida del paciente, la compra del bien se encuentra en provincia y muchas veces, el hospital no cuenta con los equipos tecnológicos especializados que si están en la capital, y algunos pacientes requieren con urgencia un mejor diagnóstico o tratamiento, por tal motivo a dicho paciente se realiza el traslado aéreo, por lo cual se necesita un equipo que esté preparado o diseñado para funcionar en avión/helicoptero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

"Se solicita que en el requerimiento ¿EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARÁMETROS SOLICITADOS MEDIANTE SISTEMA DE PERILLAS Y/O PANTALLA TOUCHSCREEN CON BLOQUEO DE PANTALLA¿ se modifique con el objeto de promover la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:
¿EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARÁMETROS SOLICITADOS MEDIANTE SISTEMA DE PERILLAS, BOTONES Y/O PANTALLA TOUCHSCREEN CON BLOQUEO DE PANTALLA¿"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S Literal: S01 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, esto debido que las presentes bases recogen las características técnicas mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento, además que es más recomendable en situaciones de emergencias como lo es en ambulancias el uso de sistema de perillas y/o pantalla touchscreen. Mientras que los de sistema con botones presentan las siguientes dificultades en situaciones de emergencia:

- Dificultad para respuesta rápida.
- Riesgo de falla en situaciones críticas.
- Limitaciones en la adaptabilidad.
- Dificultad para trabajar en entornos con ruido o vibraciones.
- Riesgo de pérdida de datos.

Por lo tanto, se mantienen las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20517698131	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	21:42:13

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

¿BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE 08 HORAS, INCLUYE COMPRESOR, PISTÓN O TURBINA (SI LA BATERIA INCORPORADA TIENE MENOR AUTONOMIA A LO SOLICITADO, SE ACEPTA QUE EL EQUIPO DISPONGA ADICIONALMENTE DE UNA BATERIA EXTERNA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL PESO TOTAL SOLICITADO Y AUTONOMIA SOLICITADA¿ Se solicita que se acepten ventiladores de transporte terrestre con autonomia de 4 horas con compresor para garantizar la pluralidad de postores. Quedando: ¿BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE 04 HORAS, INCLUYE COMPRESOR, PISTÓN O TURBINA (SI LA BATERIA INCORPORADA TIENE MENOR AUTONOMIA A LO SOLICITADO, SE ACEPTA QUE EL EQUIPO DISPONGA ADICIONALMENTE DE UNA BATERIA EXTERNA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL PESO TOTAL SOLICITADO Y AUTONOMIA SOLICITADA¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S Literal: S07 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que el equipo es un soporte de vida para el traslado de paciente críticos, en el traslado con ventilación mecánica de acuerdo a nuestra zona, hay lugares donde las carreteras no están en buenas condiciones o en algunos meses del año la región sufre de huaycos provocando el cierre de carreteras, es por ello para el bienestar y tranquilidad del paciente, se pide que la duración de la batería incorporada sea como mínimo 08 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-GRH/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1		

Ruc/código :	20611962046	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN D´RIVAS S.A.C.	Hora de envío :	23:07:09

Observación: Nro. 127
Consulta/Observación:
PERIODO DE GARANTÍA DEL VEHICULO.

LO QUE PIDEN:
En Diversos puntos mencionan que la garantía está sujeto a lo dispuesto por el fabricante durante el periodo de garantía de tres (03) años o 180,000 km:
Pag. 20 (Pago de la prestación accesoria)
Pag. 22 y 23 (Garantía del Bien, b) Garantía del fabricante, d) periodo de garantía de Vehículos.

OBERVACIÓN:
Señores miembros del comité, existe una incongruencia con el periodo de años con el Kilometraje de recorrido, con respecto a la garantía que Solicitan; puesto que, No existe ninguna Marca en el Perú que tenga la Garantía hasta los 180,000 km, máximo es hasta los 100,000 km.

Al pedir que la garantía del vehículo este sujeto a lo dispuesto por el fabricante, entonces se pide respetar la garantía, respecto al kilometraje, dispuesto por el fabricante y no alterarlo.

Por lo expuesto, en aras de dar cumplimiento a la pluralidad de postores y trato justo, sin el riesgo que se declare desierto el proceso, por pedir una garantía que los fabricantes no ofrecen y nadie se presente; pedimos que sea modificado la garantía, respecto al kilometraje, hasta los 100,000 km. Respecto al tiempo (3 años) si está correcto.

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP II **Literal:** VARIOS **Página:** VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE. Principio de Libertad y Concurrencia. Transparencia. Competencia. Y Vigencia Tecno

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER PARCIALMENTE A LA OBSERVACION, se acepta que el kilometraje sea como mínimo hasta los 100 000 km

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
d) PERIODO DE GARANTIA DE VEHICULOS : Las ambulancias solicitadas deberán contar con una garantía de 180 , 000 km, lo que ocurra primero, a partir del día siguiente de la emisión de la conformidad de la prestación principal, otorgada por la Entidad.
DEBE DECIR:
d) PERIODO DE GARANTIA DE VEHICULOS : Las ambulancias solicitadas deberán contar con una garantía como mínimo de 100 , 000 km, lo que ocurra primero, a partir del día siguiente de la emisión de la conformidad de la prestación principal, otorgada por la Entidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20611962046	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN D´RIVAS S.A.C.	Hora de envío :	23:07:09

Observación: Nro. 128

Consulta/Observación:

5.2. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESENTACIÓN PRINCIPAL

5.2.1 Mantenimiento preventivo del Vehiculó.

LO QUE PIDEN:

Punto 3: Los mantenimientos preventivos de las ambulancias se llevarán a cabo en talleres autorizados de la Marca. Estos talleres deben ofrecer Garantías que respalden el correcto funcionamiento del vehículo de emergencia.

OBERVACIÓN:

Señores miembros del comité, en Huánuco no tenemos talleres autorizados por las marcas que se comercializan para ambulancias. Estas marcas al no ser muy comerciales para la población, sólo cuentan con talleres en las ciudades mas grandes del País y en su mayoría los talleres están en Lima.

Estas unidades, al ser unidades de emergencia, no pueden ser trasladados hasta la capital y hasta las ciudades donde existan talleres Autorizados para realizar los mantenimientos, por que perderían días y estas unidades siempre deben estas disponibles para cualquier emergencia.

Por lo expuesto, en aras de dar cumplimiento a la pluralidad de postores y trato justo, pedimos que el contratista defina o mencione el taller, en Huánuco, donde serán atendidos las unidades sin el riesgo de perder la Garantía.

Es importante mencionar que la garantía no brinda el Taller Autorizado, si no que la gestiona ante la marca y lo puede hacer cualquier taller, siempre y cuando se hayan utilizado los insumos que recomienda la marca. Además, Todo el Periodo de la garantía estará a cargo del contratista y es responsabilidad del contratista gestionar la Garantía ante la Marca, para cualquiera que sea el caso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE. Principio de Libertad y Concurrencia. Transparencia. Competencia. Y Vigencia Tecno

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER A LA OBSERVACION, debido a que los mantenimientos unicamente deben de realizarse en los talleres autorizados de la marca, de esta forma no se pierde la garantia y se asegura el funcionamiento optimo de las unidades.por otro lado, los que sugiere el participante estaria limitando la participacion de otras empresas que no tienen taller en Huanuco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20611962046	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN D´RIVAS S.A.C.	Hora de envío :	23:07:09

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:

ACREDITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE:

Señores Miembros del Comité, pedimos que se aclare, sobre la acreditación del personal clave, en que momento serán presentados los documentos para la acreditación de las mismas, puesto que en el Numeral 5.3.2 lo incluye como Documentos obligatorios para la Admisión, se sobreentiende que debe ser presentado juntos con la oferta, pero en el Numeral 5.1.4 Pag. 25 menciona que la acreditación del personal clave serán presentados a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 5.3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE. Principio de Libertad y Concurrencia. Transparencia. Competencia. Y Vigencia Tecno

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ACLARA LA CONSULTA:

La acreditación del personal clave se dará en la presentación de las ofertas.

Por lo tanto el punto 5.1.4 Pág 25 quedaría de la siguiente manera:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la firma de contrato.

DEBE DECIR:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la presentación de ofertas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20611962046	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN D´RIVAS S.A.C.	Hora de envío :	23:07:09

Observación: Nro. 130
Consulta/Observación:
PAG. 46 Y 59
A CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA

LO QUE PIDEN
A19: AÑO MODELO: MISMO AÑO DE LA ADJUDICACIÓN.

OBSERVACIÓN:
Señores miembros del comité, al mencionar que el Año Modelo debe ser el mismo año de la Adjudicación, se sobreentiende que deber ser del 2024. Ya estamos a finales del 2024 y el Año de Modelo de todas las marcas, a partir del mes de Julio ya son año Modelo 2025.

Por lo expuesto, en aras de dar cumplimiento a la pluralidad de postores y trato justo solicitamos que se agregue la Palabra ¿Mínimo¿, puesto que algunos postores, en su mayoría, ya contamos con Unidades con año Modelo 2025.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** A **Página:** VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE. Principio de Libertad y Concurrencia. Transparencia. Competencia. Y Vigencia Tecno

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER A LA OBSERVACION, esto asegurará el cumplimiento con la vigencia tecnológica de las unidades requeridas, garantizando así que se adquieran vehículos que cumplan con los estándares más actuales y que estén equipados con las últimas innovaciones en atención médica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
A19. AÑO DE MODELO : Mismo año de la adjudicación
DEBE DECIR:
A19 Año de fabricación:2024, modelo 2025

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20611962046	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN D´RIVAS S.A.C.	Hora de envío :	23:07:09

Observación: Nro. 131
Consulta/Observación:
PAG. 46 Y 59
A CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA

LO QUE PIDEN
A28: Suspensión Delantera: Independiente, con barra de torsión.
Suspensión Posterior: Con muelles o resortes.
Amortiguadores delanteros y posteriores a Gas

OBSERVACIÓN:
Señores miembros del comité, las especificaciones que solicitan para las unidades, respecto a la suspensión, es muy antigua, puesto que en la actualidad todas las marcas cuentan con ello, pero ya no las mencionan por que son partes de los componentes de suspensión.

Por lo expuesto, en aras de dar cumplimiento a la pluralidad de postores y trato justo solicitamos que sean más exacto el tipo de suspensión que desean que lleven las unidades, así como:

A28: Suspensión Delantera: Independiente, MACPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA.
Suspensión Posterior: BARRA ANTI-TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DOBLE EFECTO, TELESCÓPICOS INCLINADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A Página: VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE. Principio de Libertad y Concurrencia. Transparencia. Competencia. Y Vigencia Tecno

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, debido a que la configuración de cada fabricante es una opción superior para aplicaciones en las que se requiere alta eficiencia, rendimiento constante y mayor durabilidad, especialmente en vehículos sometidos a condiciones severas en carreteras, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE A LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES. AMORTIGUADORES DELANTEROS: A GAS. AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS

DEBE DECIR:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O TIPO PSEUDO MC PHERSON Y/O BARRA INFERIOR TRIANGULADO Y/O BARRA ESTABILIZADORA O DE ACUERDO AL FABRICANTE.
SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O BARRA ANTI-TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DOBLE EFECTO, TELESCÓPICOS INCLINADOS O DE ACUERDO AL FABRICANTE.
AMORTIGUADORES DELANTEROS A GAS O HIDRÁULICOS.
AMORTIGUADORES POSTERIORES: A GAS O HIDRÁULICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	23:17:30

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

Luego de revisar los requerimientos técnicos del equipo DESFIBRILADOR PORTÁTIL en las Bases del presente procedimiento, nos gustaría solicitar una aclaración adicional en relación con uno de los puntos mencionados. La entidad solicita lo siguiente:

- VISUALIZACIÓN DEL VALOR NUMÉRICO DE LA ENERGÍA SELECCIONADA O LIBERADA. ECG

Deseamos que se realice la aclaración sobre a qué se refiere con ¿ECG¿ en dicho ítem, o si en su defecto se trata de un error de tipeo.

Agradecemos que gentilmente el comité de selección lo pueda aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: R Literal: R02 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACLARA LA CONSULTA, se suprime ECG debido a un error de tipeo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

VISUALIZACIÓN DEL VALOR NUMÉRICO DE LA ENERGÍA SELECCIONADA O LIBERADA.ECG

DEBE DECIR:

VISUALIZACIÓN DEL VALOR NUMÉRICO DE LA ENERGÍA SELECCIONADA O LIBERADA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	23:17:30

Observación: Nro. 133

Consulta/Observación:

Luego de revisar los requerimientos técnicos del equipo VENTILADOR DE TRANSPORTE en las Bases del presente procedimiento, nos gustaría solicitar un cambio de la especificación técnica. La entidad solicita lo siguiente:

- PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) Y AÉREO (AVIÓN/HELICÓPTERO)

Por esta razón, en cumplimiento con el Art. 2 de la ley de contrataciones, principio de libertad y concurrencia, igualdad de trato, competencia y en aras de dar mayor pluralidad de marcas y participación de postores solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

- PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA). OPCIONAL: AÉREO (AVIÓN/HELICÓPTERO).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S Literal: S01 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACIÓN, debido a que los ventiladores transporte, son equipos necesarios para el soporte de vida del paciente, la compra del bien se encuentra en provincia y muchas veces, el hospital no cuenta con los equipos tecnológicos especializados que si están en la capital, y algunos pacientes requieren con urgencia un mejor diagnóstico o tratamiento, por tal motivo a dicho paciente se realiza el traslado aéreo, por lo cual se necesita un equipo que esté preparado o diseñado para funcionar en avión/helicoptero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	23:17:30

Observación: Nro. 134

Consulta/Observación:

Luego de revisar los requerimientos técnicos del equipo VENTILADOR DE TRANSPORTE en las Bases del presente procedimiento, nos gustaría solicitar un cambio de la especificación técnica. La entidad solicita lo siguiente:

- CON VÁLVULA PEEP INTEGRADA EN EL EQUIPO.

Por esta razón, en cumplimiento con el Art. 2 de la ley de contrataciones, principio de libertad y concurrencia, igualdad de trato, competencia y en aras de dar mayor pluralidad de marcas y participación de postores solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

- OPCIONAL: CON VÁLVULA PEEP INTEGRADA EN EL EQUIPO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S Literal: S01 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION, esto debido a que la válvula PEEP integrada en un ventilador de transporte es esencial para mantener la estabilidad respiratoria y prevenir complicaciones durante el transporte de pacientes críticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:

Debido al crecimiento de la demanda no previsto por el fabricante de las camionetas para este año, y además por le fecha (fines de año), se hace cada vez más difícil conseguir las unidades necesarias en el tiempo establecido por lo que solicitamos al comité pueda otorgar mayor tiempo para la entrega de los bienes teniendo en cuenta también que la cabina médica tiene su normal proceso, en virtud de ello solicitamos lo siguiente:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 100 días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias de los equipos biomédicos es de 24 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, esto debido a que son los plazos mínimos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

Para aclarar que si el equipo biomédico no requiere registro sanitario se solicita al comité considerar el siguiente párrafo:
f) Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario de los equipos biomédicos listados, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios).
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor o de otros, que describa el producto ofertado, En caso que el producto no se encuentre en el Listado de Productos de la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de uso Médico, Quirúrgico u Odontológico (Listado de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario), contenida en el Decreto Supremo 016-2011-SA y sus modificatorias, el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de la web, que sustente que no requiere de registro sanitario y donde se describa al producto con una denominación que no debe inducir a error en cuanto a la composición, indicaciones o propiedades que posee el producto tanto sobre sí mismo como respecto de otros productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: f) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que el texto sobre los equipos que requieren registros sanitarios es claro, de la misma forma el listado de los equipos que no requieren registro sanitario, el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de la web.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

En el caso de los planes de mantenimiento, debido a que las camionetas son importadas de Europa, a veces la comunicación con casa matriz no es muy fluida; por lo que en ocasiones la representación en Perú asume algunas informaciones que finalmente son competencia del postor en la oferta a presentar, por ello solicitamos al comité considerar lo siguiente:

g) Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante y/o postor mediante Declaración Jurada simple.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: g) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, en el cual el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas de acuerdo a su necesidad, este Comité, en coordinación con el Área Usuaria, ha evaluado la consulta del participante y ha decidido ACOGER A LA CONSULTA , por lo que se aceptará que la representación en Perú asuma algunas afirmaciones a la hora de establecer la programación y planificación del mantenimiento de las ambulancias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante.

DEBE DECIR: g) Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante y/o postor mediante Declaración Jurada simple

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 138

Consulta/Observación:

La experiencia del capacitador puede darse en muchos años, pero recordemos que el chofer de una ambulancia es personal muy especializado que no necesariamente tiene tiempo libre para viajar y realizar capacitación, en realidad para acreditar y cumplir el objetivo se puede requerir simplemente experiencia en manejo de ambulancias u otros vehículos acordes, en virtud de ello solicitamos al comite lo siguiente:

i) El contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:

¿ Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico con dos (02) años como capacitador y/o facilitador u orientador en manejo de ambulancias y/o vehículos relacionados o general

¿ Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: i) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido al equipamiento medico complejo especialmente de las ambulancias tipo III, grado de mayor responsabilidad y competencia, se necesita la formacion de Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos. Ceñirse a las presentes bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 139

Consulta/Observación:

En la experiencia de venta de ambulancias, un factor importante para considerar la oferta económica es el de Mantenimientos preventivos, y considerar 36 meses de garantía sobre los mantenimientos preventivos como prestación accesoria es mucho tiempo, dado que no se sabe cual será el recorrido de las camionetas, en virtud a eso se solicita al comite considerar lo siguiente:

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios luego de la recepción de la conformidad emitida por área técnica del hospital informe del área técnica responsable del hospital, en pagos parciales.

El contratista deberá tramitar su pago según cronograma de mantenimiento del vehículo, el cual está sujeto a lo dispuesto por el fabricante durante el periodo de garantía de tres (03) años, considerando los 6 primeros mantenimientos o 180,000 km, por los mantenimientos preventivos de las ambulancias, la conformidad será emitida por el área técnica responsable del hospital

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IILiteral: 2.6Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido. NO ACOGER A LA CONSULTA, hay empresas y fabricantes que si ofrecen garantía extendida como MERCEDES BENZ, FORD, TOYOTA, NISSAN, VOLSKWAGEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 140

Consulta/Observación:

Para aclarar que si el equipo biomédico no requiere registro sanitario se solicita al comité considerar el siguiente párrafo: Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario de los equipos biomédicos listados, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios).

Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor o de otros, que describa el producto ofertado, En caso que el producto no se encuentre en el Listado de Productos de la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de uso Médico, Quirúrgico u Odontológico (Listado de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario), contenida en el Decreto Supremo 016-2011-SA y sus modificatorias, el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de la web, que sustente que no requiere de registro sanitario y donde se describa al producto con una denominación que no debe inducir a error en cuanto a la composición, indicaciones o propiedades que posee el producto tanto sobre sí mismo como respecto de otros productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que el texto sobre los equipos que requieren registros sanitarios es claro, de la misma forma el listado de los equipos que no requieren registro sanitario.el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de la web.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 141

Consulta/Observación:

En el caso de los planes de mantenimiento, debido a que las camionetas son importadas de Europa, a veces la comunicación con casa matriz no es muy fluida; por lo que en ocasiones la representación en Perú asume algunas informaciones que finalmente son competencia del postor en la oferta a presentar, por ello solicitamos al comité considerar lo siguiente:

1. Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante y/o postor mediante Declaración Jurada simple.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ACOGER A LA CONSULTA, por lo que se aceptará que la representación en Perú asuma algunas afirmaciones a la hora de establecer la programación y planificación del mantenimiento de las ambulancias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

5.3.2. Documentos obligatorios para la admisión

1. Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante.

DEBE DECIR:

Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante y/o postor mediante Declaración Jurada simple."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 142

Consulta/Observación:

La experiencia del capacitador puede darse en muchos años, pero recordemos que el chofer de una ambulancia es personal muy especializado que no necesariamente tiene tiempo libre para viajar y realizar capacitación, en realidad para acreditar y cumplir el objetivo se puede requerir simplemente experiencia en manejo de ambulancias u otros vehículos acordes, en virtud de ello solicitamos al comite lo siguiente:

El contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:

Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico con dos (02) años como capacitador y/o facilitador u orientador en manejo de ambulancias y/o vehículos relacionados o general

¿ Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que se requiere la experiencia del capacitador en el manejo de ambulancias, con el fin de transmitir su conocimiento en el uso y manejo de ambulancias a los usuarios finales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 143

Consulta/Observación:

Debido al crecimiento de la demanda no previsto por el fabricante de las camionetas para este año, y además por le fecha (fines de año), se hace cada vez más difícil conseguir las unidades necesarias en el tiempo establecido por lo que solicitamos al comité pueda otorgar mayor tiempo para la entrega de los bienes teniendo en cuenta también que la cabina médica tiene su normal proceso, en virtud de ello solicitamos lo siguiente:

10.2 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 100 días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias de los equipos biomédicos es de 24 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, esto debido a que son los plazos mínimos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20607881368	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	MECICS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:49

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observación:

La experiencia del capacitador puede darse en muchos años, pero recordemos que el chofer de una ambulancia es personal muy especializado que no necesariamente tiene tiempo libre para viajar y realizar capacitación, en realidad para acreditar y cumplir el objetivo se puede requerir simplemente experiencia en manejo de ambulancias u otros vehículos acordes, en virtud de ello solicitamos al comite lo siguiente:

i) El contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:

¿ Ingeniero mecánico, y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero mecánico eléctrico con dos (02) años como capacitador y/o facilitador u orientador en manejo de ambulancias y/o vehículos relacionados o general

¿ Ingeniero electrónico y/o ingeniero biomédico y/o médico intensivista y/o medico emergencista, con experiencia mínima de dos (02) años como capacitador en cursos de manejo y mantenimiento de equipos biomédicos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: C.1.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA CONSULTA, debido a que se requiere la experiencia del capacitador en el manejo de ambulancias, con el fin de transmitir su conocimiento en el uso y manejo de ambulancias a los usuarios finales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 145

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario de los equipos biomédicos listados, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios).

Pedimos al comité considerar la entrega de los registros sanitarios juntamente con las unidades. De esta manera se podrá verificar de manera física la vigencia de los equipos al momento de la firma del acta de conformidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: f) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACION, esto debido a que los registros deben entregarse en la presentación de ofertas. Son documentos obligatorios para la admisión de ofertas, ceñirse a las presentes bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 146

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos establecido por la casa matriz del fabricante.

Sin embargo, en la página 17 ¿ literal 5.1.2 en el cuadro se menciona que la frecuencia de mantenimientos para los equipos médicos, sin embargo, no se menciona la frecuencia de mantenimientos para el vehículo. Solicitamos al comité aclarar el periodo de mantenimientos del vehículo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: g Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ACOGER LA ACLARACIÓN, respecto a lo solicitado la Programación o Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos estos deberán ser establecidos por la casa matriz del fabricante y/o postor mediante Declaración Jurada simple."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 147

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:
Documentos para la admisión de la oferta

i)El Contratista deberá acreditar el perfil y la experiencia solicitada de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias, u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado:

Sin embargo, en la página 25 literal - plan de actividades y pagina 26, solicitan que:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado, LOS CUALES SERÁN PRESENTADOS A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Solicitamos al comité corregir este error que está creando confusión entre los participantes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: j Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ACLARA LA OBSERVACIÓN:

La acreditación del personal clave se dará en la presentación de las ofertas.

Por lo tanto el punto 5.1.4 Pág 25 quedaría de la siguiente manera:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con el título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la firma de contrato.

DEBE DECIR:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la presentación de ofertas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 148

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

Certificado de prueba de vuelco y prueba de suspensión neumática (en caso se haya hecho el reforzamiento).

Ponemos en conocimiento al comité que en las ambulancias urbanas no se realiza reforzamiento y tampoco lleva suspensión neumática. Por lo cual solicitamos suprimir este requerimiento ya que se está generando confusión en los posibles participantes al presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 2.6 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION la directiva N° 023 ¿ 2016 ¿ OSCE/CD ¿Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones¿, indica en el numeral VI. Definiciones, Observaciones a las Bases: Que, el participante puede formular observaciones a las bases de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones y otra normativa de contrataciones y otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación. No deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad. Este numeral establece las reglas básicas que rigen la relación entre los postores y la Entidad en cuanto a las bases del proceso de contratación.

En las bases indica en caso se haya hecho el reforzamiento, por tanto, en caso el proveedor no disponga de reforzamiento ni de suspensión neumática no debe presentar dichos certificados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 149

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

El contratista deberá tramitar su pago según cronograma de mantenimiento del vehículo, el cual está sujeto a lo dispuesto por el fabricante durante el periodo de garantía de tres (03) años o 180,000 km, por los mantenimientos preventivos de las ambulancias, la conformidad será emitida por el área técnica responsable del hospital

solicitan que los mantenimientos correctivos de las unidades sean por el periodo de garantía del vehículo, por 3 años o 180,000 km. Sin embargo, marcas como Renault ofrecen 2 años de garantía o 100,000 km y por otra parte Peugeot ofrece 3 años o 100,000 km de garantía.
Por otro lado, los costos de mantenimiento encarecerían el costo de las unidades, normalmente las entidades son las que asumen el costo de mantenimientos los que ya están en sus planes multianual.

Solicitamos al comité considerar que el contratista deberá asumir los 3 primeros mantenimientos según la cartilla del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 26 Página: 5.2
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION , la directiva N° 023 ¿ 2016 ¿ OSCE/CD ¿ Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones¿, indica en el numeral VI. Definiciones, Observaciones a las Bases: Que, el participante puede formular observaciones a las bases de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones y otra normativa de contrataciones y otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación. No deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad. Este numeral establece las reglas básicas que rigen la relación entre los postores y la Entidad en cuanto a las bases del proceso de contratación.

Rechazo la propuesta de la empresa por varias razones. En primer lugar, la propuesta establece que el contratista debe asumir los mantenimientos correctivos durante el periodo de garantía del vehículo (3 años o 180,000 km), lo cual es inconsistente, dado que marcas como Renault y Peugeot ofrecen garantías de solo 3 años o 100,000 km. Esto puede generar problemas en la continuidad de la cobertura, ya que, al finalizar la garantía, la responsabilidad recaería en el contratista sin un respaldo contractual claro. Además, los costos de mantenimiento encarecerían el precio de las unidades, y las entidades suelen asumir estos costos dentro de sus planes de mantenimiento multianuales, lo que hace inviable la transferencia de esta carga al contratista. Es razonable que este asuma los primeros tres mantenimientos preventivos según la cartilla del fabricante, pero la propuesta sugiere una responsabilidad adicional que no se alinea con las prácticas del sector, donde el mantenimiento correctivo es típicamente responsabilidad de la entidad que opera el vehículo tras su entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 150

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

Tramites de SAT, Sin embargo, este trámite no le corresponde para vehículos nuevos
Solicitamos al comité suprimir este requerimiento por no corresponder al requerimiento materia del presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION , por el motivo que: El trámite de SAT y el pago, es obligacion del propietario del vehículo al 1 de enero de cada año, ya que, aunque se trate de vehículos nuevos, es un procedimiento necesario para la formalización y circulación de estos dentro de la jurisdicción correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en Perú. Conforme a la Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y su reglamento, todos los vehículos inscritos de manera reciente, deben cumplir con la normativa municipal y las disposiciones relacionadas al sistema tributario aplicable, incluidas aquellas del SAT (Servicio de Administración Tributaria). Este trámite permite asegurar que los vehículos nuevos cumplan con los requisitos fiscales y de circulación de la entidad para garantizar el cumplimiento normativo y asegurar que las unidades puedan operar sin inconvenientes administrativos en el futuro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprime el tramite de SAT de las especificaciones técnicas, por corresponder la inscripción y el pago al propietario del vehículo luego de la primera inscripcion mas no al contratista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 151

Consulta/Observación:

7. Certificado de prueba de vuelco y prueba de suspensión neumática (en caso se haya hecho el reforzamiento).

Ponemos en conocimiento al comité que en las ambulancias urbanas no se realiza reforzamiento y tampoco lleva suspensión neumática. Por lo cual solicitamos suprimir este requerimiento ya que se está generando confusión en los posibles participantes al presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION la directiva N° 023 ¿ 2016 ¿ OSCE/CD ¿Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones¿, indica en el numeral VI. Definiciones, Observaciones a las Bases: Que, el participante puede formular observaciones a las bases de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones y otra normativa de contrataciones y otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación. No deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad. Este numeral establece las reglas básicas que rigen la relación entre los postores y la Entidad en cuanto a las bases del proceso de contratación.

En las bases indica en caso se haya hecho el reforzamiento, por tanto, en caso el proveedor no disponga de reforzamiento ni de suspensión neumática no debe presentar dichos certificados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 152

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

REQUISITOS DE CALIFICACION
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Sin embargo, en la página 25 literal - plan de actividades y pagina 26, solicitan que:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados, constancias u otros documentos que demuestren de manera fehaciente lo solicitado, LOS CUALES SERÁN PRESENTADOS A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Solicitamos al comité corregir este error que está creando confusión entre los participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: c1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la observación del participante este Comité en coordinación con área usuaria ACLARA LA OBSERVACIÓN:

La acreditación del personal clave se dará en la presentación de las ofertas.

Por lo tanto el punto 5.1.4 Pág 25 quedaría de la siguiente manera:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la firma de contrato.

DEBE DECIR:

El contratista deberá acreditar la experiencia y perfil de los profesionales que realizarán la capacitación con copia de título profesional, certificados u otros documentos que demuestren de manera fehacientemente lo solicitado, los cuales serán presentados para la presentación de ofertas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Consulta: Nro. 153

Consulta/Observación:

consulta
Página 44
A06

En las bases administrativas solicitan:
Batería auxiliar de libre mantenimiento de 100 amperios.
Sin embargo, no existe en el mercado una batería de 100 amperios, ¿podrían aceptar una batería auxiliar de 95 amperios?

observación
Página 45
A08

En las bases administrativas solicitan: SUB ITEM 1 Y 2
Sistemas de protección para evitar la deformación de la cabina en caso de volcadura.
En la pagina 16 de las bases indica:
PRESENTACION DE CATALOGOS, BROCHURES, FOLLETOS, FICHA TECNICA DEL FABRICANTE y/o CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33 y B21, B22, B23, B24, B25, B26

La observación al comité es, ¿cómo se sustentará el sistema de protección antivuelco?, en este caso ese sistema tipo jaula de protección se fabrica de manera nacional de acuerdo al modelo del vehículo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A08 Página: 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido, ACOGER LA ACLARACIÓN,dado que no existen en el mercado peruano. Así mismo, respecto a la consulta de como sustentar el sistema de protección antivuelco SE ACLARA QUE SE SUSTENTARÁ mediante documentación técnica que respalde que sus productos cumplen con resultados de pruebas de seguridad realizado por una entidad competente..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE
A06

En las bases administrativas solicitan:
Batería auxiliar de libre mantenimiento de 100 amperios.

DEBE DECIR
A06
Batería auxiliar de libre mantenimiento de 95 amperios como mínimo

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-GRH/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

ACLARACIÓN

En el caso de la jaula antivuelco, se respaldarán los productos con resultados de pruebas de seguridad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Consulta: Nro. 154

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

Sistemas de protección para evitar la deformación de la cabina en caso de volcadura.

Al referirse a sistemas en plural, ¿el requerimiento de jaula antivuelco es para la cabina de conductor y cabina medica?

Solicitamos al comité aclarar este punto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A08 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Artículo 16 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 29 de su Reglamento, el Área Usuaría es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de acuerdo a su necesidad; Del análisis de la consulta del participante este Comité en coordinación con área usuaria ha decidido ACOGER LA CONSULTA, debido a que no afecta la calidad de la adquisición

ACLARAR - SISTEMA DE PROTECCION PARA AMBAS CABINAS - LA CABINA MEDICA ES DONDE MAS SE DEBE NECESITAR LA PROTECCION EN CASO DE VUELCO.

A08 SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA DEFORMACIÓN DE CABINA EN CASO DE VOLCADURA CONTRUIDO DE TUBOS DE ACERO O ALUMINIO MINIMO 1 ¼ ¿ CON ACOLCHADO DE ESPUMA. PRESENTAR CERTIFICACION DEL SISTEMA ANTIVUELCO PARA AMBAS CABINAS (CABINA DE CONDUCTOR Y CABINA MEDICA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

A8. SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR DEFORMACION DE CABINA EN CASO DE VOLCADURA CONTRUIDO DE TUBOS DE ACER O ALUMINIO MINIMO 1 CON ACOLCHADO DE ESPUMA

DEBE DECIR:

A8 Sistemas de protección antivuelco A08 SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA DEFORMACIÓN DE CABINA EN CASO DE VOLCADURA CONTRUIDO DE TUBOS DE ACERO O ALUMINIO MINIMO 1 ¼ ¿ CON ACOLCHADO DE ESPUMA. PRESENTAR CERTIFICACION DEL SISTEMA ANTIVUELCO PARA AMBAS CABINAS (CABINA DE CONDUCTOR Y CABINA MEDICA) se respaldarán los productos con resultados de pruebas de seguridad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS URBANAS PARA EL PROYECTO DE INV. PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HCO, NIVEL III-1

Ruc/código :	20609228653	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	AMBULANCIAS PERUANAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Observación: Nro. 155

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

A19 Año modelo: mismo año de la adjudicación

Ponemos en conocimiento al comité que el presente año 2024 las marcas de vehículos panel, cambiaron de modelo y diseño, estos cambios también son a nivel motor y torque haciéndolos más eficientes en cuanto a potencia y consumo de combustible. Al solicitar año modelo 2024 la entidad se estaría arriesgando a adquirir una unidad fabricada el año 2023. Por el principio de vigencia tecnológica solicitamos que el año de fabricación del vehículo sea 2024 y año del modelo 2025

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A19 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION, se aclarará la OBSERVACIÓN N° 155. En atención a la observación, se entiende que los avances tecnológicos en la fabricación de vehículos pueden generar un desfase entre el año de fabricación y el año del modelo. La solicitud de que el año de fabricación sea 2024 y el año del modelo sea 2025, es atendida bajo el principio de vigencia tecnológica, lo que permitiría que la entidad adquiriera un vehículo con las mejoras tecnológicas disponibles para el año de fabricación y el año del modelo más actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

A19. AÑO DE MODELO : Mismo de la adjudicación

DEBE DECIR:

A19 Año de fabricación: 2024, modelo 2025