

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-CUSCO-RSCCE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BILIRRUBINOMETRO

Ruc/código : 20602312942

Fecha de envío : 06/07/2023

Nombre o Razón social : MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:34:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES LA N°4 DONDE INDICA RANGO DE LECTURA : 0 A 30 MG/DL APROX , SE PODRÁ TOMAR EN CUENTA EL RANGO DE DE LECTURA DE 0 A 20 MG/DL A MÁS

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Efectuada la consulta al área usuaria indica, que el rango de lectura: 0 a 30mg/dl aprox. Podría considerarse de 0 a 20 mg/dl

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la misma se incorporara en las bases integradas: Rango de lectura: 0 a 30 mg/dl aprox. Podría considerarse de 0 a 20 mg/dl